

1 精製ヒアルロン酸ナトリウム

2 **微生物限度の項を次のように改める.**

3 微生物限度 (4.05) 本品1 g当たり, 総好気性微生物数の許容
4 基準は 10^2 CFU, 総真菌数の許容基準は 10^1 CFUである. た
5 だし, 表示平均分子量50万~120万の場合, 本品1 gをとり,
6 表示平均分子量150万~390万の場合, 本品0.3 gをとり, 試
7 験を行う.

8

9