プログラム(02) 疾病治療用プログラム

管理医療機器 呼吸装置治療支援プログラム

## ケア オーケストレーター

# 【警告】

・本品は緊急対応のものではない。

#### 【形状・構造及び原理等】

- 1. 構成
  - ・ケア オーケストレーターシステム
  - ・データカードユーティリティ
- \*\*・ドリームマッパー

## \*\* 2. 動作原理

治療機器のリムーバブルメディアに記録された治療情報は、パーソナルコンピュータにインストールされたデータカードユーティリティを用いてデータ転送を行い、クラウドコンピューティング環境で稼動するケア オーケストレーターシステムに保存される。または、アンコールエニウェアを経由してデータ転送を行うことで、ケアオーケストレーターシステムに保存される。

また、治療機器から得られた治療情報は、通信機器等を介し、有線又は無線又は携帯電話回線を用いて中継サーバを経由し、アンコールエニウェアシステムあるいはケア オーケストレーターシステムにデータ転送を行うことができる。

なお、治療機器のうち「トリロジー(トリロジーO2を除く)」、「トリロジー100 plus」、「トリロジー200 plus」、「トリロジー Evoシリーズ」及び酸素濃縮装置「オキシジェンステーション5L」に関しては、ブルートゥースを介して通信機器に治療情報が転送・収集される。収集された治療情報は、携帯電話回線及びインターネット回線を経由してケア オーケストレーターシステムに転送される(「トリロジー(トリロジーO2を除く)」、「トリロジー100 plus」、「トリロジー200 plus」、「トリロジーをvoシリーズ」に関しては、リムーバブルメディアを介してケア オーケストレーターシステムに治療情報を転送することもできる)。ドリームマッパーと互換性のある治療機器に関しては、ドリームマッパーがインストールされブルートウース接続されたモバイル機器によって、無線又は携帯電話回線を介してインターネットを経由し、ケア オーケストレーターシステムに治療情報を転送することもできる。

医師またはその他の医療従事者が指定されたウェブブラウザを使用 しケア オーケストレーターシステムにアクセスすると、ケア オーケストレーターシステムに保存された治療情報はウェブブラウザ に表示される。なお、表示された治療情報は必要に応じてレポート出 力できる。

また、医師は必要に応じ、本プログラムで作成した処方を記録したリムーバブルメディアを治療機器に挿入することで、機器の処方を変更できる(医師は、処方を記録したリムーバブルメディアを外来診療時に患者に手渡しするため、医師との対面診療を実施せずに、医師の

管理が及ばない状況下で治療圧等の設定は実施されない。なお、治療機器のうち「トリロジー」、「トリロジー 100 plus」、「トリロジー 2 00 plus」、「トリロジー Evo シリーズ」 についてはリムーバブルメディアを介した機器の処方変更はできない。

71040002

認証番号: 22900BZX00282000

また、酸素濃縮装置「オキシジェン ステーション 5L」については、 リムーバブルメディアを介して機器の処方を変更する機能を有して いない)。

一部の治療機器については、ネットワーク網を介して処方を変更することができる (「トリロジー」、「トリロジー 100 plus」、「トリロジー 200 plus」、「トリロジー Evo シリーズ」及び酸素濃縮装置「オキシジェン ステーション 5L」 に関してはネットワーク網を介して処方を変更することはできない)。

## \*\*【使用目的又は効果】

本プログラムは、在宅及び院内で使用される<u>人工呼吸器等呼吸治療機器</u>の患者情報及び治療情報をクラウドコンピューティング環境で集中管理するために使用される。

医療従事者はパーソナルコンピュータよりウェブブラウザを経由してクラウドコンピューティング環境のデータにアクセスする。 また、医師はリムーバブルメディアまたはネットワーク網を介して、本プログラムにより治療機器等の処方(設定パラメータ)を変更できる。

<使用目的又は効果に関連する使用上の注意>

ネットワーク網を介して治療機器の設定変更を行う際は、平成30年3月30日付医政発0330第46号厚生労働省医政局長通知別紙「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の内容を遵守すること。

## 【使用方法等】

- 1. 初期設定及び準備
- (1) インストール
- ケア オーケストレーターシステムは設計業者が指定した方法で国 内データセンターの AWS にインストールされる。
- 2) 医師またはその他の医療従事者はウェブブラウザで規定のページに アクセスし「データカードユーティリティ」をダウンロードし、パ ーソナルコンピュータにインストールする。
- \*\* 3) ドリームマッパーを使用する場合、患者はApp Store 又は Google Play Store にアクセスし「ドリームマッパー」をダウンロードし、 モバイル機器にインストールする。
- 2. 患者または医師またはその他の医療従事者によるデータ転送
- (1) 治療機器に通信機器が接続されている場合、データは自動的にアンコールエニウェアシステムまたはケア オーケストレーターシステムに転送される。医師またはその他の医療従事者による指示がある場合、患者が手動でデータ転送の操作を行うことでデータがアンコールエニウェアシステムまたはケア オーケストレーターシス

テムに転送される。なお、アンコールエニウェアシステムにデータ が転送された場合、ケア オーケストレーターシステムはアンコー ルエニウェアシステムからデータを受信する。

- (2) 治療機器に通信機器が接続されていない場合、医師またはその他の 医療従事者は患者から治療機器により治療情報が記録されたリム ーバブルメディアを受け取り、パーソナルコンピュータに接続され たカードリーダ(又はパーソナルコンピュータのカード挿入口)あ るいは USB ポートに挿入後、データカードユーティリティ画面を 起動し、ダウンロードボタンをクリックする。
- (3) 治療機器のうち「トリロジー (トリロジー O2 を除く)」、「トリロジー 100 plus」、「トリロジー 200 plus」、「トリロジー Evo シリーズ」は、医師またはその他の医療従事者あるいは当社が手動によりそれら機器本体の通信機能を有効にすることで、通信機器を介して、データがケア オーケストレーターシステムに転送される。また、酸素濃縮装置「オキシジェン ステーション 5L」は、医師または当社が装置本体の通信機能を有効にすることで、通信機器を介して、データがケア オーケストレーターシステムに転送される。

#### 3. 使用

(1) ログイン

医師またはその他の医療従事者はウェブブラウザで規定のページに アクセスし、ユーザー個別に発行されたユーザー名及びパスワードを 入力しログインする。

(2) 強調表示確認

ログインすると、ホーム画面にて強調表示項目に該当する患者が表示 される。

(3) 操作内容

医師またはその他の医療従事者は本プログラムで以下の操作を行える。

- 1) 患者情報
  - 新規患者追加
  - 患者情報編集
  - 患者情報閲覧
  - コンプライアンスレポート閲覧
  - ・ 患者治療データ閲覧
  - 患者治療データサマリー閲覧
- 2) 治療機器
  - ・ 治療機器新規追加及び患者への割り当て
  - 治療機器情報編集
  - 治療機器割り当て解除
- 3) 処方
  - ・ 処方作成 (医師のみが操作を行える)
  - 処方閲覧
  - ・ 処方変更 (医師のみが操作を行える)
- 4) データカードユーティリティ
  - •リムーバブルメディア内の情報削除
  - リムーバブルメディアからの情報受信
  - ・リムーバブルメディアへの情報送信
- (4) 患者リスト画面での患者検索

医師またはその他の医療従事者は患者タブをクリックして、患者検索 画面を表示する。患者検索画面で患者名、装置シリアル番号、ID、患 者情報のいずれかを入力して患者リストを表示させる。 検索結果内の 患者名をダブルクリックするとその患者の詳細画面が開く。

(5) 患者個別画面での治療情報確認

医師またはその他の医療従事者は患者個別画面の患者プロファイル タブにて患者の各種情報を参照または編集する。

(6) 治療データ画面でのレポート確認

医師またはその他の医療従事者は患者個別画面にて治療データタブをクリックして、レポートを確認する(本欄(7)の併用機器一覧に記載されていない医療機器は「対象外機器」と表示される)。レポートは、対象期間を指定しレポートテンプレートボタンで表示内容を選択することにより PDF ファイル形式で出力されるので、印刷又は電子データで保存する。

- (7) 治療機器の処方変更が必要な場合
- 1) 医師は患者個別画面にて処方タブをクリックし、装置の処方パネルの編集をクリック。処方を変更後、保存ボタンをクリックする。
- 2) リムーバブルメディアを介した処方変更
- ①医師は「カードに送信」 ボタンをクリックし、データカードユーティリティ画面にて処方の書き込みボタンをクリックして SD カードに処方を書き込み、患者に手渡す。
- ②患者は医師から当該 SD カードを受け取った後、治療機器に挿入し、治療機器の処方(設定パラメータ)を変更する。(患者による処方変更はできない)。なお、治療機器のうち「トリロジー」、「トリロジー 100 plus」、「トリロジー 200 plus」、「トリロジー Evoシリーズ」についてはリムーバブルメディアを介した機器の処方変更はできない。また、酸素濃縮装置「オキシジェン ステーション 5L」については、リムーバブルメディアを介して機器の処方を変更する機能を有していない。
- 3) ネットワーク網を介した処方変更
- ①医師は「モデムに送信」ボタンをクリックする。
- ②医師は本プログラム上の患者ページの履歴タブより治療器側で処 方が変更された事を確認する。患者は治療装置の設定画面より処 方を確認する。
- \*\* (8) ドリームマッパーを使用する場合

ドリームマッパーがインストールされたモバイル機器ならびに治療 装置のブルートゥース機能を用いて、患者がペアリングを実施する ことでデータ転送を行う。

\*\* 併用機器(本プログラムがサポートしている医療機器は以下のとおり)

THINGHE (TO E ) ) AT TO CT SELECTION OF THE COLUMN TO CASE )				
販売名	承認又は 認証番号	本プログラム へのデータ転 送方法	併用機器へ のデータ転 送方法	
レムスターAuto PRI システム	22200BZX 00874000	①又は②又は ③	A	
BiPAP A40 システ ム	22500BZX 00130000	① <b>又</b> /红②	A	
REMstar Auto System One 60 シリ ーズ	22500BZX0 0268000	①又は②又は ③	A	
BiPAP Auto System One 60 シリーズ	22500BZX 00448000	① <b>又</b> は②	A	
REMstar Pro System One 60 シリ ーズ	22500BZX 00477000	①又は②又は ③	A	

BiPAP autoSV Ad vanced System On e 60シリーズ	22600BZX 00073000	①又は②又は ③	A
BiPAPA40 シリー ズ <sup>※2</sup>	22600BZX 00347000	①又は2	A
ドリームステーショ ン Auto	30200BZX 00299000	①又は③ <u>又は</u> <u>⑥</u>	A又はB
ドリームステーショ ン Pro	22800BZX 00314000	① <b>又</b> / <b>は</b> ③	A又はB
ドリームステーショ ン BiPAP Auto	22800BZX 00348000	①又は③ <u>又は</u> <u>⑥</u>	A又はB
ドリームステーショ ン Go	301AFBZX 00071000	① <u>\(\text{V}\(\text{16}\)</u>	A
アンコールエニウェ ア	22800BZX 00020000	VPN	_
トリロジー ※1	22100BZX 01080000	①又/t4	_
トリロジー 100 plus	22600BZX 00096000	①又/t4	_
トリロジー 200 plus	22600BZX 00100000	①又/t4	_
オキシジェン ステ ーション 5L	229AHBZX 00008000	4	_
ドリームステーショ ン BiPAP autoSV	30100BZX 00195000	①又は③ <u>又は</u> <u>⑥</u>	A又はB
トリロジー Evo シ リーズ	30200BZX 00152000	<ul><li>④又/は⑤</li></ul>	_

※1:トリロジーO2を除く

\* <sup>‰</sup> : Pro を除く

- ①: SD カードを経由してケア オーケストレーターシステムにデータを転送する。
- ②: 有線又は無線でインターネット回線を経由してアンコールエニウェアシステムもしくはケア オーケストレーターシステムにデータを転送する。
- ③:携帯電話回線及びインターネット回線を経由して経由してアンコールエニウェアシステムもしくはケア オーケストレーターシステムにデータを転送する。
- ④:ブルートゥースにて通信機器にデータを転送し、当該ハブが携帯 電話回線及びインターネット回線を経由してケア オーケストレ ーターシステムにデータを転送する。
- ⑤: USB メモリを経由してケア オーケストレーターシステムにデータを転送する。

A: リムーバブルメディアを使用する

B: ネットワーク網を使用する

- \*\* <u>⑥:ドリームマッパーとケア オーケストレーターシステムが相互で</u> データを転送する。
  - (9) ログアウト

医師またはその他の医療従事者は、使用終了後にログアウトボタンを クリックし、ログアウトする。或いは、あらかじめ設定された一定時 間操作されなかった場合、自動的にログアウトする。

## <使用方法等に関連する使用上の注意>

・本プログラムは、治療機器で検出した気道開存性無呼吸イベントほか

各種イベントを表示できるが、それらの情報のみで、患者の診断や治療 を行わない。

- ・医師は、リムーバブルメディアに処方を作成する際に、確認スクリーンに 示される情報を確認する。
- ・患者が移動中等にリムーバブルメディアを紛失または破損した場合、す みやかに医師に再処方を依頼するように、医師は患者に指導する。
- ・本品は、医師との対面診療時期を決定する情報を提供するものではない。 定期的に対面での診療を行う必要がある。
- ・上記併用機器を使用して遠隔モニタリングが可能であっても、本品を 用いて診断や自動解析はできない。定期的に、フォローアップのため、 対面での診療を行う必要がある旨を医師は患者に指導する。
- \*\*・その他、使用方法、<u>パーソナルコンピュータ用 OS 又はブラウザのバージョン等については本プログラムのヘルプ機能を参照する。</u>

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社フィリップス・ジャパン <緊急連絡先>

\* 1. 平日 9:00~17:30

地域支店・営業所

※地域支店・営業所の連絡先は検索サイトより「フィリップス ス リープ&レスピラトリーケア事業部 事業所一覧」でご検索下さ い。

2. 平日 17:30 以降〜翌 9:00、土・日曜日と祝祭日 機器安全センター 0120-633881

## 製造業者: PHILIPS RS NORTH AMERICA LLC

フィリップス アールエス ノース アメリカ エルエルシ

アメリカ合衆国