

機械器具 1 7 血液検査用器具


一般医療機器 乾式臨床化学分析装置 (34549000)

特定保守管理医療機器

富士ドライケム NX10N

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】
本装置は、以下のユニットにより構成されます。



外形寸法及び重量

幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
160	230	93	1.2

電氣的定格 AC アダプタ入力 : AC100V、50-60Hz、0.6A
出力 : DC12V、2A

設置環境

- (1) 水等がかからない場所に設置してください。
- (2) 水平で振動のない安定した場所に設置してください。
- (3) 直射日光の当たらない室内 (6000ルクス以下 (検体バーコードリーダー使用時は、3000ルクス以下)) で使用してください。
- (4) 装置を使用の際は下記の設置環境条件を守ってください。
動作時 温度 : 15~32℃
湿度 : 30~80%RH (結露なきこと)

電磁両立性 (EMC) 規格
本装置は、JIS C1806-2-6(2012)に適合しています。

【動作原理】

- 1. 富士ドライケムスライド NH₃-WII、又は富士ドライケムスライド NH₃-PII (以下、「スライド」と記述) をセットし、ピペットを使い、検体をスライド上に滴下します。
- 2. 検体が滴下されたスライドは、一定温度に制御管理され、スライド内の反応を光学的に測定します。

【使用目的又は効果】

本装置は、乾式臨床化学分析装置に属するものであり、スライドを使い、血液を分析する医用検体検査機器です。

【使用方法等】

【装置の使用方法】

- 1. 測定を始めるとき
始業前の点検を行い、指定された電源を入れてください。
- 2. 検体の測定
測定する検体、スライド、消耗品などを準備し、測定してください。
- 3. 測定を終わるとき
使用後の終業点検を行い、測定が終了していることを確認して、指定された電源を切ってください。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断すること。
- 2. 精度管理を行い、装置が正常に動作していることを確認すること。
- 3. 検体や使用済みの消耗品を取り扱うときは、必ず手袋、白衣、安全眼鏡手袋を使用すること。
- **4. スライド、チップなど消耗品は本製品の取扱説明書に指定された専用品を使用すること。スライドは医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品です。スライドの電子化された添付文書を参照すること。
- 5. 測定を開始する際は、表部に「ソクテイカノウ」が表示されていることを確認すること。
- 6. 検体のスライドへの点着には指定の精度のピペットを使用し (10±0.3ul 以下)、点着後 3 秒以内に START ボタンを押下して測定開始すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1. 測定を開始する前や測定中に機器異常 (エラー) が表示されたとき、或いは、測定結果にワーニングが表示されたときの測定値は正しくない場合があります。本製品の取扱説明書を参照して再測定すること。
- 2. この装置は防爆型ではないため、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。
- 3. 装置の固定されたカバーを開けた状態で使用しないこと。けがや感電するおそれがあります。
- 4. 装置を使用の際は設置環境を守ること。
- 5. 移設する場合、又は電源接続等が必要な場合は、弊社又は弊社指定の業者に連絡すること。
- 6. 使用後は、電源を必ず切ること。
- 7. 装置に不具合が発生した場合 (異常な音、臭い、煙などが発生した場合) は、直ちに電源を切り「故障中」等の適切な表示を行い、弊社又は弊社指定業者に連絡すること。

【相互作用】

- 1. 本装置の傍での携帯電話など電磁波を発生する機器の使用は、装置に障害を及ぼすおそれがあるので、使用しないこと。

【その他の注意】

- 1. 使用済みのスライド、点着用チップ等検体の付着したものは感染性産業廃棄物に該当するので、関連する法に従い、焼却、熔融、滅菌、消毒などの処理を行うこと。また、委託して行う場合は、特別管理産業廃棄物処理業の免許を持った業者に特別管理産業廃棄物管理票 (マニフェスト) を添えて処理依頼すること。
- 2. 検体が装置に付着した場合には、速やかに清掃・消毒等を行うこと。
- 3. 装置を廃棄する場合、血液などの検体が付着して汚染された可能性があるものは、感染性産業廃棄物に該当するので、関連する法に従い、適正な処理を行うこと。
- 4. 本装置は、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに準拠した環境のネットワークで使用する。
- 5. ネットワークに接続した環境で使用する場合は、コンピュータウイルスおよび情報の漏洩等に注意すること。
- 6. セキュリティの確保された病院内のネットワークに接続して使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1. 耐用期間
装置本体の耐用期間は、使用上の注意を守り、正規の保守・点検を行った場合に限り納入後 6 年間です。
[自己認証 (当社データ) による]

【保守・点検に係る事項】

1. 医用機器の使用・保守の管理責任は使用者側にあります。
2. 使用者による保守点検事項を必ず行ってください。
使用者による保守点検事項の詳細については、取扱説明書を参照してください。

〔使用者による保守点検事項〕

点検項目	頻度
①測光部	1ヶ月。又は、測定値に異常があったときに適宜行う。
②スライド挿入部・搬送部	1ヶ月。又は、検体などで汚れているときに適宜行う。
③廃却ボックス	
④エアーフィルター	1ヶ月

点検項目の頻度は、使用量や1日の稼働時間により異なります。
業者による保守点検事項については、弊社又は弊社指定の業者にお尋ねください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 富士フイルム株式会社
(電話番号) 0120-771669

サイバーセキュリティに関する情報請求先
《製造販売業者と同じ》

* <https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/security-information>