

本電子化された添付文書をよく読んでから使用して下さい

承認番号 22800EZ00082000

** 2024年 12月 改訂(第3版)

* 2017年 6月 改訂(第2版)

Code 468-67301

体外診断用医薬品

B型肝炎ウイルス表面抗体キット

アキュラシード HBs 抗体

(化学発光酵素免疫測定法)

〔一般的な注意〕

- (1) 本製品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないで下さい。
- (2) この電子化された添付文書に記載された使用方法に従って使用して下さい。記載された使用方法及び使用目的以外での使用については、測定値の信頼性を保証しかねます。
- (3) 測定機器は電子化された添付文書及び取扱説明書に従い適切な条件下で使用して下さい。なお、詳細については機器メーカーに問い合わせて下さい。
- (4) 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果と併せて担当医師が総合的に判断して下さい。
- (5) 本品に使用している HBs 抗原(ヒト)は 60℃で 15 時間加熱処理を行っていますが、ウイルス感染等の危険性があるものとして、検体と同様に十分注意して取り扱って下さい。なお、使用しているヒト血液成分は、HIV-1・HIV-2 抗体及び HCV 抗体検査を行い、陰性の結果を得ています。

〔形状・構造等(キットの構成)〕

試薬カートリッジ

- (1) 抗原結合粒子(R0)
(HBs 抗原(ヒト)結合粒子)
- (2) 酵素標識抗原(R1)
(ペルオキシダーゼ標識 HBs 抗原(ヒト))
- (3) 基質液(R3)
(L-012)
- (4) 過酸化水素液(R4)
(過酸化水素)

〔使用目的〕

血清又は血漿中の HBs 抗体の測定(B型肝炎ウイルス感染の診断補助、B型肝炎ウイルスワクチン投与の判定、治療効果のモニタリング)

〔測定原理〕

本法は粒子を固相とした化学発光酵素免疫測定法に基づきます。HBs 抗原(ヒト)結合粒子に、検体中の HBs 抗体を反応させ、次いでペルオキシダーゼ標識 HBs 抗原(ヒト)を反応させると、「抗原結合粒子-HBs 抗体-酵素標識抗原」の複合体が形成されます。抗原結合粒子に結合した酵素の量は HBs 抗体濃度に比例するため、その酵素活性を化学発光試薬(L-012、過酸化水素)を用いて測定することにより、あらかじめ既知濃度の標準液を用いて作成した検量線から検体中の HBs 抗体濃度を求める事ができます。

〔操作上の注意〕

* (1) 測定試料の性質、採取法

- (イ) 採取後の検体は速やかに測定して下さい。
- (ロ) 検体の保存が必要な場合は-20℃以下で凍結保存して下さい⁽¹⁾。
- (ハ) 凍結検体の使用に際しては素早く融解し、すぐに測定を行って下さい。再測定が予想される場合はあらかじめ必要量を再測定用として小分けし凍結保存するなどし、凍結融解の繰り返しは避けて下さい。
- (ニ) 解糖阻防止剤のフツ化ナトリウムは、負誤差を与えますので使用しないで下さい。
- (ホ) 抗凝固剤のヘパリン、クエン酸塩、シュウ酸塩、EDTA は、通常使用量では測定値に影響を与えません(液体の抗凝固剤につきましては、検体が希釈されて正しい結果が得られない可能性があります)。
- (ヘ) 採血管の使用法は、採血管製造販売元の添付文書等に従って下さい。
- (ト) 血清を試料とする場合は、血餅の凝固が十分であることを目視にて確認してから遠心分離を行って下さい。採血後の転倒混和や遠心分離前の静置が不十分な場合は、血餅の凝固が不十分となり正しい測定結果が得られない場合があります。なお、遠心分離前の適切な静置時間は、検体の背景(疾患や治療等)により異なりますので注意して下さい。
- (チ) 沈殿物のある検体は、使用前に遠心分離を行い除去してから使用して下さい。
- (リ) 試料中にフィブリンや赤血球、微小な浮遊物などを認めた場合は、遠心分離をしたりサンプルカップに分取したりするなどして、必ず取り除いてから測定に使用して下さい。なお、目視できる不溶物が認められない場合でも、測定値に影響を与える物質が試料中に存在することがあります。
- (ヌ) 測定の前、検体中の気泡の有無を確認して下さい。気泡がある場合は除いて下さい。

(2) 妨害物質・妨害薬剤

(イ) リウマチ因子は 500 IU/mL まで、ビリルビンは 20.0mg/dL まで、ヘモグロビンは 510mg/dL まで、乳びはホルマジン濁度として 1500 まで、アスコルビン酸は 50mg/dL まで測定値にほとんど影響を与えません。

(3) その他

- ** (イ) 装置での測定には、指定のサンプリングチップおよびサンプルカップを使用して下さい。サンプリングチップは、各装置専用(Accuraseed®、Accuraseed SG720)のものとなっておりますのでご注意ください。
- (ロ) キャリブレーションの有効期間を超えた場合には、アキュラシード HBs 抗体用キャリブレーターセット(別売品)を用いて再度キャリブレーションを行って下さい。
- (ハ) 測定範囲上限を超える検体については、アキュラシード 検体希釈液セット(別売品)、又はアキュラシード 検体希釈液カートリッジ(別売品)を用いて希釈して測定して下さい。

〔用法・用量(操作方法)〕

(1) 試薬の調製方法

試薬カートリッジ：そのまま使用して下さい。

(2) 付属品

基本検量線シート 1 枚

** (3) 必要な器具・器材・試料等

自動分析装置：自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed®、又は、自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed SG720

検量用試料：アキュラシード HBs 抗体用キャリブレーターセット(別売品)

使用に際しては、アキュラシード HBs 抗体用キャリブレーターセットの現品説明書を参照して下さい。

アキュラシード B/F 分離液(別売品)

アキュラシード サンプリングチップ(別売品)

又は、アキュラシード サンプリングチップ(SG)(別売品)

アキュラシード 検体希釈液セット(別売品)

アキュラシード 検体希釈液カートリッジ(別売品)

マイクロピペット、及びサンプルカップ

** (4) 測定法

測定操作の詳細は使用する自動分析装置の取扱説明書を参照してください。

〔操作法〕

- 1) 試薬カセットの QR コード* を QR コード読取部に読み込ませます。
- 2) 読み込みが完了した試薬カセットのキャップを外し、試薬庫にセットします。(この操作により項目名などの試薬情報管理が自動的に行われます。)
- 3) 「基本検量線」メニューを選択し、付属の「基本検量線シート」の QR コードを QR コード読取部に読み込ませます。(基本検量線の読み込みはロット毎に行います。)
- 4) 検量線の補正は装置のキャリブレーション実施方法に従って行います。
- 5) コントロール、検体を装置の測定方法に従って準備して下さい。
- 6) 開始ボタンを押し、測定を開始します。
* QR コードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

〔プロトコール〕

- | | |
|-----------------|--|
| 検体 / 試薬
のセット | 1. 抗原結合粒子に酵素標識抗原 50μL を加え、次いで試料を 10μL 加え、37℃ 約 6 分間反応させます。
(第一反応) |
| ↓ | 2. B/F 分離、洗浄を行います。 |
| ↓ | 3. 基質液 100μL 及び過酸化水素液 100μL を加えます。
(酵素反応) |
| ↓ | 4. 発光量を測定します。 |

〔HBs 抗体濃度の求め方〕

キャリブレーターを用いて検量線を作成します。この検量線に検体の発光量を当てはめて、HBs 抗体濃度を求めます。

〔測定結果の判定法〕

参考基準範囲⁽³⁾

陰性 10mIU/mL 未満

陽性 10mIU/mL 以上

基準範囲は様々な要因により変動する可能性がありますので、各施設にて適した値を設定して下さい。

〔判定上の注意〕

- (1) 感染後であっても抗体が産生されていない場合や、産生されていても少量の場合には、本品での判定が陰性となる場合があります。また、検体中に非特異反応物質が存在する場合は、正しい測定結果が得られない場合があります。測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果と合わせて担当医師が総合的に判断して下さい。
- (2) 非常に高濃度の HBs 抗体を含む検体については、偽低値を示す可能性がありますがおよそ 350000mIU/mL の濃度までは 1000mIU/mL を下回ることはありません。

- (3) ワクチン接種等における測定値の管理には、測定系によって測定値が一致しない場合がありますので、同一の測定試薬を使用して下さい。

〔性能〕

〈性能〉

(1) 感度

HBs 抗体 10mIU/mL と 0mIU/mL の標準液を試料として試験したとき、(10mIU/mL 標準液の発光量)/(0mIU/mL 標準液の発光量)の値は 2.0 以上です。

(2) 正確性

既知濃度の管理用検体を測定するとき、既知濃度の±15%以内にありま

(3) 再現性

同一の管理用検体を 5 回同時に測定するとき、測定値の CV%は 10%以下です。

(4) 測定範囲

HBs 抗体 2.0~1000mIU/mL

〈相関性試験成績〉

検体	血清	血清
相関係数	$r = 0.937 (n = 120)$	$r = 0.948 (n = 120)$
回帰式	$y = 0.999x + 9.5$	$y = 0.966x - 9.7$
y	本品 (mIU/mL)	本品 (mIU/mL)
x	自社 (mIU/mL)	A 社 (mIU/mL)

検体	血清又は血漿
相関係数	$r = 1.000 (n = 33)$
回帰式	$y = 0.996x + 1.0$
y	血漿 (mIU/mL)
x	血清 (mIU/mL)

〈校正用の基準物質 (標準物質)〉

WHO 2nd International Standard for anti-HBs immunoglobulin, human 07/164

〔使用上又は取扱い上の注意〕

〈取扱い上 (危険防止) の注意〉

- 試薬が誤って口や目に入ったり、皮膚に付着した場合には、直ちに大量の水で洗い流し、必要があれば医師の手当等を受けて下さい。
- 検体はウイルス等の感染の危険性を考慮して取扱って下さい。

〈使用上の注意〉

- 試薬は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
- 誤って凍結させた試薬は使用しないで下さい。
- 基本検量線シートは、本品の使用が終了するまで保管して下さい。
- 試薬カセット中の試薬カートリッジは残量管理をしているので、装置以外での試薬カートリッジの抜き取りは行わないで下さい。また、同一ロットのものであっても試薬カセット中に追加しないで下さい。
- 装置から抜き取った試薬カセットを、他の装置で使用しないで下さい。試薬残量が正しく認識されません。
- 試薬カセットを装置から取り出して保存する場合には、直ちにカセットキャップをして天地確認の上、2~10℃で保存して下さい。カセットキャップをせず保存した場合や、2~10℃の範囲外で保存されていた場合は、この試薬カセットを使用しないで下さい。
- 試薬カセットに外から強い衝撃を与えないで下さい。
- 試薬カセットに破損がある場合は使用しないで下さい。
- 本品中の容器、付属品は他の目的に転用しないで下さい。

〈廃棄上の注意〉

- 検体と接触した試薬及び試薬容器等は、感染の危険性がありますので、次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素濃度 1000ppm、1 時間以上浸漬) 又はグルタルアルデヒド (2%、1 時間以上浸漬) による消毒処理あるいはオートクレーブ (121℃、20 分以上) による滅菌処理を行ってから廃棄して下さい。
- 廃棄に際しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法) 及び排水基準に従って適切に処理して下さい。基質液 (R3) 中にホウ酸 (ホウ素として 175mg/L) を含有しています。
- 検体、廃液等が飛散した場合には、次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素濃度 1000ppm)、グルタルアルデヒド (2%) 等の消毒液を用いて拭き取って下さい。

〔貯蔵方法・有効期間〕

	(貯法)	(有効期間)
アキュラシード HBs 抗体	2~10℃保存	製造後 1 年間

〔包装単位〕

(コード番号)	(品名)	(包装)
468-67301	アキュラシード HBs 抗体 (試薬カセット (20 試薬カートリッジ) × 3)	60 回用

〔主要文献〕

- 矢野 右人：日本臨牀 (増刊号)，53，324-327 (1995)。
- 日本消化器病学会 肝機能研究班：日本消化器病学会誌，103 (12)，1403 (2006)。
- World Health Organization：Recommendations to Assure the Quality, Safety and Efficacy of Recombinant Hepatitis B Vaccines, 2010。

〔問い合わせ先〕

富士フイルム 和光純薬株式会社
臨床検査薬 カスタマーサポートセンター
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目 4 番 1 号
Tel：03-3270-9134 (ダイヤルイン)

**〔別 売〕

(コード番号)	(品名)	(包装)
464-67401	アキュラシード HBs 抗体用キャリブレーターセット	1mL × 2 × 2 種
470-11631	アキュラシード B/F 分離液	10L
475-92641	アキュラシード サンプルングチップ	70 本 × 30
477-94281	アキュラシード サンプルングチップ (SG)	80 本 × 30
473-11621	アキュラシード 検体希釈液セット	50mL × 2
477-11641	アキュラシード 検体希釈液カートリッジ	60 回用

製造販売元

富士フイルム株式会社

〒258-8538 神奈川県足柄上郡開成町宮台 798 番地
TEL. 0120-771669

発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目 1 番 2 号

25.02.17K22