

器 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN 35761000


LED キュアマスター

【禁忌・禁止】

トビラを開けて、センサースイッチを操作しないでください。LED ランプが点灯して視力障害を起こす可能性があります。

【形状・構造及び原理等】

装置外観図



【使用目的又は効果】

歯科技工室で高分子材料を重合するために用いる装置をいう。本器は光（LED）を用いて重合を行う。

【使用方法等】

- 1) 取り付け、設置
付属の取扱説明書を参照して、水平でしっかりした机に設置すること。
- 2) 操作方法または、使用方法
本器の詳細な操作方法、及び使用方法是付属の取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

使用前に取扱説明書の「安全上の留意項目」をお読みください。

- 1) 熟練したもの以外は本器を使用しないこと。
- 2) 本器の使用中は次の事項に注意すること。
 - ・ 機器から異臭、異音が出るときはすみやかに電源プラグをコンセントから抜き、弊社にご連絡ください。

**【保管方法及び有効期間等】

【耐用期間】

製造日から、正規の保守点検を行った場合に限り10年間とする。

記載の耐用期間は自己認証（当社データ）による。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「お手入れ」をお読みください。

- 1) 機器及び付属品は使用前に点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1) 販売業者

YAMAKIN 株式会社

TEL. 0120-39-4929

2) 製造販売業者

デンケン・ハイデンタル株式会社

TEL. 075-672-2118

*

3) 製造業者

デンケン・ハイデンタル株式会社