2024 年 11 月第 5 版*2014 年 11 月第 4 版 (新記載要領に基づく改訂)

医 04 整形用品 一般医療機器 救急絆創膏 JMDN コード 34864000

エルモ救急バン

再使用禁止

【警告】

●使用中または使用後


本品の使用により発疹・発赤・かゆみ・かぶれ 等の症状が現れた場合には使用を中止し、医師 又は薬剤師に相談すること。

【禁忌・禁止】


再使用禁止

【形状・構造及び原理等】*

救急絆創膏は粘着テープ、パッド、セパレーターからなる。 断面図(製品共通構成)




平面図





A:絆創膏の長さ/B:絆創膏の幅/C:パッドの長さ/D:パッド の幅


製品	Α	В	С	D
M サイズ	72	19	23	12
Lサイズ	72	30	30	21


製品(2)














製品	Α	В	С	D
45 mm × 51 mm	51	45	28	14
38 mm × 76 mm	76	38	25	20
45 mm × 76 mm	76	45	30	16
50 mm × 76 mm	76	50	40	28
38 mm × 38 mm	38	38	23	23
直径 38 mm	38	38	23	23

(mm)

添付文書

【使用目的又は効果】

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の軽微な創傷 面の保護、手術後の縫合部の被覆保護、注射針等の穿刺部 被覆保護を主たる目的としたもの。

【使用方法等】

被覆してある両端の剥離紙 (セパレーター)をはぎ、中央のパッドに触れないようにして、パッドが傷口を保護するように貼り付ける。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1. 単回使用
- 2. パッドの部分が濡れたり、又は汚れたまま放置すると 傷の治りが悪くなるので貼り替えてください。
- 3. 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意してください。
- 4. 粘着面を患部に貼らないでください。
- 5. 小児に使用させるときは、保護者の指導監視のもとに 使用させてください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光のあたらない、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者

名称:日進医療器株式会社

第二種医療機器製造販売業

住所:大阪府大阪市中央区道修町1-4-2

お問い合わせ先:弊社お客さん相談室

電話:06-6223-0133

外国製造業者

国名:中華人民共和国 (China)

名称: Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd. (邦名) じゃんすうなんふぁんめでぃかる