

機械器具51 医療用嚢管及び体液誘導管  
管理医療機器 非血管用ガイドワイヤ 35094022  
(食道用バルーンカテーテル 34915000)  
(汎用ストップコックバルブ 35375001)

## CRE WG 上部用

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

#### 1. 使用方法

- (1) 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 構造

CRE WG 上部用(以下、本品という)は、ガイドワイヤが予め挿入された食道用バルーンカテーテル及び附属品(ストップコックとガイドワイヤロック)より構成される。

本品のバルーンは、異なる拡張圧により3種類の直径サイズにすることができる。バルーン表示径及び拡張圧については、表-1を参照すること。

本品は、内視鏡(本品に含まれない)のチャンネルを通して送り込むように設計され、本品のバルーンカテーテルのガイドワイヤ用ルーメンには、0.89 mm (0.035 inch)のガイドワイヤが入る構造になっており、0.89 mm (0.035 inch)ガイドワイヤが事前に挿入された状態で供給される。ガイドワイヤはバルーンカテーテルよりも25 cm長く、その部分がバルーンカテーテルのハブ端から伸びた状態になっている。


ガイドワイヤのロックデバイス(ガイドワイヤロック)がバルーンカテーテルのガイドワイヤ用ハブに取り付けられている。ガイドワイヤロックは、ロック解除の位置にセットされた状態で包装されている。ガイドワイヤロック上のスイッチが「OFF」位置にセットされている場合のみ、ガイドワイヤをバルーンカテーテル内に進めるか又は引き抜くことができる。このスイッチを「ON」位置に移動させることによって、ガイドワイヤをバルーンカテーテル内の適切な位置に固定することができる。

#### \* 2 外観図

##### 一体型ハブ




##### 分岐型ハブ



エックス線不透過性マーカはバルーン内のシャフト上に2つ取り付けられている。

##### エックス線不透過性マーカ



適合内視鏡チャンネル径:2.8 mm以上(OLYMPUS、PENTAX、FUJIFILM社製)。

### 3 主な原材料

ポリエーテルブロックアミド、シリコン、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリカーボネート、ステンレススチール、ポリテトラフルオロエチレンコーティングステンレススチール、シアノアクリレート系接着剤、ブラックインク、ホワイトインク

### 【使用目的又は効果】

本品は、診断的又は治療的処置に用いる食道用バルーンカテーテルを目的部位に誘導するため、また、位置調整及び移動の補助のために一時的に使用する非血管用ガイドワイヤである。食道用バルーンカテーテルは食道へのアクセスを目的とする膨張性バルーンが遠位端に付いた柔軟なチューブである。また、本品は術時における利便性のために専用の食道用バルーンカテーテルと非血管用ガイドワイヤを組合わせたものである。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用準備

- (1) 使用する前に本品を慎重に点検して、バルーンカテーテル及び滅菌包装が輸送中に損傷していないことを確認する。ガイドワイヤが配置されていることを確認し、ガイドワイヤロックの位置を「ON」に移動する。これで内視鏡への挿入中にガイドワイヤが動かないようにすることができる。バルーンカテーテル先端部に傷がある場合、シャフト又はコアワイヤがねじれている場合、バルーン素材が損傷している場合には、その製品を使用しないこと。
- \* (2) 拡張圧をモニタするために、圧ゲージ付きシリンジを本品のバルーンポート(又はバルーンチューブのハブ)に取り付ける。
- (3) 内視鏡内を出来るだけ通過しやすくするために、バルーンカテーテルの保護用スリーブを取り外す前に、本品に対して吸引を行って脱気する。
- (4) 使用前に、バルーンカテーテルから保護用スリーブを取り外す。

#### 2 カテーテルの挿入

本品は、適切なサイズの内視鏡のチャンネルを通して挿入するように設計されている。チャンネルをカバーしているゴム・バルブを除去することによって、より大きなサイズ(15 mm以上)のバルーンが容易に挿入できることがある。

- (1) 内視鏡を通して挿入している間、バルーンカテーテルを脱気された状態に維持する。
- (2) 本品を内視鏡内に、ゆっくりと2~3 cmずつ送り込む。内視鏡の構造上の違いによって、内視鏡に挿入直後及びチャンネルの先端から出る2~3 cm手前の位置で、抵抗が感じられる場合がある。
- (3) バルーンが内視鏡の先端部から出て、内視鏡による観察範囲内に入ったら、ガイドワイヤはバルーンカテーテルの先端部を越えて前に進めることができる。ガイドワイヤを使用する場合は、以下の手順で行う。

- ① ガイドワイヤロック上のスイッチが「OFF」にセットされていることを確認する。
- ② ガイドワイヤを本品の先端部を越えて目標の位置まで前に進める。
- \* ③ (ガイドワイヤの手元部マーカが有る場合)ガイドワイヤロックから伸び出ている、ガイドワイヤ上の黄色のマーカを用いて、ガイドワイヤが前に進んだ距離を概算することができる(2つのマーカ距離は5 cm)。
- ④ バルーン部分が目標の位置に達するまで、ガイドワイヤ上でバルーンカテーテルを前進させる。  
本品には狭窄部を越えて適切な位置に配置することを補助するために、エックス線不透過性マーカがバルーン内のシャフト上に2つ付いている。バルーン遠位端、近位端のマーカを拡張部位の遠位端、近位端に合わせる。  
以上の手法は、解剖学的構造が非常にタイトであるか、又は蛇行した領域で有効な場合がある。
- ④ 標準的な0.89 mm (0.035 inch)のガイドワイヤを使用して狭窄部を通過させた後、バルーンカテーテルをオーバーロードさせて使用することもできる。(その場合、操作に支障をきたさない長さのガイドワイヤを選択すること。)
- ⑤ バルーンが狭窄部に対して適切に配置されたら、以下の「**バルーンの拡張**」の説明に従ってバルーンを拡張させる。

### 3. バルーンの拡張

バルーンは、液体を用いて拡張させる必要がある。手技によって、無菌水、無菌生理食塩液又は造影剤混合液のいずれかを用いて、バルーンを充填することができる。

- (1) 本品は、包装、ラベル上に記載してあるとおり3種類の異なる直径に拡張することができる。最小のバルーン径に対応する圧までバルーンを拡張させ、適切な拡張が達成できるまでその圧を維持する。より大きなバルーン径にする場合は、規定の最大拡張圧まで上昇させる。
- (2) 圧ゲージ付きシリンジを用いて、圧をモニターすること。拡張を行っているときに、圧の読み取り値が変動することがある。適切な圧に合わせるために、必要に応じてバルーン圧を調節する(圧がわずかに低下することがあるが、これは正常な状態でも生じる)。

### 4. カテーテルの抜去

- (1) 本品は、急速に収縮できるように設計されている。完全に収縮させるために、圧ゲージ付きシリンジを用いて吸引を行うときに、バルーンの内視鏡を内視鏡で観察し続ける。バルーンが完全に収縮するまで本品を引き抜かないこと。
  - ① ガイドワイヤを使用した場合の抜去  
バルーンを内視鏡まで引き、次にガイドワイヤをバルーン先端部から出ないように内視鏡内に引き込み、ガイドワイヤロックを「ON」にしてから一緒に内視鏡からゆっくりと引き抜く。
  - ② ガイドワイヤを使用しなかった場合の抜去  
バルーンの内視鏡を確認し、本品を内視鏡からゆっくりと引き抜く。

### <使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) バルーンを事前に拡張させたり、予備テストしたり、保護用スリーブ内でバルーンを再び折畳んだりしないこと。
- (2) 内視鏡下で本品が適切に配置されていることを確認すること。本品のシャフト部分が内視鏡による観察範囲に入っていることを観察することによって、バルーンが内視鏡から完全に出ていることが確認できる。[不適切な位置でバルーンを拡張させると、患者に傷害を生じさせる原因となることがある。]
- (3) バルーンを拡張するために、空気又はその他のガス媒体は絶対に使用しないこと。
- (4) バルーンの破裂を防ぐため、表-1に記載の最大拡張圧を

超えないこと。バルーンが破裂するかまたはバルーン内圧の著しい低下が認められる場合には、バルーンを完全に収縮させ、バルーンと内視鏡と一緒に慎重に抜去すること。内視鏡を通して破裂したバルーンを引き抜かないこと。新しい製品を用いて、処置を継続して行う。

- (5) 屈曲部位でバルーンを拡張すると、バルーンの内直・直線化によってカテーテルあるいはガイドワイヤ先端部が位置移動し、組織損傷を起こすことがある。したがって、バルーンを拡張する際には、バルーンカテーテルの位置が適切であり、そのまま拡張しても組織損傷を起こすことがないことを内視鏡下で観察し、確認すること。
- (6) バルーンを抜去する前に、バルーンを完全に収縮させ、かつ全ての液体を除去すること。バルーンの色及び拡張媒体によって、約10～30秒間を要することがある。
- (7) 本品の抜去を容易にするために、内視鏡の先端部分をできるだけ真っすぐに伸ばしておく必要がある。チャンネルが過度に曲がっていると、内視鏡を通して本品を抜去する際に、より大きな力を加える必要がある。
- (8) 本品を内視鏡から引き抜く際、過度の抵抗が感じられた場合には、体内の組織、本品又は内視鏡への損傷を防ぐために、内視鏡と本品と一緒に抜去すること。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- (1) 本品をステープラの針やステントなどの鋭利な物質がある部位に対して使用する場合は、バルーンが損傷する可能性があるため、注意が必要である。

#### 2. 不具合・有害事象

- (1) 重大な有害事象
  - ① 穿孔
  - ② 敗血症／感染症
- (2) その他の有害事象
  - ① 出血
  - ② 血腫
  - ③ 造影剤に対するアレルギー反応

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

#### 2. 有効期間

3年(自己認証による)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 製造販売業者:

ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社  
電話番号:03-6853-1000

#### \* 製造業者:

米国 ボストン サイエンティフィック コーポレーション  
[Boston Scientific Corporation]

表-1 バルーン表示径と拡張圧の関係

		拡張圧					
		最小表示径到達圧 ×10 <sup>5</sup> (Pa)		中間表示径到達圧 ×10 <sup>5</sup> (Pa)		最大表示径到達圧 ×10 <sup>5</sup> (Pa)	
バルーン表示径 (mm)	6-7-8	6 mm	3.04 (3 atm)	7 mm	6.08 (6 atm)	8 mm	10.1 (10 atm)
	8-9-10	8 mm	3.04 (3 atm)	9 mm	5.57 (5.5 atm)	10 mm	9.12 (9 atm)
	10-11-12	10 mm	3.04 (3 atm)	11 mm	5.07 (5 atm)	12 mm	8.11 (8 atm)
	12-13.5-15	12 mm	3.04 (3 atm)	13.5 mm	4.56 (4.5 atm)	15 mm	8.11 (8 atm)
	15-16.5-18	15 mm	3.04 (3 atm)	16.5 mm	4.56 (4.5 atm)	18 mm	7.09 (7 atm)
	18-19-20	18 mm	3.04 (3 atm)	19 mm	4.56 (4.5 atm)	20 mm	6.08 (6 atm)