

医04 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

## 滅菌パール綿球

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039

#### 【形状・構造及び原理等】

- ・綿100%の脱脂綿を球状にして、フィブリル化セルロースを噴霧したものを滅菌した製品です。
- ・紐付きは綿100%の糸を付けた製品です。

#### 【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

#### 【使用方法等】

適宜使用すること。

#### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期限  
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。