*2023年10月改訂（第4版）
2017年 4月改訂

医療機器届出番号：27B1X00045000005

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器　洗浄剤注入用具　70463000

# 局所洗浄用ノズル

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**
1. 使用方法
 1)再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**
1. 形状・構造
本品は合成樹脂製の生体用洗浄器具であって本体及びプロテクタで構成されている。




2. 材質

| | |
|---|---|
| 本体 | アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体 |

**【使用目的又は効果】**
本品は、洗浄剤を注入する器具である。

**【使用方法等】**
1. 包装を切口部より開封し製品を取り出します。
2. 導入口側のプロテクタを外し、導入口の刃面を確認します。
3. 導入口を洗浄用薬液の入った容器のゴム栓等に刺通します（図1参照）。
4. 噴射口側のプロテクタを外します（図2参照）。
5. 噴射口を洗浄する患部に向けます。
6. 洗浄用薬液の入った容器を圧迫し、薬液を患部に噴射し洗浄します（図3参照）。




**【使用上の注意】**
1. 重要な基本的注意
 1)誤って導入口の刃で手指等を切らないよう取扱いには十分注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】**
1. 保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間
包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年［自己認証（自社データ）による］

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
*製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
フリーダイヤル：0120-226-069
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造
ニプロ医工株式会社

販売提携
大塚製薬株式会社
株式会社大塚製薬工場

針先注意
処置後の誤刺注意