この電子添文をよく読んでから使用してください。

体外診断用医薬品

** 2025 年　1 月改訂（第 5 版）
＊ 2022 年　5 月改訂（第 4 版）

製造販売届出番号 12E1X80009000032

ja
Methotrexate
09P48
470732R02A
B9P48J

Alinity®

血液検査用メトトレキサートキット

メトトレキサート・アボット

【全般的な注意】

・本製品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないこと。
・診断は、他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断すること。
・本書に記載された使用方法に従って使用すること。本書に記載された使用方法および使用目的以外での使用については、測定結果の信頼性は保証しない。
・本測定で使用する試薬類には、ヒト由来成分が含まれているものがあり、感染の危険があるので感染性のあるものとして取り扱うこと。詳細は、**【形状・構造等（キットの構成）】**または**【用法・用量（操作方法）】**を参照すること。
・本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。誤って目や口に入れたり皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けること。詳細は、**【形状・構造等（キットの構成）】**または**【用法・用量（操作方法）】**を参照すること。
・使用する機器の電子添文および取扱説明書をよく読んでから使用すること。
・本書中の薬剤に関する記述の中には、海外での情報が含まれている。日本における最新の薬剤の効能・効果等は、薬剤の電子添文等を参照すること。

【形状・構造等（キットの構成）】

○試薬キット
・マイクロパーティクル（MICROPARTICLES）
　抗メトトレキサートマウスモノクローナル抗体固相化磁性粒子（他の含有物：MES 緩衝液、非タンパク性安定化剤　保存剤：ProClin 300）
・コンジュゲート（CONJUGATE）
　アクリジニウム標識メトトレキサート（他の含有物：クエン酸緩衝液、非タンパク性安定化剤　保存剤：ProClin 300）
・検体希釈液（ASSAY SPECIFIC DILUENT）
　（主な含有物：MES 緩衝液、塩化ナトリウム　保存剤：ProClin 300）
○プレトリガー※（PRE-TRIGGER SOLUTION）
過酸化水素
○トリガー※（TRIGGER SOLUTION）
（主な含有物：水酸化ナトリウム）
※ プレトリガー、トリガーは AFP・アボット（承認番号 22300AMX01224000）で承認された構成品を共通試薬として用います。Alinity i システム用をご使用ください。別売りのため弊社にお問い合わせください。

【使用目的】

血清又は血漿中のメトトレキサートの測定

【測定原理】

化学発光免疫測定法（CLIA 法）

【操作上の注意】

（1）測定試料の性質、採取法

検体種

本キットでは次の検体種を使用することができる。
他の種類の検体種や採血管は、本キットで使用できることを確認していない。

検体種	採血管
血清	血清分離剤入り シリコンコート、凝固促進用シリカ微粒子入り
血漿	EDTA-2K ヘパリンナトリウム ヘパリンリチウム

** ・ヒト血清や血漿以外の体液における本キットの性能は確立されていない。
・本キットで測定するヒト血清またはヒト血漿は、遮光して保存すること。
・機器は、検体の種類を区別する機能を持たないので、測定の際には、検体が本書に記載されている種類の検体であることを確認すること。

検体の条件

・以下は使用しないこと。
　・加熱して不活化した検体
　・プールした検体
　・著しく溶血した検体
　・明らかに微生物汚染が認められる検体
・正確な測定結果を得るため、血清および血漿検体にフィブリン、赤血球、その他の不溶物が含まれていないことを確認すること。抗凝固剤や血栓溶解剤による治療を受けている患者の血清検体は、血餅が完全に分離していないためフィブリンが含まれている可能性がある。
・検体間の汚染を防ぐため、使い捨てのピペットまたはピペットチップを使用すること。
　・使い捨てのピペットまたはピペットチップは、サンプルごとに交換すること。
　・サンプルとコントロールの希釈系列を調製する際は、希釈操作ごとにピペットチップを交換すること。
・汚染の可能性がある場合は、手袋を交換すること。

検体の調製

・採血管の使用に際しては、採血管の製造元の取扱説明書に従うこと。静置により血球成分等を分離しただけでは、検体として使用するには不十分である。
・検体に泡がないことを確認すること。泡がある場合は測定前に綿棒で泡を取り除くこと。検体間の汚染を防ぐために、検体ごとに新しい綿棒を使用すること。

正確な測定結果を得るため、次の検体は測定前に再度遠心分離すること。
・フィブリン、赤血球、その他の不溶物を含む検体
・再測定を要する検体

注：フィブリン、赤血球、その他の不溶物が認められる場合は、再度遠心分離する前に、低速のボルテックスミキサーを用いるか、10 回転倒することにより混和すること。

凍結検体は以下に従って準備する。
・凍結検体は、混和する前に完全に融解すること。
・凍結融解した検体は、低速のボルテックスミキサーを用いるか、10 回転倒することにより十分に混和する。
・検体を目視で確認し、層状になっている場合には、均一になるまで混和する。
・検体が十分に混和されていない場合、正しい結果が得られない可能性がある。
・検体を再度遠心分離する。

検体の再遠心分離
・検体を遠心チューブに移し、少なくとも 100 000 g-minutes で遠心分離する。

Abbott

・この基準を満たす遠心分離時間と相対遠心力（RCF）の組み合わせの例を以下に示す。

遠心分離時間は RCF を元に以下の計算式で算出することができる。

$$\text{最小遠心分離時間（分）} = \frac{100\,000\ \text{g-minutes}}{\text{RCF}}$$

再遠心分離時間（分）	RCF (× g) ※	g-Minutes
10	10 000	100 000
20	5000	100 000
40	2500	100 000

※ 正確な測定結果を得るため、適切なチューブを使用して、2500 RCF 以上で、少なくとも 100 000 g-minutes となるように遠心分離すること。

$RCF = 1.12 \times r_{max}\ (rpm/1000)^2$

RCF - 遠心分離中に得られる相対遠心力。

rpm - 1 分間あたりのローター回転数（一般的に遠心機でデジタル表示されている数字は rpm である）。

遠心分離時間 - 遠心分離時間はローターの回転が目的の RCF または rpm に達してから減速を開始するまでの時間とすること。

r_{max} - ミリメートルで示したローターの半径。**注**：専用アダプター（製造業者指定品）以外を使用する場合は、半径（r_{max}）を自分で測定し（単位ミリメートル）、RCF を算出する必要がある。

g-minutes - RCF（× g）と遠心分離時間（分）を乗じた数値の単位。

・澄明な検体を、サンプルカップまたは試験管等に移し測定に用いる。脂質層が認められた検体の遠心分離では、脂質を含まない澄明な検体のみを分取する。

検体の保存条件

検体種	温度	最長保存期間	その他
血清 / 血漿	室温	1 日間	検体は、血餅、赤血球の有無に関わらず保存することができる。
	2 ～ 8℃	2 日間	検体は、血餅、赤血球の有無に関わらず保存することができる。

本キットで測定するヒト血清またはヒト血漿は、遮光して保存すること。

測定前の検体は、2 ～ 8℃で 2 日間まで保存することができる。2 日間以内に測定を行わない検体は、血清または血漿から血餅、赤血球を除去した後、–10℃以下で凍結保存すること。

3 回を超える凍結融解の繰り返しは避けること。

検体の輸送条件

臨床検体および感染性物質に対応した包装、表示を行うこと。

検体から血餅、赤血球を除去することを推奨する。

2 ～ 8℃（保冷）または凍結で輸送する。

遮光すること。

（2）妨害物質・妨害薬剤

ここに示したデータは代表的な例であり、各施設では異なる結果を示す場合がある。

干渉物質

薬剤

検討は CLSI ガイドライン EP07-A2 に従って行った。[1]

本キットの測定値に影響を与える可能性のある薬剤を評価した。次に示した薬剤を医学的判断の指標となるメトトレキサート濃度（約 0.050 µmol/L、1.000 µmol/L）のサンプルに添加した。各サンプルを測定し、対照サンプルと各物質を添加したサンプルの測定値を比較した。主要代謝物である 7- ヒドロキシメトトレキサートとの交差反応は認められなかった。

薬剤は、表中に濃度の記載があるもの以外 1000 µmol/L で測定を行った。結果を以下に示す。

これとは別に、メトトレキサートが含まれない血清にアミノプテリンおよび DAMPA を濃度 1000 µmol/L になるよう添加して測定したところ、交差反応性はそれぞれ 61％と 46％であった。

	交差反応性（%）[a] メトトレキサート濃度	
薬剤	0.050 µmol/L	1.000 µmol/L
アドリアマイシン	0	0
アミノプテリン[b]（5 µmol/L）	43	72
シクロホスファミド（1500 µmol/L）	0	0
シトシン	0	0
DAMPA[b]（5 µmol/L）	46	83
ジヒドロ葉酸	0	0
5- フルオロウラシル（3000 µmol/L）	0	0
葉酸	0	0
ホリン酸（ロイコボリン）	0	0
7- ヒドロキシメトトレキサート	0	0
6- メルカプトプリン	0	0
メトプテリン	0	0
5- メチルテトラヒドロ葉酸	0	0
DL-6- メチル -5,6,7,8- テトラヒドロプテリン	0	0
プレドニゾロン	0	0
ピリメタミン	0	0
スルファメトキサゾール（1600 µmol/L）	0	0
テトラヒドロ葉酸	0	0
トリアムテレン	0	0
トリメトプリム	0	0
ビンブラスチン	0	0
ビンクリスチン	0	0

[a] 交差反応性（%）$= \frac{\text{添加サンプルの平均値} - \text{対照サンプルの平均値}}{\text{薬剤濃度}} \times 100$

[b] 定量可能な最大濃度は 5 µmol/L であった。

測定に影響を与える可能性のある因子を含む検体

検討は CLSI ガイドライン EP07-A2 に従って行った。[1]

本キットの測定値に影響を与える可能性のある物質を評価した。次に示した物質を、医学的判断の指標となるメトトレキサート濃度（約 0.050 µmol/L、1.000 µmol/L）のサンプルに添加した。各サンプルを測定し、対照サンプルと各物質を添加したサンプルの測定値を比較した。結果を以下に示す。

		差（%）[a] メトトレキサート濃度	
物質	濃度	0.050 µmol/L	1.000 µmol/L
ビリルビン（非抱合型）	60 mg/dL	4	4
ビリルビン（抱合型）	60 mg/dL	2	3
コレステロール	700 mg/dL	4	3
ヘモグロビン	1000 mg/dL	4	-3
HAMA	1500 ng/mL	6	3
IgM 型モノクローナル抗体	0.386 g/dL	7	-5
リウマチ因子	1500 IU/mL	-4	8
総タンパク質（アルブミン）	12 g/dL	-7	-6
総タンパク質（γ - グロブリン）	12 g/dL	-5	-6
トリグリセライド	3000 mg/dL	4	-3
尿酸	30 mg/dL	-4	2

[a] 差（%）$= \frac{\text{添加サンプルの平均値} - \text{対照サンプルの平均値}}{\text{対照サンプルの平均値}} \times 100$

（3）その他

本キットは Alinity i システムの試薬である。 詳細は、弊社にお問い合わせください。

【用法・用量（操作方法）】

（1）試薬の調製方法

各試薬はそのまま用いる。

Abbott

(2) 必要な器具・器材・試料等

・本キット用アッセイファイル

・Alinity メトトレキサート・キャリブレータ（Alinity i Methotrexate Calibrators、製品番号 9P48-CAL-01、REF 09P4801）

（主な含有物：カルシウム処理ヒト血漿、メトトレキサート（USP グレード） 保存剤：アジ化ナトリウム、ProClin 950）

キャリブレータの濃度を以下に示す。

		濃度 CONC	
	容量	(μmol/L)	(μg/mL)
CAL A	3.0 mL × 1	0.000	0.000
CAL B	3.0 mL × 1	0.040	0.018
CAL C	3.0 mL × 1	0.100	0.045
CAL D	3.0 mL × 1	0.250	0.114
CAL E	3.0 mL × 1	0.700	0.318
CAL F	3.0 mL × 1	1.500	0.682

・Alinity メトトレキサート・コントロール（Alinity i Methotrexate Controls、製品番号 9P48-CNT-01、REF 09P4810）

（主な含有物：カルシウム処理ヒト血漿、メトトレキサート（USP グレード） 保存剤：アジ化ナトリウム、ProClin 950）

コントロールの濃度および管理範囲を以下に示す。

		濃度 CONC	管理範囲 RANGE	濃度 CONC	管理範囲 RANGE
	容量	μmol/L	μmol/L	μg/mL	μg/mL
CONTROL L	8.0 mL × 1	0.070	0.048 - 0.092	0.032	0.022 - 0.042
CONTROL M	8.0 mL × 1	0.450	0.304 - 0.596	0.204	0.138 - 0.271
CONTROL H	8.0 mL × 1	1.000	0.675 - 1.325	0.454	0.307 - 0.602
CONTROL X	8.0 mL × 1	10.000	6.750 - 13.250	4.544	3.067 - 6.021

注：本書に記載されているコントロールの管理範囲はロット特異的ではなく、製品全体としての管理範囲を示したものである。各施設において、本書に記載されている管理範囲の内側で、平均値および各施設における管理範囲を設定することを推奨する。適切な管理範囲を設定するために考慮すべき変動要因としては以下が挙げられる。

・キャリブレーション　・コントロールロット　・試薬ロット
・キャリブレータロット　・機器

各施設で定めたコントロールを使用することもできる。

・Alinity メトトレキサート・高濃度用コントロール（Alinity i Methotrexate Extended Range Controls、製品番号 9P48-ERC-01、REF 09P4811）

（主な含有物：カルシウム処理ヒト血漿、メトトレキサート（USP グレード） 保存剤：アジ化ナトリウム、ProClin 950）

コントロールの濃度および管理範囲を以下に示す。

		濃度 CONC	管理範囲 RANGE	濃度 CONC	管理範囲 RANGE
	容量	μmol/L	μmol/L	μg/mL	μg/mL
CONTROL Y	8.0 mL × 1	50.000	30.000 - 70.000	22.722	13.633 - 31.811
CONTROL Z	8.0 mL × 1	500.000	320.000 - 700.000	227.220	145.421 - 318.108

注：本書に記載されているコントロールの管理範囲はロット特異的ではなく、製品全体としての管理範囲を示したものである。各施設において、本書に記載されている管理範囲の内側で、平均値および各施設における管理範囲を設定することを推奨する。適切な管理範囲を設定するために考慮すべき変動要因としては以下が挙げられる。

・キャリブレーション　・コントロールロット　・試薬ロット
・キャリブレータロット　・機器

・Alinity i 共通検体希釈液（製品番号 9P15-40-01）

・濃縮希釈緩衝液（Alinity i システム用、アジ化ナトリウムを含む）

機器の操作に必要な器具等については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

メンテナンスに必要な器具等については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

(3) 測定機器の操作法

初めて測定を行う前に、本キット用アッセイファイルを機器にインストールすること。

複数の自動希釈専用アッセイファイルがあり、オーダーの際に自動希釈を選択することができる。

・MTX UNDIL（無希釈プロトコル）

・MTX_20DF（20 倍希釈プロトコル）

・MTX_400DF（400 倍希釈プロトコル）

・MTX_8000DF（8000 倍希釈プロトコル）

MTX_20DF（アッセイ番号 632）、MTX_400DF（アッセイ番号 633）、MTX_8000DF（アッセイ番号 634）をインストールする前に、MTX UNDIL（アッセイ番号 631）をインストールすること。

アッセイファイルのインストール方法およびアッセイパラメータの表示、変更方法の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

アッセイパラメータの印刷については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

機器の操作に関する詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

単位の変換

アッセイパラメータ「結果の単位」を使用する単位に変更する。

変換式：

濃度（初期設定の単位）× 変換係数 = 濃度（変換後の単位）

初期設定の単位	変換係数	変換後の単位
μmol/L	0.45444	μg/mL

(4) 測定（操作）法

1. キャリブレータ（別売品）又は検体、検体希釈液、マイクロパーティクル、コンジュゲートを 1：5：5：5 の割合で使用し反応させる。
2. 未反応物を除去後、プレトリガー 100 μL を加え、反応させる。
3. トリガー 300 μL を加え、反応生成物の発光（波長約 400 ～ 500 nm）の発光強度を測定する。
4. キャリブレータの発光強度からメトトレキサート濃度と発光強度の関係式が求められ装置のメモリーに記憶される。
5. 検体の発光強度を、装置のメモリーに記憶されている検量線と比較することによって、検体中のメトトレキサート濃度を求める。

測定法

測定手順の詳細は使用する機器の取扱説明書を参照すること。

・元検体チューブまたは子検体チューブを使用する場合、検体量が十分であることを確認する必要がある。使用する機器の取扱説明書を参照すること。

・蒸発濃縮の影響を最小限にするため、測定開始前にサンプルカップに適切な量のサンプルが入っていることを確認すること。

・同一サンプルカップでの最大多重測定回数：10

  ・分注後、直ちに測定する場合：

    ・初回測定の必要サンプル量：60 μL

    ・同じサンプルカップで追加測定する場合の必要サンプル量：10 μL

  ・試薬サンプルマネージャにセット後、3 時間以内に測定する場合：

    ・初回測定の必要サンプル量：150 μL

    ・同じサンプルカップで追加測定する場合の必要サンプル量：10 μL

  ・試薬サンプルマネージャにセット後、3 時間を超えて測定する場合：

    ・新しく分注したサンプルに交換する。

・本書のキャリブレータ、コントロール、高濃度用コントロールの取り扱い方法についても参照すること。

・一般的な機器の操作法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

・正しい測定結果を得るために、使用する機器の取扱説明書に従って日常的なメンテナンスを行うこと。施設の規定がより頻繁なメンテナンスを定めている場合、当該施設の手順に従うこと。

検体の希釈

メトトレキサートの測定値が 1.500 μmol/L（0.682 μg/mL）を超える検体は、"> 1.500 μmol/L"（"> 0.682 μg/mL"）のフラグが表示される。この検体については自動希釈または手希釈を用いて希釈測定することができる。

自動希釈

サンプルは 20 倍、400 倍、8000 倍に希釈測定され、測定結果に希釈倍率をかけた濃度が自動的に算出される。

以下の表に示すアッセイファイルを使用して、サンプルを測定する。

測定対象	アッセイファイル
サンプル（20 倍希釈）	MTX_20DF
サンプル（400 倍希釈）	MTX_400DF
サンプル（8000 倍希釈）	MTX_8000DF

手希釈

推奨希釈倍率：20 倍。最大 3 ポイントの希釈系列（20 倍、400 倍、8000 倍）を調製する。

希釈サンプルを測定する場合は、コントロール M および希釈したコントロール X、Y、Z を各 1 回同時に測定する。

注意：交差汚染を防ぐため、コントロールのドロッパーボトル用チップを取り外さないこと。コントロールボトルおよびキャップの取り扱いには注意すること。ピペットチップは、サンプル、コントロール、希釈操作ごとに交換すること。

以下に**太字** で示されているサンプルが測定対象である。希釈系列を調製する段階で発生するサンプルは測定しない。

注：手希釈の手順では以下の用語を使用する。

希釈液＝ Alinity i 共通検体希釈液

DF ＝希釈倍率

1.500 µmol/L（0.682 µg/mL）を超える検体の希釈

1. 検体の希釈に使用するマイクロ遠心チューブ 3 本に以下を表示する。
   チューブ 1、DF=20
   チューブ 2、DF=400
   チューブ 3、DF=8000
2. 希釈液 950 µL を 3 本のチューブにそれぞれ分注する。
3. 検体 50 µL をチューブ 1 に分注する。
   a. ボルテックスミキサーで、10 ～ 30 秒間撹拌する。
   b. **チューブ 1 DF=20** として測定に使用する。
4. チューブ 1（ステップ 3b）の溶液 50 µL をチューブ 2 に添加する。
   a. ボルテックスミキサーで、10 ～ 30 秒間撹拌する。
   b. **チューブ 2 DF=400** として測定に使用する。
5. チューブ 2（ステップ 4b）の溶液 50 µL をチューブ 3 に添加する。
   a. ボルテックスミキサーで、10 ～ 30 秒間撹拌する。
   b. **チューブ 3 DF=8000** として測定に使用する。

コントロール X、Y、Z の段階希釈

6. 検体の希釈に使用するマイクロ遠心チューブ 6 本に以下を表示する。
   チューブ X、DF=20
   チューブ Y1
   チューブ Y2、DF=400
   チューブ Z1
   チューブ Z2
   チューブ Z3、DF=8000
   注：DF の表示があるチューブが測定対象である。
7. 希釈液 950 µL を 6 本のチューブにそれぞれ分注する。
8. コントロール X 5 滴を別のチューブに滴下する。
   a. このチューブからコントロール X 50 µL をチューブ X DF=20 に分注する。
   b. ボルテックスミキサーで、10 ～ 30 秒間撹拌する。
   c. **チューブ X DF=20** として測定に使用する。
9. コントロール Y 5 滴を別のチューブに滴下する。
   a. このチューブからコントロール Y 50 µL をチューブ Y1 に分注する。
   b. ボルテックスミキサーで、10 ～ 30 秒間撹拌する。
   c. チューブ Y1 は測定しない。
10. チューブ Y1（ステップ 9c）の溶液 50 µL をチューブ Y2 DF=400 に添加する。
    a. ボルテックスミキサーで、10 ～ 30 秒間撹拌する。
    b. **チューブ Y2 DF=400** として測定に使用する。
11. コントロール Z 5 滴を別のチューブに滴下する。
    a. このチューブからコントロール Z 50 µL をチューブ Z1 に分注する。
    b. ボルテックスミキサーで、10 ～ 30 秒間撹拌する。
    c. チューブ Z1 は測定しない。
12. チューブ Z1（ステップ 11c）の溶液 50 µL をチューブ Z2 に添加する。
    a. ボルテックスミキサーで、10 ～ 30 秒間撹拌する。
    b. チューブ Z2 は測定しない。
13. チューブ Z2（ステップ 12b）の溶液 50 µL をチューブ Z3 DF=8000 に添加する。
    a. ボルテックスミキサーで、10 ～ 30 秒間撹拌する。
    b. **チューブ Z3 DF=8000** として測定に使用する。

・コントロール M、コントロール X（20 倍希釈）、コントロール Y（400 倍希釈）、コントロール Z（8000 倍希釈）を測定する。

オーダー作成画面の患者検体タブまたは QC タブで、希釈倍率を入力すること。希釈倍率を使用してサンプル濃度が自動的に算出され、測定結果として報告される。

希釈倍率をかける前の測定値が 0.040 µmol/L（0.018 µg/mL）より高くなるように希釈すること。

希釈倍率を入力しなかった場合は、結果を報告する前に適切な希釈倍率をかけること。希釈したサンプルの測定値が測定範囲の下限 0.040 µmol/L（0.018 µg/mL）未満である場合、その結果は報告しないこと。適切な希釈倍率で希釈し、再測定する必要がある。

希釈のオーダー方法の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレーション

キャリブレーションの方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

コントロール L、M、H を各 1 回測定し、キャリブレーションを評価すること。

一度、規格を満たしたキャリブレーションの結果が機器に保存されると、その後は測定ごとにキャリブレーションを行う必要はないが、次の場合には再キャリブレーションを行う。

・新しいロット番号の試薬キットを使用する場合
・コントロールの測定値が、本書に従い各施設で統計的手法に基づいて設定した精度管理用の管理範囲を外れている場合
  ・コントロールの管理範囲を統計的手法に基づいて設定していない場合は、少なくとも 30 日間に一度再キャリブレーションを行うこと。

測定値に影響を及ぼす可能性のある部分のメンテナンスや修理を実施した場合も、再キャリブレーションを必要とする可能性がある。

品質管理方法

本キットの各測定日（24 時間）ごとに、コントロール L 、M、Hを各 1 回測定すること。

施設の精度管理方針に従い、必要な場合はコントロールの測定を追加する。

手希釈検体の測定では、希釈したコントロール X、Y、Z を測定することを推奨する。

希釈の手順および品質管理についての詳細は、**検体の希釈** を参照すること。

統計的手法に基づいてコントロールの管理範囲を設定する場合、必要に応じてコントロールの各ロットごとに、ターゲット値および管理範囲を臨床的に意義のあるコントロールの濃度ごとに各施設で設定すべきである。数日（3 ～ 5 日）間に渡り、20 回以上の測定を行って得られた測定値を用いて、期待される平均値（ターゲット値）とばらつき（範囲）を設定するなどの方法がある。適切な管理範囲を設定するために考慮すべき変動要因としては以下が挙げられる。

・キャリブレーション
・試薬ロット
・キャリブレータロット
・プロセッシングモジュール（該当する場合）
・測定間差

一般的な品質管理の推奨手順については、CLSI ガイドライン C24-A3 やその他の一般に公開されているガイドラインを参照すること。[2]

・施設の精度管理手順が、より頻繁にコントロールを測定することを定めている場合、当該施設の手順に従うこと。
・コントロールの測定結果が施設で定めた管理範囲から外れている場合は、正しい測定結果が得られていない可能性があるため、各施設の精度管理方針に従って対応すること。再キャリブレーションが必要な場合がある。トラブルシューティングについては、使用する機器の取扱説明書を参照すること。
・新しいロットの試薬やキャリブレータの使用を開始した後は、コントロールの測定結果と管理範囲を確認すること。

希釈したコントロールの測定値が管理範囲を外れている場合、得られた希釈検体の測定結果は無効とする。検体およびコントロールは再度希釈して測定すること。詳細は、**検体の希釈** を参照すること。

精度管理ガイドライン

精度管理のガイドラインとして、James O Westgard, Ph.D. の “Basic QC Practices” を使用することができる。[3]

性能の検証

本書に記載されている性能の検証を各施設で行う場合のプロトコルについては、機器取扱説明書のアッセイ性能の検証を参照すること。

(5) 結果

計算

本キットは、4PLC 法（4 Parameter Logistic Curve fit、Y-weighted）を用いてキャリブレーションカーブを作成し、結果を算出する。

単位の変換については、**(3) 測定機器の操作法　単位の変換**を参照すること。

フラグ

測定結果によってはフラグ欄にフラグが表示される場合がある。この欄に表示される可能性のあるフラグについては、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

【測定結果の判定法】

地域や母集団の特性に基づき、各施設に適した基準範囲を設定すること。

メトトレキサートの血清濃度と抗腫瘍効果の間の正確な関係性は確立されていないが、DNA 合成の回復にはメトトレキサート濃度がおよそ 0.02 µmol/L 未満である必要がある。[4] メトトレキサートの毒性を予見するため、血清中のメトトレキサート濃度と腫瘍細胞の曝露時間との相関関係が報告されてきた。

メトトレキサート・ロイコボリン救援療法では、メトトレキサート投与開始後の血清中濃度が 24 時間後に 10 µmol/L、48 時間後に 1.0 µmol/L、72 時間後に 0.1 µmol/L を超えると重篤な副作用発現の危険性が高くなる。[5]

副作用としては、骨髄抑制、口内炎、吐き気、嘔吐、痙攣、肝臓や腎臓の異常が認められる。また、致命的な結果となる貧血、白血球減少症、血小板減少症、骨粗しょう症、皮膚や粘膜の障害も報告されている。その他、神経毒性および白質脳症もメトトレキサートによる副作用として報告されている。[6]

判定上の注意

- 本キットで測定するサンプルは、遮光して保存すること。
- 測定結果は、症状、他の検査結果、臨床所見などと合わせて総合的に判断すること。
- 本キットの測定結果が臨床所見に矛盾する場合、追加の測定を行うことを推奨する。
- メトトレキサート大量投与に対する救援療法としてグルカルピダーゼ（カルボキシペプチダーゼ G_2）を投与された患者の検体は、グルカルピダーゼの最終投与後少なくとも 48 時間は本キットで測定しないこと。[7] これらの検体は、グルカルピダーゼによるメトトレキサートの代謝で生じる血清中の 4-[[2,4- ジアミノ -6-（プテリジニル）メチル］- メチルアミノ]- 安息香酸（DAMPA）の濃度が上昇している。[8] DAMPA は、本キットで使用しているメトトレキサート抗体と交差反応する。グルカルピダーゼを投与された患者がいる場合、検査室は担当医から連絡を受ける必要がある。[9]
- アミノプテリンは、葉酸から生成され、本キットで使用しているメトトレキサート抗体と交差反応する。
- マウスモノクローナル抗体を用いた製剤による診断および治療を受けた患者の検体中には、HAMA（Human Anti-Mouse Antibodies：抗マウスヒト抗体）が含まれている可能性がある。HAMA を含む検体を、マウスモノクローナル抗体を用いているキットで測定した場合、正しい測定値が得られない可能性がある。診断を行うにあたっては、他の情報が必要となることがある。[10]
- ヒト血清中の異好性抗体は、試薬中の免疫グロブリンに反応し、*in vitro* のイムノアッセイに影響を与えることがある。日常的に動物または動物血清由来製品にさらされる患者では、このような干渉を受ける場合があり、正しい測定値が得られない可能性がある。診断を行うにあたっては、他の情報が必要となることがある。[11]
- 自己免疫疾患患者の検体では免疫反応の場合、非特異的反応が起こりうるので、測定結果に基づく診断は他の検査や臨床症状等を考慮して総合的に判断すること。

【性　能】

ここに示したデータは代表的な例であり、各施設では異なる結果を示す場合がある。

測定範囲

測定範囲は、直線性、再現性およびバイアスが共に本キットの性能許容範囲内にある測定値範囲（µmol/L、µg/mL）とする。

本キットの測定範囲は 0.040 ～ 1.500 µmol/L（0.018 ～ 0.682 µg/mL）である。

正確性・再現性

施設内精度

検討は CLSI ガイドライン EP05-A2 に従って行った。[12] 各 1 ロットの試薬、キャリブレータ、コントロールを使用して、機器 1 台で検討を行った。 3 例のコントロール、3 例の高濃度用コントロール、6 例のヒト血清パネルを 20 日間に渡り 1 日 2 回、少なくとも 2 重測定した。

			測定内再現性（併行精度）		施設内再現性（総再現性）[a]	
サンプル	n	平均値（µmol/L）	SD	%CV	SD	%CV
コントロール L	120	0.071	0.0015	2.1	0.0018	2.5
コントロール M	120	0.437	0.0118	2.7	0.0128	2.9
コントロール H	120	0.965	0.0255	2.6	0.0281	2.9
コントロール X	120	9.499	0.2554	2.7	0.2588	2.7
コントロール Y	120	48.275	1.1312	2.3	1.3408	2.8
コントロール Z	120	488.532	14.6016	3.0	15.1782	3.1
パネル 1	120	0.052	0.0016	3.0	0.0017	3.2
パネル 2	120	0.472	0.0120	2.6	0.0130	2.8
パネル 3	120	1.228	0.0365	3.0	0.0365	3.0
パネル 4	120	4.725	0.0957	2.0	0.1029	2.2
パネル 5	120	48.189	1.2539	2.6	1.3204	2.7
パネル 6	119	930.710	27.0381	2.9	28.4632	3.1

[a] 測定内再現性、測定間再現性、日差再現性を含む。

			測定内再現性（併行精度）		施設内再現性（総再現性）[a]	
サンプル	n	平均値（µg/mL）	SD	%CV	SD	%CV
コントロール L	120	0.032	0.0008	2.5	0.0010	3.0
コントロール M	120	0.199	0.0053	2.7	0.0058	2.9
コントロール H	120	0.438	0.0116	2.7	0.0128	2.9
コントロール X	120	4.317	0.1161	2.7	0.1176	2.7
コントロール Y	120	21.938	0.5141	2.3	0.6093	2.8
コントロール Z	120	222.009	6.6356	3.0	6.8976	3.1
パネル 1	120	0.024	0.0008	3.3	0.0008	3.4
パネル 2	120	0.214	0.0054	2.5	0.0059	2.7
パネル 3	120	0.558	0.0166	3.0	0.0166	3.0
パネル 4	120	2.147	0.0435	2.0	0.0467	2.2
パネル 5	120	21.899	0.5698	2.6	0.6000	2.7
パネル 6	119	422.952	12.2872	2.9	12.9348	3.1

[a] 測定内再現性、測定間再現性、日差再現性を含む。

測定下限

検討は CLSI ガイドライン EP17-A2 に従って行った。[13] 3 ロットの試薬および 2 台の機器を使用し、3 日間以上に渡り検討を行った。LoB（ブランク上限）、LoD（検出限界）、LoQ（定量下限）の最大値を以下に示す。

	µmol/L	µg/mL
LoB[a]	0.006	0.003
LoD[b]	0.009	0.004
LoQ[c]	0.028	0.013

[a] LoB は濃度ゼロのサンプルを 60 回以上測定したときの、95 パーセンタイルに相当する濃度である。

[b] LoD は低濃度サンプルを 60 回以上測定したときに、95％の信頼度で測定できる最小濃度である。

[c] LoQ は低濃度サンプルを 60 回以上測定して算出し、総許容誤差 25％に相当する最小濃度とした。

直線性

検討は CLSI ガイドライン EP06-A に従って行った。[14]

本キットは 0.040 ～ 1.500 µmol/L（0.018 ～ 0.682 µg/mL）の範囲で直線性を示す。

相関性試験成績

検討は CLSI ガイドライン EP09-A3 に従って行った。回帰方法は Passing-Bablok 法を用いた。[15]

濃度範囲：0.040 ～ 1.500 µmol/L

		単位	n	相関係数	切片	傾き	濃度範囲
本キット vs アーキテクト・メトトレキサート	血清	µmol/L	105	1.00	0.00	1.02	0.059 - 1.297
		µg/mL	105	1.00	0.00	1.02	0.027 - 0.590

濃度範囲：0.040 ～ 1500.000 µmol/L

		単位	n	相関係数	切片	傾き	濃度範囲
本キット vs アーキテクト・メトトレキサート	血清	µmol/L	121	1.00	0.01	1.01	0.059 - 1368.395
		µg/mL	121	1.00	0.00	1.01	0.027 - 621.854

較正用の基準物質

社内標準品は、Methotrexate Reference Standard（USP）に基づいて調製している。キャリブレータは重量法により調製した後、社内標準品に対して試験を行っている。

【使用上又は取扱い上の注意】

(1) 取扱い上（危険防止）の注意

- **注意：**本測定で使用する試薬類には、ヒト由来および / または潜在的に感染性のある物質が含まれている。詳細は、**【形状・構造等（キットの構成）】**または**【用法・用量（操作方法）】**を参照すること。ヒト由来物質または不活化微生物が完全に感染伝播しないことを保証する試験は知られていない。すべてのヒト由来物質は潜在的に感染性があると考えて、これらの試薬類およびヒト検体は、OSHA Standard on Bloodborne Pathogens に従って取り扱うこと。感染性物質を含む、またはその疑いがある物質については、バイオセイフティレベル 2、または他の適切なバイオセイフティ基準を使用すること。[16-19]
- キャリブレータに含まれるカルシウム処理ヒト血漿は、HBs 抗原陰性、HIV-1 RNA 陰性または HIV-1 抗原陰性、HIV-1/HIV-2 抗体陰性、HCV 抗体陰性である。
- コントロールに含まれるカルシウム処理ヒト血漿は、HBs 抗原陰性、HIV-1 RNA 陰性または HIV-1 抗原陰性、HIV-1/HIV-2 抗体陰性、HCV 抗体陰性である。
- 高濃度用コントロールに含まれるカルシウム処理ヒト血漿は、HBs 抗原陰性、HIV-1 RNA 陰性または HIV-1 抗原陰性、HIV-1/HIV-2 抗体陰性、HCV 抗体陰性である。
- 本キットの測定では、ヒト検体を取り扱う。検体は、HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるものとして取り扱うこと。検査にあたっては、感染の危険を避けるため、専用の着衣、眼鏡、マスクおよび使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングは行わないこと。
- 試薬が誤って目や口に入った場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けること。
- トリガーはアルカリ性溶液である。使用に際しては、試薬が直接皮膚に付着したり、目に入らないよう注意すること。
- 本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。詳細は、**【形状・構造等（キットの構成）】**または**【用法・用量（操作方法）】**を参照すること。酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。取り扱う際は専用の着衣、眼鏡、マスク等を着用し、蒸気、飛沫を吸入しないこと。内容物および容器は適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す：**MICROPARTICLES**



警告	モルホリノエタンスルホン酸一水和物※、メチルイソチアゾロンを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H316 ※	軽度の皮膚刺激
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

※ EC 1272/2008（CLP）または OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200（HCS）2012 を適用する場合は該当しない。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す：**CONJUGATE**



警告	メチルイソチアゾロンを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す：
ASSAY SPECIFIC DILUENT



警告	モルホリノエタンスルホン酸一水和物※、メチルイソチアゾロン、チオシアン酸ナトリウムを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H316 ※	軽度の皮膚刺激
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

※ EC 1272/2008（CLP）または OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200（HCS）2012 を適用する場合は該当しない。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す：**CAL A** - **CAL F**



警告	メチルイソチアゾロン、アジ化ナトリウムを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。

安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す：CONTROL L CONTROL M CONTROL H CONTROL X



警告	メチルイソチアゾロン、アジ化ナトリウムを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す：CONTROL Y CONTROL Z



警告	メチルイソチアゾロン、アジ化ナトリウムを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

＊廃棄方法については（3）**廃棄上の注意**を参照すること。また、安全データシート（SDS）がある場合はそちらも併せて参照すること。

安全データシート（SDS）については、カストマーサポートセンターにお問い合わせください。

機器操作中の安全上の注意の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

（2）使用上の注意

一般的な注意事項

・使用期限を過ぎた試薬類を使用しないこと。
・キット内または異なるキットの試薬を混ぜて使用しないこと。
・同一のロット番号の試薬であっても試薬を注ぎ足すことはしないこと。

試薬の取扱い

・試薬は保冷で輸送すること。
・試薬は施設で受領した後、未開封のまま穏やかに転倒混和しておくこと。最初に箱側面の広い方を上に向け、5回転倒混和する。次に箱の上下を逆にして、さらに5回転倒混和する。試薬がカートリッジのボトル内部全体に行き渡るよう注意すること。マイクロパーティクルは、輸送中に試薬ボトルの中蓋に沈殿することがあるため、このように混和しておく必要がある。
  ・混和の記録として、試薬キットの箱表面にある四角いチェック欄にチェックを入れる。
・混和した試薬カートリッジは泡が生じている可能性があるため、立てた状態で1時間置き、泡が消えるのを待つ。
・試薬カートリッジを落としてしまった場合は、泡が生じている可能性があるため、立てた状態で1時間置き、泡が消えるのを待つ。
・本キットの試薬は泡の影響を受ける場合がある。カートリッジ内の試薬に泡が存在すると、液面検知が正しく行われずに試薬の吸引量が不足し、正しい測定結果が得られない可能性がある。

試薬取り扱い上の注意の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

試薬の保存

	保存温度	最長保存期間	保存上の注意事項
未開封	2 ～ 8℃	使用期限まで	立てた状態で保存すること。 立てた状態で保存されていなかった試薬カートリッジは、使用前に穏やかに10回転倒混和し、立てた状態で1時間放置すること。
機器上	機器の設定温度	30日間	
開封後	2 ～ 8℃	使用期限まで	立てた状態で保存すること。 立てた状態で保存されていなかった試薬カートリッジは廃棄すること。 試薬の交差汚染による性能の劣化を防ぐため、試薬のキャップや交換用キャップは再使用しないこと。

試薬は機器に設置したまま保存するか、あるいは機器から取り出して保存する。試薬を機器から取り出したときは、新しい交換用キャップで蓋を閉め、立てたまま2 ～ 8℃で保存すること。機器から取り出して保存する試薬は、立てた状態を保つため、もとの箱やトレイ中で保存することを推奨する。

試薬キットを機器から取り出す方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

試薬の劣化

キャリブレーションでエラーが発生した場合や、コントロールの測定値が管理範囲を外れている場合は、試薬が劣化している可能性が考えられる。得られた測定結果は無効とし、再測定を行うこと。必要に応じて再キャリブレーションを行うこと。

トラブルシューティングについては、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレータの準備

・2 ～ 8℃の保存場所から取り出した後、すぐに使用可能である。
・使用前に穏やかに転倒混和すること。

キャリブレータの保存

・保冷で輸送すること。

・使用期限を超えて使用しないこと。

	保存温度	最長保存期間	保存上の注意事項
未開封	2～8℃	使用期限まで	
開封後	2～8℃	使用期限まで	新しい交換用キャップで、蓋を固く閉めて保存すること。 立てた状態で保存すること。 使用後は2～8℃の保存場所に戻すこと。

キャリブレータは、機器にセットしてから取り外すまでが、冷蔵されていない時間としてトラッキングされている。積算時間があらかじめ定められた最長時間を超えると、機器はこのキャリブレータを使用できないと見なす。最長時間はアッセイパラメータレポートに記載されている。安定性期限の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

アッセイパラメータの印刷については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレータの使用手順

・キャリブレータのロット番号は、キャリブレータの箱に印刷されているバーコードを用いて設定することができる。

・キャリブレータデータの設定については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

・キャリブレータのオーダー方法および機器へのセット方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

コントロールの準備

・2～8℃の保存場所から取り出した後、すぐに使用可能である。

・使用前に穏やかに転倒混和すること。

・コントロールXは、**検体の希釈**に従って希釈してから、希釈サンプルのコントロールとして使用すること。

・ピペットチップは、希釈操作ごとに交換すること。

・汚染の可能性がある場合は、手袋を交換すること。

・注意：交差汚染を防ぐため、コントロールのドロッパーボトル用チップを取り外さないこと。コントロールボトルおよびキャップの取り扱いには注意すること。

コントロールの保存

・保冷で輸送すること。

・使用期限を超えて使用しないこと。

	保存温度	最長保存期間	保存上の注意事項
未開封	2～8℃	使用期限まで	
開封後	2～8℃	使用期限まで	立てた状態で保存すること。 蓋を固く閉めて保存すること。 使用後は2～8℃の保存場所に戻すこと。

コントロールの使用手順

・コントロールL、M、Hの必要量を分注するには、ボトルを垂直にして、コントロールLを5滴、コントロールMを5滴、コントロールHを5滴、それぞれ該当する位置のサンプルカップに滴下する。

・コントロールのオーダー方法および機器へのセット方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

高濃度用コントロールの準備

・2～8℃の保存場所から取り出した後、すぐに使用可能である。

・使用前に穏やかに転倒混和すること。

・コントロールY、Zは、**検体の希釈**に従って希釈してから、希釈サンプルのコントロールとして使用すること。

・ピペットチップは、希釈操作ごとに交換すること。

・汚染の可能性がある場合は、手袋を交換すること。

・注意：交差汚染を防ぐため、コントロールのドロッパーボトル用チップを取り外さないこと。コントロールボトルおよびキャップの取り扱いには注意すること。

高濃度用コントロールの保存

・保冷で輸送すること。

・使用期限を超えて使用しないこと。

	保存温度	最長保存期間	保存上の注意事項
未開封	2～8℃	使用期限まで	
開封後	2～8℃	使用期限まで	立てた状態で保存すること。 蓋を固く閉めて保存すること。 使用後は2～8℃の保存場所に戻すこと。

高濃度用コントロールの使用手順

・コントロールのオーダー方法および機器へのセット方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレータ、コントロール、高濃度用コントロールの劣化

沈殿、液漏れの跡、濁り、キャリブレーションが規格を満たさない、コントロール、高濃度用コントロールが管理範囲を外れるなどの現象が認められる場合は、キャリブレータやコントロール、高濃度用コントロールが劣化している可能性がある。

(3) 廃棄上の注意

・検体中にはHIV、HBV、HCV等の感染性のものが存在する恐れがあるので、廃液、使用済み器具などは次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000 ppm、1時間以上浸漬）またはグルタルアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）による消毒処理、あるいはオートクレーブ（121℃、20分以上）による滅菌処理を行うこと。

・試薬および器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理および清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理すること。

・試薬類や検体が飛散した場合には、飛散した溶液を吸収剤で吸収し、飛散した場所を洗浄液で拭き取った後、さらに0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液などの適切な消毒剤で拭き取ること。作業は適切な保護用具（手袋、安全眼鏡、実験衣など）を着用して行うこと。

・本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。詳細は、**【形状・構造等（キットの構成）】**または**【用法・用量（操作方法）】**を参照すること。アジ化ナトリウムは、鉛管、銅管と反応して爆発性の金属アジドを生成することがあるので、廃棄する場合には、大量の水と共に流すこと。安全な廃棄方法の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

【貯蔵方法、有効期間】

	貯蔵方法	有効期間
試薬キット	2～8℃	18箇月
プレトリガー	プレトリガーの電子添文、トリガーの外装表示参照	
トリガー		

使用期限は、外装に表示されている。

【包装単位】

・試薬キット	製品番号 9P48-02-01	100 回用× 2
・マイクロパーティクル		6.6 mL × 2
・コンジュゲート		15.0 mL × 2
・検体希釈液		6.3 mL × 2
		(REF 09P4822)
・プレトリガー※		975 mL × 4
・トリガー※		975 mL × 4

※ Alinity i システム用をご使用ください。別売りのため弊社にお問い合わせください。

【主要文献】

1. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline—Second Edition.* CLSI Document EP07-A2. Wayne, PA: CLSI; 2005.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions; Approved Guideline—Third Edition.* CLSI Document C24-A3. Wayne, PA: CLSI; 2006.
3. Westgard JO. *Basic QC Practices.* 3rd ed. Madison, WI: Westgard Quality Corporation; 2010.

Abbott

4. Young RC, Chabner BA. An in vivo method for monitoring differential effects of chemotherapy on target tissues in animals and man: Correlation with plasma pharmacokinetics. *J Clin Invest* 1973;52(6) abstract 340:92a.
5. Nirenberg A, Mosende C, Mehta BM, et al. High-dose methotrexate with citrovorum factor rescue: Predictive value of serum methotrexate concentrations and corrective measures to avert toxicity. *Cancer Treat Rep* 1977;61(5):779-783.
6. Methotrexate Injection USP [package insert]. New York, NY: Pfizer Labs; 2012.
7. VORAXAZE (glucarpidase) [package insert]. Brentwood, TN: BTG International Inc.; 2012.
8. Buchen S, Ngampolo D, Melton RG, et al. Carboxypeptidase G2 rescue in patients with methotrexate intoxication and renal failure. *Br J Cancer* 2005;92(3):480-487.
9. Al-Turkmani MR, Law T, Narla A, et al. Difficulty measuring methotrexate in a patient with high-dose methotrexate–induced nephrotoxicity. *Clin Chem* 2010;56(12):1792-1796.
10. Schroff RW, Foon KA, Beatty SM, et al. Human anti-murine immunoglobulin responses in patients receiving monoclonal antibody therapy. *Cancer Res* 1985;45(2):879-885.
11. Boscato LM, Stuart MC. Heterophilic antibodies: a problem for all immunoassays. *Clin Chem* 1988;34(1):27-33.
12. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline—Second Edition.* CLSI Document EP05-A2. Wayne, PA: CLSI; 2004.
13. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guideline—Second Edition.* CLSI Document EP17-A2. Wayne, PA: CLSI; 2012.
14. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach; Approved Guideline*. CLSI Document EP06-A. Wayne, PA: CLSI; 2003.
15. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline–Third Edition.* CLSI Document EP09-A3. Wayne, PA: CLSI; 2013.
16. US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1910.1030, Bloodborne pathogens.
17. US Department of Health and Human Services. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*. 5th ed. Washington, DC: US Government Printing Office; December 2009.
18. World Health Organization. *Laboratory Biosafety Manual*. 3rd ed. Geneva: World Health Organization; 2004.
19. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Fourth Edition.* CLSI Document M29-A4. Wayne, PA: CLSI; 2014.

数字の表記について：

・3 桁ごとの区切りに空白を入れている（例：10 000 検体）。

・小数点にはピリオドを使用している（例：3.12%）。

すべての商標の所有権は、各商標の所有権者に帰属します。

【問い合わせ先】

アボットジャパン合同会社

カストマーサポートセンター

〒 270-2214 千葉県松戸市松飛台 278

TEL 0120–031441

【製造販売業者の名称及び住所】

アボットジャパン合同会社

〒 270-2214 千葉県松戸市松飛台 278

TEL 047（385）2211（代表）

© ABBOTT JAPAN LLC　2025