

【全般的な注意】

- 本製品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないこと。
- 診断は、他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断すること。
- 本書に記載された使用方法に従って使用すること。本書に記載された使用方法および使用目的以外での使用については、測定結果の信頼性は保証しない。
- 本測定で使用する試薬類には、ヒト由来成分が含まれているものがあり、感染の危険があるので感染性のあるものとして取り扱うこと。詳細は、【形状・構造等（キットの構成）】または【用法・用量（操作方法）】を参照すること。
- 本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。誤って目や口に入れたり皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けること。詳細は、【形状・構造等（キットの構成）】または【用法・用量（操作方法）】を参照すること。
- 使用する機器の電子添文および取扱説明書をよく読んでから使用すること。
- 本キットは、抗 CA19-9 抗体を用い抗原抗体反応を利用した化学発光微粒子免疫測定キットである。キットの特性として、CA19-9 が高値のサンプルでは、他の測定キットよりも高い値を示すことがある。^{1,2} 測定キット間の差を較正するための CA19-9 の国際的な標準品は確立されておらず、本キットは、製造元で調製した標準品を基準としている。本キットの性能特性は、他の測定キットと必ずしも同じではない。測定法の異なるキットから得られた CA19-9 の測定値は、測定原理および試薬の特異性の違いにより、必ずしも同じ値を示すとは限らない。測定結果を医師に報告する際は、測定に用いた試薬キットも合わせて報告すること。患者の経過観察中に測定法を変更する場合は、それまで使用していた測定法についても合わせて測定を行う必要がある。測定法を変更する前に、経過観察中の患者の測定値のベースラインを確認すること。
- CA19-9 は唾液やその他の体液にも存在する。³ サンプルや測定に使用する器具・消耗品等に唾液やくしゃみなどのエアロゾルが混入すると、CA19-9 測定値が高くなることもある。高い測定値を示したサンプルはその妥当性を検討し、必要に応じて再測定を行うこと。サンプル、サンプルカップ、反応セルを取り扱うときは常に手袋とマスクを着用すること。

【形状・構造等（キットの構成）】

○試薬キット

- マイクロパーティクル（MICROPARTICLES）

** 抗 CA19-9 マウスモノクローナル抗体固相化磁性粒子（他の含有物：クエン酸緩衝液、タンパク質安定化剤（ウシ由来） 保存剤：ProClin 950、ProClin 300）

- コンジュゲート（CONJUGATE）

** アクリジニウム標識抗 CA19-9 マウスモノクローナル抗体（他の含有物：リン酸緩衝液、タンパク質安定化剤（ウシ由来） 保存剤：ProClin 950、ProClin 300）

○プレトリガー※（PRE-TRIGGER SOLUTION）

過酸化水素

○トリガー※（TRIGGER SOLUTION）

（主な含有物：水酸化ナトリウム）

※ プレトリガー、トリガーは AFP・アボット（承認番号 22300AMX01224000）で承認された構成成分を共通試薬として用います。Alinity i システム用をご使用ください。別売りのため弊社にお問い合わせください。

【使用目的】

血清又は血漿中の CA19-9 の測定（悪性腫瘍の診断補助等）

【測定原理】

化学発光免疫測定法（CLIA 法）

【操作上の注意】

（1）測定試料の性質、採取法

検体種

本キットでは次の検体種を使用することができる。

他の種類の検体種や採血管は、本キットで使用できることを確認していない。

検体種	採血管
血清	血清 血清分離剤入り
血漿	EDTA-3K ヘパリンナトリウム ヘパリンリチウム

- ヒト血清またはヒト血漿以外の体液における本キットの性能は確立されていない。
- 経過観察中は、同じ種類の検体を使用すること。
- 機器は、検体の種類を区別する機能を持たないので、測定の際には、検体が本書に記載されている種類の検体であることを確認すること。

検体の条件

- 以下は使用しないこと。
 - 著しく溶血した検体
 - 明らかに微生物汚染が認められる検体
- 正確な測定結果を得るため、血清検体にフィブリン、赤血球、その他の不溶物が含まれていないことを確認すること。抗凝固剤や血栓溶解剤による治療を受けている患者の血清検体は、血餅が完全に分離していないためフィブリンが含まれている可能性があり、測定結果に影響を与える可能性がある。
- 検体間の汚染を防ぐため、使い捨てのピペットまたはピペットチップを使用すること。

検体の調製

- 採血管の使用に際しては、採血管の製造元の取扱説明書に従うこと。静置により血球成分等を分離しただけでは、検体として使用するには不十分である。
- 検体に泡がないことを確認すること。泡がある場合は測定前に綿棒で泡を取り除くこと。検体間の汚染を防ぐために、検体ごとに新しい綿棒を使用すること。

正確な測定結果を得るため、次の検体は測定前に再度遠心分離すること。

- フィブリン、赤血球、その他の不溶物を含む検体
- 再測定を要する検体

注：フィブリン、赤血球、その他の不溶物が認められる場合は、再度遠心分離する前に、低速のボルテックスミキサーを用いるか、10 回転倒することにより混和すること。

凍結検体は以下に従って準備する。

- 凍結検体は、混和する前に完全に融解すること。
- 凍結融解した検体は、低速のボルテックスミキサーを用いるか、10 回転倒することにより十分に混和する。
- 検体を目視で確認し、層状になっている場合には、均一になるまで混和する。

- ・検体が十分に混和されていない場合、正しい結果が得られない可能性がある。
 - ・検体を再度遠心分離する。
- 検体の再遠心分離
- ・検体を遠心チューブに移し、遠心分離する。
 - ・澄明な検体を、サンプルカップまたは試験管等に移し測定に用いる。脂質層が認められた検体の遠心分離では、脂質を含まない澄明な検体のみを分取する。

検体の保存条件

検体種	温度	最長保存期間	その他
血清 / 血漿	2 ～ 8℃	7 日間	24 時間以内に測定を行わない検体は、血清または血漿から血餅、血清分離剤、赤血球を除去すること。 7 日間以内に測定を行わない検体は、-20℃以下で凍結保存すること。

- ・凍結融解の繰り返しは避けること。

検体の輸送条件

臨床検体および感染性物質に対応した包装、表示を行うこと。

** 検体の保存条件に従うこと。

(2) 妨害物質・妨害薬剤

ここに示したデータは代表的な例であり、各施設では異なる結果を示す場合がある。

干渉物質

干渉物質および化学療法剤

検討は National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) ガイドライン EP7-A⁴ に従って行った。本キットの特異性を、以下の物質を含む検体を測定することによって評価した。測定値に与える影響は 12% 以下であった。

干渉物質	
物質	濃度
ビリルビン	22 mg/dL
ヘモグロビン	600 mg/dL
総タンパク質	10 g/dL
トリグリセライド	5100 mg/dL

化学療法剤	
物質	濃度
5-フルオロウラシル	0.390 mg/mL
シスプラチン	0.057 mg/mL
シクロホスファミド	0.375 mg/mL
シタラビン	30 µg/mL
ドキシソルビン	40 µg/mL
ゲムシタビン	0.382 mg/mL
ロイコボリン	0.114 mg/mL
メトトレキサート	0.909 mg/mL
パクリタキセル	0.067 mg/mL
ストレプトゾトシン	0.28 mg/mL
タモキシフェン	2.28 µg/dL

その他の内因性物質

HAMA およびリウマチ因子が測定値に与える影響を評価した。HAMA 陽性検体 6 例およびリウマチ因子陽性検体 5 例に、CA19-9 を 35 U/mL および 250 U/mL の濃度になるように添加して測定し、回収率を算出した。全体の平均濃度差 (%) は 12% 以下であった。

**注：本キットはビオチン化抗体を使用していないため、潜在的リスクという点で、検体中のビオチン（ビタミン B₇）が測定結果に影響を与える可能性はない。

(3) その他

本キットは Alinity i システムの試薬である。詳細は、弊社にお問い合わせください。

【用法・用量（操作方法）】

(1) 試薬の調製方法

各試薬はそのまま用いる。

(2) 必要な器具・器材・試料等

- ・本キット用アッセイファイル
- ・Alinity CA19-9 XR・キャリブレータ（Alinity i CA 19-9XR Calibrators、製品番号 8P32-CAL-01、REF 08P3201）
（主な含有物:TRIS 緩衝液、タンパク質安定化剤（ウシ由来）、CA19-9（ヒト由来） 保存剤：アジ化ナトリウム、ProClin 300）

	容量	濃度 CONC
		(U/mL)
CAL A	3.0 mL × 1	0
CAL B	3.0 mL × 1	30
CAL C	3.0 mL × 1	100
CAL D	3.0 mL × 1	250
CAL E	3.0 mL × 1	600
CAL F	3.0 mL × 1	1200

** 測定の不確かさを国際標準化機構（ISO：International Organization for Standardization）の測定における不確かさの表現のガイド（GUM：Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement）および Eurachem Guide for Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement（Eurachem/CITAC Guide）に基づいて算出した。^{5, 6}
表に示したキャリブレータの拡張不確かさの推定値は典型的な値であり、高次の基準物質の不確かさ（利用可能な場合）と併せて使用することにより、測定結果の全体的な不確かさを算出することができる。

拡張不確かさ (k = 2)	
キャリブレータ	U/mL
CAL A	適用外
CAL B	30.00 ± 0.4440
CAL C	100.00 ± 1.4000
CAL D	250.00 ± 3.3500
CAL E	600.00 ± 8.2800
CAL F	1200.00 ± 16.8000

- ・Alinity CA19-9 XR・コントロール（Alinity i CA 19-9XR Controls、製品番号 8P32-CNT-01、REF 08P3210）
（主な含有物:TRIS 緩衝液、タンパク質安定化剤（ウシ由来）、CA19-9（ヒト由来） 保存剤：アジ化ナトリウム、ProClin 300）
以下の管理範囲は個々の測定値に対するものである。

	容量	濃度 CONC	管理範囲 RANGE
		(U/mL)	(U/mL)
CONTROL L	8.0 mL × 1	40	26.0 - 54.0
CONTROL M	8.0 mL × 1	150	102.0 - 198.0
CONTROL H	8.0 mL × 1	750	510.0 - 990.0

注：本書に記載されているコントロールの管理範囲はロット特異的ではなく、製品全体としての管理範囲を示したものである。各施設において、本書に記載されている管理範囲の内側で、平均値および各施設における管理範囲を設定することを推奨する。適切な管理範囲を設定するために考慮すべき変動要因としては以下が挙げられる。

- ・キャリブレーション
- ・コントロールロット
- ・試薬ロット
- ・キャリブレータロット
- ・機器

各施設で定めたコントロールを使用することもできる。

- ・Alinity i 共通検体希釈液（製品番号 9P15-40-01）
 - ・濃縮希釈緩衝液（Alinity i システム用、アジ化ナトリウムを含む）
- 機器の操作に必要な器具等については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。
メンテナンスに必要な器具等については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

(3) 測定機器の操作法

初めて測定を行う前に、本キット用アッセイファイルを機器にインストールすること。

アッセイファイルのインストール方法およびアッセイパラメータの表示、変更方法の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

アッセイパラメータの印刷については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

機器の操作に関する詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

(4) 測定 (操作) 法

1. キャリブレーション (別売品) 又は検体、マイクロパーティクル、コンジュゲートを 3 : 3 : 5 の割合で使用し、以下のとおり反応させる。
 - ・キャリブレーション又は検体にマイクロパーティクルを加え、反応させる。
 - ・未反応物を除去後、コンジュゲートを加え、反応させる。
 - ・未反応物を除去後、プレトリガー 100 µL を加え、反応させる。
 - ・トリガー 300 µL を加え、反応生成物の発光 (波長約 400 ~ 500 nm) の発光強度を測定する。
2. キャリブレーションの発光強度から CA19-9 濃度と発光強度の関係式が求められ装置のメモリーに記憶される。
3. 検体の発光強度を、装置のメモリーに記憶されている検量線と比較することによって、検体中の CA19-9 濃度を求める。

測定法

測定手順の詳細は使用する機器の取扱説明書を参照すること。

- ・元検体チューブまたは子検体チューブを使用する場合、検体量が十分であることを確認する必要がある。使用する機器の取扱説明書を参照すること。
- ・蒸発濃縮の影響を最小限にするため、測定開始前にサンプルカップに適切な量のサンプルが入っていることを確認すること。
- ・同一サンプルカップでの最大多重測定回数：10
 - ・分注後、直ちに測定する場合：
 - ・初回測定の必要サンプル量：80 µL
 - ・同じサンプルカップで追加測定する場合の必要サンプル量：30 µL
 - ・試薬サンプルマネージャにセット後、3 時間以内に測定する場合：
 - ・初回測定の必要サンプル量：150 µL
 - ・同じサンプルカップで追加測定する場合の必要サンプル量：30 µL
 - ・試薬サンプルマネージャにセット後、3 時間を超えて測定する場合：
 - ・新しく分注したサンプルに交換する。
- ・本書のキャリブレーションおよびコントロールの取り扱い方法についても参照すること。
- ・一般的な機器の操作法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。
- ・正しい測定結果を得るために、使用する機器の取扱説明書に従って日常的なメンテナンスを行うこと。施設の規定がより頻繁なメンテナンスを定めている場合、当該施設の手順に従うこと。

検体の希釈

CA19-9 の測定値が 1200 U/mL を超える検体は、"> 1200.00 U/mL" のフラグが表示される。この検体については自動希釈または手希釈を用いて希釈測定することができる。

自動希釈

サンプルは 10 倍に希釈測定され、測定結果に希釈倍率をかけた濃度が自動的に算出される。

手希釈

推奨希釈倍率：10 倍

必要に応じてさらに 10 倍に希釈することができる。

サンプル 50 µL に対して Alinity i 共通検体希釈液 450 µL を添加する。オーダー作成画面の患者検体タブまたは QC タブで、希釈倍率を入力すること。希釈倍率を使用してサンプル濃度が自動的に算出され、測定結果として報告される。希釈倍率をかける前の測定値が 30 U/mL より高くなるように希釈すること。

希釈倍率を入力しなかった場合は、結果を報告する前に適切な希釈倍率をかけること。希釈したサンプルの測定値が 30 U/mL 以下である場合、その結果は報告しないこと。適切な希釈倍率で希釈し、再測定する必要がある。

希釈のオーダー方法の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレーション

キャリブレーションの方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

各コントロールを測定し、キャリブレーションを評価すること。

一度、規格を満たしたキャリブレーションの結果が機器に保存されると、その後は測定ごとにキャリブレーションを行う必要はないが、次の場合には再キャリブレーションを行う。

- ・新しいロット番号の試薬キットを使用する場合
- ・コントロールの測定値が、本書に従い各施設で統計的手法に基づいて設定した精度管理用の管理範囲を外れている場合
 - ・コントロールの管理範囲を統計的手法に基づいて設定していない場合は、少なくとも 30 日間に一度再キャリブレーションを行うこと。

測定値に影響を及ぼす可能性のある部分のメンテナンスや修理を実施した場合も、再キャリブレーションを必要とする可能性がある。

品質管理方法

本キットの各測定日 (24 時間) ごとに、全濃度のコントロールを各 1 回測定すること。

施設の精度管理方針に従い、必要な場合はコントロールの測定を追加する。

統計的手法に基づいてコントロールの管理範囲を設定する場合、必要に応じてコントロールの各ロットごとに、ターゲット値および管理範囲を臨病的に意義のあるコントロールの濃度ごとに各施設で設定すべきである。数日 (3 ~ 5 日) 間に渡り、20 回以上の測定を行って得られた測定値を用いて、期待される平均値 (ターゲット値) とばらつき (範囲) を設定する方法がある。適切な管理範囲を設定するために考慮すべき変動要因としては以下が挙げられる。

- ・キャリブレーション
- ・試薬ロット
- ・キャリブレーションロット
- ・プロセッシングモジュール (該当する場合)
- ・測定間差

一般的な品質管理の推奨手順については、CLSI ガイドライン C24-A3 やその他の一般に公開されているガイドラインを参照すること。⁷

- ・施設の精度管理手順が、より頻繁にコントロールを測定することを定めている場合、当該施設の手順に従うこと。
- ・コントロールの測定結果が施設で定めた管理範囲から外れている場合は、正しい測定結果が得られていない可能性があるため、各施設の精度管理方針に従って対応すること。再キャリブレーションが必要な場合がある。トラブルシューティングについては、使用する機器の取扱説明書を参照すること。
- ・新しいロットの試薬やキャリブレーションの使用を開始した後は、コントロールの測定結果と管理範囲を確認すること。

各施設で定めたコントロールは、製造元のガイドラインや推奨事項に従って使用すること。各施設で定めたコントロールの取扱説明書に記載されている管理範囲は、あくまで参考値として使用すること。

使用するコントロールのベース溶液が本書の記載に対して適切であることを確認すること。

精度管理ガイドライン

精度管理のガイドラインとして、James O Westgard, Ph.D. の "Basic QC Practices" を使用することができる。⁸

性能の検証

本書に記載されている性能の検証を各施設で行う場合のプロトコルについては、機器取扱説明書のアッセイ性能の検証を参照すること。

(5) 結果

計算

本キットでは、直線回帰法を用いてキャリブレーションカーブを作成し、結果を算出する。

フラグ

測定結果によってはフラグ欄にフラグが表示される場合がある。この欄に表示される可能性のあるフラグについては、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

【測定結果の判定法】

ここに示したデータは代表的な例であり、各施設では異なる結果を示す場合がある。

地域や母集団の特性に基づき、各施設に適した基準範囲を設定すること。

健康成人

健康成人の血清検体 360 例を測定して、測定値分布の検討を行った。これらの検体の測定値の分布を以下に示す。（当社データによる）

測定値分布						
パーセント (%)						
		37.1- 0-37.0	100.1- 100	500.1- 500	1200 1200	>1200
検体数	(U/mL)	(U/mL)	(U/mL)	(U/mL)	(U/mL)	(U/mL)
健康成人	360	94.4	5.6	0.0	0.0	0.0

この検討では、健康成人検体（n=360）の 94.4%が測定値 37 U/mL 以下であった。

非悪性疾患

非悪性疾患の患者検体 441 例を測定し、測定値分布の検討を行った。結果を以下に示す。（当社データによる）

測定値分布						
パーセント (%)						
		37.1- 0-37.0	100.1- 100	500.1- 500	1200 1200	>1200
非悪性疾患	検体数	(U/mL)	(U/mL)	(U/mL)	(U/mL)	(U/mL)
直腸ポリープ	33	97.0	3.0	0.0	0.0	0.0
膵炎	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胆嚢疾患	21	95.2	0.0	0.0	0.0	4.8
糖尿病	38	94.7	5.3	0.0	0.0	0.0
肺疾患	40	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝硬変	153	92.8	4.6	0.7	0.7	1.3
肝炎	68	92.6	7.4	0.0	0.0	0.0
腎疾患	34	91.2	8.8	0.0	0.0	0.0
その他の消化器系疾患	51	96.1	3.9	0.0	0.0	0.0

癌患者の管理においては、本キットの測定結果だけでなく他の検査結果も合わせて総合的に判断すること。

各施設は、対象となる母集団に適した基準値を設定すること。

膵臓癌患者の経過観察

膵臓癌患者の経過観察における CA19-9 測定値の変化は、他の臨床的手法と合わせて評価すること。

膵臓癌患者の経過観察の補助としての本測定の実用性を検討するために、74 名の患者から経時的に採血された血清検体を用いて、CA19-9 測定値の変化と患者の状態（病状）を比較した。各患者につき平均 3.5 回の測定を行い、合計 261 例の測定結果を得た。この検討では、CA19-9 測定値が 14.0%以上高い（すなわち総再現性の CV%（5.6%）の 2.5 倍を超える）場合、CA19-9 測定値が上昇したとみなした。14.0%は採血日間の測定値のばらつきやノイズに起因しない最小の変化を意味している。病状の進行が認められる症例の内、CA19-9 測定値が 14.0%以上上昇したのは、48%（16 例 / 33 例）であった。病状の進行が認められない症例の内、CA19-9 測定値の上昇が 14.0%未満であったのは、64%（98 例 / 154 例）であった。また、全体の一致率は 61%（114 例 / 187 例）であった。一致率の結果を以下の表に示す。（当社データによる）

経時的な検体間における病状の変化			
	病状の進行	病状の進行	
CA19-9 測定値の変化	あり	なし	合計
≥ 14.0%	16	56	72
< 14.0%	17	98	115
合計	33	154	187

以下の表は、患者ごとの評価結果を示す。病状の進行が認められる症例の内、CA19-9 測定値が 14.0%以上上昇したのは、68%（15 例 / 22 例）であった。病状の進行が認められない症例の内、CA19-9 測定値の上昇が 14.0%未満であったのは、69%（36 例 / 52 例）であった。また、全体の一致率は 69%（51 例 / 74 例）であった。（当社データによる）

患者ごとの病状の変化			
	病状の進行	病状の進行	
CA19-9 測定値の変化	あり	なし	合計
≥ 14.0%	15	16	31
< 14.0%	7	36	43
合計	22	52	74

判定上の注意

- CA19-9 値は、臨床的評価およびその他の診断方法から得られた情報と合わせて用いること。
- 本キットの測定結果が臨床所見に矛盾する場合、追加の測定を行うことを推奨する。
- ヒト血清中の異好性抗体は、試薬中の免疫グロブリンに反応し、*in vitro* のイムノアッセイに影響を与えることがある。日常的に動物または動物血清由来製品にさらされる患者では、このような干渉を受ける場合があり、正しい測定値が得られない可能性がある。⁹
- マウスモノクローナル抗体を用いた製剤による診断および治療を受けた患者の検体中には、HAMA（Human Anti-Mouse Antibodies：抗マウスヒト抗体）が含まれている可能性がある。HAMA を含む検体をマウスモノクローナル抗体を用いているキットで測定した場合、正しい測定値が得られない可能性がある。本キットには HAMA の影響を抑える物質が含まれているが、診断には他の情報が必要となることがある。^{10, 11}
- 癌が確認された患者においても、治療前の CA19-9 値が健康成人と同じレベルを示すことがある。血中 CA19-9 値は、転移の見られる癌患者ならびに肝炎、肝硬変、膵炎やその他消化器疾患のような非悪性疾患患者でも上昇することがある。嚢胞性線維症においても測定値の上昇が認められている。¹² このため、CA19-9 値は値にかかわらず、悪性疾患の有無の確実な根拠とすることはできない。本キットを癌のスクリーニングに使用しないこと。
- Lewis 式血液型 Le^{a-b-} の患者は、CA19-9 を発現しない場合がある。¹³
- 自己免疫疾患患者の検体では免疫反応の場合、非特異的反応が起こりうるので、測定結果に基づく診断は他の検査や臨床症状等を考慮して総合的に判断すること。

【性能】

ここに示したデータは代表的な例であり、各施設では異なる結果を示す場合がある。

測定範囲

測定範囲は、直線性、再現性およびバイアスが共に本キットの性能許容範囲内にある測定値範囲（U/mL）とする。

本キットの測定範囲は 2.06 ～ 1200.00 U/mL である。

正確性・再現性

施設内精度

検討は CLSI ガイドライン EP05-A2 に従って行った。各 1 ロットの試薬、キャリアプレート、コントロールを使用して、機器 1 台で検討を行った。3 例のコントロール、3 例のヒト血清パネルを 20 日間に渡り 1 日 2 回、少なくとも 2 重測定した。¹⁴

サンプル	n	平均値 (U/mL)	測定内再現性 (併行精度)		施設内再現性 (総再現性) ^a	
			SD	%CV	SD	%CV
コントロール L	120	35.67	1.949	5.5	2.378	6.7
コントロール M	120	135.13	7.740	5.7	9.156	6.8
コントロール H	120	720.04	29.553	4.1	39.318	5.5
パネル 1	120	5.81	0.558	9.6	0.784	13.5
パネル 2	120	37.22	2.185	5.9	3.386	9.1
パネル 3	120	1057.61	56.866	5.4	62.969	6.0

^a 測定内再現性、測定間再現性、日差再現性を含む。

***再現性 (Reproducibility)

各 1 ロットの試薬、キャリアプレート、コントロールを使用して、機器 3 台で検討を行った。3 例のコントロール、5 例のヒト血清パネルを 5 日間に渡り 1 日 2 回、少なくとも 2 重測定した。

サンプル	n	平均値 (U/mL)	併行精度		施設内再現性 ^a		再現性 ^b	
			SD	%CV	SD	%CV	SD	%CV
コントロール L	60	38.76	1.645	4.2	1.788	4.6	1.788	4.6
コントロール M	60	148.73	7.348	4.9	9.292	6.2	9.292	6.2
コントロール H	60	775.13	27.231	3.5	29.045	3.7	29.045	3.7
パネル 1	60	11.63	1.017	8.7	1.017	8.7	1.534	13.2
パネル 2	60	39.10	1.705	4.4	1.954	5.0	2.264	5.8
パネル 3	60	52.43	2.513	4.8	2.834	5.4	2.834	5.4
パネル 4	60	306.66	16.202	5.3	17.103	5.6	17.103	5.6
パネル 5	60	1084.65	34.865	3.2	38.611	3.6	47.009	4.3

- ^a 併行精度（測定内再現性）、測定間再現性、日差再現性を含む。
^b 併行精度（測定内再現性）、測定間再現性、日差再現性、機器間再現性を含む。

測定下限

CLSI ガイドライン EP17-A2 に従って、3 ロットの試薬および 2 台の機器を使用し、3 日間以上に渡り検討を行った。LoB（ブランク上限）、LoD（検出限界）、LoQ（定量下限）の最大値を以下に示す。¹⁵

	U/mL
LoB ^a	0.36
LoD ^b	0.73
LoQ ^c	2.06

^a LoB は濃度ゼロのサンプルを 60 回以上測定したときの、95 パーセントイルに相当する濃度である。

^b LoD は低濃度サンプルを 60 回以上測定したときに、95%の信頼度で測定できる最小濃度である。

^c LoQ は低濃度サンプルを 60 回以上測定して算出し、再現性において最大許容 CV 20%を満たす最小濃度とした。

直線性

検討は CLSI ガイドライン EP06-A に従って行った。¹⁶

本キットは 2.06 ～ 1200.00 U/mL の範囲で直線性を示す。

キャリーオーバー

CA19-9 濃度が最大 320 000 U/mL のサンプルを測定したところ、キャリーオーバーは検出されなかった（キャリブレート A の測定値が 2.00 U/mL 未満であった）。

相関性試験成績

- 検討は CLSI ガイドライン EP09-A3 に従って行った。回帰方法は Passing-Bablok 法を用いた。¹⁷

	単位	n	相関係数	切片	傾き	濃度範囲
Alinity i システム 血清 vs ARCHITECT アナライザー	U/mL	129	0.99	-2.66	0.97	5.23 - 1107.87

- CLEIA 法キットとの相関性の検討を行った。112 例の検体の試験結果は、相関係数が $r = 0.73$ 、回帰直線は $y = 2.22x - 11.51$ であった。回帰方法は Passing-Bablok 法を用いた。

較正用の基準物質

** CA19-9 の測定単位は U/mL である。1 ユニットは Fujirebio Diagnostics, Inc. が管理している標準品に基づいている。キャリブレート、コントロールは、この標準品に合わせて容量法を用いて調製されている。今のところ、国際的に認知されている CA19-9 標準品は存在しない。

【使用上又は取扱い上の注意】

(1) 取扱い上（危険防止）の注意

- **・ **注意**：本測定で使用する試薬類には、ヒト由来および / または潜在的に感染性のある物質が含まれている。キャリブレート B ～ F およびコントロールにはヒト細胞株由来の抗原が含まれている。ヒト由来物質または不活化微生物が完全に感染伝播しないことを保証する試験は知られていない。すべてのヒト由来物質は潜在的に感染性があると考え、これらの試薬類、ヒト検体、潜在的感染性物質に汚染された消耗品は、OSHA Standard on Bloodborne Pathogens に従って取り扱うこと。感染性物質を含む物質、その疑いがある物質、感染性物質に汚染された物質については、バイオセーフティレベル 2、または国、地域、施設による他の適切なバイオセーフティ基準を使用すること。¹⁸⁻²¹
- 本キットの測定では、ヒト検体を取り扱う。検体は、HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるものとして取り扱うこと。検査にあたっては、感染の危険を避けるため、専用の着衣、眼鏡、マスクおよび使い捨て手袋を着用し、また口によるビベティングは行わないこと。
 - 試薬が誤って目や口に入った場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けること。
 - トリガーはアルカリ性溶液である。使用に際しては、試薬が直接皮膚に付着したり、目に入らないよう注意すること。
 - 本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。詳細は、【形状・構造等（キットの構成）】または【用法・用量（操作方法）】を参照すること。酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。取り扱う際は専用の着衣、眼鏡、マスク等を着用し、蒸気、飛沫を吸入しないこと。内容物および容器は適切な方法で廃棄すること。

** 次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す：**MICROPARTICLES**



警告	クエン酸 [*] 、メチルイソシアゾロンを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H316 [*]	軽度の皮膚刺激
H402 ^{**}	水生生物に有害
H412	長期継続的影響により水生生物に有害
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P273	環境への放出を避けること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

^{*} EC 1272/2008 (CLP) または OSHA Hazard Communication 29 CFR 1910.1200 (HCS) 2012 を適用する場合は該当しない。

^{**} EC 1272/2008 (CLP) を適用する場合は該当しない。

** 次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す：**CONJUGATE**



危険	エトキシ化 C11-15 第 2 級アルコール、メチルイソシアゾロンを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H318	重篤な目の損傷
H402 [*]	水生生物に有害
H412	長期継続的影響により水生生物に有害
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P273	環境への放出を避けること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P305+P351 +P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P310	直ちに医師に連絡すること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

^{*} EC 1272/2008 (CLP) を適用する場合は該当しない。

※ 次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す： **CAL A** - **CAL F**

警告	メチルイソチアゾロン、アジ化ナトリウムを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H402 ※	水生生物に有害
H412	長期継続的影響により水生生物に有害
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
P273	環境への放出を避けること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

※ EC 1272/2008 (CLP) を適用する場合は該当しない。

※※ 次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す： **CONTROL L**

CONTROL M CONTROL H	
警告	メチルイソチアゾロン、アジ化ナトリウムを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
H402 ※	水生生物に有害
H412	長期継続的影響により水生生物に有害
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
P273	環境への放出を避けること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

※ EC 1272/2008 (CLP) を適用する場合は該当しない。

※※ 廃棄方法については (3) **廃棄上の注意** を参照すること。また、安全データシート (SDS) がある場合はそちらも併せて参照すること。
安全データシート (SDS) については、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。
機器操作中の安全上の注意の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

(2) 使用上の注意

一般的な注意事項

- ・使用期限を過ぎた試薬類を使用しないこと。
- ・キット内または異なるキットの試薬を混ぜて使用しないこと。
- ・同一のロット番号の試薬であっても試薬を注ぎ足すことはしないこと。

試薬の取扱い

- ・CA19-9 は唾液やその他の体液にも存在する。³ サンプルや測定に使用する器具、消耗品等に唾液やくしゃみなどのエアロゾルが混入すると、CA19-9 測定値が高くなることがある。高い測定値を示したサンプルはその妥当性を検討し、必要に応じて再測定を行うこと。サンプル、サンプルカップ、反応セルを取り扱うときは常に手袋とマスクを着用すること。
- ・試薬は施設で受領した後、未開封のまま穏やかに転倒混和しておくこと。最初に箱側面の広い方を上に向け、5 回転倒混和する。次に箱の上下を逆にして、さらに 5 回転倒混和する。試薬がカートリッジのボトル内部全体に行き渡るよう注意すること。マイクロパーティクルは、輸送中に試薬ボトルの中蓋に沈殿することがあるため、このように混和しておく必要がある。
- ・混和の記録として、試薬キットの箱表面にある四角いチェック欄にチェックを入れる。
- ・混和した試薬カートリッジは泡が生じている可能性があるため、立てた状態で 1 時間置き、泡が消えるのを待つ。
- ・試薬カートリッジを落としてしまった場合は、泡が生じている可能性があるため、立てた状態で 1 時間置き、泡が消えるのを待つ。
- ・本キットの試薬は泡の影響を受ける場合がある。カートリッジ内の試薬に泡が存在すると、液面検知が正しく行われずに試薬の吸引量が不足し、正しい測定結果が得られない可能性がある。

試薬取り扱い上の注意の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

試薬の保存

	保存温度	最長保存期間	保存上の注意事項
未開封	2 ～ 8℃	使用期限まで	立てた状態で保存すること。 立てた状態で保存されていなかった試薬カートリッジは、使用前に穏やかに 10 回転倒混和し、立てた状態で 1 時間放置すること。

機器上	機器の設定温度	30 日間
開封後	2 ～ 8℃	使用期限まで
		立てた状態で保存すること。 立てた状態で保存されていなかった試薬カートリッジは廃棄すること。 試薬の交差汚染による性能の劣化を防ぐため、試薬のキャップや交換用キャップは再使用しないこと。

試薬は機器に設置したまま保存するか、あるいは機器から取り出して保存する。試薬を機器から取り出したときは、新しい交換用キャップで蓋を閉め、立てたまま 2 ～ 8℃ で保存すること。機器から取り出して保存する試薬は、立てた状態を保つため、もとの箱やトレイ中で保存することを推奨する。

試薬キットを機器から取り出す方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

試薬の劣化

キャリブレーションでエラーが発生した場合や、コントロールの測定値が管理範囲を外れている場合は、試薬が劣化している可能性が考えられる。得られた測定結果は無効とし、再測定を行うこと。必要に応じて再キャリブレーションを行うこと。

トラブルシューティングについては、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレータの準備

- ・そのまま使用可能な液体である。
- ・2 ～ 8℃ の保存場所から取り出した後、すぐに使用可能である。
- ・使用前に穏やかに転倒混和 (5 ～ 10 回) すること。

キャリブレータの保存

- ・使用期限を超えて使用しないこと。

	保存温度	最長保存期間	保存上の注意事項
未開封	2 ～ 8℃	使用期限まで	
開封後	2 ～ 8℃	使用期限まで	新しい交換用キャップで、蓋を固く閉めて保存すること。 使用後は 2 ～ 8℃ の保存場所に戻すこと。

キャリブレーションは、機器にセットしてから取り外すまでが、冷蔵されていない時間としてトラッキングされている。積算時間があらかじめ定められた最長時間を超えると、機器はこのキャリブレーションを使用できないと見なす。最長時間はアッセイパラメータレポートに記載されている。安定性期限の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

アッセイパラメータの印刷については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレーションの使用手順

- キャリブレーションのロット番号は、キャリブレーションの箱に印刷されているバーコードを用いて設定することができる。
- キャリブレーションデータの設定については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。
- キャリブレーションのオーダー方法および機器へのセット方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

コントロールの準備

- そのまま使用可能な液体である。
- 2～8℃の保存場所から取り出した後、すぐに使用可能である。
- 使用前に穏やかに転倒混和（5～10回）すること。

コントロールの保存

- 使用期限を超えて使用しないこと。

	保存温度	最長保存期間	保存上の注意事項
未開封	2～8℃	使用期限まで	
開封後	2～8℃	使用期限まで	蓋を固く閉めて保存すること。 使用後は2～8℃の保存場所に戻すこと。

コントロールの使用手順

- コントロールの必要量を分注するには、ボトルを垂直にして、コントロール L を 4 滴、コントロール M を 4 滴、コントロール H を 4 滴、それぞれ該当する位置のサンプルカップに滴下する。
- コントロールのオーダー方法および機器へのセット方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレーション、コントロールの劣化

沈殿、液漏れの跡、濁り、キャリブレーションが規格を満たさない、コントロールが管理範囲を外れるなどの現象が認められる場合は、キャリブレーションやコントロールが劣化している可能性がある。

(3) 廃棄上の注意

- 検体中には HIV、HBV、HCV 等の感染性のものが存在する恐れがあるので、廃液、使用済み器具などは次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度 1000 ppm、1 時間以上浸漬）またはグルタルアルデヒド（2%、1 時間以上浸漬）による消毒処理、あるいはオートクレーブ（121℃、20 分以上）による滅菌処理を行うこと。
- 試薬および器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理および清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理すること。
- 試薬類や検体が飛散した場合には、飛散した溶液を吸収剤で吸収し、飛散した場所を洗浄液で拭き取った後、さらに 0.1% 次亜塩素酸ナトリウム溶液などの適切な消毒剤で拭き取る。作業は適切な保護用具（手袋、安全眼鏡、実験衣など）を着用して行うこと。
- 本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。詳細は、【形状・構造等（キットの構成）】または【用法・用量（操作方法）】を参照すること。アジ化ナトリウムは、鉛管、銅管と反応して爆発性の金属アジドを生成することがあるので、廃棄する場合には、大量の水と共に流すこと。安全な廃棄方法の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

【貯蔵方法、有効期間】

	貯蔵方法	有効期間
試薬キット	2～8℃	12 箇月
プレトリガー	プレトリガーの電子添文、トリガーの外装表示参照	
トリガー		

使用期限は、外装に表示されている。

【包装単位】

・試薬キット	製品番号 8P32-02-01	100 回用 × 2
・マイクロパーティクル		6.6 mL × 2
・コンジュゲート		6.1 mL × 2 (REF 08P3220)
・試薬キット	製品番号 8P32-10-01	500 回用 × 2
・マイクロパーティクル		27.0 mL × 2
・コンジュゲート		26.5 mL × 2 (REF 08P3230)
・プレトリガー※		975 mL × 4
・トリガー※		975 mL × 4

※※ Alinity i システム用をご使用ください。別売りのため弊社にお問い合わせください。

【主要文献】

- Hotakainen K, Tanner P, Alfthan H, et al. Comparison of three immunoassays for CA 19-9. *Clin Chim Acta*. 2009;400:123-127.
- Passerini R, Cassatella M, Boveri S, et al. Routine Testing and Comparison of Two Automated Immunoassays in a Reference Oncology Center. *Am J Clin Pathol*. 2012;138:281-287.
- Uhlenbruck G, Höller U, Heising J, et al. Sialylated Le^a Blood Group Substances Detected by the Monoclonal Antibody CA 19-9 in Human Seminal Plasma and Other Organs. *Urol Res* (Germany, West) 1985;13(15):223-226.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). *Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline*. NCCLS Document EP7-A. Wayne, PA: NCCLS; 2002.
- ISO/BIPM Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), 2008. www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html.
- Ellison SLR, Williams A, eds. Eurachem/CITAC Guide: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, 3rd edition, 2012. ISBN 978-0-948926-30-3. www.eurachem.org.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions; Approved Guideline—Third Edition*. CLSI Document C24-A3. Wayne, PA: CLSI; 2006.
- Westgard JO. *Basic QC Practices*. 3rd ed. Madison, WI: Westgard Quality Corporation; 2010.
- Boscato LM, Stuart MC. Heterophilic antibodies: a problem for all immunoassays. *Clin Chem* 1988;34(1):27-33.
- Primus FJ, Kelley EA, Hansen HJ, et al. “Sandwich”-type immunoassay of carcinoembryonic antigen in patients receiving murine monoclonal antibodies for diagnosis and therapy. *Clin Chem* 1988;34(2):261-264.
- Schroff RW, Foon KA, Beatty SM, et al. Human anti-murine immunoglobulin responses in patients receiving monoclonal antibody therapy. *Cancer Res* 1985;45(2):879-885.
- Duffy MJ, O'Sullivan F, McDonnell TJ, et al. Increased Concentrations of the Antigen CA 19-9 in Serum of Cystic Fibrosis Patients. *Clin Chem* 1985;31:1245-1246 (Letter).
- Tempore MA, Uchida E, Takasaki H, et al. Relationship of Carbohydrate Antigen 19-9 and Lewis Antigens in Pancreatic Cancer. *Cancer Res* 1987;47:5501-5503.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline—Second Edition*. CLSI Document EP05-A2. Wayne, PA: CLSI; 2004.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guideline—Second Edition*. CLSI Document EP17-A2. Wayne, PA: CLSI; 2012.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach; Approved Guideline*. CLSI Document EP06-A. Wayne, PA: CLSI; 2003.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline—Third Edition*. CLSI Document EP09-A3. Wayne, PA: CLSI; 2013.
- US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1910.1030, Bloodborne pathogens.

- **19. US Department of Health and Human Services. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*. 6th ed. Washington, DC: US Government Printing Office; June 2020.
- **20. World Health Organization. *Laboratory Biosafety Manual*. 4th ed. Geneva: World Health Organization; 2020.
21. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Fourth Edition*. CLSI Document M29-A4. Wayne, PA: CLSI; 2014.

数字の表記について：

- ・3桁ごとの区切りに空白を入れている（例：10 000 検体）。
- ・小数点にはピリオドを使用している（例：3.12%）。

すべての商標の所有権は、各商標の所有者に帰属します。

【問い合わせ先】

*アボットジャパン合同会社

カスタマーサポートセンター

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 278

TEL 0120-031441

【製造販売業者の名称及び住所】

*アボットジャパン合同会社

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 278

TEL 047 (385) 2211 (代表)

© ABBOTT JAPAN LLC 2024