体外診断用医薬品

自己認証番号 25A2X00001000006
日本標準商品分類番号 877439

ITEM CODE: 06
** 2022年 9月改訂
* 2020年 9月改訂

** 使用の前に本電子添文をよくお読みください。

クラスI血液・生化学検査用シリーズ　80026001

スポットケム™ Ⅱ 循環器機能 -2　[Heart-2]

**【全般的な注意】

本品は、体外診断用でありそれ以外の目的に使用しないでください。
診断は、他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて、総合的に判断してください。
電子添文に記載された使用方法および使用目的以外での使用については、保証致しません。
使用する機器の電子添文および取扱説明書にしたがって使用してください。

【形状・構造等(キットの構成)】

本品はストリップ状であり、その試薬部分は試料保持層、試薬層、支持体からなる多層構造をしています。



①LDH(乳酸脱水素酵素)
②CPK(クレアチン・フォスフォキナーゼ)
③GOT(グルタミック・オキザロアセティック・トランスアミナーゼ)
④総蛋白
⑤尿素窒素
⑥総コレステロール

本品は100枚中に下記の成分を含有します。

＜LDH(乳酸脱水素酵素キット)＞
- L-乳酸リチウム……9.3 mg
- ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)……16.6 mg
- テトラゾリウムバイオレット……6.9 mg
- ジアホラーゼ

＜CPK(クレアチンキナーゼキット)＞
- クレアチンリン酸……36 mg
- アデノシン-5'-二リン酸カリウム(ADP)……9 mg
- ヘキソキナーゼ……231単位
- グルコース-6-リン酸脱水素酵素(G6PDH)……171単位
- ブドウ糖……2.7 mg
- ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド ホスフェート(NADP)……14 mg
- テトラゾリウムバイオレット……5 mg
- ジアホラーゼ

＜GOT(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼキット)＞
- L-アスパラギン酸ナトリウム……20 mg
- α-ケトグルタル酸……1.6 mg
- オキザロ酢酸脱炭酸酵素(OAC)……107単位
- ピルビン酸オキシダーゼ(POP)……217単位
- 4-アミノアンチピリン……0.64 mg
- 3,5-ジメトキシ-N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル) アニリン・ナトリウム(DAOS)……1.08 mg
- ペルオキシダーゼ(POD)……73単位
- チアミンピロリン酸(TPP)
- 塩化マグネシウム

＜総蛋白(血液検査用総蛋白キット)＞
- 硫酸銅……38.7 mg

＜尿素窒素(血液検査用尿素窒素キット)＞
- o-フタルアルデヒド……29.3 mg
- N-1-ナフチル-N'-ジエチルエチレンジアミンシュウ酸塩 ……10.2 mg

＜総コレステロール(コレステロールキット)＞
- コレステロールオキシダーゼ(COD)……82単位
- 4-アミノアンチピリン……3.2 mg
- 3,5-ジメトキシ-N-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル) アニリン・ナトリウム(DAOS)……6.4 mg
- ペルオキシダーゼ(POD)……266単位
- コレステロールエステラーゼ(CE)
- 界面活性剤

【使用目的】

血清または血漿中のLDH、CPK、GOT、総蛋白、尿素窒素、総コレステロールの測定

【測定原理】

試薬部分に試料(血清、血漿)が一定量点着されると、試料はまず試料保持層全面に均一に展延します。展延した試料は、試薬層に到達し、これを溶解し反応が進行します。反応が進行しながら試薬層は完全に溶解して試料保持層に吸収され、両者は一体となって検出層を形成します。この検出層で生成された呈色物質を比色定量します。

＜LDH＞
試料中のLDHは、アルカリ性下でNADを補酵素とし、L-乳酸を酸化してピルビン酸とNADHを生成します[1)]。これらの反応で生じたNADHはジアホラーゼを介して、テトラゾリウムバイオレットを紫色のホルマザンに還元します。この呈色物質を比色定量します。

$$\text{L-乳酸} + \text{NAD} \xrightarrow{\text{LDH}} \text{ピルビン酸} + \text{NADH}$$

$$\text{NADH} + \text{テトラゾリウムバイオレット} \xrightarrow{\text{ジアホラーゼ}} \text{紫色色素(550 nmで測光)} + \text{NAD}$$

＜CPK＞
試料中のCPKは、クレアチンリン酸のリン酸をADPに転移し、クレアチンとATPを生成します。ATPとグルコースはヘキソキナーゼの存在下でグルコース-6-リン酸とADPを生成します。さらにグルコース-6-リン酸は、G6PDHによりNADPを補酵素として脱水素され、グルコネート-6-リン酸を生成します。この際NADPは還元されてNADPHを生成します[2),3)]。この反応で生じたNADPHはジアホラーゼを介して、テトラゾリウムバイオレットを紫色のホルマザンに還元します。この呈色物質を比色定量します。

$$\text{クレアチンリン酸} + \text{ADP} \xrightarrow{\text{CPK}} \text{クレアチン} + \text{ATP}$$

$$\text{ATP} + \text{ブドウ糖} \xrightarrow{\text{ヘキソキナーゼ}} \text{グルコース-6-リン酸} + \text{ADP}$$

$$\text{グルコース-6-リン酸} + \text{NADP} \xrightarrow{\text{G6PDH}} \text{グルコネート-6-リン酸} + \text{NADPH}$$

$$\text{NADPH} + \text{テトラゾリウムバイオレット} \xrightarrow{\text{ジアホラーゼ}} \text{紫色色素(550 nmで測光)} + \text{NADP}$$

＜GOT＞
試料中のGOTは、L-アスパラギン酸のアミノ基をα-ケトグルタル酸に転移し、L-グルタミン酸とオキザロ酢酸を生成します。オキザロ酢酸はオキザロ酢酸脱炭酸酵素によってピルビン酸を生じ、このピルビン酸はマグネシウムイオンとチアミンピロリン酸の存在下でピルビン酸オキシダーゼの触媒作用によって、酸化されて過酸化水素を生成します[4)]。生じた過酸化水素はペルオキシダーゼの触媒作用によって、4-アミノアンチピリン、DAOSを酸化縮合して、青色の呈色物質を生成します。この呈色物質を比色定量します。

$$\text{L-アスパラギン酸} + \alpha\text{-ケトグルタル酸} \xrightarrow{\text{GOT}} \text{L-グルタミン酸} + \text{オキザロ酢酸}$$

$$\text{オキザロ酢酸} \xrightarrow{\text{OAC}} \text{ピルビン酸} + CO_2$$

$$\text{ピルビン酸} + \text{リン酸} + O_2 \xrightarrow[Mg^{2+}]{\text{POP、TPP}} \text{アセチルリン酸} + H_2O_2 + CO_2$$

$$H_2O_2 + \text{4-アミノアンチピリン} + \text{DAOS} \xrightarrow{\text{POD}} \text{青色色素(610 nmで測光)} + H_2O$$

＜総蛋白＞
試料中の総蛋白は、アルカリ性下で銅イオンと作用し、青紫色のキレート化合物を生成します[5),6)]。この呈色物質を比色定量します。

$$\text{総蛋白} + \text{硫酸銅} \xrightarrow{\text{アルカリ性}} \text{青紫色色素(550 nmで測光)}$$

＜尿素窒素＞
試料中の尿素はo-フタルアルデヒドと反応して、1,3-ジヒドロキシイソインドリン(DHI)を生成します。生じたDHIのカルボニウムイオンは、酸性下でN-1-ナフチル-N'-ジエチルエチレンジアミンシュウ酸塩と反応し青紫色の呈色物質を生成します[7)]。この呈色物質を比色定量します。

$$\text{尿素} + \text{o-フタルアルデヒド} + \text{N-1-ナフチル-N'-ジエチルエチレンジアミンシュウ酸塩} \xrightarrow{\text{酸性}} \text{青紫色色素(610 nmで測光)}$$

＜総コレステロール＞
試料中のリポ蛋白は界面活性剤によってコレステロールエステルに分解され、コレステロールエステラーゼの作用によってコレステロールに加水分解されます。このコレステロールはコレステロールオキシダーゼの触媒作用によって、特異的に酸化されてコレスト-4-エン-3-オンと過酸化水素を生成します。生じた過酸化水素はペルオキシダーゼの触媒作用によって、4-アミノアンチピリン、DAOSを酸化縮合して、青色の呈色物質を生成します。この呈色物質を比色定量します。

$$\text{リポ蛋白} \xrightarrow{\text{界面活性剤}} \text{コレステロールエステル} + \text{蛋白質}$$

$$\text{コレステロールエステル} + H_2O \xrightarrow{\text{CE}} \text{コレステロール} + \text{脂肪酸}$$

$$\text{コレステロール} + O_2 \xrightarrow{\text{COD}} \text{コレスト-4-エン-3-オン} + H_2O_2$$

$$H_2O_2 + \text{4-アミノアンチピリン} + \text{DAOS} \xrightarrow{\text{POD}} \text{青色色素(610 nmで測光)} + H_2O$$

【操作上の注意】

＜測定試料の性質＞

1. 採血時の抗凝固剤はヘパリンをもちいるようにしてください。フッ化ナトリウム、モノヨード酢酸および EDTA を含む試料は、特に酵素検査項目等で負の誤差を与えることがありますのでご注意ください。BUN、T-Bil、Alb、無機リンなど酸性緩衝剤を含む試薬では、フッ化ナトリウムやフッ化アンモニウムを添加された試料は測定できません。フッ化水素を発生し、専用測定機(ＳＰ－４４３０)に重大な損傷を与えます。
2. 血清、血漿以外のものを測定しないでください。
3. 試料は蒸発防止のためフタつきの容器に入れてください。
4. 冷蔵した試料をもちいる場合は、室温にもどしてから測定してください。
5. 試料に血清をもちいる場合は、血清分離に先立ち血液が十分に凝固していることを確認するとともに、測定機にセットする際に浮遊するフィブリンを除去してください。ノズルの詰まりをひきおこし、それ以降の測定結果に悪影響を及ぼすことがあります。
6. 試料中に気泡が入っている場合は、測定前に必ず気泡を取り除いてから測定してください。異常値を示したり、測定不能の原因となります。
7. 精製水や生理食塩水で、血清、血漿を希釈すると理論値から乖離する場合があります。

＜妨害物質＞

1. LDH
   本品は、ビリルビンの影響はほとんどありません。
   溶血した試料では正の誤差を生じます。
   アスコルビン酸を含む試料では負の誤差を生じます。
   血漿を試料としてもちいる場合、抗凝固剤として使用されるヘパリンによる影響はありませんが、EDTA(2 mg/mL以上)を含む試料では負の誤差を生じることがあります。
2. CPK
   本品は、ビリルビンの影響はほとんどありません。
   溶血した試料では正の誤差を生じます。
   アスコルビン酸(5 mg/mL以上)を含む試料では負の誤差を生じます。
   血漿を試料としてもちいる場合、抗凝固剤として使用されるヘパリンは通常の使用量において影響ありません。
   CPK活性は、徐々に低下する傾向にあります。
3. GOT
   本品は、ビリルビンの影響はほとんどありません。
   アスコルビン酸(10 mg/dL以上)を含む試料では負の誤差を生じることがあります。
   溶血した試料では正の誤差を生じることがあります。
   ** エルトロンボパグを投与された患者の試料では正の誤差を生じることがあります。
   血漿を試料としてもちいる場合、抗凝固剤として使用されるヘパリンは通常の使用量において影響ありません。
   GOT活性は、徐々に低下する傾向にあります。
4. 総蛋白
   本品は、アスコルビン酸の影響はほとんどありません。
   溶血した試料では正の誤差を生じることがあります。
   血漿を試料としてもちいる場合、抗凝固剤として使用されるヘパリンは通常の使用量において影響ありません。
   測定環境のCO_2濃度が高い場合(0.1%以上)、負の誤差を生じることがあります。
5. 尿素窒素
   本品は、アスコルビン酸およびビリルビンの影響はほとんどありません。
   蛋白濃度の高い試料では負の誤差を生じ、蛋白濃度の低い試料では正の誤差を生じます。
   溶血した試料では負の誤差を生じることがあります。
   血漿を試料としてもちいる場合、抗凝固剤として使用されるヘパリンは通常の使用量において影響ありません。
   また、アミノ基やアミド基を有する薬物で正の誤差を生じることがあります。
6. 総コレステロール
   本品はビリルビンおよび溶血の影響はほとんどありません。
   アスコルビン酸(10 mg/dL以上)を含む試料では負の誤差を生じます。
   血漿を試料としてもちいる場合、抗凝固剤として使用されるヘパリンは通常の使用量において影響ありません。

【用法・用量(操作方法)】

専用測定機(ＳＰ－４４３０)の取扱説明書にしたがって、本品と試料を準備の上、測定操作を行います。誤った測定操作は正しい測定値が得られないのみならず測定機を破損させる原因となりますのでご注意ください。
本品をアルミパックより取り出す際には、以下の点に留意してください。

・折れ曲がったり、試薬部がストリップより剥離しないように、本品に無理な力を加えずに丁寧に取り扱ってください。
・アルミパックを開封した後は、放置せずにすぐに使用してください。

＜試薬カードについて＞

1. 試薬カードは専用測定機(ＳＰ－４４３０)に使用してください。

2. 本品をご使用の際には、必ず同封の試薬カードを専用測定機（ＳＰ－４４３０）に読み込ませてください。引き続き同一ロットの試薬をご使用の際には、この操作は必要ありません。
3. 試薬カードは専用測定機（ＳＰ－４４３０）の取扱説明書にしたがって使用してください。

＜キャリブレーションについて＞
同封の試薬カードを専用測定機（ＳＰ－４４３０）に読み込ませることによってキャリブレーションは完了します。キャリブレーションの詳細については、専用測定機（ＳＰ－４４３０）の取扱説明書にしたがってください。

【測定結果の判定法】

＜参考基準範囲＞[8)]

・LDH	124～222 IU/L
・CPK	男：59～248 IU/L
	女：41～153 IU/L
・GOT	13～30 IU/L
・総蛋白	6.6～8.1 g/dL
・尿素窒素	8～20 mg/dL
・総コレステロール	142～248 mg/dL

基準範囲は種々の条件下、各検査室により変動する可能性がありますので、各施設にて適した値を設定してください。

【性能】

1.性能

＜感度＞

・LDH
1. 0濃度検査液(7%BSA/(0.02 mol/Lリン酸三ナトリウム水溶液))を6回同時に測定するとき、測定値は全て50 IU/L未満を示します。[注1)]
2. 既知濃度(190 IU/L)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て143～238 IU/Lを示します。
3. 既知濃度(1000 IU/L)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て750～1250 IU/Lを示します。

注1) 0濃度検査液での50 IU/Lとは、専用測定機をもちいたシステムでの最小検出値(測定レンジ下限)を示し、この最小検出値未満の測定値は「50 IU/L未満」と表示されます。

・CPK
1. 0濃度検査液(精製水)を6回同時に測定するとき、測定値は全て50 IU/L未満を示します。[注1)]
2. 既知濃度(200 IU/L)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て152～248 IU/Lを示します。
3. 既知濃度(1200 IU/L)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て912～1488 IU/Lを示します。

注1) 0濃度検査液での50 IU/Lとは、専用測定機をもちいたシステムでの最小検出値(測定レンジ下限)を示し、この最小検出値未満の測定値は「50 IU/L未満」と表示されます。

・GOT
1. 0濃度検査液(7%BSA/(0.02 mol/Lリン酸三ナトリウム水溶液))を6回同時に測定するとき、測定値は全て10 IU/L未満を示します。[注1)]
2. 既知濃度(34 IU/L)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て26～42 IU/Lを示します。
3. 既知濃度(450 IU/L)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て342～558 IU/Lを示します。

注1) 0濃度検査液での10 IU/Lとは、専用測定機をもちいたシステムでの最小検出値(測定レンジ下限)を示し、この最小検出値未満の測定値は「10 IU/L未満」と表示されます。

・総蛋白
1. 0濃度検査液(精製水)を6回同時に測定するとき、測定値は全て2.0 g/dL未満を示します。[注1)]
2. 既知濃度(5.5 g/dL)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て4.7～6.3 g/dLを示します。
3. 既知濃度(7.0 g/dL)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て5.9～8.1 g/dLを示します。

注1) 0濃度検査液での2.0 g/dLとは、専用測定機をもちいたシステムでの最小検出値(測定レンジ下限)を示し、この最小検出値未満の測定値は「2.0 g/dL未満」と表示されます。

・尿素窒素
1. 0濃度検査液(7%BSA/(0.02 mol/Lリン酸三ナトリウム水溶液))を6回同時に測定するとき、測定値は全て5 mg/dL未満を示します。[注1)]
2. 既知濃度(15 mg/dL)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て13～17 mg/dLを示します。
3. 既知濃度(55 mg/dL)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て46～64 mg/dLを示します。

注1) 0濃度検査液での5 mg/dLとは、専用測定機をもちいたシステムでの最小検出値(測定レンジ下限)を示し、この最小検出値未満の測定値は「5 mg/dL未満」と表示されます。

・総コレステロール
1. 0濃度検査液(7%BSA/(0.02 mol/Lリン酸三ナトリウム水溶液))を6回同時に測定するとき、測定値は全て50 mg/dL未満を示します。[注1)]
2. 既知濃度(120 mg/dL)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て102～138 mg/dLを示します。
3. 既知濃度(155 mg/dL)の管理血清を15回同時に測定するとき、測定値は全て132～178 mg/dLを示します。

注1) 0濃度検査液での50 mg/dLとは、専用測定機をもちいたシステムでの最小検出値(測定レンジ下限)を示し、この最小検出値未満の測定値は「50 mg/dL未満」と表示されます。

＜特異性＞

・LDH
既知濃度(低濃度および中濃度)の血清を測定するとき、測定値は既知濃度の±25%以内にあります。

・CPK
既知濃度(低濃度および高濃度)の血清を測定するとき、測定値は既知濃度の±25%以内にあります。

・GOT
既知濃度(低濃度および中濃度)の血清を測定するとき、測定値は既知濃度の±25%以内にあります。

・総蛋白
既知濃度(低濃度および中濃度)の血清を測定するとき、測定値は既知濃度の±15%以内にあります。

・尿素窒素
既知濃度(低濃度)の血清を測定するとき、測定値は既知濃度の±15%以内にあります。
既知濃度(中濃度)の血清を測定するとき、測定値は既知濃度の±16.5%以内にあります。

・総コレステロール
既知濃度(低濃度および中濃度)の血清を測定するとき、測定値は既知濃度の±15%以内にあります。

＜同時再現性＞

・LDH
プール血清を15回同時に測定するとき、測定値のCV値は8%以内です。

・CPK
プール血清を15回同時に測定するとき、測定値のCV値は8%以内です。

・GOT
プール血清を15回同時に測定するとき、測定値のCV値は8%以内です。

・総蛋白
プール血清を15回同時に測定するとき、測定値のCV値は5%以内です。

・尿素窒素
プール血清を15回同時に測定するとき、測定値のCV値は5%以内です。

・総コレステロール
プール血清を15回同時に測定するとき、測定値のCV値は5%以内です。

＜測定範囲＞

・LDH
50～2000 IU/L

・CPK
50～2000 IU/L

・GOT
10～1000 IU/L

・総蛋白
2.0～11.0 g/dL

・尿素窒素
5～200 mg/dL
・総コレステロール
50～400 mg/dL

2. 相関性試験成績

＊ ・LDH
本法(Y)とIFCC対応法(X)との相関を血清試料98例について行った結果、相関係数r＝0.993、回帰式Y＝1.015X－5.9の成績を得ました。
・CPK
本法(Y)とJSCC標準化対応法(X)との相関を血清試料50例について行った結果、相関係数r＝0.991、回帰式Y＝0.960X＋13.9の成績を得ました。
・GOT
本法(Y)とJSCC勧告案準拠法(X)との相関を血清試料50例について行った結果、相関係数r＝0.985、回帰式Y＝0.988X－7.5の成績を得ました。
・総蛋白
本法(Y)とビウレット法(X)との相関を血清試料50例について行った結果、相関係数r＝0.962、回帰式Y＝0.943X＋0.16の成績を得ました。
・尿素窒素
本法(Y)とウレアーゼ・GIDH法(X)との相関を血清試料50例について行った結果、相関係数r＝0.999、回帰式Y＝1.028X＋0.38の成績を得ました。
・総コレステロール
本法(Y)とCE-COD-POD法(X)との相関を血清試料55例について行った結果、相関係数r＝0.988、回帰式Y＝1.019X－3.1の成績を得ました。

＊＊ 3. 較正用の基準物質（標準物質）

LDH	JCCLS CRM-001
CPK	JCCLS CRM-001
総蛋白	NIST SRM927
尿素窒素	NIST SRM912
総コレステロール	NIST SRM911

【使用上又は取扱い上の注意】

＜試薬について＞

1. 冷蔵(2～8℃)で保存してください。不適切な保存は試薬が有効期間内であっても、十分に性能を発揮できない場合があります。また、アルミパックは室温にもどしてから開封してください。室温にもどさずに開封した場合、吸湿等をおこし、異常値を示したり、性能を十分に発揮できない場合があります。
2. アルミパック包装から取り出した本品はすぐに使用してください。取り出した後、長時間放置すると異常値を示す原因となります。
3. その他、取り扱いの際には次のような点に注意してください。注意を怠ると異常値を示したり、測定不能の原因となります。
   ・一度使用した試験片は再度使用しないでください。
   ・本品の試薬部には、直接手を触れないでください。
   ・アルミパック包装の上から、試薬部分を強く押さえないでください。
   ・室内の揮発性薬品の汚染をさけてください。
   ・本品を折り曲げたり、湾曲させたりしないでください。特にアルミパック包装から試験片を取り出すときは、湾曲させないように注意してください。
   ・保存法が完全であれば、パッケージに記載されている期日まで使用できますが、期日内でも試薬部が変色、変形しているものは使用しないでください。
   ・石油またはガスを燃料とする暖房器具(ストーブ、ファンヒータ)、給湯器等の使用中に測定を行う場合は、十分な換気を行ってください。

＜専用測定機について＞

測光窓に汚れが付着すると、試験片からの反射光を正しく読み取ることができず正しい測定結果が得られません。専用測定機の取扱説明書にしたがって清掃してください。

＜廃棄について＞

感染のおそれがある試料を測定した場合は測定した残りの試料、試料容器、試験片、ピペットチップを必ず適切な処理をした後、廃棄してください。廃棄の際には、環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」にしたがって適切に処理してください。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法
   冷蔵(2～8℃)で保存してください。
2. 有効期間
   1年(有効期限はアルミパックおよびパッケージに記載)

【包装単位】

アルミパック	25枚(１箱中)
試薬カード(ＳＰ－４４３０専用)	1枚(１箱中)

【ITEM CODE】

専用測定機(ＳＰ－４４３０)の補助入力機能(相関補正係数の入力、異常値マークの設定、パラメータの印字等)をご活用いただく際には、以下のITEM CODEが必要となります。
詳しくは、専用測定機(ＳＰ－４４３０)の取扱説明書にしたがって、操作を行ってください。

項目名	ITEM CODE
LDH	02
CPK	09
GOT	31
総蛋白	29
尿素窒素	06
総コレステロール	24

【主要文献】

1. 中　甫：臨床検査、19/1、23-30(1975)
2. G.Szasz et al: Clin.Chem.,22/5、650-656(1976)
3. 安井辰夫ほか：臨床病理、XXXⅡ、79-85(1984)
4. 太田哲朗ほか：臨床病理、XXⅦ、総会号、544(1979)
5. Allan G.Gornall et al: J.Biol.Chem.,171,751-766(1949)
6. 渡辺富久子：検査と技術、7/2、109-114(1979)
7. David Jung et al: Clin.Chem.,21/8,1136-1140(1975)
＊ 8. 日本臨床検査標準協議会　JCCLS共用基準範囲(2020年2月3日)

【問合わせ先】

アークレイ お客様相談室
滋賀県甲賀市甲南町柑子1480 〒520-3306
TEL 0120-103-400＜通話料無料＞
(平日 8:30～18:00、土曜日 8:30～12:00)

C772-0128K

販売元
アークレイ株式会社
京都市南区東九条西明田町57 〒601-8045

製造販売元
株式会社アークレイ ファクトリー
滋賀県甲賀市甲南町柑子1480 〒520-3306