

届出番号 13A2X00204000003
00020012200

**2026年7月改訂(第4版)
*2019年3月改訂(第3版)

この添付文書をよく読んでから使用してください。

第II凝固因子キット

ヒーモスアイエル ファクター II

●一般的な注意

1. 本品は体外診断用医薬品です。それ以外の目的には使用できません。
2. 診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状に基づき医師が総合的に判断してください。
3. 添付文書以外の使用方法については保証をいたしません。
4. 試薬にはヒト由来成分が含まれていることより感染の恐れのあるものとして取り扱ってください。
5. 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。

●形状・構造等(キットの構成)

1. 第II因子欠乏血漿
第II因子欠乏ヒト血漿

●使用目的

血漿中の第II凝固因子の測定

●測定方法(測定原理)

所定量の希釈血漿検体に調製済み第II因子欠乏血漿を加え、それにPT系試薬を加え反応させ凝固時間を測定します。測定した凝固時間から検量線を用いて第II因子活性を求めます。

- ・ 外因系凝固因子である第II因子(プロトロンビン)活性は、プロトロンビン時間(PT)の変法により検出することができます。患者血漿を希釈液で希釈し、血液凝固第II因子欠乏血漿を加えます。欠乏血漿で補正された凝固時間は、同様な方法で得られた検量線から換算される患者血漿中の第II因子活性(%)と比例します。
- ・ 本品は、免疫学的方法によりヒト血漿から血液凝固第II因子を除いたものです。
- ・ 残存第II因子活性は1%以下です。他の凝固因子は正常レベルです。
- ・ 第II因子はプロトロンビンとも呼ばれ、肝臓で合成され、不活性な分子として血漿中に存在するビタミンK依存性タンパク質です。
- ・ 血液凝固系において第II因子は、活性化第X因子(Xa)によってアクティブフォームの活性化第II因子(トロンビン)に変換されます。トロンビンは、血液凝固作用の中心物質であり、セリンプロテアーゼとしてその活性を示します。トロンビンはフィブリノゲンのフィブリンへの変換に不可欠であり、血小板の最も重要な生理学上の活性物質です。血液凝固第V因子、第VIII因子、及び第XIII因子を活性化します。又、トロンボモジュリンと結合して抗凝固作用を示すプロテインCを強力に活性化します。
- ・ インスツルメンテーション ラボラトリー社(IL社)の血液凝固自動分析装置により自動測定される他、用手法でも測定することができます。

●操作上の注意

1. 検体
 - 1) 凝固検査に用いる血液は抗凝固剤クエン酸3ナトリウム1容に対して新鮮静脈血9容の割合で採血します。血漿化するときには1500×gで15分間遠心します。検体の採取、取り扱いについてはCLSIドキュメントH21-A5¹⁾を参照してください。
 - 2) フィブリンが析出している検体は使用しないでください。
 - 3) 遠心操作が不十分な検体は使用しないでください。
2. 妨害物質
 強溶血検体、黄疸、高脂肪血は使用できません。
また、妨害物質についての情報は使用されるPT系試薬の添付文書をご参照ください。
3. 精度管理
 精度管理を確実に行うために正常、異常の2種の管理用血漿をご使用ください²⁾。平均値、標準偏差及び運用法は各施設で設定してください。少なくとも8時間ごとのコントロールの測定をお勧めします。コントロール測定値が設定値から外れる場合にはWestgardらの文献^{3,4)}を参照してください。

●用法・用量(操作方法)

1. 試薬の調製方法
 - 1) 第II因子欠乏血漿(凍結乾燥): パイアル1瓶に精製水⁵⁾ 1.0mLを加え、再びパイアルキャップをはめて、ゆるやかに攪拌してください。内容物が完全に溶解しているのを確認してください。溶解後の試薬は、15~25°Cで30分間静置し、使用前に、再度パイアルを転倒混和してください。その際パイアルを激しく振って泡立ってないようにしてください。
 - ・ 溶解後の安定性

2~8°C保存	24時間	(オリジナルパイアルで)
* 15°C保存	24時間	ACL TOPファミリー、 ACL TOPファミリー50シリーズ機上
 - ・ 試薬の至適安定性を保つために測定終了後は測定機器から外して2~8°Cで冷蔵保存するようにしてください。
 - 2) PT系試薬(別売品ヒーモスアイエル リコンビラスチンを用いた例)(凍結乾燥): 試薬を溶解する前に少なくとも15分間は15~25°C温度下に静置してください。RTF試薬パイアル(8mL用、20mL用)にRTF溶解液のパイアル(8mL、20mL)からピベットで正確に8mL又は20mL採取して加え、再びパイアルのキャップを開けて、ゆるやかに回すように攪拌してください。内容物が完全に溶解しているのを確認してください。溶解後の試薬は15~25°Cで15~20分間静置し、使用前に再度パイアルを転倒混和してください(使用される製品の添付文書に従ってください)。
 - 3) ヒーモスアイエル キャリブレーション血漿(凍結乾燥)(別売品): パイアル1瓶に精製水⁵⁾ 1.0mLを加え、再びパイアルキャップをはめて、ゆるやかに攪拌してください。内容物が完全に溶解しているのを確認してください。溶解後の試薬は、15~25°Cで30分間静置し、使用前に、再度パイアルを転倒混和してください。その際パイアルを激しく振って泡立ってないようにしてください(製品添付の使用説明書に従ってください)。
 - 4) ヒーモスアイエル ファクター・ダイリュエント(溶液・別売品): そのまま使用します。
2. 必要な器具・器材・試薬等
 - ・ PT系試薬

ヒーモスアイエル PT・フィブリノゲン	(00009756710)
ヒーモスアイエル PT・フィブリノゲン HS PLUS	(00008469810)
ヒーモスアイエル リコンビラスチン 8mL	(00020002950)
ヒーモスアイエル リコンビラスチン 20mL	(00020003050)
 - ・ 標準品

ヒーモスアイエル キャリブレーション血漿	(00020003700)
----------------------	---------------
 - ・ 検体又は標準品希釈液

ヒーモスアイエル ファクター・ダイリュエント	(00009757600)
------------------------	---------------
 - ・ 攪拌子

マグネチック スターラー・パー	(00009746606)
-----------------	---------------
3. 測定操作法
 IL社血液凝固自動分析装置の各装置にはあらかじめ測定条件がセットされています。操作法については、血液凝固自動分析装置のオペレーターズマニュアル及びアプリケーション/リファレンスマニュアルを参照してください。
IL社製の自動血液凝固分析装置で測定することをお勧めします。
IL社製以外の自動血液分析装置での測定結果については保証いたしません。
[ACL TOPによる例]
血漿29 µL にファクター・ダイリュエント87 µL を加え攪拌します。
その希釈検体50 µL に第II因子欠乏血漿50 µL を加え攪拌し、一定時間加温します。更にPT系試薬100 µL を加え攪拌した後、波長671nmで透過光の変化を測定し凝固時間を求め、予め作成した検量線から活性%を求めます。測定結果は、活性%もしくはIU/mL、秒で報告されます。上記測定はACL TOP内で自動的に行われます。

●測定結果の判定法

1. 参考基準範囲⁹⁾

血液凝固第II因子 79 – 131% (0.79 – 1.31IU/mL)

この結果はある特定のロット番号の試薬を使用して得られたものです。凝固検査においては測定結果に影響を及ぼす多くの要因(年齢等)が考えられる為、各施設で必ず自施設での基準範囲を設定してください。

2. 判定上の注意

- 1) 検体によっては、まれに検体中の目的成分以外との反応や妨害反応を生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、反応曲線を確認し、再検査や希釈再検査により確認してください。
- 2) 測定値に影響を与えるため、クエン酸ナトリウム以外は抗凝固剤として使用しないでください。
- 3) 血液凝固第II因子欠乏症は、肝臓病、線溶亢進、および播種性血管内血液凝固症候群(DIC)等により二次的に引き起こされる可能性があります。
- 4) 経口抗凝固療法⁷⁾を受けている患者、又は取り込みもしくは吸収異常によるビタミンK欠乏症の患者は、第II因子のようなビタミンK依存性凝固因子の血漿中レベルが減少している可能性があります。
- 5) 診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状に基づき医師が総合的に判断してください。

●性能

1. 感度

正常管理血漿を試料として操作した場合の測定値は85~135%、異常管理血漿を試料として操作した場合の測定値は50%以下です。

2. 正確性

既知活性の管理血漿を測定するとき、既知活性の±15%以内です。

3. 同時再現性

同一検体を5回同時に測定するとき、測定値のC.V.値は、正常管理血漿で10%以下、異常管理血漿では15%以下です。

4. 測定範囲

ACL 300:1~150%

* 5. 校正用の基準物質(標準物質)

WHO International Standard

●使用上又は取り扱い上の注意

1. 取り扱い上の注意

- 1) 検体は、HIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取り扱いしてください。
- 2) この製品の原材料は、HBs抗原とHIV抗体及びHCV抗体が陰性であることをFDAで認められている方法で確認しています⁸⁾。しかし、現在の検査法ではすべての感染性を完全に否定できませんので、患者検体と同様に扱ってください。
- 3) 検査にあたっては、感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、口でのピペッティングは行わないでください。
- 4) 誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

2. 使用上の注意

- 1) 試薬は保管方法に従って保存し、使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
- 2) 使い残りの試薬の混合は避けてください(汚染や試薬の劣化をきたすことがあります)。
- 3) ゴミなどが試薬及びセルに混入しないように留意してください。

3. 廃棄上の注意

- 1) 検体及び検査に使用した器具類、及び廃液は、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度1,000ppm、1時間以上浸漬)、グルタルアルデヒド溶液(2%、1時間以上浸漬)等での消毒又はオートクレーブ処理(121°C、20分以上)を行ってください。
- 2) 試薬及び検査に使用する器具類、及び廃液を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等に従って、廃棄してください。

●保管方法及び有効期間

1. 保管方法 2~8°C

2. 有効期間 29ヶ月

●包装単位

製品番号	品目名	包装単位
00020012200	ヒーモスアイエル ファクターII	1mL用×10

●主要文献

- 1) Clinical and Laboratory Standards Institute. Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays and Molecular Hemostasis Assay ; Approved Guideline Fifth Edition, CLSI Document H21-A5; Vol. 28 No. 5.
- 2) Zucker S, Cathey MH, and West B. Preparation of Quality Control Specimen for Coagulation, Am. J. Clin. Pathol. 1970; 53: 924-927.
- 3) Westgard JO, and Barry PL. Cost-Effective Quality Control; Managing the Quality and Productivity of Analytical Process, AACC Press 1986.
- 4) Clinical and Laboratory Standards Institute. Determination of Factor Coagulant Activities. Approved Guideline. CLSI Publication H48-A; Vol. 17 No. 4.
- 5) Clinical and Laboratory Standards Institute. Preparation and Testing of Reagent Water in the Clinical Laboratory, Fourth Edition, CLSI Document C3-A4; Vol. 26 No. 22.
- 6) Winrobe's Clinical Hematology, Tenth Edition, Vol. 2, 1999: p1575t, ISBN 0-683-18242-0.
- 7) Biggs R, Rizza C. Human Blood Coagulation, Haemostasis and Thrombosis. III ed. Oxford, England: Blackwell Scientific Publications, 1984.
- 8) Richmond JY, McKinney RW eds. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, 4th Edition, 1999.

●問い合わせ先

アイ・エル・ジャパン株式会社

** 東京都品川区東品川2-5-8

TEL : 0120 (274) 011

製造元

インストルメンテーション ラボラトリー社

米国

製造販売元

アイ・エル・ジャパン株式会社

** 東京都品川区東品川2-5-8