

クラス III 血液検査用シリーズ
第 XII 凝固因子キット

G K 血液凝固因子測定試薬

第 XII 因子測定キット

第 XII 因子欠乏ヒト血漿

****【全般的な注意】**

1. 本品は体外診断用であり、それ以外の目的には使用しないで下さい。
2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断して下さい。
3. 添付文書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 本品は、先天性第 XII 因子欠乏症患者由来血漿であり、かつ新鮮液状凍結品です。本品はヒト由来成分を含みます。
HIV 抗体、HBs 抗原については、それぞれ陰性であることを確認しておりますが、HCV 抗体については、陽性の結果が得られておりま
すので、検体と同様に感染の危険性があるものとして、取扱いには十分注意して下さい。
5. 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読み、記載に従って使用して下さい。

【形状・構造等（キットの構成）】

第 XII 因子欠乏ヒト血漿
クエン酸ナトリウム加第 XII 因子欠乏ヒト血漿 100 μ l/1 回測定分

【使用目的】

血中における血液凝固第 XII 因子活性量の定量

【測定原理】

欠乏因子以外の血液凝固に関係する因子が十分含まれている第 XII 因子欠乏血漿中に被検血漿を添加した場合、活性化部分トロンボプラスチン時間には被検血漿中の第 XII 因子活性量に比例して凝固時間の補正効果が認められます。

実際の第 XII 因子の活性量の定量は、活性化部分トロンボプラスチン法に基づいて、凝固時間(APTT)を測定し、正常血漿を用いて作成した検量線から求めます。

【操作上の注意】

1. 検体の採取と保存

検体は、血液 9 容に対して 3.8%クエン酸ナトリウム液 1 容の比率で採取し、10～15 分間、3000rpm で分離した上清を用いて下さい。採血後、直ちに検査する場合は、検体を 2～8℃で保存し、また 8 時間以後に検査する場合は、－20℃以下で凍結保存して下さい。

尚、凍結保存の血漿は、活性が損なわれる場合がありますので、凍結・融解を繰り返さないで下さい。

2. 妨害物質

治療薬として用いられているヘパリン等の抗凝固剤の影響を受けます。

【用法・用量（操作方法）】

1. 試薬の調製方法

1) 第 XII 因子欠乏ヒト血漿

使用時、水浴(15～20℃)で融解し、冷所(2～8℃)に保存します。

融解後、冷所(2～8℃)に保存すれば 5 時間以内は、使用することができます。

2) 必要な器具・器材・試料等

次の試薬は市販のものを用意するか、または自家調製して下さい。

(1) 活性化部分トロンボプラスチン試薬

活性化部分トロンボプラスチン試薬の用法・用量については、市販のものによっては、塩化カルシウムを含んでいるものもありますので、使用される試薬に添付されている添付文書に従って下さい。

(2) 25mM 塩化カルシウム溶液

(3) 正常血漿または標準血漿

(4) 50mM トリス塩酸緩衝液 (pH7.4)

尚、ペロナール緩衝液 (pH7.35)を使用することもできます。

2. 測定（操作）法

1) 検量線の作成手順(表 1 参照)

- (1) 標準血漿 200 μ l をトリス塩酸緩衝液(またはペロナル緩衝液) 800 μ l で希釈(5 倍)し、さらに倍々希釈(～640 倍)して希釈標準血漿(各 500 μ l)を作成します。
 - (2) 欠乏血漿 100 μ l を正確に凝固用試験管に分注します。
 - (3) (1)で調製した希釈標準血漿 100 μ l と※活性化部分トロンボプラスチン試薬 100 μ l を正確に上記(2)試験管に分注し、混和後、37℃でブレインキュベーションをします。
 - (4) 正確に一定時間(※2～5 分)ブレインキュベーションした後、※塩化カルシウム溶液 100 μ l を正確に添加し、凝固時間を測定します。
 - (5) 既知凝固活性量と凝固時間を両対数グラフを用い、横軸に希釈倍数、縦軸に凝固時間(秒)をプロットし、検量線を作成します。
- ※用法・用量については、使用される試薬に添付されている添付文書に従って下さい。
- 2) 被検血漿の操作手順
 - (1) 1)–(1)の標準血漿の代わりに被検血漿を用い、表 1 の試験管番号 1 と同じ操作手順(5 倍希釈液)で凝固時間を測定します。
 - (2) 被検血漿の凝固活性量は、2)–(1)で得られた凝固時間を 1)で得られた検量線の値より希釈倍数を乗じて算出します。

▼ 表 1

試験管番号	1	2	3	4	5	6	7	8
希 釈 緩 衝 液	800 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ
正 常 血 漿	200 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ	500 μ ℓ
希 釈 倍 数	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 40	1 : 80	1 : 160	1 : 320	1 : 640
凝 固 活 性 量 (%)	20	10	5	2.5	1.25	0.625	0.31	0.16
各 上 記 希 釈 血 漿	100 μ ℓ							
欠 乏 血 漿	100 μ ℓ							
A P T T 試 薬	100 μ ℓ							
10 秒間混和後、37℃で 2～5 分間ブレインキュベーションする								
塩化カルシウム溶液	100 μ ℓ							
凝固するまでの時間(秒)を 37℃で測定する								

**【測定結果の判定法】

参考基準範囲は 60～140%

(金井正光 監修：臨床検査法提要 改訂第 33 版, 2010, p368, 金原出版)

【臨床的意義】

第 XII 因子は、接触因子と言われています。生物学的機能として血管外の異物に接触することによって活性化され、凝固活性を促進させます。

第 XII 因子の凝固活性測定法には、既知第 XII 因子欠乏血漿を基質とした部分トロンボプラスチン時間に基づく一段法があります。

第 XII 因子欠乏症ならびに第 XII 因子阻害物質などの診断に用いられます。

*【性能】

1. 感度 活性量 1%
2. 正確性 管理用正常血漿に対して $\pm 20\%$ 以内
管理用異常血漿に対して $\pm 40\%$ 以内
3. 同時再現性 C.V.値 5%以下

【使用上又は取扱い上の注意】

**1.取扱い上（危険防止）の注意

- 1) 試料(検体)は感染の恐れがあるものとして取り扱って下さい。検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペティングを行わないで下さい。
- 2) 試薬は皮膚などにつけないように注意し、もし皮膚についたときには、大量の石けん水などをもちいて洗い流して下さい。また試薬が誤って目や口に入った場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けて下さい。

**2.使用上の注意

有効期限を過ぎた試薬は使用しないで下さい。

**3.廃棄上の注意

- 1) 使用した試薬、廃液及び使用済み器具などは、感染の危険性があるものとして処理して下さい。
- 2) 使用した試薬、廃液及び使用済み器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。

4.その他の注意

- 1) 試薬、または欠乏血漿のロット番号が変わったときは、新しい検量線を作成して下さい。
- 2) 試料(検体)は、シリコン処理注射器、またはディスポシリンジで採血し、シリコン処理試験管、またはポリ試験管に保存して下さい。

- 3) 再現性のある結果を得るためには、操作時間を厳守して下さい。
- 4) きれいなガラス器具、プラスチック製器具の使用が重要です。容器の表面部分は検体血漿の活性化を起こさせることがあります。それ故、すべての凝固検査法に対して一定の技法で行って下さい。

***【貯蔵方法、有効期間】**

1.貯蔵方法

－70℃以下に保存

2.有効期間

18 ヶ月（外箱の有効期限内に使用すること）

***【包装単位】**

第 XII 因子欠乏ヒト血漿 1ml x 5 パイアル

【主要文献】

1. Hardisty, R.M., and Macpherson, J.C: A one stage Factor VIII (antiheemophilic globulin) assay and its use on venous and capillary plasma. Thromb. Diath. Haemorrh., 7.215, 1962
2. Douglas A. Triplett, MD and Cathy S. Harms, MT: Procedures for the Coagulation Laboratory. Educational Products Division American Society of Clinical Pathologists. p34－60.
3. 山田兼雄、目黒 嵩：血液凝固－止血と血栓・下. 宇宙堂 八木書店. p427－442

【問い合わせ先】

コスモ・バイオ株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽二丁目 2 番 20 号

** *Tel 03-5632-9622

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

製造業者

George King Bio-Medical, Inc. (USA)

製造販売

コスモ・バイオ株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽二丁目 2 番 20 号