

ご使用に際しては、本電子化された添付文書をよくお読みください。

プラスミノゲンキット
(分類コード番号：30578000)

テストチームS PLG

一般的な注意

1. 本品は、体外診断用医薬品ですので、それ以外の目的には使用できません。
2. 測定結果に基づく臨床判断は、臨床症状や他の検査結果などと合わせて担当医師が総合的に判断してください。
- ＊＊3. 投与された薬剤による測定値の影響に関しては、当該薬剤の電子添文に記載されている使用上の注意、特に臨床検査結果に及ぼす影響の項をよくお読みください。また、本電子添文の【操作上の注意】2.妨害物質の項や、【測定結果の判定法】2.判定上の注意の項もよくお読みください。
4. この電子添文に記載された使用方法に従って使用してください。記載された使用方法及び使用目的以外での使用については、測定値の信頼性を保証しかねます。
5. 試薬が誤って目や口に入った場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。
6. 各種自動分析装置でのご使用にあたっては、必ず測定装置の取扱説明書をよくお読みください。なお、別途、各機種別のパラメーターを用意しておりますので、必要な場合には弊社までご連絡ください。
7. 本品を使用する際は精度管理を実施し、精度が確保されていることを確認してください。
- ＊＊8. ストレプトキナーゼ液は、HBs抗原陰性、HIV抗体陰性、HCV抗体陰性を確認したヒト由来成分から調製しておりますが、使用の際には感染の危険性のあるものとして、検体と同様に十分注意して取り扱いってください。

形状・構造等(キットの構成)

- | | |
|--------------|---|
| 構成試薬名 | 成分 |
| ＊＊ストレプトキナーゼ液 | ストレプトキナーゼ |
| ＊基質液 | H-D-バリル-L-ロイシル-L-リジル-p-ニトロアニリド・二塩酸塩(S-2251) |


使用目的

- ＊＊血漿中のプラスミノゲンの測定

測定原理

1. 測定原理

検体(プラスミノゲン)に過剰量のストレプトキナーゼを加えると、プラスミノゲンはストレプトキナーゼと複合体を形成します。この複合体はプラスミン様活性を持ち発色性合成基質(S-2251)を分解してp-ニトロアニリンを遊離させます。遊離したp-ニトロアニリンを比色定量することにより、検体中のプラスミノゲン活性を求めます。



2. 特長

- 1) 検体希釈が不要の無希釈法です。
- 2) 試薬の調製が不要の液状試薬です。
- 3) プラスミンに対して極めて特異性の高い発色性合成基質を用いています。
- 4) ストレプトキナーゼ活性化法を用いることにより、血漿中のインヒビターの影響を受けません。
- 5) 定量性に優れ、精度も良好です。
- 6) 各種自動分析装置への適用が可能です。

操作上の注意

1. 測定試料の性質、採取法

- 1) 測定試料
 - ①血漿(クエン酸血漿)が使用できます。
 - ②ヘパリン血漿、EDTA血漿を検体として使用しないでください。
- 2) 測定試料の保存について
 - ①血漿分離後、当日中に測定できない場合は検体を次のように保存してください。
なお、測定に際しては、検体を室内温度(15～30℃)に戻してから測定してください。
1週間以内に測定する場合 2～10℃
1ヵ月以内に測定する場合 -20℃以下
 - ②凍結融解を繰り返しますと誤差の原因となりますので避けてください。
 - ③血漿の保存容器および希釈に使用する試験管には、プラスチック製品を使用してください。

＊2. 妨害物質

遊離型ビリルビン50mg/dLまで、抱合型ビリルビン50mg/dLまで、ヘモグロビン1000mg/dLまで測定値に影響ありません。

3. その他

- ＊＊1) 検量用物質にはコアグピア用キャリブレーターN(当社品)等を使用してください。
- 2) 測定範囲に関する注意
検体の濃度が測定範囲を超える場合は、検体を生理食塩液で希釈して再測定してください。


用法・用量(操作方法)

1. 試薬の調製法

- 試薬①：ストレプトキナーゼ液をそのまま使用します。
試薬②：基質液をそのまま使用します。

2. 測定(操作)法

本品は各種の自動分析装置に使用されますので、その操作法の一例を示します。



＊吸光度：405nmと505nmの吸光度差

＊＊検量用物質：コアグピア用キャリブレーターN(当社品)等
試薬ブランク：精製水又は生理食塩液

測定結果の判定法

1. 参考基準範囲

健常者を100%として 106.5±15.3%¹⁾
80～130%²⁾

＊＊2. 判定上の注意

検体により、検体中の目的成分以外の物質との反応や妨害反応を生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、再検査や希釈再検査、あるいは他の検査方法により確認してください。

性能

1. 感度

- 1) 試薬ブランク 吸光度差の変化量は-0.02~0.02
- 2) 感度 100%正常血漿と生理食塩水の吸光度差は0.15~0.35

2. 正確性 測定期待値の90~110%

3. 同時再現性 変動係数5%以下

- (1. ~ 3. までの試験方法は弊社試験方法による)

4. 測定範囲³⁾ (7170形日立自動分析装置による)

4~180%

5. 相関性³⁾

血 漿 N = 99 r = 0.984 y = 1.01 x - 0.82

対照法：既承認体外診断用医薬品
(発色性合成基質法)

6. 校正用標準物質

健康人プール血漿(社内標準物質)

主要文献

- 1) 遠藤 武、他：臨床検査機器・試薬 6, 339-344 (1983)
- 2) 村上元孝監修：わかりやすいDIC：血栓と出血, p114, 羊土社 (1981)
- 3) 積水メディカル株式会社 社内データ

お問い合わせ先

積水メディカル株式会社 学術担当

電話番号 0120-249-977

FAX番号 0120-247-477

使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上(危険防止)の注意

- 1) 検体はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取り扱ってください。検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるビベティングを行わないでください。
- 2) ストレプトキナーゼ液及び基質液には防腐剤としてアジ化ナトリウムが含まれておりますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合は速やかに水で洗い流す等の応急処置を行い、必要であれば医師の手当てを受けてください。

2. 使用上の注意

- *1) 本品は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存してください。凍結させた試薬は、品質が劣化して正しい結果が得られないことがありますので使用しないでください。
- 2) 使用期限を過ぎた試薬は、測定値の信頼性を保証しかねますので、使用しないでください。
- *3) 試薬を注ぎ足して使用することは避けてください。
- 4) 測定は直射日光を避けて行ってください。

3. 廃棄上の注意

- 1) 使用済の検体及び検体容器などを廃棄する前に0.1%濃度以上の次亜塩素酸ナトリウム溶液に1時間以上浸すか、又はオートクレーブ(121℃、20分間)で処理してください。
- 2) 検体又は検体を含む溶液が飛散した場合、感染を防止するため、0.1%濃度以上の次亜塩素酸ナトリウム溶液等でよく拭き取ってください。
- **3) 試薬及び処理した検体の残りなどを廃棄する場合には、廃棄物に関する規定に従い、医療廃棄物又は産業廃棄物などとして処理してください。
- 4) 試薬の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法等の規制に留意してください。
- 5) ストレプトキナーゼ液及び基質液には防腐剤としてアジ化ナトリウムが含まれております。アジ化ナトリウムは鉛管、銅管と反応して爆発性の強い金属アジドを生成することがありますので、廃棄の際は大量の水と共に洗い流してください。

4. その他の注意

容器等は他の目的に転用しないでください。

貯蔵方法・有効期間

- *1. 貯蔵方法 2~10℃
- 2. 有効期間 製造後13ヵ月間
(使用期限は外装に記載してあります)

包装単位

名 称		包 装
テストチーム S P L G	ストレプトキナーゼ液	6.0mL×2
	基質液	4.0mL×1

本品の構成試薬には別包装があります。弊社までお問い合わせください。

*製造販売元

積水メディカル株式会社
東京都中央区日本橋二丁目1番3号

提携先

CHROMOGENIX
Instrumentation Laboratory SpA

「テストチーム」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。