この電子添文をよく読んでから使用してください。

体外診断用医薬品

製造販売承認番号：21600AMZ00564000

**2023年10月改訂（第6版）
*2015年 4月改訂（第5版）

カンジダキット

シカ　ファンギテスト　カンジダ

【全般的な注意】

1. 本品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないでください。
2. この電子添文に記載された操作方法に従って使用してください。記載された使用方法及び使用目的以外の使用については、測定結果の信頼性を保証いたしかねます。
3. 本品で陰性と判定された場合でも、カンジダ抗原の存在を完全には否定できません。測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果等と合わせて担当医師が総合的に判断してください。
4. 使用する機器の電子添文及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。
5. 本品には、防腐剤としてアジ化ナトリウムが含まれていますので、誤って目や口に入れたり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

【形状・構造等（キットの構成）】

本品は次の試薬より構成されています。


1. 検体処理液	7mL×1
2. 標識抗体液 アルカリホスファターゼ標識ウサギ由来抗マンナンポリクローナル抗体	2.5mL×1
3. 反応カセット ウサギ由来抗マンナンポリクローナル抗体	20個
4. 発色液 5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸 ニトロテトラゾリウムブルー	6mL×1
5. 洗浄液	11mL×1
6. 反応停止液	6mL×1
7. 陰性コントロール	1mL×1
8. 陽性コントロール	1mL×1
9. 付属品	
・アプリケータ	20個
・検体処理用チューブ	20本
・標識抗体反応用チューブ	20本

【使用目的】

血清中のカンジダ抗原の検出

【測定原理】

本品は酵素免疫法により、カンジダの細胞壁の主要な構成成分である多糖体のマンナンを検出するキットです。マンナンは血中では大部分が抗体などと結合して存在しているため、熱または化学処理し解離させて検出する必要があります。本品は血中で抗マンナン抗体などの分子と結合しているマンナンを熱処理により分離させ、遊離したマンナンをアルカリホスファターゼ（ALP）標識ウサギ由来抗マンナンポリクローナル抗体に結合させ、さらにメンブレン上のウサギ由来抗マンナンポリクローナル抗体と結合させることで、メンブレン上に抗体－マンナン－酵素標識抗体の複合体が生じます。未反応の過剰のALP標識ウサギ由来抗マンナンポリクローナル抗体を洗浄により除去した後、5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリルリン酸（BCIP）とニトロテトラゾリウムブルー（NTB）を添加するとALPの作用によるBCIPの加水分解とNTBの還元が起こり、紫色の色素が生成します。[1)]



測定原理図

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質、採取法

1)検体は血清を使用してください。
2)検体採取後、24時間以内に測定する場合は、2～8℃で保存してください。採取後24時間以降に測定する場合は、-20℃以下で凍結保存してください。
3)検体の凍結融解の繰り返しは避けてください。

2. 妨害物質・妨害薬剤

乳び、ヘモグロビン、ビリルビン、リウマチ因子の影響は受けません。

3. その他

1)検体処理に専用加熱装置（設定温度100℃）を使用する場合、加熱時間は必ず8～10分としてください。10分間以上加熱した場合は、バックグラウンド発色が大きくなり測定結果の判定に影響が出る場合があります。
2)検体処理後の遠心分離で、測定に必要な上清が得られない場合は、より強い条件（遠心力を上げる、時間を長くする）で遠心してください。また、専用加熱装置による処理検体の場合は、10,000～12,000G×10分間の条件で遠心してください。
3)アプリケータ装着時は、上から押し込むようにして、しっかりはめてください。
4)発色液滴下後のインキュベーション時間は正確に10分間とし、すぐに、反応停止液を滴下してください。
5)陰陽性コントロールは前処理不要です。
6)判定は明るい場所で行ってください。
7)薄くてもスポットが認められれば陽性と判断してください。

【用法・用量（操作方法）】

1. 試薬の調製方法

そのまま使用します。

2. 必要な器具・器材・試料等

1)沸騰浴または専用加熱装置（関東化学株式会社　ワークステーションシステム　KS-100）
2)遠心分離機
3)タイマー


3. 測定（操作）法

1)試薬および必要数の反応カセットを室温（20～30℃）となるまで放置します。
2)検体処理用チューブに検体と検体処理液を各300μL分注し混合します。
3)沸騰浴（100℃）で4分間、あるいは専用加熱装置（設定温度100℃）で8～10分間、加熱処理します。沸騰浴で加熱する場合は検体処理チューブを立て、沸騰浴に蓋をしてください。

4)検体処理チューブを取り出し、5分間室温で冷却します。
5)遠心分離（2,000～12,000G、10分間）し、上清を得ます。
6)標識抗体反応用チューブに上清または陰性、陽性コントロール200μLと標識抗体液100μLを分注してよく混合します。
7)室温（20～30℃）で30分間インキュベーションします。これを反応液とします。
8)アルミ袋から反応カセットを取り出します。
9)反応カセットにアプリケータをセットします。
10)反応カセットに反応液250μLを加え、吸収させます。
11)アプリケータを反応カセットから取り外します。
12)洗浄液を10滴加え、吸収させます。
13)発色液を4滴加え、吸収させます。
14)室温（20～30℃）で10分間インキュベーションします。
15)反応停止液を4滴加え、吸収させます。
16)目視により陰陽性の判定を行います。

【測定結果の判定法】

紫色のスポットが出現したときは、カンジダ抗原の存在が陽性と判定し、スポットが出現しないときは、カンジダ抗原の存在が陰性と判定します。



【臨床的意義】

深在性カンジダ症は、易感染性患者に発症する日和見感染症の1つで、血液疾患、自己免疫疾患、AIDSなど、宿主の免疫能の低下した疾患や広領域抗生剤、抗癌剤、副腎皮質ステロイド剤の投与などによる宿主の免疫能が低下しやすい治療、また、各種カテーテル留置による機械的バリヤの破綻により発症します。深在性カンジダ症は、その発症早期に的確な診断を下すことが、的確な治療のために重要と考えられており、通常、基礎疾患、臨床背景、臨床症状の観察、菌学的検査、病理組織学的検査、血清学的検査の結果などを総合的に判断して診断が行われています。血清学的検査の中で、カンジダの細胞壁の主要な構成成分の多糖体であるマンナン検出は、1970年代より研究されており、深在性カンジダ症の補助的診断としての有用性が、Fujitaら[2]、吉田ら[3]により報告されています。

シカ　ファンギテスト　カンジダは、ウサギ由来抗マンナンポリクローナル抗体を用いたフロースルー型EIA法（酵素免疫法）によりカンジダマンナンを検出するキットです。本品は1検体ずつの検査が可能なモノテストタイプであり、簡便性、迅速性に優れています。

【性能】

1.性能

1)感度試験
陰性コントロール（マンナン0ng/mL）を試料として測定するとき、陰性と判定されます。
陽性コントロール（マンナン0.1ng/mL）を試料として測定するとき、陽性と判定されます。

2)正確性試験
陰性コントロール（マンナン0ng/mL）を試料として測定するとき、陰性と判定されます。
陽性コントロール（マンナン1.0ng/mL）を試料として測定するとき、陽性と判定されます。

3)同時再現性試験
陰性コントロール（マンナン0ng/mL）を試料として3回測定するとき、全例陰性と判定されます。
陽性コントロール（マンナン1.0ng/mL）を試料として3回測定するとき、全例陽性と判定されます。

4)最小検出感度
本品の最小検出感度は、マンナン0.1ng/mLです。

5)カンジダ菌種反応性と交差反応性
カンジダ属の各菌種およびカンジダ属以外の各菌種をRPMI1640培地で37℃、3日間（Aspergillus属は2週間）培養し、その培養上清をサンプルとし、本品で測定し反応性を検討したところ、本品は、下記のカンジダ属の菌種に対して反応性が認められました。

Candida albicans、Candida tropicalis、
Candida guilliermondii、Candida glabrata
Candida parapsilosis、Candida krusei

また、本品は、Saccharomyces cerevisiaeに対してはやや弱い反応性が認められましたが、下記の菌種に対して反応性が認められませんでした。

Aspergillus fumigatus、Aspergillus flavus
Cryptococcus neoformans、Penicillium spp.
Rhodotorula minuta、Sporothrix schenckii

2.相関性試験成績

本品と当社ELISA試薬[4]との相関性について、154例の検体を用いて検討したところ、相関性は陽性一致率96.0%、陰性一致率91.5%、全体一致率92.2%と良好でした。また、不一致検体については、本品において陽性となった11例ではすべて血液培養によりカンジダ属が分離されており、カンジダ症と考えられる検体でした。本品において陰性となった1例では血液培養によりカンジダ属は分離されず、カンジダ症ではないと考えられる検体でした。従って、本品の測定結果は血液培養の結果とすべて一致していました。

相関性

		ELISA		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	24	11	35
	陰性	1	118	119
	合計	25	129	154

陽性一致率：96.0%（24/25）
陰性一致率：91.5%（118/129）
全体一致率：92.2%（142/154）

不一致検体の内訳

検体番号	血液培養分離菌（Candida属）	本品判定	ELISA判定
12	C.albicans	＋	－
19	C.albicans	＋	－
20	C.albicans	＋	－
23	C.albicans	＋	－
24	C.albicans	＋	－
34	C.glabrata	＋	－
35	C.glabrata	＋	－
36	C.parapsilosis	＋	－
38	C.parapsilosis	＋	－
40	C.krusei	＋	－
41	C.krusei	＋	－
46	分離されず	－	＋

3.較正用基準物質

谷口らの方法[5]に従って、Candida albicans YD1124株死菌体を調製し、Reissらの方法[6]に従い死菌体よりマンナン抗原を調製し、得られたマンナン抗原を重量法により値付けしています。

【使用上又は取扱い上の注意】

1.取扱い上（危険防止）の注意

検体はHIV、HBV、HCV等の感染のおそれがあるものとして取扱ってください。

2.使用上の注意

1)本品の操作は用法・用量欄に従って行ってください。
2)本品は貯蔵方法に従って保存し、ラベル記載の使用期限内に使用してください。
3)凍結させた試薬は使用しないでください。
4)製造番号の異なる試薬を組み合わせて使用しないでください。
5)標識抗体液には酵素標識抗体が含有されています。発色液へのコンタミネーションが起こらないようにして使用してください。

3.廃棄上の注意

1)検体中にはHIV、HBV、HCV等の感染性のおそれがあるものが存在する場合があるので、廃液、使用済みの器具などは、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1%以上、1時間以上浸漬）またはグルタールアルデヒド（2%以上、1時間以上浸漬）による滅菌処理あるいはオートクレーブ（121℃、20分以上）処理を行ってください。

2)本品の下記の試薬には、アジ化ナトリウムが0.05%含有されています。廃棄の際には多量の水とともに流してください。
検体処理液、標識抗体液、洗浄液、
陰性コントロール、陽性コントロール

3)試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止等の規定に従って処理してください。

【貯蔵方法、有効期間】

1.貯蔵方法

遮光・2～8℃保存

2.有効期間

12ヶ月（外箱に使用期限を表示）

【包装単位】

20回測定用

【主要文献】

1.主要文献

1)塩見和雄，新崎晃弘，木下承晧，藤田信一：フロースルー型EIA法によるカンジダマンナン抗原検出試薬の基礎的検討．臨床と微生物，32(4)，415-420，2005.

2)Fujita S and Hashimoto T：Detection of Serum Candida Antigens by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay and a Latex Agglutination Test with Anti-Candida albicans and Anti-Candida krusei Antibodies. J Clin Microbiol, 30(12)，3132-3137，1992.

3)吉田耕一郎，二木芳人，宮下修行，松島敏春：ELISAを用いたカンジダマンナン抗原検出キットの臨床的有用性の検討．感染症学雑誌76：536-541，2002.

4)新崎晃弘，平野真弓，渡辺光雄，藤田信一：ELISA法によるカンジダマンナン抗原の高感度検出法の基礎的検討．機器・試薬23：197-203，2000.

5)谷口彰良，保直行，石川千恵子，手計雅彦，久米俊久，荒木一，出井敏雄，久米光，奥平雅彦：内臓カンジダ症における血清中カンジダマンナンのラテックス試薬による検出(第一報)，日本真菌学雑誌 32(3)，197-203，1991.

6)Reiss E, de Repentigny L, Kuykendall RJ, Carter AW, Galindo R, Auger P, Bragg SL, Kaufman L：Monoclonal Antibodies against Candida tropicalis Mannan: Antigen Detection by Enzyme Immunoassay and Immuno- fluorescence. J Clin Microbiol, 24(5)，796-802，1986.

【問い合わせ先】

関東化学株式会社 ライフサイエンス部
〒103-0022　東京都中央区日本橋室町2-2-1
電話：03-6214-1091

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

**製造販売

ニプロ株式会社
大阪府摂津市千里丘新町3番26号

販売

関東化学株式会社
東京都中央区日本橋室町2-2-1
TEL:03-6214-1091

