



ヒストファイン BRIGHTEST

承認番号: 23000EZX00044000

【全般的な注意】

1. 本製品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないこと。
2. 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断すること。
3. 電子化された添付文書の記載から逸脱した使用方法については保証しない。
4. ヒト由来の検体は、感染の危険があるものとして取扱いに注意すること。
5. 使用する機器の電子化された添付文書および取扱説明書をよく読んでから使用すること。

【形状・構造等(キットの構成)】

構成試薬成分	製品区分		
	BRIGHTEST(AT用) 500テスト	DAB基質 キットⅡ(AT用) 500テスト	第一抗体(AT用) 50テスト
構成製品1. エストロゲンレセプター (ER)			
第一抗体 抗エストロゲンレセプター (ER)モノクローナル抗体(クローン:SP1)(動物種:ウサギ)	—	—	6.5mL ×1本
陰性コントロール 注1 ウサギイムノグロブリン	—	—	—
構成製品2. プログステロンレセプター (PgR)			
第一抗体 抗プロゲステロンレセプター (PgR)モノクローナル抗体(クローン:A9621A)(動物種:マウス)	—	—	6.5mL ×1本
陰性コントロール 注1 マウスイムノグロブリン	—	—	—
共通構成試薬			
第一ポリマー試薬(試薬A) ペルオキシダーゼ標識抗マウスIgGポリクローナル抗体(Fab)(動物種:ヤギ) ペルオキシダーゼ標識抗ウサギIgGポリクローナル抗体(Fab)(動物種:ヤギ)	13mL ×5本	—	—
架橋試薬(試薬B) 抗ペルオキシダーゼモノクローナル抗体(動物種:マウス)	13mL ×5本	—	—
第二ポリマー試薬(試薬C) ペルオキシダーゼ標識抗マウスIgGポリクローナル抗体(Fab)(動物種:ヤギ)	13mL ×5本	—	—
発色基質Ⅱ 3,3'-ジアミノベンジジン・4HCl	—	11mL ×5本	—
発色試薬Ⅱ 過酸化水素水	—	11mL ×5本	—

付属品	製品区分	
脱パラ溶液1	Dewax-1(AT用) 500テスト	12mL×10本
脱パラ溶液2	Dewax-2(AT用) 500テスト (PgRの場合は洗浄液が添加される)	10mL×10本
抗原賦活化液	TR-pH9(AT用) 300テスト	12.5mL×12本
抗原賦活化液	TR-typeN(AT用) 50テスト	12.5mL×2本
洗浄液	TBS(AT用) (10倍濃縮液)	1L×1本

注1 陰性コントロールは販売していないので、自家調製すること。

【使用目的】

構成製品名	使用目的
エストロゲンレセプター (ER)	組織、細胞中のエストロゲンレセプター (ER)の検出(悪性腫瘍の診断補助)
プロゲステロンレセプター (PgR)	組織、細胞中のプロゲステロンレセプター (PgR)の検出(悪性腫瘍の診断補助)

**【測定原理】

本キットは、組織、細胞に対する免疫組織化学染色法により、腫瘍細胞中の抗原を検出する。染色操作は、自動染色装置(ヒストステイナー AT)を用いて行う。

組織または細胞に、まず第一抗体を反応させ、次に酵素と抗体を結合させたアミノ酸ポリマー(第一ポリマー試薬)を反応させる。更に、架橋試薬を反応させた後、酵素と抗体を結合させたアミノ酸ポリマー(第二ポリマー試薬)を反応させる。その結果、抗原・第一抗体・第一ポリマー試薬・架橋試薬・第二ポリマー試薬の複合体を形成させ、この複合体の酵素活性を利用して基質を発色させる。このようにして抗原部位を視覚化し、光学顕微鏡により抗原の有無を確認する。

第一抗体である抗エストロゲンレセプター (ER)モノクローナル抗体(クローン:SP1)(動物種:ウサギ)は、ERのC末端ドメインを認識し、子宮内膜やヒト乳癌細胞株MCF-7のサイトゾル抽出物と反応する。また、子宮の正常上皮や筋層、乳腺の正常上皮細胞と反応する。一般に細胞の核が染色される。ホルモン依存性腫瘍の場合、その増殖にERが関与しており、ホルモン依存性乳癌の治療法としてホルモン療法の有効性が報告されている。ER陽性の乳癌はホルモン療法によく反応し、予後がよい。このため、ERの発現の有無を同定することが、ホルモン療法の効果の指標として重要である。

第一抗体である抗プロゲステロンレセプター (PgR)モノクローナル抗体(クローン:A9621A)(動物種:マウス)は、PgRと特異的に反応する。PgRはエストロゲンによって調節されるタンパク質であり、PgRの発現はER経路が正常に働いていることを示す指標である。このため、PgRの発現の有無をERと同時に検出することにより、ホルモン療法の効果の信頼性を更に高めることとなる。

【操作上の注意】

- (1) 高濃度の固定液にさらしたり、長時間の固定を行ったりすると、組織崩壊や抗原変性が生じることがあるので、指定された固定液を使用する。
- (2) 抗原は熱に弱いので、組織を包埋する際には、使用するパラフィンの融解温度を大きく超えないように注意すること。
- (3) 薄切切片を長期保存すると、切片中の抗原が劣化して、偽陰性の染色結果を示す場合がある。薄切後4-6週間以内に染色することを推奨する。

【用法・用量(操作方法)】

○検体の準備

腫瘍を含む組織を用いて、ホルマリン固定パラフィン包埋(Formalin-Fixed Paraffin-Embedded: FFPE)ブロックを作製する。組織形態や抗原活性を維持した最適固定を得るため、できるだけ新鮮な組織切片の使用と、下表の固定液の使用を勧める。

固定液	固定時間
10%(緩衝)ホルマリン	24-48時間
20%ホルマリン	12-24時間

固定後、水洗い、エタノールに浸して脱水、キシレンに浸して脱アルコールを行い、パラフィン浸透をしてパラフィン包埋ブロックを作製する。

○切片および標本の準備

【パラフィン包埋切片】

切片を3-6μmに薄切し、poly-L-lysineまたはシラン等の切片用接着剤をコーティングしたスライドに貼り付ける。37℃の恒温器で十分に乾燥させる。

【検体標本スライドの準備】

検体標本スライドとして1検体あたり、2枚準備する。1枚は、試薬対照スライドとして、第一抗体の代わりに陰性コントロール(第一抗体の免疫動物のイムノグロブリン)を使用して染色操作を行う。

【検体対照スライドの準備】

(1) 陽性コントロールスライド

検体標本スライドと同様の方法で作製され、あらかじめ目的抗原が存在することを確認している組織、細胞スライドを準備する。

(2) 陰性コントロールスライド

検体標本スライドと同様の方法で作製され、あらかじめ目的抗原が存在しないことを確認している組織、細胞スライドを準備する。

以上の検体対照スライドを用意し、検体標本スライドおよび試薬対照スライドと並行して、検体の準備から染色処理、検鏡までの全工程を行う。

【スライドラベルの印字と貼付】

- (1) ヒストステイナー AT の操作法に従って各スライドのスライドラベルを作成する。
- (2) スライドラベルをスライドのフロスト部分に貼り付ける。
この時、印字文字と二次元コードが重なっていないかを確認する。重なっていると二次元コードを読み取れない場合がある。

○操作方法

【必要な試薬、器具・機器】

- スライドガラス (poly-L-lysine または シランコーティングスライド)
- 恒温器
- キシレン、アルコール (透徹用)
- 洗浄用容器
- 自動染色装置 ヒストステイナー AT
- スライドラベル (AT 用)
- スライドスタンド
- 対比染色試薬 (ヘマトキシリン)
- 封入剤 (非水溶性封入剤)
- カバーガラス
- タイマー
- 精製水
- 光学顕微鏡

【構成試薬】

- 第一抗体
- 第一ポリマー試薬
- 発色基質 II
- 陰性コントロール
- 架橋試薬
- 発色試薬 II
- 第二ポリマー試薬

【付属品】

- 脱パラ溶液 1
- 脱パラ溶液 2
- 抗原賦活化液
- 洗浄液

【付属品の調製方法】

- (1) 洗浄液の調製方法
精製水で 10 倍に希釈する。
- その他の付属品はそのまま用いる。

【RFID タグの登録の確認または登録】

- (1) ヒストステイナー AT を用いて染色するには、専用の試薬ボトルに付属している RFID タグ内に試薬情報が登録されている必要がある。試薬情報が登録されていることを確認する。登録がない場合、ヒストステイナー AT の操作法に従って登録を行うこと。

【染色方法の設定】

** 染色操作は、自動染色装置 (ヒストステイナー AT) を用いて行う。自動染色装置の詳細な設定方法は、装置のマニュアルにしたがう。

下記、染色方法のプログラムを設定する。

構成製品 1. エストロゲンレセプター (ER)

項目	内容
タイプ	HRP Heat
プロトコル名	ER-AT
Dewax	Dewax2-AT
TR	TRpH9-AT
温度 (°C)	101
ブロッキング	Buffer
試薬名	ER-AT
第一抗体反応時間 (分)	20
第一抗体反応温度 (°C)	25

構成製品 2. プログステロンレセプター (PgR)

項目	内容
タイプ	HRP Heat
プロトコル名	PgR-AT
Dewax	Dewax Buffer
TR	TRtypeN-AT
温度 (°C)	101
ブロッキング	Buffer
試薬名	PgR-AT
第一抗体反応時間 (分)	20
第一抗体反応温度 (°C)	25

【免疫染色の準備・開始】

- (1) 脱パラ溶液 1、脱パラ溶液 2、抗原賦活化液、洗浄液、第一抗体、陰性コントロール、第一ポリマー試薬、架橋試薬、第二ポリマー試薬、発色基質 II、発色試薬 II をセットする。
- (2) 検体標本スライド、試薬対照スライド、検体対照 (陽性コントロール、陰性コントロール) スライドをセットする。
- (3) ヒストステイナー AT の操作法に従って染色を開始する。

【免疫染色】

- (1) 脱パラ溶液 1 を各スライドに添加し反応させる。
- (2) 脱パラ溶液 2 を各スライドに添加し反応させる。その後、洗浄液で洗浄する。
- (3) 抗原賦活化液を各スライドに添加し反応させる。その後、洗浄液で洗浄する。
- (4) 第一抗体を試薬対照スライド以外の各スライドに添加し、試薬対照スライドには、第一抗体の代わりに陰性コントロールを添加し反応させる。その後、洗浄液で洗浄する。
- (5) 第一ポリマー試薬を各スライドに添加し反応させる。その後、洗浄液で洗浄する。
- (6) 架橋試薬を各スライドに添加し反応させる。その後、洗浄液で洗浄する。
- (7) 第二ポリマー試薬を各スライドに添加し反応させる。その後、洗浄液で洗浄する。
- (8) 発色基質 II、発色試薬 II を各スライドに添加し反応させる。その後、洗浄液で洗浄する。

【免疫染色の終了】

- (1) 全てのスライドをモジュールから取り出し、流水洗する。
- (2) 対比染色試薬にスライドを浸す。
- (3) 流水洗する。
- (4) セットした試薬は、ボトルキャップをして試薬ラック (AT 用) ごと取り出し、2-8°C で保存する。

【封入】

脱水、キシレンによる透徹後、非水溶性封入剤で封入し、カバーガラスをかける。

【測定結果の判定法】

○判定方法

光学顕微鏡によって陽性反応を観察する。検体組織中の腫瘍細胞の核が茶褐色を呈するとき、これを陽性所見とする。結果判定は、腫瘍細胞の核における染色のみを対象とし、細胞質は判定の対象外である。

- (1) 陽性所見を示す検体対照スライドを選択し、陽性染色像を確認する。
- (2) 良性腫瘍および正常乳腺上皮は検索対象から除外する。
- (3) 光学顕微鏡の 4 倍対物レンズを使用して、検体組織内の腫瘍細胞の陽性染色像、陽性細胞率を観察する。
- (4) 対物レンズを 10 倍に切り替え、陽性所見が核か細胞質に局在するかを検索する。細胞質のみに陽性所見が見られるものは陰性と判定する。
- (5) ほとんどの検体組織において、10 倍対物レンズで核に局在する陽性像が確認できるが、陽性像が確認できない場合はさらに対物レンズを 20 倍に切り替えて検索する。

【検体対照スライド、試薬対照スライドの染色性】

構成製品 1. エストロゲンレセプター (ER)

- 陽性コントロールスライド
腫瘍細胞にエストロゲンレセプター (ER) の発現がある判定結果を認める。
- 陰性コントロールスライド
腫瘍細胞にエストロゲンレセプター (ER) の発現がある判定結果を認めない。
- 試薬対照スライド
腫瘍細胞にエストロゲンレセプター (ER) の発現がある判定結果を認めない。このスライドの腫瘍細胞に陽性所見が認められた場合、非特異的なタンパク結合による非特異的反応が考えられる。

構成製品 2. プログステロンレセプター (PgR)

- 陽性コントロールスライド
腫瘍細胞にプログステロンレセプター (PgR) の発現がある判定結果を認める。
- 陰性コントロールスライド
腫瘍細胞にプログステロンレセプター (PgR) の発現がある判定結果を認めない。
- 試薬対照スライド
腫瘍細胞にプログステロンレセプター (PgR) の発現がある判定結果を認めない。このスライドの腫瘍細胞に陽性所見が認められた場合、非特異的なタンパク結合による非特異的反応が考えられる。

○判定基準

構成製品1. エストロゲンレセプター (ER)

染色パターン	判定	ERの発現
検体組織中の腫瘍細胞の中でエストロゲンレセプター (ER)陽性を呈している細胞が10%以上あるもの。	陽性	あり
検体組織中の腫瘍細胞の中でエストロゲンレセプター (ER)陽性を呈している細胞がない、または10%に満たないもの。	陰性	なし

以上の判定基準により、陽性判定はエストロゲンレセプター (ER)の発現があり、陰性判定はエストロゲンレセプター (ER)の発現がないものとする。

構成製品2. プログステロンレセプター (PgR)

染色パターン	判定	PgRの発現
検体組織中の腫瘍細胞の中でプロゲステロンレセプター (PgR)陽性を呈している細胞が10%以上あるもの。	陽性	あり
検体組織中の腫瘍細胞の中でプロゲステロンレセプター (PgR)陽性を呈している細胞がない、または10%に満たないもの。	陰性	なし

以上の判定基準により、陽性判定はプロゲステロンレセプター (PgR)の発現があり、陰性判定はプロゲステロンレセプター (PgR)の発現がないものとする。

【判定不可】

各対照スライドにおいて以下の結果を得た場合は、検鏡を停止し、判定をしないこと。

現象	原因
(1)陽性コントロールスライド上に陽性所見が認められない場合	・陽性コントロールスライドが不適切であった。 ・染色操作に誤りがあった。
(2)陰性コントロールスライド上に陽性所見を認めた場合	・陰性コントロールスライドが不適切であった。 ・染色操作に誤りがあった。
(3) 試薬対照スライド上に陽性所見を認めた場合	・組織に対し、何らかの非特異反応があると考えられるので、本検体については判定をしないこと。

○判定上の留意事項

- (1) 染色結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果等とあわせて、担当医師が総合的に判断すること。
- (2) 必ず各検体対照スライドの染色結果と比較して、染色結果を判定すること。
- (3) 以下のような場合には偽陽性反応が生じることが考えられるので、必ず検体対照スライドおよび試薬対照スライドの染色結果と比較して十分に注意して判定すること。

- ・一般的にタンパク質や基質反応生成物の非免疫的結合により、偽陽性結果が観察される場合がある。偽陽性反応は赤血球による偽ペルオキシダーゼ反応やサイトクロームCによる内因性ペルオキシダーゼ反応によっても起きることがある。
- ・検体組織の壊死部分は、抗体が非特異的に結合しやすく、非特異染色の原因となりやすい。
- ・間質系のコラーゲンは固定後疎水性となって抗体と結合しやすくなり、また、陰性に帯電しているため陽性に帯電している抗体と結合しやすく、非特異染色の原因となりやすい。
- ・顆粒球の一部およびマクロファージなどは細胞膜表面にFcレセプターを有するため、抗体のFc部分と結合する可能性がある。抗体本来の特異的反応部位以外に染色が現れることがある。

【性能】

用法・用量の操作方法に基づいて感度試験、正確性試験および同時再現性試験を行った場合、下記の規格に適合する。

(1) 感度試験

第一抗体および、第一抗体を第一抗体希釈液にて2倍希釈したものをを用い、陽性コントロールスライドまたはあらかじめ陽性であることが確認されている組織標本の近傍切片スライドを染色するとき、明らかな特異染色像(茶褐色)が観察される。

(2) 正確性試験

陽性コントロールスライドまたはあらかじめ陽性であることが確認されている組織標本の近傍切片スライドを染色するとき、明らかな特異染色像(茶褐色)が観察される。第一抗体の代わりに陰性コントロールを用いて染色するとき、特異染色像は観察されない。

(3) 同時再現性試験

陽性コントロールスライド3枚またはあらかじめ陽性であることが確認されている組織標本の近傍切片スライド3枚を染色するとき、いずれのスライドにおいても明らかな特異染色像(茶褐色)が観察される。

注1) 第一抗体希釈液
ウシ血清アルブミン(BSA)とアジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝生理食塩水(PBS)

注2) 陽性コントロールスライド
検体標本スライドと同様の方法で作製され、あらかじめ目的抗原が存在することを確認している組織、細胞スライド。

○相関性

構成製品1. エストロゲンレセプター (ER)

乳癌患者検体における本キットと既承認品の染色性を比較した結果を下記に示す。本キットと既承認品の間に良好な相関性が得られた。

本
キ
ツ
ト

既承認品 1			
	陽性	陰性	合計
陽性	177	0	177
陰性	2 ^①	77	79
合計	179	77	256

陽性一致率＝98.9%(177検体／ 179検体)
陰性一致率＝ 100%(77検体／ 77検体)
全体一致率＝99.2%(254検体／ 256検体)

①既承認品2ではいずれも陰性であった。

①既承認品2ではいずれも陰性であった。

本
キ
ツ
ト

既承認品2			
	陽性	陰性	合計
陽性	170	7 ^②	177
陰性	0	79	79
合計	170	86	256

陽性一致率＝ 100%(170検体／ 170検体)
陰性一致率＝91.9%(79検体／ 86検体)
全体一致率＝97.3%(249検体／ 256検体)

②既承認品1ではいずれも陽性であった。

②既承認品1ではいずれも陽性であった。

構成製品2. プログステロンレセプター (PgR)

乳癌患者検体における本キットと既承認品の染色性を比較した結果を下記に示す。本キットと既承認品の間に良好な相関性が得られた。

本
キ
ツ
ト

既承認品 1			
	陽性	陰性	合計
陽性	85	0	85
陰性	4 ^③	68	72
合計	89	68	157

陽性一致率＝95.5%(85 検体／ 89 検体)
陰性一致率＝ 100%(68 検体／ 68 検体)
全体一致率＝97.5%(153 検体／ 157 検体)

③既承認品 2 ではいずれも陰性であった。

③既承認品2ではいずれも陰性であった。

本
キ
ツ
ト

既承認品2			
	陽性	陰性	合計
陽性	77	8 ^④	85
陰性	0	72	72
合計	77	80	157

陽性一致率＝ 100%(77検体／ 77検体)
陰性一致率＝90.0%(72検体／ 80検体)
全体一致率＝94.9%(149検体／ 157検体)

④既承認品1ではいずれも陽性であった。

④既承認品1ではいずれも陽性であった。

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上(危険防止)の注意

- (1) 検体組織には、HIV、HBVなどの感染のおそれがあるので、取扱いには十分注意すること。
- (2) 検査にあたっては、感染の危険を避けるため、使い捨て手袋等を着用すること。
- (3) 試薬が皮膚などへ接触しないようにすること。
- (4) 第一抗体にはアジ化ナトリウムが含まれているので、取扱いには十分注意すること。
- (5) 発色基質である3,3'-ジアミノベンジジン・4HClは変異原性が認められているので、取扱いには十分注意すること。
- (6) 発色試薬Ⅱには過酸化水素水が含まれているので、取扱いには十分注意すること。

2. 使用上の注意

- (1) すべての試薬は2-8℃で保存すること。
- (2) 使用期限の過ぎた試薬は使用しないこと。
- (3) 異なるロットの試薬や他製品の試薬を混ぜて使用しないこと。

3. 廃棄上の注意

- (1) 第一抗体にはアジ化ナトリウムが含まれており、使用後は一般廃液ボトルへ蓄積される。アジ化ナトリウムは水道管に含まれる銅、鉛との反応によって爆発の危険性があるので、蓄積された試薬は多量の水とともに排水へ流すこと。
- (2) 発色基質Ⅱには3,3'-ジアミノベンジジン・4HClが含まれており、使用後は有害廃液ボトルへ蓄積される。蓄積された試薬は各施設のルールに従い、適切に処理すること。

- (3) 検体組織に接触した器具・試薬および試薬容器等は感染の危険性があるので、廃棄する前に、オートクレーブで120℃、20分間滅菌処理するか、または1.0vol%次亜塩素酸などの消毒液に浸して一晚処理した後、医療廃棄物等に関する規定および水質汚濁防止法等の規制に従って処理すること。
- (4) 試薬が飛散した場合は、アルコールスプレーなどを用いてふき取りと消毒を行うこと。

■妨害物質と問題対策

問題点	考えられる原因	対策
○陽性コントロールスライド及び標本スライドの染色が認められない、あるいは弱い。	①チャンバーが劣化しているため、試薬が全体に広がらず、試薬の吸引および添加が不十分となり、切片が乾燥したり、反応が不十分になる。	・劣化したチャンバーは廃棄し、正常なチャンバーを使用する。
○陽性コントロールスライドは染色されるが、標本スライドは染色されない。	①抗原が固定あるいは包埋過程で変性したり、マスクされている。 ②自己消化により抗原が破壊されている。	・抗原の中には、固定や包埋に弱いものがあるので、穏やかな固定剤を使用し固定時間を短縮する。 ・指定された抗原賦活化処理を設定する。または設定されているかを確認する。 ・可能な限り、生検あるいは外科組織を使用する。
○全ての染色スライドのバックグラウンドが強く(弱く)染色される。	①自己消化の結果、組織液に遊離した抗原が過剰に存在する。 ②チャンバーが劣化しているため、染色工程の洗浄が不十分になる。 ③室内温度が高すぎて、酵素反応が早すぎる。 ④内因性ペルオキシダーゼの処理が不十分。	・可能ならば、新鮮な組織を包埋する。 ・劣化したチャンバーは廃棄し、正常なチャンバーを使用する。 ・常温(15－25℃)にコントロールする。 ・[染色方法の設定]の「ブロッッキング」に設定している「Buffer」の代わりに「H2O2-AT」を設定し、0.5%過酸化水素水にて内因性ペルオキシダーゼ処理を行う。
○反応中に組織切片がスライドからはがれてしまう。	①スライドへの切片の貼り付けが不十分。	・0.02% poly-L-lysine、シランなどの組織切片用接着剤を使用する。

【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法：2－8℃で保存

有効期間：18 ヶ月

【包装単位】

製品名	コード	包装単位
ヒストファイン BRIGHTEST		
第一抗体 抗ヒトエストロゲンレセプターウサギモノクローナル抗体(SP1)(AT用)	AT2391-1	50テスト (6.5mL×1本)
第一抗体 抗ヒトプロゲステロンレセプターモノクローナル抗体(A9621A)(AT用)	AT2392-1	50テスト (6.5mL×1本)
BRIGHTEST(AT用) 第一ポリマー試薬 架橋試薬 第二ポリマー試薬	AT2449-1	500テスト 13mL×5本 13mL×5本 13mL×5本
DAB基質キットⅡ(AT用) 発色基質Ⅱ 発色試薬Ⅱ	AT2541-1	500テスト 11mL×5本 11mL×5本

製品名	コード	包装単位
脱パラ溶液1 Dewax-1(AT用)	AT1532-1	500テスト (12mL×10本)
脱パラ溶液2 Dewax-2(AT用)	AT1533-1	500テスト (10mL×10本)
抗原賦活化液 TR-pH9(AT用)	AT1534-1	300テスト (12.5mL×12本)
抗原賦活化液 TR-typeN(AT用)	AT1539-1	50テスト (12.5mL×2本)
洗浄液(10倍濃縮) TBS(AT用)	AT1537-1	1L×1本

BRIGHTEST(AT用)(コード：AT2449-1)およびDAB基質キットⅡ(AT用)(コード：AT2541-1)は、以下の製品と共通で使用できるため、組み合わせる場合は、それぞれの電子化された添付文書をよく読んで使用してください。

一般的名称	販売名	承認/認証番号
組織検査用細胞性免疫キット	ヒストファイン BRIGHTEST UCHL1	230AAEZ00100000
組織検査用細胞性免疫キット	ヒストファイン BRIGHTEST LCA	230AAEZ00078000
組織検査用細胞性免疫キット	ヒストファイン BRIGHTEST CD3(PS1)	230AAEZ00091000
組織検査用細胞性免疫キット	ヒストファイン BRIGHTEST CD3(SP7)	230AAEZ00092000
組織検査用蛋白キット	ヒストファイン BRIGHTEST Vimentin	230AAEZ00101000
組織検査用蛋白キット	ヒストファイン BRIGHTEST EMA	230AAEZ00102000
組織検査用蛋白キット	ヒストファイン BRIGHTEST S-100	230AAEZ00104000
組織検査用細胞性免疫キット	ヒストファイン BRIGHTEST CD20(L26)	230AAEZ00105000

【主要文献】

- (1)Ferrero-Poüs M, et al. Comparison of enzyme immunoassay and immunohistochemical measurements of estrogen and progesterone receptors in breast cancer patients. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2001 Sep;9(3):267-75.
- (2)Huang Z, et al. Development of new rabbit monoclonal antibody to estrogen receptor: immunohistochemical assessment on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2005 Mar;13(1):91-5.
- (3)Umemura S, et al. Immunohistochemical evaluation for hormone receptors in breast cancer: a practically useful evaluation system and handling protocol. Breast Cancer. 2006;13(3):232.
- (4)Cheang MC, et al. Immunohistochemical detection using the new rabbit monoclonal antibody SP1 of estrogen receptor in breast cancer is superior to mouse monoclonal antibody 1D5 in predicting survival. J Clin Oncol. 2006 Dec 20;24(36):5637-44.
- (5)Tan BK, et al. Clinical validation of a customized multiple signature microarray for breast cancer. Clin Cancer Res. 2008 Jan 15;14(2):461-9.

【問合せ先、製造販売元、販売元】

株式会社ニチレイバイオサイエンス 

〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20

TEL：03-3248-2208 FAX：03-3248-2243