

****使用に際してはこの電子添文をよくお読みください。**

UCX09T

体外診断用医薬品

製造販売承認番号：20800AMZ00205000

**2023年 4月改訂（第6版）

*2017年12月改訂（第5版）

クラスⅢ免疫・内分泌検査用シリーズ サイトケラチン19フラグメントキット


ルミパルス[®]I シフラ

■全般的な注意

1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 診断の際は、本測定値以外に他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
3. 本書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 本試薬および検体は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。
5. 本試薬には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。
- **6. 本試薬の使用に際しては、本書とあわせ、各試薬の添付文書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書をご参照ください。

■形状・構造等（キットの構成）

1. **抗体結合粒子^{注1)}**（使用時液状、250μL/免疫反応カートリッジ）
抗シフラモノクローナル抗体（マウス）結合フェライト粒子を含みます。
2. **酵素標識抗体（液状、350μL/免疫反応カートリッジ）**
アルカリホスファターゼ（ALP）標識抗シフラモノクローナル抗体（マウス）を含みます。



3. **標準シフラセット：4濃度×4**
 - (1) 0ng/mL標準シフラ（凍結乾燥、0.5mL用×4）
 - (2) 5ng/mL標準シフラ（凍結乾燥、0.5mL用×4）
 - (3) 50ng/mL標準シフラ（凍結乾燥、0.5mL用×4）
 - (4) 100ng/mL標準シフラ（凍結乾燥、0.5mL用×4）溶解用液（液状、10mL×1）
標準シフラは凍結乾燥品です。溶解用液を用いて調製します。
4. **基質液（液状、100mL×6、50mL×6）**
基質としてAMP[®]PD^{注2)}を含みます。
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。
5. **洗浄液（濃縮液、1000mL×1）**
6. **検体希釈液（液状、300mL×4、80mL×4）**
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

注1）15℃以下の温度ではゲル化しています。

注2）AMP[®]PD：3-(2'-spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3''-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane disodium salt / 3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3''-ホスホリルオキシ)フェニル-1,2-ジオキセタン・2ナトリウム塩


■使用目的

血清中のサイトケラチン19フラグメントの測定

■測定原理

本試薬は2ステップサンドイッチ法に基づいた化学発光酵素免疫測定法によるシフラ測定試薬です。

<反応プロトコール；2ステップモード>



検体中のシフラ濃度が測定範囲を超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて検体を希釈し再測定してください。

■操作上の注意

1. **測定検体の性質、採取法**
**(1) 検体の採取は使用する採血管の電子添文をよく確認し、指定された方法（採血量、遠心分離方法など）により採取してください。
(2) 可能な限り新鮮な検体を用い、保存する場合は-20℃以下で凍結保存してください。
(3) 検体を繰り返し凍結融解することは避けてください。
(4) 赤血球・その他の有形成分、沈殿物、浮遊物が含まれている検体では、測定値に影響を与える場合があります。正しい結果が得られるように遠心または除去した後に使用してください。
(5) 検体間の汚染が生じないように検体は注意して取扱ってください。
(6) 非働化した検体は使用しないでください。
(7) 検体を混和する時に、ミキサー等で激しく攪拌すると測定値が低下する場合があります。激しい攪拌は避けて、穏やかに混和してください。
2. **妨害物質・妨害薬剤**
検体にビリルビンF、ビリルビンC、ヘモグロビンを添加して試験した結果、それぞれ20.9mg/dL、22.8mg/dL、470mg/dLまで、測定値に影響は認められませんでした。また、乳びに関しても、2340ホルマジン濁度まで測定値に影響は認められませんでした。
3. **その他**
本試薬は全自動化学発光酵素免疫測定システム
（代表例：ルミパルス G1200）用試薬です。

■用法・用量（操作方法）

1. **試薬の調製法**
 - (1) 抗体結合粒子および酵素標識抗体
免疫反応カートリッジには抗体結合粒子および酵素標識抗体が充填されています。カートリッジケースの透明フィルムを剥がし、そのまま使用します。
 - ・免疫反応カートリッジを取扱う際に、振動を加えたり、逆さまにしたりしないでください。
 - ・免疫反応カートリッジを装置にセットする際は、カートリッジケースの透明フィルムを必ず剥がしてください。剥がし忘れや剥がし残りの場合、装置の動作異常の原因となります。
 - ・試薬項目および試薬ロットはカートリッジケースのバーコードによって管理されています。カートリッジケース間の免疫反応カートリッジの入れ替えは試薬の誤認識に繋がる可能性がありますので行わないでください。
 - *(2) 標準シフラ
常温（15～25℃）に戻してから使用します。
各濃度の標準シフラ（凍結乾燥）に溶解用液を正確に0.5mL加え、標準シフラ溶液を調製します。溶解するときには穏やかに混和してください。標準シフラ溶液はデッドボリュームを考慮して、サンプルカップに必要な量を分取します。
 - ・調製に際しては、各標準溶液毎にディスペンサーチップを交換してください。

- ・デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。
 - ・一例としてルミパルス G1200でサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは100μLとなります。
 - **・調製後の標準シフラ溶液は2～10℃に保存した場合、30日間安定です。なお、保存する場合は、異物の混入や蒸発による濃縮に十分注意し、シーリングフィルム等で封をしてください。
- (3) 基質液
- ・冷蔵庫から出してそのまま使用します。
 - ・基質液の漏れがないように装置にセットしてください。
 - ・基質液を装置にセットした後は、基質液交換時まで取外しは避けてください。基質液の注ぎ足しはしないでください。基質液がアルカリホスファターゼ (ALP) に汚染されますと使用できません。手指が直接基質液に触れた場合は、廃棄してください。
- (4) 洗浄液
- ・濃縮液のため精製水で10倍に希釈し、よく攪拌します。希釈した洗浄液は、常温 (15～25℃) に戻してから使用します。
- *5(1) 検体希釈液
- ・15～30℃に戻してからそのまま使用します。
 - ・ルミパルス G1200にセットする場合は、冷蔵庫から出してそのまま使用してください。
- (6) 溶解用液
- ・常温 (15～25℃) に戻してからそのまま使用します。
2. 必要な器具・器材
- (1) マイクロピペット、サンプリングチップおよびサンプルカップ
- (2) 全自動化学発光酵素免疫測定システム
- **3(3) Lung Marker CONTROL (別売品)
- ・精度管理用試料として、Lung Marker CONTROLを推奨いたします。使用に際しては、Lung Marker CONTROLの取扱説明書を参照してください。
3. 測定法
- (1) 測定システムの取扱説明書を参照し、検体および測定に必要な試薬を所定の位置にセットしてください。(サンプルの最少必要量は、使用する容器や測定システムによって異なりますので、各測定システムの取扱説明書をご覧ください。)
- (2) 標準シフラ溶液および検体の測定依頼内容をそれぞれ入力します。
- (3) 測定を開始する前に、免疫反応カートリッジ、基質液、洗浄液、検体希釈液、サンプリングチップの残量を確認します。
- (4) スタートキーを押し、測定を開始します。装置内で自動的に実行される動作については測定原理の「反応プロトコル」の項をご参照ください。
- *4. 濃度の算出法
- ・検体中のシフラ濃度は、標準シフラ溶液の発光量をもとに作成された検量線から自動的に算出されます。
- 標準シフラ溶液の測定は以下の場合に行います。
- ・免疫反応カートリッジが、新しいロットに切り替わった場合。
 - ・検量線を更新後、30日が経過した場合。
- 上記以外においても必要が生じた場合は、標準シフラ溶液を測定し、検量線を更新してください。
- 検体中のシフラ濃度が、100ng/mLを超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて希釈し、再測定してください。

■測定結果の判定法

1. 参考基準範囲

健康者139例の血清シフラ濃度を所定の操作で測定した結果、平均値は1.07ng/mLでした。また測定値を対数変換で正規化して求めた平均値は0.91ng/mL、平均値+1.96SDは2.3ng/mLでした。

2. 判定上の注意

- (1) 基準範囲は、測定条件や検体によって多少異なることがありますので、各施設に適した基準範囲を設定してください。
- (2) 検体中に存在する未同定の特異反応性物質の影響により、まれに測定値が正確に得られない場合がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。

■臨床的意義

サイトケラチン19は、各種の上皮組織や上皮由来の悪性腫瘍に存在するサイトケラチンフィラメントのサブユニットの一つです。シフラは、サイトケラチン19のフラグメントのドメイン2のN末端側のエピトープを認識する抗体 (KS19.1) とC末端側のエピトープを認識する抗体 (BM19.2.1) の2種のマウスモノクローナル抗体により測定される腫瘍マーカーで、肺非小細胞癌、特に扁平上皮癌に特異性が高く、その早期検出に有用とされています¹⁻²⁾。

本試薬は、化学発光基質(AMPPD)を用いた化学発光酵素免疫測定法³⁾ (CLEIA; chemiluminescent enzyme immunoassay) に基づく試薬です。

■性能

1. 性能

(1) 感度

標準シフラ溶液を所定の操作で測定するとき、5ng/mL標準シフラ溶液と0ng/mL標準シフラ溶液の発光量の比は11以上になります。

- (2) 正確性
- ・自家管理検体3例を所定の操作で測定するとき、測定値は各管理値に対して±20%以内になります。
- (3) 同時再現性 (併行精度)
- ・自家管理検体を所定の操作で6回繰り返し測定するとき、変動係数 (CV値) は10%以下になります。
- (4) 測定範囲
- ・本試薬の測定範囲は、0.5ng/mL～100ng/mLです。
 - ・**全自動化学発光酵素免疫測定システム (代表例: ルミパルス G1200) では0.1ng/mLから出力されますが、測定範囲下限値 (0.5ng/mL) 未満の値は参考値として取扱ってください。

2. 相関性試験成績

- (1) 血清検体161例を使用し、既存RIA法との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
- 測定例数: n=161
- 相関係数: r=0.981
- 回帰式: y=1.072x+0.645
- (x; 既存RIA法、y; ルミパルスI シフラ)

■使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上 (危険防止) の注意

- (1) 検体はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
- (2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングを行わないでください。
- (3) 基質液はアルカリ性溶液 (pH10) です。使用に際しては、液が皮膚についたり、目に入らないように注意してください。
- (4) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

*2. 使用上の注意

- **1(1) 使用に際しては本書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書に従ってください。
- (2) 免疫反応カートリッジ (抗体結合粒子・酵素標識抗体)、標準シフラセット、基質液、洗浄液、検体希釈液は個別に包装されていますので、ご使用の測定システムに合わせ、組み合わせて使用してください。
- (3) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。各構成試薬外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
- (4) サンプリングチップ、サンプルカップは、使用する測定システム指定のものを使用してください。
- (5) サンプリングチップ、サンプルカップは常に新しいものを使用してください。
- (6) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
- (7) 保管に冷蔵庫をご使用の場合、庫内のファンからの風が直接あたる場所および庫内最下部での保管は、温度変化により水分蒸発の原因となりますので避けてください。
- (8) 検体および標準シフラ溶液は蒸発による濃縮を考慮し、サンプルの準備後は速やかに測定を開始してください。
- (9) 正確な測定を行うために、精製水は常に新しいものを使用してください。
- (10) ソーダライムは交換せずに長期間使用を続けると、二酸化炭素の吸収力が低下します。また基質キャップバックシンも交換せずに長期間使用を続けると密閉性が失われ基質液を劣化させる原因となります。ソーダライムと基質キャップバックシンの交換時期についてはご使用の測定システムの取扱説明書をご覧ください。

3. 廃棄上の注意

- **1(1) 各試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれています。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の水とともに流してください。また、酸と反応して有毒性のガスを発生する場合がありますので、酸との接触を避けて廃棄してください。
- 洗浄液: 1.0% (希釈調製前)、基質液、溶解用液: 0.05%
- 抗体結合粒子、酵素標識抗体、検体希釈液: 0.1%
- 標準シフラ溶液: 0.15% (調製時)
- (2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
- (3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。
- (4) 使用した器具 (ピペット、試験管等)、廃液、サンプリングチップ等は、次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬)、グルタールアルデヒド (2%、1時間以上浸漬) 等による消毒処理あるいは、オートクレーブ (121℃、20分以上) による滅菌処理を行ってください。
- (5) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬)、グルタールアルデヒド (2%、1時間以上浸漬) 等によるふき取りと消毒を行ってください。
- (6) 消毒処理に使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液、グルタールアルデヒド溶液が、皮膚についたり、目に入らないように注意してください。

■貯蔵方法・有効期間

抗体結合粒子	2～10℃に保存	有効期間：1年
酵素標識抗体	2～10℃に保存	有効期間：1年
標準シフラ	2～10℃に保存	有効期間：1年
溶解用液	2～10℃に保存	有効期間：1年
基質液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
洗浄液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
検体希釈液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月

使用期限については、各構成試薬の外箱および容器の表示をご参照ください。

*■包装単位

個別包装

ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

コードNo.	品名	包装
292945	ルミバルス I シフラ 免疫反応カートリッジ (抗体結合粒子・酵素標識抗体)	14テスト×3
219522	ルミバルス I シフラ 標準シフラセット (標準シフラおよび溶解用液)	4濃度×4 (各0.5mL用×4、 10mL×1)
219973	ルミバルス 基質液 (共通試薬)	100mL×6
292600	ルミバルス 基質液 (共通試薬)	50mL×6
219942	ルミバルス 洗浄液 (共通試薬)	1000mL×1
219935	ルミバルス 検体希釈液 (共通試薬)	300mL×4
292617	ルミバルス 検体希釈液 (共通試薬)	80mL×4

**その他

Lung Marker CONTROL

2濃度×2 (各3.0mL×2) (コードNo.260067)

■主要文献

1. Stieber P, et al. CYFRA 21-1 a new marker in lung cancer. Cancer, 72 : 707-713, 1993.
2. Pujol JL, et al. Serum fragment of cytokeratin subunit 19 measured by CYFRA 21-1 immunoradiometric assay as a marker of lung cancer. Cancer Res, 53 : 61-66, 1993.
3. Nishizono I, et al. Rapid and Sensitive Chemiluminescent Enzyme Immunoassay for Measuring Tumor Markers. Clin Chem, 37: 1639-1644, 1991.

■問い合わせ先

*富士レバイオ株式会社 お客様コールセンター
TEL : 0120-292-832

■製造販売元

富士レバイオ株式会社

**神奈川県相模原市中央区田名塩田1丁目3番14号

