使用に際してはこの添付文書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるように保管しておいてください。

８ＵＸ０４Ｔ

**2017年12月改訂（第4版）
*2015年 4月改訂（第3版）

体外診断用医薬品

製造販売承認番号：22600AMX00770000

遊離型前立腺特異抗原キット

ルミパルス® フリーPSA

**,*

Lumipulse® G Free PSA

Immunoreaction Cartridges

IVD CE 0123 ☆ REF 297766

Fujirebio Inc.

EC REP Fujirebio Europe N.V.

☆ Apr. 2015 (ver. 2)
www.e-labeling.eu/FRI10021
TEL: EUROPE +800 135 79 135
RO 0800 895 084

8:00 – 17:00 GMT+1

M	T	W	T	F	S	S
☒	☒	☒	☒	☒	□	□

☆ : Note changes

Please refer to the Safety Data Sheet (SDS) and product labeling for information on potentially hazardous components. The most recent SDS version is available on the website www.fujirebio-europe.com.

■全般的な注意

1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 診断の際は、本測定値以外に他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
3. 添付文書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 本試薬および検体は感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。
5. 本試薬には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。
6. 本試薬の使用に際しては、本書とあわせ、各試薬の添付文書、使用する測定システムの添付文書および取扱説明書をご参照ください。

■形状・構造等（キットの構成）

1. **抗体結合粒子**[注1)]**（使用時液状、２５０μＬ/免疫反応カートリッジ）**
   抗フリーＰＳＡモノクローナル抗体（マウス）結合フェライト粒子を含みます。
2. **酵素標識抗体（液状、３５０μＬ/免疫反応カートリッジ）**
   アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）標識抗ＰＳＡモノクローナル抗体（マウス）を含みます。



3. **フリーＰＳＡキャリブレータ：３濃度×１**
   (1) ０ｎｇ/ｍＬ フリーＰＳＡキャリブレータ（液状、1.5ｍＬ×１）
   (2) ３ｎｇ/ｍＬ フリーＰＳＡキャリブレータ（液状、1.5ｍＬ×１）
   (3) ３０ｎｇ/ｍＬ フリーＰＳＡキャリブレータ（液状、1.5ｍＬ×１）
4. **基質液（液状、１００ｍＬ×６、５０ｍＬ×６）**
   基質としてＡＭＰＰＤ[注2)]を含みます。
   ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。
5. **洗浄液（濃縮液、１０００ｍＬ×１）**
6. **検体希釈液（液状、３００ｍＬ×４、８０ｍＬ×４）**
   ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

注１）１５℃以下の温度ではゲル化しています。

注２）AMPPD：3-(2'-spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3''-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane disodium salt / 3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3''ーホスホリルオキシ)フェニル-1,2-ジオキセタン・2ナトリウム塩

■使用目的

血清又は血漿中の遊離型前立腺特異抗原（フリーＰＳＡ）の測定（悪性腫瘍の診断等の補助）

■測定原理

本試薬は２ステップサンドイッチ法に基づいた化学発光酵素免疫測定法によるフリーＰＳＡ測定試薬です。

＜反応プロトコール；２ステップモード＞

試薬・検体のセット

↓

第一反応
抗体結合粒子に結合した抗フリーＰＳＡモノクローナル抗体（マウス）と、検体中に含まれるフリーＰＳＡによる免疫複合体が形成されます。
抗フリーＰＳＡモノクローナル抗体（マウス）が結合した抗体結合粒子２５０μＬに、検体またはフリーＰＳＡキャリブレータ２０μＬが分注されます。反応液は、撹拌後３７℃で１０分間インキュベートされます。

↓

洗浄
反応液除去の後、抗体結合粒子の洗浄が行われます。
粒子は磁石によって集められ、反応液が除去されます。洗浄液注入、洗浄液の除去が繰り返され、粒子が洗浄されます。

↓

第二反応
検体中のフリーＰＳＡを介して結合した抗フリーＰＳＡモノクローナル抗体（マウス）と、アルカリホスファターゼ標識抗ＰＳＡモノクローナル抗体（マウス）（酵素標識抗体）による免疫複合体が形成されます。
酵素標識抗体２５０μＬと抗体結合粒子が混合されます。反応液は３７℃で１０分間インキュベートされます。

↓

洗浄
再び反応液除去の後、抗体結合粒子の洗浄が行われます。
粒子は磁石によって集められ、反応液が除去されます。洗浄液注入、洗浄液の除去が繰り返され、粒子が洗浄されます。

↓

酵素反応
基質液２００μＬを粒子に加え撹拌後、３７℃で５分間反応させます。

↓

測光
波長４７７nmに発光極大を持つ光の発光量を測定します。
基質液に含まれるＡＭＰＰＤは、粒子に間接的に結合したアルカリホスファターゼの触媒作用により分解します。分解に伴って放出される光は、粒子に結合したフリーＰＳＡ量を反映するため、これを測定することによってフリーＰＳＡ濃度の測定を行うことができます。

検体中のフリーＰＳＡ濃度が測定範囲を超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて検体を希釈し再測定してください。

■操作上の注意

1. **測定検体の性質、採取法**
   (1) 検体の採取は使用する採血管の添付文書をよく確認し、指定された方法（採血量、遠心分離方法など）により採取してください。
   **(2) 検体は、血清、血漿いずれでも測定できます。
   (3) 可能な限り新鮮な検体を用い、保存する場合は－２０℃以下で凍結保存してください。検体融解後は十分に撹拌し、すみやかに測定してください。
   (4) 検体を繰り返し凍結融解することは避けてください。
   (5) 赤血球・その他の有形成分、沈殿物、浮遊物が含まれている検体では、測定値に影響を与える場合があります。正しい結果が得られるように遠心または除去した後に使用してください。
   (6) 検体間の汚染が生じないように検体は注意して取扱ってください。
   (7) 非働化した検体は使用しないでください。
   (8) 検体は血清または血漿（ＥＤＴＡ－二カリウム、ヘパリンナトリウム）を使用してください。検体に抗凝固剤（ＥＤＴＡ－二カリウム、ヘパリンナトリウム）を添加して試験した結果、それぞれ２ｍｇ/ｍＬ、２０Ｕ/ｍＬまで測定値に影響は認められませんでした。
   (9) 検体の採取は、生検、前立腺切除術、または前立腺マッサージの前に行ってください[1)]。
2. **妨害物質・妨害薬剤**
   検体にビリルビンＦ、ビリルビンＣ、ヘモグロビンを添加して試験した結果、それぞれ１８.３ｍｇ/ｄＬ、２０.６ｍｇ/ｄＬ、４８７ｍｇ/ｄＬまで、測定値に影響は認められませんでした。また、乳ビに関しても、１４２０ホルマジン濁度まで測定値に影響は認められませんでした。
3. **その他**
   本試薬は全自動化学発光酵素免疫測定システム
   （代表例：ルミパルス　Ｇ１２００）用試薬です。

■用法・用量（操作方法）

1. **試薬の調製法**

(1) 抗体結合粒子および酵素標識抗体
免疫反応カートリッジには抗体結合粒子および酵素標識抗体が充填されています。カートリッジケースの透明フィルムを剥がし、そのまま使用します。
・免疫反応カートリッジを取扱う際に、振動を加えたり、逆さまにしたりしないでください。
・免疫反応カートリッジを装置にセットする際は、カートリッジケースの透明フィルムを必ず剥がしてください。剥がし忘れや剥がし残りがある場合、装置の動作異常の原因となります。
・試薬項目および試薬ロットはカートリッジケースのバーコードによって管理されています。カートリッジケース間の免疫反応カートリッジの入れ替えは試薬の誤認識に繋がる可能性がありますので行わないでください。

(2) フリーＰＳＡキャリブレータ
常温（１５～２５℃）に戻してから軽く転倒混和して使用します。
デッドボリュームを考慮して、サンプルカップに必要量を滴下します。
・溶液１滴あたりのおよその滴下量は４５μＬです。滴下量は容器を押す強さや気泡の混入によって変動します。滴下の際に液滴の中に気泡が多量に混入する場合は、残量が僅かですので新しい試薬を使用してください。サンプルカップに泡が残りますとサンプリング不良の原因になる場合があります。
・デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。
一例としてルミパルス　Ｇ１２００でサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは１００μＬとなります。

(3) 基質液
冷蔵庫から出してそのまま使用します。
・基質液の漏れがないように装置にセットしてください。
・基質液を装置にセットした後は、基質液交換時まで取外しは避けてください。基質液の注ぎ足しはしないでください。基質液がアルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）に汚染されますと使用できません。手指が直接基質液に触れた場合は、廃棄してください。

(4) 洗浄液
濃縮液のため精製水で１０倍に希釈し、よく撹拌します。希釈した洗浄液は、常温（１５～２５℃）に戻してから使用します。

**(5) 検体希釈液
１５～３０℃に戻してからそのまま使用します。
ルミパルス　Ｇ１２００にセットする場合は、冷蔵庫から出してそのまま使用してください。

2. **必要な器具・器材**

(1) マイクロピペット、サンプリングチップおよびサンプルカップ
(2) 全自動化学発光酵素免疫測定システム

3. **測定法**

(1) 測定システムの取扱説明書を参照し、検体および測定に必要な試薬を所定の位置にセットしてください。（サンプルの最少必要量は、使用する容器や測定システムによって異なりますので、各測定システムの取扱説明書をご覧ください。）
(2) フリーＰＳＡキャリブレータおよび検体の測定依頼内容をそれぞれ入力します。
(3) 測定を開始する前に、免疫反応カートリッジ、基質液、洗浄液、検体希釈液、サンプリングチップの残量を確認します。
(4) スタートキーを押し、測定を開始します。装置内で自動的に実行される動作については測定原理の「反応プロトコール」の項をご参照ください。

4. **濃度の算出法**
マスターキャリブレーションデータは、免疫反応カートリッジケースの２次元バーコードに記録されています。検体中のフリーＰＳＡ濃度は、フリーＰＳＡキャリブレータの発光量をもとに較正された検量線から自動的に算出されます。また複数装置をお使いの場合は１台ごとに検量線を作成してください。

フリーＰＳＡキャリブレータの測定は以下の場合に行います。
・免疫反応カートリッジが新しいロットに切り替わった場合。
・検量線を更新後、３０日が経過した場合。
上記以外においても必要が生じた場合は、フリーＰＳＡキャリブレータを測定しキャリブレーションデータを更新してください。

検体中のフリーＰＳＡ濃度が、３０ｎｇ/ｍＬを超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて希釈し、再測定してください。

■測定結果の判定法

1. **参考基準範囲**
前立腺肥大症などの良性疾患と前立腺癌との識別が必要な場合は同一検体で本品を用いてフリーＰＳＡ値を測定し、フリーＰＳＡ値とトータルＰＳＡ値の比（Ｆ/Ｔ比）を求めて使用します。
ルミパルス　ＰＳＡ－Ｎでのトータル ＰＳＡの測定値が
４～１０ｎｇ/ｍＬを示す前立腺に異常の認められない正常男性と良性前立腺肥大症患者（非癌）、および前立腺癌患者を被験者とする検体を本品で測定した結果、Ｆ/Ｔ比の分布は下記のようになりました。

Ｆ/Ｔ比	前立腺癌(例)	非癌(例)
２６%以上	７	３２
２１～２５%	６	２４
１６～２０%	４	２９
１１～１５%	１３	３２
１０%以下	３４	１１
計	６４	１２８

上記の結果から、各Ｆ/Ｔ比群における診断感度（有病正診率）および診断特異度（無病正診率）は以下のようになります。

Ｆ/Ｔ比	診断感度(%)	診断特異度(%)
２５%	８９	２５
２０%	８０	４４
１５%	７３	６６
１０%	５３	９１

2. **判定上の注意**

(1) ルミパルス　ＰＳＡ－Ｎの測定値が基準範囲付近またはそれ以上の測定値を示した検体のうち、前立腺癌と非癌（前立腺肥大等）との鑑別が必要な検体について、本品を用いて測定を行い、Ｆ/Ｔ比を求めて使用してください。
フリーＰＳＡの測定は、トータルＰＳＡの測定に用いた検体と同一の検体を用いてください。
(2) 検体中に存在する未同定の非特異反応性物質の影響により、まれに測定値が正確に得られない場合がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
(3) ルミパルス　Ｇ１２００では、Ｆ/Ｔ比が０.２５以下となる場合には（＋）が、０.２５より大きくなる場合には（－）が表示されるように設定されています。Ｆ/Ｔ比の基準範囲は、種々の要因から各検査室によって異なる可能性がありますので、個々の検査室に適した値を設定してください。また、Ｆ/Ｔ比を診断の基準とする場合には、トータルＰＳＡ測定試薬であるルミパルス　ＰＳＡ－Ｎと組み合わせて測定してください。

■臨床的意義

ＰＳＡは、前立腺の腺上皮細胞に局在する分子量３０,０００の糖タンパクで、悪性腫瘍等により前立腺の腺上皮細胞が傷害を受けると血中に逸脱することが知られており、血中ＰＳＡ測定は、前立腺癌の診断、経過観察および治療効果の判定に有用なだけではなく、前立腺癌早期発見のスクリーニングにも極めて有用であることが認められています[2-3]。
ＰＳＡは前立腺癌の他、前立腺肥大症等の良性疾患によっても軽度に上昇するため、ＰＳＡ濃度がグレイゾーン領域と呼ばれる４～１０ｎｇ/ｍＬにおいては癌・非癌の識別に新たな指標が求められていました。
ＰＳＡは血中では遊離型ＰＳＡ（Ｆｒｅｅ　ＰＳＡ）またはα_1－アンチキモトリプシン（ＡＣＴ）やα_2－マクログロブリンとの複合体で存在しますが、免疫学的に測定できるのはＦｒｅｅ　ＰＳＡおよびＡＣＴとの複合体（ＰＳＡ－ＡＣＴ）の２種であり、血清総ＰＳＡ（Ｔｏｔａｌ　ＰＳＡ）はＦｒｅｅ　ＰＳＡとＰＳＡ－ＡＣＴの総和であるとされています。
近年、ＰＳＡの血中存在様式の研究から、前立腺癌では前立腺肥大症よりもＴｏｔａｌ　ＰＳＡ濃度に対するＦｒｅｅ　ＰＳＡ濃度の比率(Ｆ/Ｔ比)が有意に低値であることが報告されており、グレイゾーン領域におけるＦ/Ｔ比の測定は前立腺癌の診断精度向上に貢献すると考えられています[4-5]。
本試薬は、化学発光基質(ＡＭＰＰＤ)を用いた化学発光酵素免疫測定法[6]（ＣＬＥＩＡ；chemiluminescent enzyme immunoassay）に基づく試薬です。

■性能

1. **性能**

(1) 感度
フリーＰＳＡキャリブレータを所定の操作で測定するとき、
３ｎｇ/ｍＬ　フリーＰＳＡキャリブレータと０ｎｇ/ｍＬ　フリーＰＳＡキャリブレータの発光量の比は１３８以上になります。
(2) 正確性
自家管理検体３例を所定の操作で測定するとき、測定値は各管理値に対して±２０%以内になります。
(3) 同時再現性（併行精度）
濃度の異なる自家管理検体３例を所定の操作で６回繰り返し測定するとき、変動係数（ＣＶ値）は１０%以下になります。
(4) 測定範囲
本試薬の測定範囲は、０.０２ｎｇ/ｍＬ～３０ｎｇ/ｍＬです。
全自動化学発光酵素免疫測定システム（代表例：
ルミパルス　Ｇ１２００）では測定値は０.００１ｎｇ/ｍＬから出力されますが、測定範囲下限値（０.０２ｎｇ/ｍＬ）未満の値は参考値として取扱ってください。
(5) 検出限界
ＣＬＳＩガイドラインＥＰ１７－Ａ２[7]に従って検出限界（ＬＯＤ）の算出を行った結果、値は０.００２１７ng/ｍＬとなりました。
(6) 定量限界
ＣＬＳＩガイドラインＥＰ１７－Ａ２[7]に従って定量限界（ＬＯＱ）の算出を行った結果、値は０.００９３７ｎｇ/ｍＬとなりました。

2. **相関性試験成績**

(1) 血清検体１２０例を使用し、既存ＣＬＩＡ法試薬との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝１２０
相関係数：ｒ＝０.９９７
回帰式　：ｙ＝1.０４ｘ－０.０１１
（ｘ；既存ＣＬＩＡ法試薬、ｙ；本品）

(2) 血清検体１１０例を使用し、既存ＣＬＥＩＡ法試薬との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝１１０
相関係数：ｒ＝０.９９４
回帰式　：ｙ＝1.０４ｘ－０.０２７
（ｘ；既存ＣＬＥＩＡ法試薬、ｙ；本品）

(3) 同一人から採取した血清・血漿ペア検体６０例（抗凝固剤：ＥＤＴＡ－二カリウム）を使用し、本試薬にて相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝６０
相関係数：ｒ＝０.９９７
回帰式　：ｙ＝０.９９ｘ－０.００２
（ｘ；血清、ｙ；血漿）

(4) 同一人から採取した血清・血漿ペア検体６０例（抗凝固剤：ヘパリンナトリウム）を使用し、本試薬にて相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝６０
相関係数：ｒ＝０.９９９
回帰式　：ｙ＝０.９９ｘ－０.００４
（ｘ；血清、ｙ；血漿）

3. **較正用の基準物質（標準物質）**

フリーＰＳＡキャリブレータの値は、NIBSC(National Institute for Biological Standards and Control)の標準物質(PROSTATE-SPECIFIC ANTIGEN FREE FIRST INTERNATIONAL STANDARD;96/668)を基準に設定されています。

■使用上又は取扱い上の注意

1. **取扱い上（危険防止）の注意**

(1) 検体はＨＩＶ、ＨＢＶ、ＨＣＶ等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
(2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングを行わないでください。
(3) 基質液はアルカリ性溶液（ｐＨ１０）です。使用に際しては、液が皮膚についたり、目に入らないように注意してください。
(4) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

2. **使用上の注意**

(1) 使用に際しては本書、使用するシステムの添付文書および取扱説明書に記載された使用法に従ってください。
(2) 免疫反応カートリッジ（抗体結合粒子・酵素標識抗体）、フリーＰＳＡキャリブレータ、基質液、洗浄液、検体希釈液は個別に包装されていますので、ご使用の測定システムに合わせ、組み合わせて使用してください。
(3) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。各構成試薬外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
(4) サンプリングチップ、サンプルカップは使用する測定システム指定のものを使用してください。
(5) サンプリングチップ、サンプルカップは常に新しいものを使用してください。
(6) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
(7) 保管に冷蔵庫をご使用の場合、庫内のファンからの風が直接あたる場所および庫内最下部での保管は、温度変化により水分蒸発の原因となりますので避けてください。
(8) 検体およびフリーＰＳＡキャリブレータは蒸発による濃縮を考慮し、サンプルの準備後は速やかに測定を開始してください。
(9) 正確な測定を行うために、精製水は常に新しいものを使用してください。
(10) ソーダライムは交換せずに長期間使用を続けると、二酸化炭素の吸収力が低下します。また基質キャップパッキンも交換せずに長期間使用を続けると密閉性が失われ基質液を劣化させる原因となります。ソーダライムと基質キャップパッキンの交換時期についてはご使用の測定システムの取扱説明書をご覧ください。

3. **廃棄上の注意**

(1) 各試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれています。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の水とともに流してください。
洗浄液：１.０％（希釈調製前）
基質液：０.０５％
抗体結合粒子、酵素標識抗体、フリーＰＳＡキャリブレータ、検体希釈液：０.１％
(2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
(3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。
(4) 使用した器具（ピペット、試験管等）、廃液、サンプリングチップ等は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度１０００ｐｐｍ、１時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（２％、１時間以上浸漬）等による消毒処理あるいは、オートクレーブ（１２１℃、２０分以上）による滅菌処理を行ってください。
(5) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度１０００ｐｐｍ、１時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（２％、１時間以上浸漬）等によるふき取りと消毒を行ってください。
(6) 消毒処理に使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液、グルタールアルデヒド溶液が、皮膚についたり、目に入らないように注意してください。

■貯蔵方法・有効期間

抗体結合粒子	２～１０℃に保存	有効期間：１年
酵素標識抗体	２～１０℃に保存	有効期間：１年
フリーＰＳＡキャリブレータ	２～１０℃に保存	有効期間：１年
基質液	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月
洗浄液	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月
検体希釈液	２～１０℃に保存	有効期間：９ヵ月

使用期限については、各構成試薬の外箱および容器の表示をご参照ください。

■包装単位

個別包装
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

コードＮｏ．	品名	包装
２９７７６６	ルミパルス　フリーＰＳＡ 免疫反応カートリッジ (抗体結合粒子・酵素標識抗体)	１４テスト×３
２９７７７３	ルミパルス　フリーＰＳＡ フリーＰＳＡキャリブレータ	３濃度×１
２１９９７３	ルミパルス　基質液(共通試薬)	１００ｍＬ×６
２９２６００	ルミパルス　基質液(共通試薬)	５０ｍＬ×６
２１９９４２	ルミパルス　洗浄液(共通試薬)	１０００ｍＬ×１
２１９９３５	ルミパルス　検体希釈液(共通試薬)	３００ｍＬ×４
２９２６１７	ルミパルス　検体希釈液(共通試薬)	８０ｍＬ×４

■主要文献

1. Yuan JJ, et al. Effects of rectal examination, prostatic massage, ultrasonography and needle biopsy on serum prostate specific antigen levels. J Urol, 147: 810-814, 1992.
2. Wang MC, et al. Purification of a human prostate specific antigen. Invest Urol, 17：159～163, 1979.
3. Armbruster DA. Prostate-specific Antigen：Biochemistry, Analytical Methods, and Clinical Application. Clinical Chemistry, Vol. 39, No. 2：181～195, 1993.
4. 栗山学. 血清ＰＳＡ測定におけるＦ/Ｔ比の臨床的意義. 検査と技術, 27: 1073～1076, 1999.
5. Catalona WJ, et al. Use of the Percentage of Free Prostate-Specific Antigen to Enhance Differentiation of Prostate Cancer From Benign Prostatic Disease. JAMA, 279:1542-1547, 1998.
6. Nishizono I, et al. Rapid and Sensitive Chemiluminescent Enzyme Immunoassay for Measuring Tumor Markers. Clin Chem, 37：1639-1644,1991.
7. Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guideline. CLSI Document EP17-A2.

■問い合わせ先

**富士レビオ株式会社　お客様コールセンター
TEL：0120-292-832

■製造販売元

富士レビオ株式会社
東京都八王子市小宮町５１番地

富士レビオ株式会社