**,*使用に際してはこの電子添文をよくお読みください。

４ＳＸ０５Ｔ

体外診断用医薬品

製造販売認証番号：301AAEZX00032000

**2026年9月改訂（第5版）
*2022年7月改訂（第4版）

活性型レニンキット

# ルミパルス® レニン

## ■全般的な注意


1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 診断の際は、本測定値以外に他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
3. 本書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 本試薬および検体は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。

**5. 本試薬の洗浄液、洗浄液－Ｎ、基質液および検体希釈液には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

*6. 本試薬の使用に際しては、本書とあわせ、各試薬の添付文書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書をご参照ください。

## ■形状・構造等（キットの構成）

1. 抗体結合粒子[注1)]（使用時液状、１５０μＬ/免疫反応カートリッジ）
   抗レニンモノクローナル抗体（マウス）結合フェライト粒子を含みます。
2. 酵素標識抗体（液状、３２０μＬ/免疫反応カートリッジ）
   アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）標識抗レニンモノクローナル抗体（マウス）を含みます。
3. 処理液（液状、１２０μＬ/免疫反応カートリッジ）




4. レニンキャリブレータ：３濃度×１
   (1)　　０ｐｇ/ｍＬ　レニンキャリブレータ（液状、１.５ｍＬ×１）
   (2)　１００ｐｇ/ｍＬ　レニンキャリブレータ（液状、１.５ｍＬ×１）
   (3) １０００ｐｇ/ｍＬ　レニンキャリブレータ（液状、１.５ｍＬ×１）
5. 基質液（液状、１００ｍＬ×６、５０ｍＬ×６）
   基質としてＡＭＰＰＤ[注2)]を含みます。
   ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。
6. 洗浄液（濃縮液、１０００ｍＬ×１）

**7. 洗浄液－Ｎ（濃縮液、１０００ｍＬ×１、２０００ｍＬ×１）
   洗浄液または洗浄液－Ｎをご用意ください。
8. 検体希釈液（液状、３００ｍＬ×４、８０ｍＬ×４）
   ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

注１）１５℃以下の温度ではゲル化しています。
注２）ＡＭＰＰＤ： 3-(2'-spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3''-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane disodium salt / 3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3''-ホスホリルオキシ) フェニル-1,2-ジオキセタン・２ナトリウム塩

## ■使用目的

血清又は血漿中の活性型レニン濃度の測定

## ■測定原理

本試薬は２ステップサンドイッチ法に基づいた化学発光酵素免疫測定法による活性型レニン濃度測定試薬です。

＜反応プロトコール；特殊２ステップモード＞

**試薬・検体のセット**

**第一反応**
抗体結合粒子に結合した抗レニンモノクローナル抗体（マウス）と検体中に含まれる活性型レニンによる免疫複合体が形成されます。
抗体結合粒子１５０μＬ、検体またはレニンキャリブレータ５０μＬおよび処理液３０μＬが混合されます。反応液は、撹拌後３７℃で１０分間インキュベートされます。

**洗浄**
反応液除去の後、抗体結合粒子の洗浄が行われます。
**粒子は磁石によって集められ、反応液が除去されます。洗浄液または洗浄液－Ｎの注入と除去が繰り返され、粒子が洗浄されます。

**第二反応**
抗レニンモノクローナル抗体（マウス）を介して結合した検体中の活性型レニンと、アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）標識抗レニンモノクローナル抗体（マウス）（酵素標識抗体）による免疫複合体が形成されます。
酵素標識抗体２５０μＬと抗体結合粒子が混合されます。反応液は、３７℃で１０分間インキュベートされます。

**洗浄**
再び反応液除去の後、抗体結合粒子の洗浄が行われます。
**粒子は磁石によって集められ、反応液が除去されます。洗浄液または洗浄液－Ｎの注入と除去が繰り返され、粒子が洗浄されます。

**酵素反応**
基質液２００μＬを粒子に加え撹拌後、３７℃で５分間反応させます。

**測光**
波長４７７ｎｍに発光極大を持つ光の発光量を測定します。
基質液に含まれるＡＭＰＰＤは、抗体結合粒子に間接的に結合したアルカリホスファターゼの触媒作用により分解します。分解に伴って放出される光は、粒子に結合した活性型レニン量を反映するため、これを測定することによって活性型レニン濃度の測定を行うことができます。

検体中の活性型レニン濃度が測定範囲を超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて検体を希釈し再測定してください。

## ■操作上の注意

1. 測定検体の性質、採取法
   *(1) 検体の採取は使用する採血管の電子添文をよく確認し、指定された方法（採血量、遠心分離方法など）により採取してください。
   (2) 検体は、血清、血漿いずれでも測定できます。血清検体は、遠心分離を行う前に十分に凝固させてください。
   (3) 可能な限り新鮮な検体を用い、血清または血漿検体を保存する場合は、細胞、血餅、分離剤を除去してください。
   血清および血漿検体に活性型レニンを添加して試験した結果、２５℃で３日、２～１０℃で１日、－２０℃以下で３ヵ月間まで測定値に影響は認められませんでした。なお、４℃での保存により検体中のプロレニンの活性化が測定値に影響を与えたという報告もありますので、検体の低温での液状保存は避けてください[1)]。
   (4) 検体の凍結融解は２回まで測定値に影響は認められませんでした。
   (5) 赤血球・その他の有形成分、沈殿物、浮遊物が含まれている検体では、測定値に影響を与える場合があります。正しい結果が得られるように遠心または除去した後に使用してください。
   (6) 検体間の汚染が生じないように検体は注意して取扱ってください。
   (7) 非働化した検体は使用しないでください。
   (8) 検体に抗凝固剤（ＥＤＴＡ－二ナトリウム、ＥＤＴＡ－二ナトリウム、ヘパリンナトリウム、ヘパリンリチウム）を添加して試験した結果、それぞれ６.４ｍｇ/ｍＬ、６.４ｍｇ/ｍＬ、６９Ｕ/ｍＬ、６９Ｕ/ｍＬまで測定値に影響は認められませんでしたが、液状の抗凝固剤を用いる場合は、検体の希釈率にご注意ください。
2. 妨害物質・妨害薬剤
   検体に以下の物質を添加して試験した結果、記載の濃度まで測定値に影響は認められませんでした。

| 添加物質 | 添加濃度 |
|---|---|
| ビリルビンＣ | １８.８ｍｇ/ｄＬ |
| ビリルビンＦ | １８.０ｍｇ/ｄＬ |
| ヘモグロビン | ４７０ｍｇ/ｄＬ |
| トリグリセリド | ２０００ｍｇ/ｄＬ |
| 総タンパク質 | ４～１２ｇ/ｄＬ |
| 乳ビ | １５９０ホルマジン濁度 |
| クレアチニン | ５ｍｇ/ｄＬ |
| グルコース | １ｇ/ｄＬ |
| 塩化ナトリウム | ２ｇ/ｄＬ |
| $\beta_2$－マイクログロブリン | ５０μｇ/ｍＬ |
| カテプシンＤ | ０.５Ｕ/ｍＬ |
| カテプシンＢ | ０.５Ｕ/ｍＬ |
| トリプシン | １.６μｇ/ｍＬ |
| プラスミン | １００μｇ/ｍＬ |
| カプトプリル | １０００ｎｇ/ｍＬ |
| エナラプリルマレイン酸塩 | １００ｎｇ/ｍＬ |
| フロセミド | ２８００ｎｇ/ｍＬ |
| ニフェジピン | １５０ｎｇ/ｍＬ |

3. 交差反応性
交差反応性について検討した結果、以下の結果が得られました。

| 添加物質 | 添加濃度 | 交差反応率 |
|---|---|---|
| プロレニン | 7.56ng/mL | 0.4% |

4. その他
本試薬は全自動化学発光酵素免疫測定システム
（代表例：ルミパルス　Ｇ１２００）用試薬です。

## ■用法・用量（操作方法）

1. 試薬の調製法
(1) 抗体結合粒子、酵素標識抗体および処理液
免疫反応カートリッジには、抗体結合粒子、酵素標識抗体および処理液が充填されています。
カートリッジケースの透明フィルムを剥がし、そのまま使用します。
・免疫反応カートリッジを取扱う際に、振動を加えたり、逆さまにしたりしないでください。
・免疫反応カートリッジを装置にセットする際は、カートリッジケースの透明フィルムを必ず剥がしてください。剥がし忘れや剥がし残りがある場合、装置の動作異常の原因となります。
・試薬項目および試薬ロットはカートリッジケースのバーコードによって管理されています。カートリッジケース間の免疫反応カートリッジの入れ替えは試薬の誤認識に繋がる可能性がありますので行わないでください。
(2) レニンキャリブレータ
常温（１５～２５℃）に戻してから軽く転倒混和して使用します。
デッドボリュームを考慮して、サンプルカップに必要量を滴下します。
・溶液１滴あたりのおよその滴下量は４２μＬです。滴下量は容器を押す強さや気泡の混入によって変動します。滴下の際に液滴の中に気泡が多量に混入する場合は、残量が僅かですので新しい試薬を使用してください。サンプルカップに泡が残りますとサンプリング不良の原因になる場合があります。
・デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。
一例としてルミパルス　Ｇ１２００でサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは１００μＬとなります。
(3) 基質液
冷蔵庫から出してそのまま使用します。
・基質液の漏れがないように装置にセットしてください。
・基質液を装置にセットした後は、基質液交換時まで取外しは避けてください。基質液の注ぎ足しはしないでください。基質液がアルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）に汚染されますと使用できません。手指が直接基質液に触れた場合は、廃棄してください。
**(4) 洗浄液または洗浄液－Ｎ
濃縮液のため精製水で１０倍に希釈し、よく撹拌します。希釈した後は、常温（１５～２５℃）に戻してから使用します。
(5) 検体希釈液
１５～３０℃に戻してからそのまま使用します。
ルミパルス　Ｇ１２００にセットする場合は、冷蔵庫から出してそのまま使用してください。
2. 必要な器具・器材・試料等
(1) マイクロピペット、サンプリングチップおよびサンプルカップ
(2) 全自動化学発光酵素免疫測定システム
(3) ＬＰコントロール・レニン（別売品）
精度管理用試料として、ＬＰコントロール・レニンを推奨いたします。使用に際しては、ＬＰコントロール・レニンの取扱説明書を参照してください。
3. 測定法
(1) 測定システムの取扱説明書を参照し、検体および測定に必要な試薬を所定の位置にセットしてください。（サンプルの最少必要量は、使用する容器や測定システムによって異なりますので、各測定システムの取扱説明書をご覧ください。）
(2) レニンキャリブレータおよび検体の測定依頼内容をそれぞれ入力します。
**(3) 測定を開始する前に、免疫反応カートリッジ、基質液、洗浄液または洗浄液－Ｎ、検体希釈液、サンプリングチップの残量を確認します。
(4) スタートキーを押し、測定を開始します。装置内で自動的に実行される動作については測定原理の「反応プロトコール」の項をご参照ください。
4. 濃度の算出法
マスターキャリブレーションデータは、カートリッジケースの２次元バーコードに記録されています。検体中の活性型レニン濃度は、レニンキャリブレータの発光量をもとに較正された検量線から自動的に算出されます。また複数装置をお使いの場合は１台ごとに検量線を作成してください。

レニンキャリブレータの測定は以下の場合に行います。
・ 免疫反応カートリッジが、新しいロットに切り替わった場合。
・ 検量線を更新後、３０日が経過した場合。
上記以外においても必要が生じた場合は、レニンキャリブレータを測定し検量線を更新してください。

検体中の活性型レニン濃度が１０００.００ｐｇ/ｍＬを超えた場合は、必要に応じて検体希釈液を用いて検体を希釈し、再測定してください。

## ■測定結果の判定法

1. 参考基準範囲
非原発性アルドステロン症患者から採取した検体を測定した結果、参考基準範囲（２.５～９７.５パーセンタイル値）は以下に示す値となりました。

| 検体種 | 試験例数 | ２.５～９７.５パーセンタイル値 |
|---|---|---|
| 血漿 | １５８ | ２.２１～３９.４９ｐｇ/ｍＬ |

2. 判定上の注意
(1) 基準範囲は、測定条件や検体によって異なることがありますので、各施設に適した基準範囲を設定してください。
(2) リウマトイド因子や異好性抗体の影響を受ける可能性があります。
(3) 検体中に存在する未同定の非特異反応性物質の影響により、まれに測定値が正確に得られない場合がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。

## ■性能

1. 性能
(1) 感度
レニンキャリブレータを所定の操作で測定するとき、レニンキャリブレータによる５ｐｇ/ｍＬの較正値と０ｐｇ/ｍＬ　レニンキャリブレータの発光量の比は９以上になります。
(2) 正確性
自家管理検体３例を所定の操作で測定するとき、測定値は各管理値に対して±２０%以内になります。
**(3) 同時再現性（併行精度）
自家管理検体３例を所定の操作で６回繰り返し測定するとき、測定値の変動係数（ＣＶ%）は１０%以下になります。
(4) 測定範囲
本試薬の測定範囲は、０.２０～１０００.００ｐｇ/ｍＬです。
全自動化学発光酵素免疫測定システム（代表例：
ルミパルス　Ｇ１２００）では０.０７ｐｇ/ｍＬから出力されます。
(5) 検出限界
ＣＬＳＩガイドラインＥＰ１７－Ａ２[2)]に従って検出限界（ＬｏＤ）の算出を行った結果、値は０.０７ｐｇ/ｍＬとなりました。
(6) 定量限界
ＣＬＳＩガイドラインＥＰ１７－Ａ２[2)]に従って定量限界（ＬｏＱ）の算出を行った結果、値は０.１８ｐｇ/ｍＬとなりました。
(7) 血清検体と血漿検体の相関性に関する試験成績
同一人から採取した血清・血漿ペア検体６８例（抗凝固剤：ＥＤＴＡ－二ナトリウム）を使用し、本試薬にて相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝６８
相関係数：ｒ＝１.００
回帰式　：ｙ＝１.０ｘ－０.０２
（ｘ：血清、ｙ：ＥＤＴＡ－二ナトリウム血漿）
2. 相関性試験成績
(1) 血漿検体１１６例を使用し、既存体外診断用医薬品（ＣＬＥＩＡ法）との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝１１６
相関係数：ｒ＝１.００
回帰式　：ｙ＝０.９ｘ－１.２０
（ｘ；既存ＣＬＥＩＡ法、ｙ；本品）
(2) 血漿検体１０９例を使用し、既存体外診断用医薬品（ＲＩＡ固相法）との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数：ｎ＝１０９
相関係数：ｒ＝０.９７
回帰式　：ｙ＝０.９ｘ＋３.０２
（ｘ；既存ＲＩＡ固相法、ｙ；本品）
3. 較正用の基準物質（標準物質）
社内調製品

## ■使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上（危険防止）の注意
(1) 検体はＨＩＶ、ＨＢＶ、ＨＣＶ等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
(2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングを行わないでください。
(3) 基質液はアルカリ性溶液（ｐＨ１０）です。使用に際しては、液が皮膚についたり、目に入らないように注意してください。
(4) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。
2. 使用上の注意
*(1) 使用に際しては本書、使用する測定システムの電子添文および取扱説明書に従ってください。
**(2) 免疫反応カートリッジ（抗体結合粒子・酵素標識抗体・処理液）、レニンキャリブレータ、基質液、洗浄液、洗浄液－Ｎおよび検体希釈液は個別に包装されていますので、ご使用の測定システムに合わせ、組み合わせて使用してください。
(3) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。各構成試薬外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
(4) サンプリングチップ、サンプルカップは、使用する測定システム指定のものを使用してください。

(5) サンプリングチップ、サンプルカップは常に新しいものを使用してください。
(6) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
(7) 保管に冷蔵庫をご使用の場合、庫内のファンからの風が直接あたる場所および庫内最下部での保管は、温度変化により水分蒸発の原因となりますので避けてください。
(8) 検体およびレニンキャリブレータは蒸発による濃縮を考慮し、サンプルの準備後は速やかに測定を開始してください。
(9) 正確な測定を行うために、精製水は常に新しいものを使用してください。
(10) ソーダライムは交換せずに長期間使用を続けると、二酸化炭素の吸収力が低下します。また基質キャップパッキンも交換せずに長期間使用を続けると密閉性が失われ基質液を劣化させる原因となります。ソーダライムと基質キャップパッキンの交換時期についてはご使用の測定システムの取扱説明書をご覧ください。

3. 廃棄上の注意

**(1) 各試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれています。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の水とともに流してください。また、酸と反応して有毒性のガスを発生する恐れがありますので、酸との接触を避けて廃棄してください。
洗浄液、洗浄液－Ｎ：１.０％（希釈調製前）、基質液：０.０５％、検体希釈液：０.１％
(2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
(3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。
(4) 使用した器具（ピペット、試験管等）、廃液、サンプリングチップ等は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度１０００ｐｐｍ、１時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（２%、１時間以上浸漬）等による消毒処理あるいは、オートクレーブ（１２１℃、２０分以上）による滅菌処理を行ってください。
(5) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度１０００ｐｐｍ、１時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド（２%、１時間以上浸漬）等によるふき取りと消毒を行ってください。
(6) 消毒処理に使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液、グルタールアルデヒド溶液が、皮膚についたり、目に入らないように注意してください。

## ■貯蔵方法・有効期間

| | | | |
|---|---|---|---|
| ＊ | 抗体結合粒子 | ２～１０℃に保存 | 有効期間：１年 |
| ＊ | 酵素標識抗体 | ２～１０℃に保存 | 有効期間：１年 |
| ＊ | 処理液 | ２～１０℃に保存 | 有効期間：１年 |
| ＊ | レニンキャリブレータ | ２～１０℃に保存 | 有効期間：１年 |
| | 基質液 | ２～１０℃に保存 | 有効期間：９ヵ月 |
| | 洗浄液 | ２～１０℃に保存 | 有効期間：９ヵ月 |
| ** | 洗浄液－Ｎ | 室温（１～３０℃）に保存 | 有効期間：１年 |
| | 検体希釈液 | ２～１０℃に保存 | 有効期間：９ヵ月 |

使用期限については、各構成試薬の外箱および容器の表示をご参照ください。

## ■包装単位

個別包装
ご使用の測定システムに合わせてご用意ください。

| | コードＮｏ. | 品名 | 包装 |
|---|---|---|---|
| | ２９８７９４ | ルミパルス　レニン<br>免疫反応カートリッジ<br>（抗体結合粒子・酵素標識抗体・処理液） | １４テスト×３ |
| | ２９８８００ | ルミパルス　レニン<br>レニンキャリブレータ | ３濃度×１<br>（各１.５ｍＬ×１） |
| | ２１９９７３ | ルミパルス　基質液　（共通試薬） | １００ｍＬ×６ |
| | ２９２６００ | ルミパルス　基質液　（共通試薬） | ５０ｍＬ×６ |
| | ２１９９４２ | ルミパルス　洗浄液　（共通試薬） | １０００ｍＬ×１ |
| ** | ２６１６１３ | ルミパルス　洗浄液－Ｎ　（共通試薬） | １０００ｍＬ×１ |
| ** | ２６１６０６ | ルミパルス　洗浄液－Ｎ　（共通試薬） | ２０００ｍＬ×１ |
| | ２１９９３５ | ルミパルス　検体希釈液　（共通試薬） | ３００ｍＬ×４ |
| | ２９２６１７ | ルミパルス　検体希釈液　（共通試薬） | ８０ｍＬ×４ |

その他
ＬＰコントロール・レニン
３濃度×２（各1.5ｍＬ×２）（コードＮｏ．２９８７８７）

## **■主要文献


1. Campbell DJ, et al. Activity Assays and Immunoassays for Plasma Renin and Prorenin: Information Provided and Precautions Necessary for Accurate Measurement. Clin Chem, 55: 867-877, 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guideline - Second Edition. CLSI Document EP17-A2.


## ■問い合わせ先


富士レビオ株式会社　お客様コールセンター
TEL：0120-292-832


## ■製造販売元


富士レビオ株式会社
＊神奈川県相模原市中央区田名塩田１丁目３番１４号