cobas®

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。

体外診断用医薬品　　*2025年 4月作成(第2版)
2019年 3月作成(第1版)

製造販売届出番号:13E1X80206000177

コバス システム-L

乳酸キット

コバス 試薬 LACT Gen.2

【全般的な注意】

1. 本品は体外診断用であり、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状やほかの検査結果などと併せて、担当医師が総合的に判断してください。

*3. 電子化された添付文書に記載された使用目的及び用法・用量に従って使用してください。 記載された使用目的及び用法・用量以外での使用については、測定結果の信頼性を保証しかねます。

*4. 使用する機器の電子化された添付文書及び取扱説明書をよく読み、記載に従って使用してください。

【形状・構造等(キットの構成)】

コバス試薬 LACT Gen.2

R1:基質液
N-エチル-N-(3-スルホプロピル)-3-メチルアニリン
(TOPS)

R2:酵素液
4-アミノフェナゾン
乳酸オキシダーゼ
ペルオキシダーゼ

(R1:ポジション B、R2:ポジション C)

【使用目的】

血漿中の乳酸の測定

【測定原理】

本品は、血漿中の乳酸を測定するもので、乳酸オキシダーゼ(LOD)を用いた酵素法を原理としています。 検体中の乳酸は、LOD と反応して過酸化水素を生成します。 この過酸化水素はペルオキシダーゼの存在下で、水素供与体と 4-アミノフェナゾンを酸化的に縮合させ、キノン色素を生成します。このキノン色素の生成量は、吸光度変化としてとらえることができ、その変化量は検体中の乳酸濃度に比例しますので、既知濃度の標準液を用いて作成した標準曲線から検体中の乳酸濃度を算出します[1),2)]。

$$\text{乳酸} + O_2 \xrightarrow{\text{乳酸オキシダーゼ}} \text{ピルビン酸} + H_2O_2$$

$$2\,H_2O_2 + \text{TOPS} + \text{4-アミノフェナゾン} \xrightarrow{\text{ペルオキシダーゼ}} \text{キノン色素} + 2\,H_2O$$

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質・採取法

測定試料:血漿(フッ化ナトリウム/シュウ酸カリウム、フッ化ナトリウム/ヘパリンナトリウム)

測定試料の安定性[3),4)]

血漿(分離後):　15～25℃で 8 時間、
2～8℃で 14 日間、

血漿(ヘパリン化):　-20℃で 38 日間安定

運動により測定値が高くなりますので、採血の際には約 30 分前から安静にします。 駆血帯は使用しないか又は装着後直ちに採血を行い、最小限(30 秒未満)の使用にとどめてください。 採取した血液は、直ちにフッ化ナトリウムなどの解糖阻止剤を添加して氷冷し、15 分以内に血漿を分離した後、速やかに測定します[5),6)]。

採血管の種類によっては、測定結果に影響を及ぼす場合があります。 採血管をそのまま機器にセットして測定する場合は、採血管の製造元の指示に従ってください。

沈殿物のある検体は、使用前に遠心操作を行ってください。

検体中に気泡が存在する場合は取り除いてください。

2. 妨害物質・妨害薬剤

*(1) ヘモグロビン濃度 1,000 mg/dL、抱合型ビリルビン濃度 28 mg/dL、非抱合型ビリルビン濃度 60 mg/dL、乳ビ(イントラリピッド) L インデックス 1,500 まで測定に与える影響は以下の範囲内でした[7)]。
乳酸濃度≦2.2 mmol/L の検体:±0.22 mmol/L 以内、
乳酸濃度＞2.2 mmol/L の検体:±10 %以内

(2) 非常に濁った高脂検体の場合は吸光度オーバーになる場合があります。

(3) 一般的な薬剤の治療濃度域では測定に与える影響はありません[8),9)]。

*(4) 750 mg/L を超える N-アセチルシステイン及び N-アセチル-p-ベンゾキノンイミンは負の誤差を与える場合があります。

(5) メタミゾールを投与している患者検体では、負の誤差を与える場合があります。

(6) ドベシル酸カルシウム及び治療濃度域のエタミル酸塩は負の誤差を与える場合があります。

(7) グリコレートは正の誤差を与える場合があります。

(8) 非常に稀なケースとして免疫グロブリン異常症、特に IgM 型(ワルデンシュトームマクログロブリン血症)の場合、信頼性に欠ける結果となる場合があります[10)]。

3. その他

本試薬はコバス 8000(生化学処理用 c 702 モジュール)専用です。

【用法・用量(操作方法)】

1. 試薬の調製方法

全ての構成試薬はそのままご使用ください。

標準液:自動分析用キャリブレーターⅡ(C.f.a.s.Ⅱ)(別売)を使用してください。

2. 試薬の安定性

未開封時:2～8℃で使用期限まで安定

3. 別途必要な器具・器材・試薬

・コバス 8000(生化学処理用 c 702 モジュール)
・自動分析用キャリブレーターⅡ(C.f.a.s.Ⅱ)
・プレチコントロール CC1
・プレチコントロール CC2
・コバス システム-L NACL

使用方法は、各製品の添付文書及び取扱説明書をご参照ください。

4. 操作方法

詳細な操作方法は別途パラメーターを用意してありますので、弊社までお問い合わせください。

(コバス 8000(c702)の例)

(1) 精製水(試薬ブランク用)、標準液、試料 2μL を量り取ります。基質液 125μL 及び精製水 20μL を量り取り、37℃でインキュベーションします。

(2) 酵素液 25μL 及び精製水 20μL を加え、37℃でインキュベーションします。

(3) 酵素液添加直前から約 5 分後の吸光度変化量を主波長 660 nm、副波長 700 nm で測定します。

(4) 試薬ブランク、標準液の吸光度変化量から検量線を作成し、試料の吸光度変化量から乳酸濃度を求めます。

5. 精度管理

精度管理には、プレチコントロール CC1、プレチコントロール CC2(別売)をご使用ください。

【測定結果の判定法】

1. 測定結果の判定及び参考基準範囲

参考基準範囲[11)]:

血漿(静脈血):4.5～19.8 mg/dL
基準範囲は、測定試料、測定条件、基準個体などにより異なる場合がありますので、各施設で臨床医と相談の上、設定してください。

2. **結果の判定にかかる注意**
測定範囲上限を超える高値を示した検体又は、あらかじめ高値が予測される検体については、生理食塩液などを用いて検体を適宜希釈して測定してください。

【性能】

1. **性能**
【用法・用量(操作方法)】の記載に従い、感度・正確性・同時再現性の各試験を行った場合、下記の規格値に適合します。
(1) **感度及び正確性試験**
既知濃度の管理用試料を測定するとき、既知活性の±10%以内です。
(2) **同時再現性試験**
同一管理用試料を3回同時に測定するとき、測定値のCV値はそれぞれ5%以下です。
(3) **測定範囲**
1.8～140 mg/dL
測定範囲は、検出下限～測定レンジ上限となります。検出下限は、0濃度の試料として精製水を用いて多重測定した結果から求めています。(mean + 3SD、n = 21)

*2. **較正用の基準物質**
NIST標準品にトレーサビリティを有しています。

【使用上又は取扱い上の注意】

1. **取扱い上(危険防止)の注意**
(1) 検体及び本品の取扱いには、使い捨て手袋、実験着などの保護衣及び保護用眼鏡を着用するなど、人体に直接触れないように注意してください。また、測定終了後はよく手を洗ってください。
(2) 試薬が誤って目や口に入った場合には、直ちに水でじゅうぶんに洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当てなどを受けてください。
(3) 試薬が誤って皮膚及び粘膜に付着した場合には、直ちに大量の水で洗い流してください。
(4) 試薬をこぼした場合には水で希釈してから拭き取ってください。
(5) 検体をこぼした場合は、次亜塩素酸剤(有効塩素濃度1,000 ppm、0.1%)などの消毒液を使用してじゅうぶんに拭き取ってください。なお拭き取る際には、ゴム製の手袋などにより手を保護してください。
(6) 検体及び本品を取り扱う場所では飲食又は喫煙をしないでください。
(7) 検体はHIV、HBV、HCV などのウイルスによる感染の危険性があるものとして取り扱い、検体又は検査に使用した器具類は高圧蒸気滅菌器を用いて121℃で20分間以上加熱滅菌処理をするか、次亜塩素酸剤(有効塩素濃度1,000 ppm、0.1%)に1時間以上浸すなどにより消毒してください。これらの作業中は、じゅうぶんに換気を行ってください。

2. **使用上の注意**
(1) 試薬及び消耗品は専用のものを使用し、その容器・付属品などはほかの目的に転用しないでください。
(2) 試薬は必ず貯蔵方法に従って保存し、凍結させるなど指定の条件以外で保存したものや使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
(3) ロットの異なる試薬又は残った試薬を混ぜ合わせて使用しないでください。
(4) 試薬カセット内の試薬ボトルの組合せを変えないでください。
(5) RFIDをぬらしたり、強く押さないでください。
(6) すべての試薬は保存又は反応中に強い光を当てないでください。
(7) すべての試薬は開封又は分注時に微生物の汚染を避けてください。
(8) 測定系の調製には必ず精製水を使用し、水道水は用いないでください。
(9) 検体は使用前に15～25℃に戻し、よく混和してください。ただし、激しく振り混ぜたり、泡立てたりしないでください。
(10) 本品を保存する際は、垂直の状態で保存してください。
(11) 本品の試薬カセットは再使用できません。

3. **廃棄上の注意**
(1) 測定により生じた廃液については、検体などと同様に滅菌又は消毒の処理を行ってください。また、これらを廃棄する場合には、各都道府県によって定められた規定に従ってください。
(2) 使用後の容器を廃棄する場合には、廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物又は産業廃棄物など区別して処理してください。
(3) 廃棄する際は、水質汚濁防止法等の規制に留意して処理してください。
(4) 検体及び試薬をこぼした場合は、次亜塩素酸剤(有効塩素濃度1,000 ppm、0.1%)などの消毒液を使用してじゅうぶんに拭き取ってください。なお、拭き取る際には、ゴム製の手袋などにより手を保護してください。

4. **その他の注意**
本品による測定値は既存製品と高い相関性を示しますが、系統的な誤差を生じる場合がありますので、必要に応じて相関性について検討されることをお勧めします。

【貯蔵方法・有効期間】

1. **貯蔵方法**
2～8℃で保存してください。

2. **有効期間**
15ヵ月
使用期限(Exp.)は外箱に記載してあります。

【包装単位】

コバス システム-L コバス試薬 LACT Gen.2　225テスト

R1:基質液	28.1 mL
R2:酵素液	5.6 mL

【主要文献】

1) Trinder P. Determination of glucose in blood using glucose oxidase with an alternative oxygen acceptor. Ann Clin Biochem 1969;6:24-27.
2) Barhan D, Trinder P. An improved colour reagent for the determination of blood glucose by the oxidase system. Analyst 1972;97:142.
3) Westgard JO, Lahmeyer BL, Birnbaum ML. Use of the Du Pont "automatic clinical analyzer" in direct determination of lactic acid in plasma stabilized with sodium fluoride. Clin Chem 1972;18(11):1334-1338.
4) Nelson SR and Kugler KK. Comparison of Lactate Levels in Acid- Treated and Untreated Blood and Spinal Fluid. Biochemical Medicine 1969;2(4):325-332.
5) Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia PA: WB Saunders Company 1995;382-383.
6) Burtis CA, Ashwood ER, (eds.). Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 2nd ed. Pa: WB Saunders Co 1994;976.
7) Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;32:470-475.
8) Breuer J. Report on the Symposium "Drug Effects in Clinical Chemistry Methods". Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:385-386.
9) Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry: recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug interference studies. Ann Clin Biochem 2001;38:376-385.
10) Bakker AJ, Mucke M. Gammopathy interference in clinical chemistry assays: mechanisms, detection and prevention. Clin

Chem Lab Med 2007;45(9):1240-1243.
11) Tietz NW, ed. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia PA: WB Saunders Company 1995;382-383.

【問い合わせ先】

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
カスタマーソリューションセンター
〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70
フリーダイヤル: 0120-600-152

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70
フリーダイヤル: 0120-600-152

コバスは Roche の登録商標です。
その他の全ての製品名及び商標は、各所有者に帰属します。

0 8876959 001-B