

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。

ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチドキット ステイシアCLEIA BNP <STACIA®>

●全般的な注意

1. 本品は体外診断用医薬品です。それ以外の目的には使用できません。
2. 診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状に基づき医師が総合的に判断してください。
3. 添付文書以外の使用方法については保証をいたしません。
4. 使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してください。

●形状・構造等（キットの構成）

1. 検体希釈液
2. 磁性ラテックス試薬
抗ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチドマウスモノクローナル抗体感作磁性ラテックス
（抗BNPマウスモノクローナル抗体感作磁性ラテックス）
3. 酵素標識抗体試薬
アルカリホスファターゼ標識抗ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチドマウスモノクローナル抗体
（ALP標識抗BNPマウスモノクローナル抗体）
4. 基質液（R5）※1
2-クロロ-5-（4-メトキシスピロ {1, 2-ジオキセタン-3, 2'-（5'-クロロ）-トリシクロ [3. 3. 1. 1^{3,7}] デカン} -4-イル）-1-フェニルホスフェート・二ナトリウム
（慣用名：CDP-S t a r）
※1 基質液（R5）は検体希釈液・磁性ラテックス試薬・酵素標識抗体試薬と別包装です。

●使用目的

血漿中のヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）の測定

●測定原理

本キットは、化学発光酵素免疫測定法（CLEIA:Chemiluminescent Enzyme Immunoassay）を原理とするヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）測定試薬です。

検体中のBNPは抗BNPマウスモノクローナル抗体感作磁性ラテックス（磁性ラテックス）と反応し、磁性ラテックス-BNP複合体を形成します。さらに、アルカリホスファターゼ標識抗BNPマウスモノクローナル抗体（ALP標識抗体）を加えると、ALP標識抗体は磁性ラテックス-BNP複合体と反応し、磁性ラテックス-BNP-ALP標識抗体複合体を形成します。洗浄後、2-クロロ-5-（4-メトキシスピロ {1, 2-ジオキセタン-3, 2'-（5'-クロロ）-トリシクロ [3. 3. 1. 1^{3,7}] デカン} -4-イル）-1-フェニルホスフェート・二ナトリウム（CDP-S t a r）を加えると、CDP-S t a rは複合体のALPにより加水分解され発光します。この発光量を測定し、検体中のBNP濃度を求めます。

●操作上の注意

1. 測定試料の性質、採取法
 - 1) 検体はEDTA加血漿を使用してください。
 - 2) 検体は、冷蔵保存し 24時間以上保存する場合には-20℃以下で保存してください。検体の凍結融解の繰り返しは避けてください。不適切な採血方法又は採血後の検体処理が適切でない場合にはヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド濃度が高値、又は低値を示すことがありますので注意してください。

- 3) 検体及びキャリブレーター等を分注するときは、泡立てないように注意してください。
- 4) 不溶物を含む検体は遠心分離又は濾過により除去した後使用してください。
- 5) 本品を使用する際は、コントロール等を用いて精度管理を実施し、測定値が許容範囲内であることを確認してから検体測定を行ってください。

2. 妨害物質・妨害薬剤

- 1) 検体中のリウマチ因子は 500 IU/mLまで、ビリルビンは 60 mg/dLまで、乳びは 1,500ホルマジン濁度まで、溶血はヘモグロビン濃度として 100 mg/dLまで、トリグリセリドは 1,000 mg/dLまで影響ありませんでした。
- 2) 以下のBNP関連ペプチドとの交差反応性は認められません。
ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド（ANP）、ヒトC型ナトリウム利尿ペプチド（CNP）、Endothelin、BNP₁₀₋₂₆、BNP₂₇₋₃₂

3. 本品はSTACIA®の専用試薬です。

●用法・用量（操作方法）

1. 試薬の調製方法

- 1) 検体希釈液：そのまま使用します。
開封後の安定性：装置上60日間安定※2
- 2) 磁性ラテックス試薬：機器に磁性ラテックス試薬を初めてセットする場合は、未開封の磁性ラテックスボトルを気泡が生じないように緩やかに転倒混和し、ボトル底部に沈殿している磁性粒子が分散されたことを目視で確認してください。専用開閉ボトルキャップに付け替えて装置にセットしてください。以降の転倒混和は必要ありません。
開封後の安定性：装置上60日間安定※2
- 3) 酵素標識抗体試薬：そのまま使用します。
開封後の安定性：装置上60日間安定※2
- 4) 基質液（R5）：そのまま使用します。※2
- 5) BNPキャリブレーター：あらかじめ表示濃度レベルに調製された凍結乾燥品ですので、精製水 0.5 mLを加えて溶解し、各濃度のキャリブレーターとします。なお、溶解後の使用は当日限りにしてください。凍結保存（-40℃）すれば 3ヵ月間安定ですが、繰り返しの凍結融解はしないでください。
※2 使用上の注意もご確認ください。

2. 必要な器具・器材・試薬等

- 1) 標準品（別売品）：BNPキャリブレーター（RM75S-171SS）

3. 測定操作法

試薬は同梱されている専用開閉ボトルキャップに付け替え、装置にセットしてください。

装置にはあらかじめ測定条件がセットされています。操作法の詳細については、「全自動臨床検査システム STACIA®」の取扱説明書を参照してください。

〔測定法〕

検体 25 µLに検体希釈液 25 µLを加え、37℃で 3.5分間加温した後、磁性ラテックス試薬 50 µLを加え、37℃で 4.2分間加温します。次いで酵素標識抗体試薬 50 µLを加え、37℃で 4.4分間加温し、BF分離、洗浄した後、基質液（R5）を 100 µL加え、37℃で 2.7分反応後に発光量を測定します。同様に標準液を用いて操作したときの発光量と対比し、検体中のBNP濃度を求めます。

検体及びキャリブレーターの最少必要量は、使用するサンプルカップ等の容器により異なります。

●測定結果の判定法

1. 参考基準範囲 18.4 pg/mL以下¹⁾
基準範囲は種々の条件下、各検査室により変動する可能性がありますので、各施設にて適した値を設定してください。

2. 判定上の注意

- 1) 検体によっては、まれに検体中の目的成分以外との反応や妨害反応を生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、再検査や希釈再検査により確認してください。
- 2) 採血管については、分離剤等が測定値に影響を与える場合がありますので注意してください。
- 3) 非常に高濃度の検体については、プロゾーン現象により測定値に影響を与える可能性があります。
- 4) 診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状に基づき医師が総合的に判断してください。

●性能

1. 性能

弊社の品質管理基準に基づいた値です。

- 1) 感度
0 pg/mLの標準液と 4 pg/mLの標準液をそれぞれ 3回同時測定するとき、0 pg/mLの標準液の平均値+2S.D. と 4 pg/mLの標準液の平均値-2S.D. は重なりません。
- 2) 正確性
既知濃度の管理検体を 3回同時測定するとき、既知濃度±15%以内です。
- 3) 同時再現性
管理検体を 3回同時測定するとき、C.V. は 10%以下です。
- 4) 測定範囲
4~5,500 pg/mL (全自動臨床検査システム STACIA®)

2. 相関性試験成績

本法とパスファーストBNP (CLEIA法) との相関は、以下のとおりでした。

$n=123, r=0.976, y=0.90x-2.63$ (y: 本法)

本法と他社EIA法の相関は、以下のとおりでした。

$n=123, r=0.969, y=1.06x-1.63$ (y: 本法)

3. 校正用基準物質に関する情報

合成ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド (BNP-32)

●使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上 (危険防止) の注意

- 1) 検体は、HIV、HBV、HCV等の感染の恐れのあるものとして取扱ってください。
- 2) 検体については、乳び等の濁りは反応に影響ありませんが、ゴミ、カビ、細菌類、洗剤等の混入は絶対に避けてください。
- 3) 検査にあたっては、感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、口でのビペットティグは行わないでください。
- 4) 検体希釈液、磁性ラテックス試薬、酵素標識抗体試薬には、0.03%以下のプロクリンが含まれていますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

2. 使用上の注意

- 1) 試薬、キャリブレーターは貯蔵方法に従って保存し、使用期限を過ぎた試薬、キャリブレーターは使用しないでください。
- 2) 凍結した試薬は使用しないでください。
- 3) 試薬には消泡剤を添加していますが、泡が確認される場合は、泡が消えるまで静置するか、ビペットなどを用いて除いてください。
- 4) ロットの異なる試薬は混合しないでください。また、検量線作成と検体測定は必ず同一条件で行ってください。
- 5) 基質液 (R5) ボトルを装置に装着する時は、チューブ等が汚染しない様にしてください。基質液 (R5) がアルカリホスファターゼに汚染されますと使用できなくなります。体の一部、又は汗等の体液で汚染された場合には使用しないでください。
- 6) 基質液 (R5) は、開封後は2~8℃で保存し、50 日以内に使用してください。
- 7) 検量線の有効期間は 4週間です。また、試薬ロット、基質ロットが変わった場合には検量線を再作成してください。
- 8) 使い残りの試薬の混合は避けてください。(汚染や試薬の劣化をきたすことがあります。)
- 9) 磁性ラテックスには磁石を近づけないでください。

- 10) 一度取り付けた専用開閉ボトルキャップは取り外さないでください。
- 11) 測定終了後は、試薬ボトルを装置からはずす必要はありませんが、はずす場合は専用開閉ボトルキャップの蓋を閉めて、貯蔵方法に従って保存してください。
- 12) ゴミなどが試薬及びセルに混入しないように留意してください。

3. 廃棄上の注意

- 1) 検体、検査に使用した器具類及び廃液は、次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素濃度 1,000 ppm、1時間以上浸漬)、グルタールアルデヒド溶液 (2%、1時間以上浸漬) 等での消毒又はオートクレーブ処理 (121℃、20分以上) を行ってください。
- 2) 試薬、検査に使用した器具類及び廃液を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等に従って、廃棄してください。
- 3) 容器等は他の目的に転用しないでください。

●貯蔵方法、有効期間

1. 貯蔵方法 2~8℃
2. 有効期間 キットの有効期間: 1年
各構成試薬の有効期間は包装単位の項に記載してあります。
使用期限は外箱ラベル及び容器ラベルに記載してあります。

●包装単位

製品番号	包装単位	有効期間
RM75-171SK	(1) 検体希釈液.....2.5 mL×1	1年
	(2) 磁性ラテックス試薬...5 mL×1	1年
	(3) 酵素標識抗体試薬...5 mL×1	1年
RM75L-001	(4) 基質液 (R5) 125 mL×1	1年

●主要文献

- 1) 泰江弘文ほか., 健康者および心不全症例における血漿BNP濃度の検討- Immunoradiometric assay (IRMA) 法による測定. ホルモンと臨床 41(4): 397-403, 1993.
- 2) Sudoh, T et al., A new natriuretic peptide in porcine brain. Nature 332: 78-80, 1988.
- 3) Saito, Y et al., Brain natriuretic peptide is novel cardiac hormone. Biochem. Biophys. Res. Commun 158: 360-368, 1989.
- 4) Mukoyama, M et al., Human brain natriuretic peptide, a novel cardiac hormone. Lancet 335: 801-802, 1990.
- 5) Yoshimura, M et al., Hemodynamic, renal, and hormonal responses to brain natriuretic peptide infusion in patients with congestive heart failure. Circulation 84(4): 1581-1588, 1991.
- 6) Aldo, C et al., Measurement of cardiac natriuretic hormones in clinical practice: the need for a new generation of immunoassay methods. Clinical chemistry 46: 1529-1534, 2000.

*●問い合わせ先

PHC株式会社 インフォメーション担当
TEL: 03-6865-2500
E-mail: medi-ho-service@gg.phchd.com

「CDP-Star™」は Applied Biosystems, LLCの商標です。

*●製造販売業者の氏名又は名称及び住所

PHC株式会社
東京都千代田区有楽町1-13-2