

ご使用の前に本電子化された添付文書をよく読んでください。

体外診断用医薬品

**2025 年 7 月改訂 (第 9 版)

*2025 年 5 月改訂 (第 8 版)

製造販売承認番号 : 30200EZ00023000

SARSコロナウイルス核酸キット

TaqPath 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) リアルタイム PCR 検出キット

【重要な基本的注意】

- ・本製品での判定が陰性であっても、疾患としての SARS-CoV-2 感染を否定するものではない。
- ・診断は厚生労働省の最新の症例定義を参照し、本品の検査結果のみで行わず、臨床症状も含めて総合的に判断すること。
- ・検体採取・取り扱いについては必要なバイオハザード対策をとること。
- ・検査に用いる検体については、厚生労働省より公表されている「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 病原体検査の指針」に従い、鼻咽頭ぬぐい液又は唾液を使用すること。

【全般的な注意】

- ・本製品は、SARS-CoV-2 RNA 検出の臨床診断を目的とした検査のみに使用すること。動物由来検体その他の診断目的には使用できない。
- ・遺伝子検査の知識や経験を持たない場合、検査結果の判定を誤る危険性がありうるので、本製品の使用にあたっては、遺伝子検査の知識、経験を有した技術者の指導のもとで検査を実施すること。
- ・使用する試薬及び装置の添付文書及び取り扱い説明書をよく読んでから実施すること。
- ・添付文書以外での使用方法については保証しない。

**【形状・構造等 (キットの構成)】

TaqPath 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) リアルタイム PCR 検出キット (1000 反応分)

- | | |
|--|----------------|
| 1) TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit | |
| (1) TaqPath COVID-19 Assay Multiplex | |
| (Gene Orf-1ab, N Protein, S Protein, MS2) | 1,500 µL x 1 本 |
| (2) MS2 Phage Control (Process Control) | 1 mL x 10 本 |
| 2) TaqPath COVID-19 Control (1 x 10 ⁴ copies /µL) | 10 µL x 10 本 |
| 3) TaqPath COVID-19 Control Dilution Buffer | 250 µL x 10 本 |
| 4) TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) | 10 mL x 1 本 |

【使用目的】

鼻咽頭ぬぐい液又は唾液中の SARS-CoV-2 RNA の検出 (SARS-CoV-2 感染の診断の補助)

【測定原理】

本品は、鼻咽頭ぬぐい液又は唾液中の SARS-CoV-2 のゲノミック RNA 検出を目的としたマルチプレックスリアルタイム逆転写ポリメラーゼ連鎖反応法 (RT-PCR : Reverse Transcript-Polymerase Chain Reaction) テストである。SARS-CoV-2 のゲノミック RNA 領域に固有の 3 つのプライマー/プローブセットに加えて、このテストには、テストの各ウェルの抽出、逆転写、PCR 増幅の陽性コントロールとして機能する内部陽性コントロールである MS2 のプライマー/プローブ、逆転写酵素と DNA 合成酵素のマスターミックスが含まれる。

3 つのプライマー/プローブセットは、ORF1ab 遺伝子、N Protein

遺伝子、及び S Protein 遺伝子領域内を対象としている。これら 3 種の遺伝子領域は GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data, 2020 年 3 月 5 日時点) で登録されている 187 種類の SARS-CoV-2 のゲノミック RNA において 100%保存されており、一方、NCBI (National Center for Biotechnology Information) に登録されている SARS-CoV-2 以外の 2116 種類のコロナウイルスとは相同性が低い領域のため、極めて特異的に SARS-CoV-2 を検出することが期待できる⁽¹⁾。

鼻咽頭ぬぐい液又は唾液から抽出精製された RNA は cDNA に逆転写され、dNTP を材料として MMLV 逆転写酵素により cDNA を生成した後、さらに dNTP を材料として、Taq DNA ポリメラーゼにより増幅が行われる。本キットによるこれらの反応は、アプライドバイオシステムズ 7500 Fast Dx (届出番号 13B1X10227000001) または、アプライドバイオシステムズ QuantStudio 5 Dx (届出番号 13B1X10227000007) により行われる。この過程で、プローブは標的遺伝子の 3 つのユニークなフォワード及びリバースプライマーの間に位置する 3 つの特定の標的配列にアニールし、PCR サイクルの伸長段階で、Taq DNA ポリメラーゼの 5'ヌクレアーゼ活性によりプローブが分解されることでレポーター色素がクエンチャー色素から分離されて、蛍光シグナルが生成される。各サイクルで、追加のレポーター色素分子がそれぞれのプローブから切断され、蛍光強度が増加する。蛍光強度は、アプライドバイオシステムズ 7500 Fast Dx または、アプライドバイオシステムズ QuantStudio 5 Dx の PCR サイクルとして表示される。

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質・採取法

1) 測定試料の性質

採取した患者検体は感染の危険性があるので、必要なバイオハザード対策を実施すること。検体採取、検体の取り扱い場所及び取り扱い装備等については、施設の安全規定に従うこと。国立感染症研究所感染症情報センターでは、SARS 関連の患者検体は Biosafety Level (BSL) 2 以上で扱うこととなっている。また、本品中に MS2 Phage Control が含まれるため BSL2 以上で扱うこと。具体的には、個人防護用具 personal protection equipment; PPE (マスク、ゴーグル、手袋、ガウン、キャップ) を着用することを推奨している。

患者検体の採取/輸送方法については、「2019-nCoV (新型コロナウイルス) 感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」を参照してください。なお、本品は実検体では十分に検討されていないことを理解した上で、使用してください。

2. 交差反応性

本品の交差反応性を判定するために、42 種類の生物種に対してプライマー/プローブの反応性に関する *in silico* 解析を行った。プライマー/プローブの相同性の結果からは、非特異的増幅反応が生じないことが確認された。

in silico 解析に使用した 42 生物種

生物種
Human coronavirus 229E
Human coronavirus OC43
Human coronavirus HKU1
Human coronavirus NL63
SARS-coronavirus
MERS-coronavirus
Adenovirus
Human Metapneumovirus (hMPV)
Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3
Parainfluenza 4
Influenza A
Influenza B
Influenza C
Enterovirus
Respiratory Syncytial Virus A
Respiratory Syncytial Virus B
Rhinovirus/Enterovirus
Parechovirus
<i>Candida albicans</i>
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>
<i>Legionella</i> (non-pneumophila)
<i>Bacillus anthracis</i> (Anthrax)
<i>Moraxella catarrhalis</i>
<i>Neisseria elongata</i> and <i>N. meningitidis</i>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
<i>Staphylococcus epidermidis</i>
<i>Streptococcus salivarius</i>
<i>Leptospira</i> sp.
<i>Chlamydomonas pneumoniae</i>
<i>Chlamydomonas psittaci</i>
<i>Coxiella burnetii</i> (Q-Fever)
<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Haemophilus influenzae</i>

<i>Legionella pneumophila</i>
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
<i>Streptococcus pneumoniae</i>
<i>Streptococcus pyogenes</i>
<i>Bordetella pertussis</i>
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>
<i>Pneumocystis jirovecii</i> (PJP)

3. 妨害物質・妨害薬剤

妨害物質の影響

鼻咽頭ぬぐい液又は唾液から MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit もしくは MagNa Pure LC Total Nucleic Acid Isolation Kit を用いて核酸を抽出した場合、影響は認められない。

【用法・用量（操作方法）】

1. 対象の検体

検体は鼻咽頭ぬぐい液又は唾液とする（内部陽性コントロール MS2 Phage Control を検体に 10 µL 添加して使用する）。

2. 試薬の調製方法

1) 検体から精製した核酸サンプルを用意し、試薬は氷上で解凍する。

2) 核酸サンプルと試薬を軽くボルテックスして遠心してチューブの底の液体を集める。

3) 反応ミックスを調製する。

ランゴとに、テストする反応数に十分となるように表の構成成分に加えて、陽性コントロール 1 回分と陰性コントロール 1 回分を組み合わせる。すべての用量には、ピペットエラーの 10% の超過分が含まれている。試薬必要量を以下に示す。

反応ミックスの調製

構成成分	必要量/検体、又はコントロール	必要量/検体、及び 2 コントロール
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) (4X)	6.25 µL	6.875 × (n+2) µL
TaqPath COVID-19 Assay Multiplex	1.25 µL	1.375 × (n+2) µL
脱スクレアーゼ水*1	12.50 µL	13.75 × (n+2) µL
総量	20.0 µL	

*1 脱スクレアーゼ水は別途準備が必要な試料となります。

4) プレートセットアップする。

調製した反応ミックス 20.0 µL を 96 ウェル反応プレート (0.1 mL) の各ウェルにピペットで注入し、以下に示すようにサンプルまたはコントロールと組み合わせる。

各ウェルの用量

試薬	反応あたりの用量		
	検体	陽性コントロール*2 (TaqPath COVID-19 Control)	陰性コントロール

反応ミックス	20.0 µL	20.0 µL	20.0 µL
精製検体	5.0 µL	—	—
陽性 コントロール (TaqPath COVID-19 Control)	—	2.0 µL	—
脱ヌクレアー ゼ水	—	3.0 µL	—
陰性 コントロール	—	—	5.0 µL
総量	25.0 µL	25.0 µL	25.0 µL

*2 陽性コントロールの準備として、TaqPath COVID-19 Control Dilution Buffer 98 µL に TaqPath COVID-19 Control 2 µL を追加しよく混ぜ、TaqPath COVID-19 Control Dilution Buffer 87.5µL に前述の希釈済 TaqPath COVID-19 Control 12.5µL を追加し最終的に 25 copies /µL に調製する。

3. RT-PCR の実行

リアルタイム装置でサーマルプロトコールを実行する。

RT-PCR 反応条件

反応	温度	時間	サイクル数
UNG インキュベーション	25°C	2 分	1
逆転写反応	53°C	10 分	1
アクティベーション	95°C	2 分	1
ディネーター	95°C	3 秒	40
アニール /エクステンション	60°C	30 秒	

結果の解釈

各サンプルについて、Ct 値 37 をカットオフとして陽性または陰性を評価する。

Ct ≤ 37 陽性

Ct > 37 陰性

4. 測定結果の判定法

ORF1 ab	N gene	S gene	MS2	ステ ータス	結果
陰性	陰性	陰性	陰性	無効	NA
陰性	陰性	陰性	陽性	有効	ウイルス 未検出
1 つのみ陽性			陽性 または 陰性	有効	ウイルス 未確定
2 つ以上陽性			陽性 または 陰性	有効	ウイルス 検出

未確定結果を含むサンプルは再検査され、もし再検査により SARS-CoV-2 が検出または未確定の結果が生成された場合に、サンプル中の SARS-CoV-2 コロナウイルスの存在が決定される。

【臨床的意義】

<臨床成績>

1. 鼻咽頭検体

臨床検体を用いた本品と既承認品（PCR 法）との相関性を検討したところ、結果の得られた 198 例について以下の結果を得ました。

一致率の基準	一致率
--------	-----

陽性一致率	96.00% (96/100)
陰性一致率	92.86% (91/98)
全体一致率	94.44% (187/198)

2. 唾液検体

COVID-19 検査に来院した患者から採取した鼻咽頭検体と唾液検体のペア検体 272 例について、本品での測定結果を比較したところ、以下の結果を得ました。

一致率の基準	一致率
陽性一致率	96.9% (31/32)
陰性一致率	96.7% (232/240)
全体一致率	96.7% (263/272)

【性能】

1. 品質管理の方法及び規格

1 ロットにつき 3 回以上の実測値の試験成績は 2. 最小検出感度の決定において試験され、感度、正確性、同時再現性の性能の担保を確認している。また、出荷時の試験としては、MS2 Phage Control 及び TaqPath COVID-19 Control を使用して 4 アッセイを実施し、4 アッセイともに Ct 値 ≤ 37 の場合に陽性、4 アッセイともに Ct 値 > 37 の場合に陰性とするときに、これに適合する。

2. 最小検出感度

本品の検出限界（LoD）を SARS-CoV-2 RNA を添加した鼻咽頭ぬぐい液（NP）検体を用いて判定した。LoD は 20 回反復試験され、サンプル 1 mL あたり 250 ゲノムコピー等量（GCE）、すなわち 10 GCE/反応に相当すると判断された。

最小検出感度

検体種	LoD (GCE/mL)	LoD (GCE/反応)
鼻咽頭ぬぐい液 (NP)	250 GCE/mL	10 GCE/反応

【使用上又は取扱い上の注意】

<使用上の注意>

- 各試薬は、使用期限内のものを使用してください。
- 酵素以外などの一部の試薬は室温（15～30°C）に戻して使用してください。
- 粘性のある試薬のピペット操作はゆっくりと行ってください。

<その他の注意>

(1) 反応後の注意

反応後のチューブのキャップは決して開けないでください。他検体の増幅産物によるコンタミネーションは誤判断の原因となるばかりでなく、試験環境そのものを汚染するため、汚染を除去しない限り、以後の試験で正しい結果が得られなくなる可能性があります。

(2) 廃棄上の注意

- 測定により生じた廃液については、検体などと同様に滅菌又は消毒の処置を行ってください。また、これらを廃棄する場合には、各都道府県によって定められた規定に従ってください。
- 使用後の容器を廃棄する場合には、廃棄物に関する規定

に従って医療廃棄物又は産業廃棄物など区別して処理してください。

- 3) 遺伝子検査後の核酸試料及び増幅された DNA の廃棄は、次亜塩素酸剤を加えて有効塩素濃度 5000 ppm, 0.5%になるように混和後一晩放置するなど、DNA を破壊してから廃棄してください。
- 4) DNA を扱ったピペットチップ及びプラスチック容器などは、次亜塩素酸剤（有効塩素濃度 5000 ppm, 0.5%）に一晩浸すなどにより DNA を破壊してから焼却処理または密閉できるビニール袋を 2 重に施し、医療廃棄物として処理してください。

【貯蔵方法、有効期間】

TaqPath COVID-19 Assay Multiplex、MS2 Phage Control、TaqPath COVID-19 Control Dilution Buffer 及び TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX)
-30 °C～-10 °C
12 か月

TaqPath COVID-19 Control
-70 °C以下
12 か月

****【包装単位】**

TaqPath 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) リアルタイム PCR 検出キット 1000 反応分
(各構成試薬の詳細につきましては、【形状・構造等（キットの構成）】の項を参照してください)

【主要文献】

- (1) 自社データ
- (2) 厚生労働省 臨床検体を用いた評価結果が取得された 2019-nCoV 遺伝子検査方法について 2020 年 4 月 9 日版

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

<製造販売業者>

ライフテクノロジーズジャパン株式会社
〒108-0023
東京都港区芝浦四丁目 2 番 8 号

***【問い合わせ先】**

ライフテクノロジーズジャパン株式会社
テクニカルサポート
〒108-0023
東京都港区芝浦四丁目 2 番 8 号
TEL : 03-4520-5288