2021 年 7 月（第 1 版）

届出番号　10B3X10002000001

機械器具 55　医療用洗浄器

一般医療機器　　鼻用洗浄器　　JMDN コード　41599000

ミサトール リノローション

【禁忌・禁止】
鼻の炎症のひどい時は使用を避けてください。
鼻腔内の洗浄にのみ使用し、目や耳に使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】
本品は先端にノズル部がある一体型の鼻用洗浄器である。
＜形状＞

洗浄器具（原材料：ポリエチレン）

調製容器（原材料：ポリスチレン）

【使用目的又は効果】
洗浄液を鼻腔から注入し、鼻腔内を洗浄する目的で使用する器具である。

【使用方法等】
ベッド等に仰向けに寝た姿勢で鼻の穴にノズルを入れて洗浄液を左右に少しずつ注入します。
洗浄液がなくなるまで左右の鼻に交互に注入します。
注入後、しばらくそのままの姿勢を保ちます。
洗浄液は口から吐き出すか飲み込んでも問題ありません。
使用後、強く鼻をかまないでください。

●使用方法に関する注意
洗浄液が鼻から流れ落ちることがありますので、ティッシュ等を使用することをお勧めします。洗浄液調製後はすみやかに使用してください。また、余った洗浄液は保管せず廃棄してください。

【使用上の注意】
1. 小児に使用させる場合は医師に相談してください。
2. 嚥下障害がある方（食べ物や飲み物を飲み込みにくい方）は洗浄液が気管支や肺に入る恐れがあるので使用しないでください。
3. 耳鼻咽喉科の治療を受けている方は使用の前に医師に相談してください。
4. 耳の内部に洗浄液が入り中耳炎になるおそれがあるので、洗浄後、強く鼻をかまないでください。
5. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、こすらずに、すぐに流水で洗い流し、異常が残る場合は医師に相談してください。
6. 洗浄液を飲み込み異常が残る場合や、耳の内部に洗浄液が入り 1 日以上抜けない場合や、使用中に万一異常が生じた場合は医師に相談してください。

【保管方法及び有効期限等】
1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 直射日光、高温多湿の場所を避けて室内の乾燥した場所で保管してください。
3. 劣化、汚れ、雑菌の繁殖を防ぐため 3 か月に一度の交換を推奨します。
4. パッケージ底面に記載された使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

【保守・点検に係る事項】
1. 使用後は洗浄器具と調製容器を水洗いし、よく水を切ってから乾かし、清潔な場所で保管してください。
2. 洗剤等は使わず水だけで洗ってください。

【包装】
専用器具：２個、調製容器：１個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元　AdaBio 株式会社
群馬県高崎市剣崎町 21-2
製　造　元　株式会社梁瀬産業社
群馬県みどり市笠懸町鹿 2703-1

お問い合わせ先
アダバイオお客様相談室　0120-87-0615
受付時間 9：00～17：00（土日祝除く）