作成:2006 年 12 月 1 日　　医療用具許可番号　11BZ000078

類別:器具器械　1　手術台及び治療台
(電動式のもの及び放射線治療台を除く)
一般的名称:物理療法台

固定トラクションベッド

【警告】
管理責任者を定め、熟練者以外の人は操作しないでください。

【組成・性状・構造等】
1.　構成
　(1) 本体
　(2) 胸装具用引掛けバー
　(3) 脇装具
　(4) トレー
　(5) 牽引ポール
　(6) 中間滑車
　(7) トラクション台
　(8) 補強棒
　(9) 脚部 1
　(10) 脚部 2
構成の詳細は、本体付属の取扱説明書を参照してください。
2.　性状
寸法:(W)1,915mm×(H)650mm×(D)600mm(マットレス部分)
重量:約 55kg

【性能・使用目的・効能・効果】
1.　性能
　スライド長さ:200mm
2.　使用目的
　手動式治療台

【操作方法又は使用方法等】
1.　使用前準備
設置場所について、次のような場所は避けること。
①　水のかかる恐れのある場所
②　傾斜、振動、衝撃のある不安定な場所
2.　使用中
スライドロックを解除して天板をスライドさせてください。
3.　使用後
スライドを元の位置まで戻してスライドロックをかけてください。
使用方法の詳細は、牽引器本体の取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】
1)　ベッドは、必ず平らでしっかりとした床の上に設置してください。床面が5°以上傾いている場所へ設置するとベッドが転倒するおそれがあります。
2)　ベッドの使用中は、回りに人の身体や手足、障害物がないか十分注意してください。ベッドに挟まれ、人身事故や物損事故などの原因になります。
3)　技術のあるサービスマン以外の人は、絶対に分解したり修理は行わないでください。
4)　本機は、水をかけて洗うことはしないでください。錆びなどの故障の恐れがあります。
5)　医療従事者以外はベッドを取り扱わないでください。
6)　ベッドを使用する前に、各部が正確かつ安全であることを確認してください。
7)　ゆるみ、ガタ、傾き、振動、音、温度、臭気などに常に注意して、点検を行ってください。また、少しでも“おかしいな？”と感じたらすぐに使用を中止してください。
8)　天板がスライドしますので壁ぎわに設置される場合、天板を壁から 10cm 以上離して設置してください。壁にこすれて天板が損傷するおそれがあります。

【作動・動作原理】
スライドロックを解除すると天板がスライドします。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
1)　水のかからない場所に保管してください。
2)　温度、日光、ほこりなどにより悪影響を生ずる恐れのない場所に保管してください。
3)　化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないでください。

【保守・点検に係る事項】
性能維持及び安全確保のため本体及び付属品等は、定期点検を取扱店に依頼してください。

【包装】
紙製ダンボールによる梱包:本体1台(付属品を含む)

【製造業者の氏名又は名称及び住所】
製造業者名:株式会社柿沼製作所
住所　　:埼玉県川口市南鳩ヶ谷 1-32-20
電話番号　:048-281-3029