**2022 年 02 月（第 6 版）
*2017 年 09 月（第 5 版）
医療機器製造販売届出番号　12B1X10015000016

機械器具 25 医療用鏡

一般医療機器　　自然開口向け内視鏡用くもり止め（70176000）

レンズクリーナ　（LC-01）

【禁忌・禁止】

●感染源となる恐れがあるため、レンズクリーナを容器から直接塗布しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1．形状

本品は、液体のレンズクリーナを容器に注入し、容器をケースに収納したものである。

2．原理

観察窓にレンズクリーナを塗布し、乾燥することにより皮膜を形成し、観察窓のくもりを防止する。

**



3．仕様

外観	無色無臭液体
揮発性	なし
密度(15℃)	約 1.01 g/cm³
動粘度(40℃)	60 mm²/s
溶解度	水と任意に混和する
ＰＨ	6.8(原液)

【使用目的又は効果】

自然開口部より挿入される内視鏡のレンズ面上に塗布して使用する。内視鏡と体内温度差により発生する結露を防止するための液体である。

【使用方法等】

一般的な使用は次の方法で行うこと。

1. 内視鏡先端部の汚れや水分を清潔なガーゼで拭き取る。

2. レンズクリーナを少量、綿棒につける。

3. 内視鏡の観察窓に塗布したのち、軽く拭き取る。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

・内視鏡の観察窓以外にレンズクリーナを塗布しないように注意すること。

・使用上で異常を発見したときは、直ちに販売店または弊社に連絡すること。

【使用上の注意】

・本品は、自然開口向け内視鏡用くもり止めである。人工開口に使用する内視鏡には使用しないこと。

・目に入った場合、清浄な水で 15 分以上、洗眼すること。

・飲み込んだ場合、大量の水を飲んでできるだけ吐きだし、必要ならば、医療処置を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

1．保管方法

・密栓し、直射日光の当たらない、換気の良い冷暗所に保管すること。

・使用後は必ず密栓すること。

2．有効期間

本体表示による。

【保守・点検に係る事項】

使用前に必ず濁り、変色、異物を点検し、異常が確認された場合には使用しないで、販売店または弊社に連絡すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社町田製作所

製造業者

株式会社町田製作所

＊ 販売業者の連絡先

株式会社町田製作所

本社営業部
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子 1-15-12
電話 04-7165-3083

C0014E