＊2023年6月　第4版
2017年9月　第3版（新記載要領に基づく改訂）

医療機器届出番号：13B1X00004000034

機械器具60　歯科用エンジン
一般医療機器　歯科技工用真空撹拌器　　JMDN 70742000

バキューム　パワーミキサー　VPM2

【形状・構造及び原理等】

［形状］
本品は、電動撹拌装置及び真空ポンプを備えた真空撹拌機である。撹拌用ボウル（200mL 用バキューミキサー）、専用スタンド、バキュームフィルターが付属する。

寸法：横幅18cm x 高さ59.5cm x 奥行き25cm

＊オプション品：バキューミキサー、壁掛けキット

［電気的定格］
電　　圧　：　AC100 - 120V, 50/60Hz
消費電流　：　5A
電撃に対する保護の形式　：　クラスⅠ
電撃に対する保護の程度　：　B形

［原理］
真空ポンプにより撹拌ボウル内を真空にし、パドルを回転させて内容物を撹拌、練和する。

【使用目的又は効果】

歯科用印象材、石こうの真空撹拌及び埋没材の真空撹拌と埋没

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

［設置］
1. 本品を垂直な壁に直接または合板を介して固定する。
2. ミキシングリングの下端と作業台との間隔を23cm以上にする。

［使用方法］
1. バキューミキサー（以下、ボウル）に水または専用液を計量して入れ、次に粉末を計量して加える。
2. 本体のスイッチを入れ、コントロールパネルを操作し、撹拌プログラムを選択する。
3. スタートキーを押し、真空ポンプを作動させる。
4. ボウルをブロックマシーンにセットし、ボウルがブロックマシーンに完全に保持されるまで手で支える。
5. 撹拌プログラムが終了すると、スピーカーより終了音が流れる。
6. ストップキーを押して真空ポンプを停止し、真空を解除し、ボウルを取り外す。
7. 定められた手順により操作スイッチなどを使用前の状態に戻した後、本体スイッチを切る。

［使用方法に関連する使用上の注意］
スタート/ストップキーを押す際は、ボウルを落とさないように、手で支えること。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
1. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等に対する安全状態に注意すること。
2. 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

［耐用期間］（保証期間ではない）
6年

【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書を参照すること。

しばらく使用しなかった本品を再使用するときには、使用前に正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	ウイップミックス社 (Whip Mix Corporation)
国名	アメリカ合衆国

取扱説明書等を必ずご参照ください。