＊2011年2月14日（第2版）
2007年8月28日（新様式第1版）

届出番号：13B1X00005000037

機械器具 68　印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器　歯科印象採得用トレー　JMDNコード 16350000

コー・マックゴーアンフルデンチャートレー

【禁忌・禁止】
本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるので、本品の原材料に対して金属アレルギーの既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
（形状）





（型番）＊

上顎用　単位：mm

トレーNo	A	B	C
#80	79.4	66.7	14.3
#81	71.4	63.5	14.3
#82	66.7	57.2	14.3

下顎用　単位：mm

トレーNo	A	B	C
#84	76.2	66.7	6.4
#85	82.6	61.9	7.9
#86	73.0	54.0	6.4
#87	76.2	57.2	7.9
#88	69.9	58.7	7.9
#89	63.5	54.0	7.9

（原材料）
黄銅合金（ニッケル・クロムメッキ）

【使用目的、効能又は効果】
無歯顎の印象採得のために使用する。

【操作方法又は使用方法等】
①患者の口腔サイズに合ったトレーを選択する。
②印象材をトレーに盛り付けて口腔内に装着する。
③印象材の硬化終了後、トレーを口腔内から取り出し、歯科用石こうを用いて印象から模型を作製する。

【使用上の注意】
1．使用注意
①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
③材質の異なる金属製器具と一緒に洗剤に長時間浸漬すると、化学的反応によりメッキが傷むことがある。
④乾熱滅菌は行わないこと。
⑤化学薬品や殺菌剤（例：酸性水や次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤等）は種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。
⑥患者の口腔サイズに合ったトレーがない場合等で変形させる場合は、指で行うこと。ペンチ等の使用により、メッキが剥がれることがある。
⑦すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により変色することがあるので注意すること。
⑧金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面に傷をつけるので、洗浄時に使用しないこと。
⑨消毒を行う時はグルタラール製剤は使用しないこと。

2．重要な基本的注意
本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
（保管方法）
本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】
①トレーを洗浄するときはトレーから印象材を取り除き、トレークリーナー（デントクラフトトレークリーナー、コートレークリーナーを推奨）を温水で溶かした溶液に15～30分浸漬する。
②トレーに残った印象材は軟毛のブラシを用いてきれいに取り除く。
③トレーを洗浄後、トレークリーナーや洗浄剤が残らないよう、流水下で丁寧にすすぎを行う。
④トレーを乾燥させ、滅菌バックに入れる。
⑤滅菌は、121℃で20～30分又は132℃で5～20分の高圧蒸気滅菌を行う。乾燥工程は行わないこと。
⑥保管するときは、十分に乾燥させること。

【包装】
セット：#80，#81，#82，#84，#85，#86，#87，#88，#89
各1個、合計9個入り
単　品：1個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ヨシダ
住　　所：〒110-8507
東京都台東区上野7-6-9

お問い合せ先
器材営業本部
電話番号：03-3845-2931
ＦＡＸ番号：03-3841-8204

製造元：ジーシーアメリカ
GC America Inc.（国名：アメリカ合衆国）