

医療用品（6）視力表及び色盲検査表
一般医療機器 視力表（16800000）
「パネルチャートPC-50」の付属品
医療用品（6）視力表及び色盲検査表
一般医療機器 特殊視力検査装置（70973000）
「ミラクルチャートMC-4」の付属品
RGメガネ

※※【形状・構造及び原理等】

1. 構成
本品は、RGメガネのみで構成される。
2. 寸法：170mm(W) × 42mm(D) × 4mm(H)
3. 使用環境
温度：10℃～40℃
湿度：30%～90%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa



※※【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. RGメガネが汚れたときには清掃すること。
2. 使用しないときには、収納袋に入れておくこと。

詳細はパネルチャートPC-50の「取扱説明書」の「管理と点検」又はミラクルチャートMC-4の「取扱説明書」の「管理と点検」を参照のこと。

※※【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トブコン
TEL 03-3558-2506

製造業者

株式会社 オプトネクス *

※※【使用目的又は効果】

パネルチャートPC-50又はミラクルチャートMC-4と組合せ、視機能検査を行う。

※※【使用方法等】

＜使用方法＞

被検者は手で保持したRGメガネを通してパネルチャートPC-50又はミラクルチャートMC-4の視標を見ます。

詳細はパネルチャートPC-50の「取扱説明書」の「視力検査」、又はミラクルチャートMC-4の「取扱説明書」の「視力検査」を参照のこと。

【使用上の注意】

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

その他パネルチャートPC-50の「取扱説明書」の「使用上の注意」又はミラクルチャートMC-4の「取扱説明書」の「安全に関する全般的な情報」を熟読し、遵守すること。

※※【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）
温度：10℃～40℃
湿度：10%～95%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa
2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）
温度：-20℃～50℃
湿度：10%～95%
気圧：700hPa～1060hPa
3. 輸送（包装（梱包）状態）
温度：-40℃～70℃
湿度：10%～95%
気圧：700hPa～1060hPa
4. 保管場所については次の事項に注意すること。
(1) 水のかからない場所に保管すること。
(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
(3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
(4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5. 耐用期間
正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証「当社データ」による）

取扱説明書を必ずご参照下さい

4242999175-17092901