*2025年11月（第2版）
2023年　9月（第1版）

届出番号 13B1X00062SPC015

機械器具１２　理学診療用器具
一般医療機器　体表面用超音波プローブカバー（JMDNコード：70014000）

メドライン　エコプローブカバー

再使用禁止

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
１．再使用禁止
２．再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】
１．形状・構造



原材料
プローブカバー：熱可塑性ポリウレタン

２．原理
超音波プローブに装着し、患者毎に使用することで、プローブを体液、汚れ等から保護する。プローブカバーを交換し使用することで、二次感染を予防する。

【使用目的又は効果】
本品は、体表面で使用する場合、超音波プローブに装着し、体液、汚れ等から保護するために用いるプローブカバーである。穿刺針の刺入方向を確認するために超音波プローブ等に装着する器具及び、穿刺針の刺入方向をガイドするための器具を、超音波プローブ等に装着するために用いる場合を含む。

【使用方法等】
１．手指消毒後、滅菌包装を開封する。
２．プローブカバーの内側又は超音波プローブに十分な量の超音波検査用ジェルを塗布する。
３．無菌操作下で超音波プローブをプローブカバーに挿入する。
４．超音波プローブとプローブカバーの間に気泡やしわがないか確かめる。
５．プローブカバーの端を引張り、超音波プローブ及びケーブルを覆い、しっかりと輪ゴムで固定する。
６．プローブカバーに穴が開いていないか、超音波検査用ジェルの漏れがないか確認する。

＊【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
１）装着するプローブの大きさに適切なサイズを使用すること。
２）開封後、直ちに使用し、使用後は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。
３）プローブカバーを体内又は粘膜・創傷面に使用しないこと。
４）超音波検査用ジェルをプローブカバーの内側以外の場所（体内又は粘膜・創傷面など）に使用しないこと。
５）ピンセット等の器具で取り扱わないこと。
６）ハサミやメス等の鋭利な器具との接触は避けること。
７）本品又は本品の原材料に過敏な人、又はアレルギー反応を有する人は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】
保管の条件：水濡れに注意し、直射日光および高温多湿の環境に放置せず保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。［自己認証（自社データ）による］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：
メドライン・ジャパン合同会社
電話 (03) 5842-8800