＊＊２０２２年　６月　第８版
　＊２０１７年１２月　第７版

届出番号：13B1X00106000251

機械器具　２５　医療用鏡
一般医療機器　自然開口向け内視鏡用くもり止め　70176000

ウルトラストップ

【形状・構造及び原理等】



〈ピペットタイプ〉　〈ボトルタイプ〉　〈スプレータイプ〉

【使用目的又は効果】
本品は自然開口部より挿入される内視鏡と体内の温度差により発生する結露を防止するため、レンズ面上に塗布して使用する液体である。

【使用方法等】
内視鏡は本品を塗布する前に所定の方法で洗浄及び滅菌を行う。
＜ピペットタイプ＞
1. キャップ部分に付属しているピペットで必要量を吸引する。
2. 滅菌済みの適当な容器に移す。
3. 以下の何れかの方法で内視鏡の先端に塗布する。
 (1) 内視鏡の先端を直接容器に入った溶液に漬ける。
 (2) 溶液に浸漬させた滅菌済みのガーゼやスポンジ等を用いて、内視鏡の先端に塗布する。
4. アルコールを飛ばしてから内視鏡手術を行う。

＜ボトルタイプ＞
1. ボトル上部のアルミニウムカバーを外し、ゴム栓を露出させる。
2. ゴム栓を消毒用アルコールで消毒する。
3. 滅菌済ディスポーザブル注射針をゴム栓に刺し、シリンジにより必要量を吸引する。
4. 滅菌済みの適当な容器に移す。
5. 以下の何れかの方法で内視鏡の先端に塗布する。
 (1) 内視鏡の先端を直接容器に入った溶液に漬ける。
 (2) 溶液に浸漬させた滅菌済みのガーゼやスポンジ等を用いて、内視鏡の先端に塗布する。
6. アルコールを飛ばしてから内視鏡手術を行う。

＜スプレータイプ＞
1. 内視鏡の先端にウルトラストップ溶液をスプレーする。
2. アルコールを飛ばしてから内視鏡手術を行う。

【使用上の注意】
1. 内視鏡手術を行う際には、本品の原液が患者に触れないようアルコールを飛ばしてから使用すること。
2. 再使用に際し、本品が汚染されないよう注意して取り扱うこと。
3. 注射針を用いて吸引する際には、滅菌済ディスポーザブル注射針を使用し、汚染がないようにすること。

＊＊【保管方法及び有効期間等】
1. 直射日光を避けて保管すること。
2. 25℃を超える温度で保管しないこと。
3. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やホコリ、あるいは塩分や硫黄分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
4. 火気のない場所にて保管すること。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
TEL：03-6380-8622
製 造 業 者：KARL STORZ SE & Co. KG（カールストルツ社）
国　名：Germany

添付文書番号 ： KSTJ - 251