2013 年 02 月 28 日（改訂第 2 版　*改訂）
2012 年 01 月 13 日（制定第 1 版）

製造販売届出番号 13B1X00119003420

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器　コルポスコープ　JMDN 10960000

特定保守管理医療機器　コルポスコープ　OPMI pico マウントタイプ

【警告】

使用前に毎回以下の項目を確認すること。

- **本装置の機械的な接続が適切になされていて、各部取り付けネジが確実に締められており、各部に緩みなどがないこと。緩みがあると、構成部品が落下するおそれがある。**
- **本装置のバランスが最適になされていること。バランスが最適でないと、思わぬ方向へ動くことがある。**
- ***光源装置内に、2 つの電球が格納されており、いずれの電球も正しく点灯すること。(テーブルマウント・LED 照明非該当)**
- **キセノンランプは構造上破裂の恐れがあり、使用時間によってその確率が高くなるため、点灯時間 500 時間を超過したキセノンランプは使用せず、速やかに予備のランプと交換すること。**

使用中は以下の項目に気をつけること。

- **光源を直接見ないこと。手術用顕微鏡の対物レンズを覗き込まないこと。眼を痛めるおそれがある。**
- **手術部位に対する照明の明るさと照射時間は最小限に抑えること。どのような種類の放射も、生体組織には悪い影響を及ぼす可能性がある。**
- **手術用顕微鏡の観察視野範囲以上にわたり、手術部位及びその周辺組織へ照明がされている場合には、手術部位及びその周辺組織の変異に注意すること。組織乾燥や熱傷が発生するおそれがある。特に次の場合に注意を必要とする。**
  - **鏡基対物レンズの焦点距離（作業距離）が短い状態で、手術部位及びその周辺組織へ長時間照明をする場合。**
  - **照明の明るさを高く設定している場合。**
  - **血流の少ない組織へ照明をする場合。**

  冷却対応例：
  - **手術対象部位へは、生理食塩水を頻繁にかけること。冷却対応により、照明光による熱作用を軽減させることができる。**
  - **手術対象部位以外は、滅菌済み濡れガーゼ等で覆うこと。これにより、照明にさらされることが避けられる。**
- **光源装置の換気口を塞がないこと。火災を起こすおそれがある。**

使用後は以下の項目に気をつけること。

- **保管時には当社指定の位置にアームを移動し、ロック機構で固定しておくこと。本装置の破損や他の機器への破損を起こす可能性がある。**

【禁忌・禁止】

- 以下の場所では使用しないこと。
  - ー 爆発の危険のあるところ。
  - ー 引火性の麻酔薬、アルコール、ベンジン、又は類似薬品等、揮発性又は引火性の溶剤のあるところ。
  - ー 湿気のあるところ。
- バランス調整を行うときは、患者から十分に離れた安全が確保できる場所でのみ行うこと。鏡基部が術野の上にあるときは絶対に行わないこと。
- アクセサリは同時に納品されたものだけを使用すること。その他のアクセサリを使用する場合には、安全上及び性能上問題がないことを当社又はアクセサリの製造元へ確認すること。
- キセノンランプは高輝度で、昼色光に近似したスペクトラムであるため、眼科手術あるいは直接眼に照明を行う手術には絶対に使用しないこと。
- 点灯時間が 500 時間を超えたキセノンランプは使用しないこと。
- 当社が認めた者以外は修理しないこと。絶対に分解、改造を行わないこと。
- 機器の近くで携帯電話の使用はしないこと。電磁波障害により機器の誤作動の原因となりえる。
- 使用前点検時もしくは使用時に故障と判断した場合には、直ちに使用を中止もしくは停止すること。この場合、適切な処置が完了するまで、本装置を使用しないこと。
- 発煙、火花、異臭又は異音がする場合またはそれ以外の異常を感じた場合には、直ちに電源を切ること。この場合、適切な処置が完了するまで、本装置を使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

本品の形状、構造は以下の通り。
（下図は S 100 天井懸架装置に取り付けた場合）

取扱説明書を必ずご参照ください。

顕微鏡基部

※下図は、直鏡筒を取り付けた状態である。



サスペンションシステム

サスペンションシステムは、以下の 2 種類に対応する。

S 100 天井懸架装置



S 100 ウォールマウント



2. 機器の分類
   - 電撃に対する保護の程度：B 形装着部を持つ機器
   - 電撃に対する保護の形式：クラス I 機器
   - 液体の有害な侵入に対する保護の程度：IPX0
   - 可燃雰囲気内での使用の安全の程度：
     可燃性雰囲気内での使用に適さない機器
   - 作動モードによる分類：連続作動機器

3. 電気的定格
   - 電源電圧：交流　100V　50/60Hz
   - 最大消費電力　：160VA（テーブルマウントタイプ）
     230VA（ハロゲンタイプ）＊
     250VA（LED タイプ)＊
     575VA（キセノンタイプ）＊
   - EMC 適合規格：IEC60601-1-2 CLASS B 準拠*

4. 寸法
   - S 100 天井懸架装置
     :250(W)mm x1720(D)mm x425(H)mm
     （顕微鏡基部、支柱含まず）
   - S 100 ウォールマウント
     :250(W)mm x1720(D)mm x520(H)mm
     （顕微鏡基部含まず）

   上記はアームを水平にした場合による。実使用時の必要範囲は取扱説明書を参照のこと。

5. 重量
   - 顕微鏡基部：1.7kg
     （ただし、観察鏡筒、対物レンズ及び接眼レンズは含まず）
   - *S 100 天井懸架装置：約 55Kg
   - *S 100 ウォールマウント：約 45Kg

6. 原理

   光源の光は、フレキシブルなライトガイドによって鏡体内に導かれて、顕微鏡の対物レンズによって観察光路と鏡軸に近い状態で照野を均一に照明する。

   照明された患部の反射光は、再び対物レンズを通り、二つの開口によって観察方向を僅かに異にした二光束となり、それぞれが変倍機構の光学系で等しく拡大率を調整され、双眼鏡筒へ送られて二つの中間像を結ぶ。

   この像は接眼レンズにより更に拡大されて観察者の眼に送ら

れる。左右両眼の網膜に映る像はそれぞれ患部に対する観察方向が異なるものであるから、観察者は患部を立体的に捉えることができる。

供覧又は映像記録の為には光路分割用のビームスプリッターが用意されている。変倍機構の光学系から出た二光束が共に無限遠に結像する平行光の光束であり、平行光の光路長が変わっても倍率等には影響を及ぼさないから、この変倍機構と双眼鏡筒の間に光路分割器を装着することができる。

二光束はエネルギー分割されて四光束となり、左右側方へそれぞれ一光束ずつ分岐光を取出せる。分岐された光はそれぞれの目的に応じて、直接側視鏡へ送られたり、あるいは結像アダプタを介して記録用カメラへ送られる。

ステレオビームスプリッターは、対物レンズ及び変倍光学系を通過した二本の平行光束をそれぞれ2方向に分割して、二つの双眼鏡筒へ導き二名の観察者による対面立体観察を可能とし、更に位置方向の単眼観察や撮影の為のビームを分岐・取出せる。照明はミラー付ハロゲンランプ、キセノン光源、LED 光源*によるものがある。変倍機構はガリレイ光学系による手動変倍式である。変倍はこの変倍機構によるほか、対物レンズ、接眼レンズ、双眼鏡筒の交換によっても達せられる。

顕微鏡の焦点は顕微鏡支持装置のアームを手動で上下させ、本体の手動式フォーカス機構により行う。

側視鏡には単眼で小型のもの、大型のものそして双眼のものがある。但しその場合、双眼側視鏡では立体視ができない。

映像記録装置としては、35 ミリ版スチールカメラ、TV カメラが取り付けられる。

又、双眼鏡筒、接眼レンズ、対物レンズ及び各種付属品、顕微鏡支持装置は取り外しが自在なので用途に応じてその都度交換使用できる。これらの各種構成品のほとんどが、カールツァイス製の他の手術顕微鏡にも互換汎用される。

7. 光路図



1. 使用目的

女性器（膣、子宮頸等）の診察に用いる特殊な顕微鏡

【品目仕様等】

1. 性能

・顕微鏡基部

接眼レンズ：広視野接眼レンズ 12.5x（標準）

変倍機構：手動 5 変倍（γ＝0.4/0.6/1/1.6/2.5）

フォーカス機構：

焦点調整は顕微鏡基と観察部の距離を調整することにより行う。

焦点調整機能付対物レンズの場合は、ノブ操作で焦点調整可能。焦点調節範囲　13㎜、マニュアルバリオスコープ付対物レンズの場合、焦点調節範囲　100 ㎜*

・その他光学構成要素

対物レンズ：　f=200㎜, 250㎜, 300㎜, 350㎜, 400㎜

焦点調整機能付 ：f=200㎜, 250㎜, 300㎜

*マニュアルバリオスコープ：f=200 ㎜～300 ㎜

・サスペンションシステム

S 100 天井懸架装置

サスペンションアーム：　長さ…950㎜

回転角…±163°

上下動作範囲…±400㎜

キャリアアーム：　長さ…500㎜

回転角…±163°

最大許容負荷：7.0kg（顕微鏡基部及びアクセサリを含む）

S 100 ウォールマウント

サスペンションアーム：　長さ…950㎜

回転角…ストッパーなし

上下動作範囲…±400㎜

キャリアアーム：　長さ…500㎜

回転角…±105°

最大許容負荷：7.0kg（顕微鏡基部及びアクセサリを含む）

・ファイバー導光照明装置

S 100 フロアスタンド及び S 100 ユニット用のファイバー導光照明装置は 2 種類に対応する。

・ ハロゲン照明装置：

電球：12V100W　ハロゲンランプ（レフレクタタイプ）

格納数：2 個

切替方式：手動

・ キセノン照明装置：

電球： キセノン・ショートアーク・レフレクター・タイプ

格納数：2 個

切替方式：手動

フィルタ：内蔵型 408nm UV カットフィルタ

・LED 照明装置*

LED 素子

EN 62471:2009　免除グループ

【操作方法又は使用方法等】

取扱説明書を必ずご参照ください。

1. 使用前の点検を行う。
2. 本体の接続等が確実に成されているかを確認する。
3. 本体電源スイッチを入れる。
4. 観察に必要最低限な照明の明るさに調整する。
5. 左右眼の視度調整と瞳孔間距離の調整を行う。
6. 顕微鏡基本体を観察野へ移動し、最適な作業距離を選択する。
7. 必要に応じて倍率を変更する。
8. 診察を行う。
9. 診察が終了したら、照明の明るさを最低にして、本体の電源を切る。

詳細は取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

1. その他の注意
   - ライトガイドは光源及び手術用顕微鏡の接続口に接続すること。接続が正しくないと、点灯時に火災を起こしたり、火傷の原因となる。
   - 当社推奨の滅菌された滅菌キャップあるいはマイクロドレープを使用すること。
   - 本装置の操作者は、取扱説明書を読了し、本装置を使用するための訓練を受けた者のみとすること。
   - ライトガイドあるいは他のケーブル接続を引っ張らないこと。
   - 本装置に設定されている電圧が使用場所での電圧に対応していること。
   - 必要に応じて、等電位化装置に接続すること。
   - 本装置は医科向けに設計されており、それ以外の用途には使用しないこと。
   - 付属の電源コードは、本装置専用であるため、他の機器には使用しないこと。
   - 機器の突然の故障により、手術の目的の達成や患者の安全が脅かされることがないよう、予備の手術顕微鏡を用意するなどの対応を検討しておくこと。
   - *必ず予備のランプを実装しておくこと。(LED 照明は、除く)
   - ランプ交換の際は取扱説明書に記載されている注意事項を確認すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
   - 本装置を保管する前に、下記の条件を満たす事を確認すること。
     - 水の被らない場所。
     - 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、水分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずるおそれのない場所
     - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所
   - 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など、安定状態に注意すること。
   - ほこりがかからないようカバーをかけること。

2. 耐用期間
   定期的に業者による点検を行った場合：5 年（自己認証）
   [保守用等の部品は製造中止後 8 年間保持]

【保守・点検に係る事項】

点検の項目は以下のとおり。使用を妨げないように十分に余裕を持って行うこと。点検中に異常を感じた場合は、取扱説明書の【トラブルシューティング】を参照して確認すること。それでも解決しない場合は、当社テクニカルサービスに連絡すること。

1. 使用者による保守点検事項
   - 外装に瑕疵、変形などがないこと。
   - 配線等に亀裂、断線がないこと。
   - 機械的な接続が適切になされていること。
   - 各部取り付けネジが確実に締められていること
   - 各部に緩みなどがないこと。
   - 電源を入れて問題なく起動すること。
   - 照明が問題なく点灯すること。
   - バランスがしっかり取れて入ること。
   - 照明の設定が必要最低限になっていること。
   - 本装置から異音、異臭がしないこと。
   - 実装されている電球以外に予備電球が用意されていること。（LED 照明は、除く）*
   - 本文書ならびに取扱説明書が本装置の使用者が参照できるところに置いてあること。

2. 業者による保守点検事項
   本装置を安全に使用するために、当社による 12 ヶ月毎の点検を推奨。

3. 外観の手入れ
   - 外装に汚れがある場合は、エチルアルコールと蒸留水の 5 対 5 の混合液に少量の中性洗剤を含ませたやわらかい物で拭くこと。
   - クリーニングを行う際は、本体の電源スイッチを切ること。

4. レンズの清掃
   レンズに汚れがある場合は、クリーニング剤は決して使用せず、ブロアーか清潔で油分のないブラシなどで払うこと。

5. 曇り止め
   レンズを曇りから守るため、必要に応じて市販の曇り止めを使用すること。

詳細は取扱説明書を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：カールツァイスメディテック株式会社
〒160-0003　東京都新宿区本塩町 22 番地
電話　03-3355-0331
輸入先国：ドイツ
製造業者：Carl Zeiss Mediec AG

取扱説明書を必ずご参照ください。