

機械器具(42) 医療用剥離子
一般的の名称:起子 JMDNコード:11504000
一般医療機器

シグマ起子

【禁忌・禁止】

1. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 製品本来の使用目的と違う用途での使用はしないこと。
3. 本品の加工、改造等は絶対に行わないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 材料
ステンレス鋼

2. 形状、構造
1) 頸骨用起子



2) ランゲンベック起子



3) U字型起子



3. 原理
遠位端に組織又は他の解剖学的構造、手術材料又は器具を押し上げて持ち上げ、配置又は固定を行う。

【使用目的、効能又は効果】

1. 組織又は他の解剖学的構造、手術材料又は器具の持ち上げ、配置又は挺子による押し上げに用いる。

【操作方法又は使用方法】

1. 本品の先端部分を目的部位にあて、張力又は圧迫などの力を加え、組織又は他の解剖学的構造、手術材料又は器具の持ち上げ、配置又は挺子による押し上げを行う。
2. 使用前に洗浄し、オートクレーブ(121℃20分)又はエチレンオキサイドガスにて滅菌を行う。

【使用上の注意】

1. 先端を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷が生じると、器具・器械の寿命を著しく低下させる。
2. 本品を使用するにあたっては、器具と技術に対する適切な理解が必要である。
手技に習熟した者以外は使用しないこと。
3. 誤った使用方法は本品の損傷を招く恐れがある。
4. 本品を使用するには、神経と血管の損傷を避けるために、厳密な解剖学的考慮が必要である。

5. 本品の取扱う際は、思わぬケガを避けるため先鋒部等に細心の注意を払うこと。
6. 包装から取り出し洗浄・滅菌を行うこと。洗浄の際、目の粗い磨き粉や、金属ウールで本品の表面を磨かないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 本品を保管する際は、高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は絶対に避けること。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品を安全に、より長い間ご使用頂くために、始業・終業・定期点検等は、必ず行うこと。
2. 鑽を防ぐ為に以下の事を守ること。
 - ① 使用後は速やかに洗浄を行うこと。
 - ② 取り外せるものは取り外し、そうでないものは可動部をよく動かしながら洗浄すること。
 - ③ 洗浄後に汚れが残った状態での滅菌、消毒はしないこと。
 - ④ 洗浄や滅菌に使用する水は、蒸留水か脱塩した水を使用すること。
 - ⑤ 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避けること。(中性の洗剤を使用すること)
 - ⑥ 超音波洗浄の際には洗浄器メーカー指定の適正な洗剤を使用すること。(家庭用洗剤は使用しないこと)
 - ⑦ 洗浄後、湿った状態での放置はしないこと。

【包装】

1~100 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社 秋山製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-4

TEL 03-3811-0802 FAX 03-3811-6657

*製造業者 株式会社コアプランツ

【販売業者及びお問い合わせ先】

株式会社 秋山製作所 シグマ事業部

*〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-1 盛和ビル

TEL 03-3815-8275 FAX 03-3815-8699