

機械器具 30 結紮器及び縫合器  
一般医療機器 結さつ器 12332000

## ドクターエス結紮鉗子

### 【警告】\*

- ① 本品表面に衝撃や振動を用いて印を刻み込む等の二次加工はしないこと。【折損の原因となる】
- ② 本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱い及び改造を行わないこと。【製品の寿命を著しく低下させる】
- ③ 先端鋭利部による手術用ゴム手袋等の破損及び顔面等への事故防止に細心の注意を払うこと。【感染事故の遠因となりうる】


### 【禁忌・禁止】\*

- ① 本書記載の【使用目的又は効果】以外の使用目的には使用しないこと。【誤った使用法は本品の折損その他予期せぬ事象を招くおそれがある】


### 【形状・構造及び原理等】

本品は、結紮糸を保持する為に先端にグリップ部を備えた軸状構造で、先端グリップ部を操作する可動部をもつハンドルからなる。

形状



洗浄孔（金属キャップ付き）



先端結紮糸把持部



規格： 全長 250 mm

組織・体液に接触しうる部位の原材料\*：

ステンレス鋼、黒色クロムメッキ（ハンドル部）

### 【使用目的又は効果】

主として胸部外科領域における血管又は他の身体構造を結紮するために用いる。

### 【使用方法】

本品は、出荷時未滅菌であるため、使用前及び再使用前には適切な方法で洗浄し、以下の条件又は各医療機関で検証された条件に

より高圧蒸気滅菌を行い、滅菌後無菌性の保証については、各医療機関にて行うこと。

#### 洗浄・滅菌方法の代表例

以下に洗浄・滅菌方法の代表例を示したが、洗浄・滅菌に当たっては院内の規定に従うこと。

#### 1. 洗浄方法代表例

- (1) 製造元の指示に従い、中性洗剤を準備する。
- (2) 柔らかい毛のブラシあるいは柔らかく清潔な布で、洗浄液に浸したまま手で本品を洗浄する。溝部分などは念入りにブラシで洗浄する。
- (3) 温水で少なくとも1分以上流し、十分すすぐ。
- (4) 洗浄後、目視にて血塊等がないことを必ず確認する。
- (5) 清潔な柔らかい布を用い、完全に水気を取る。

#### 2. 滅菌方法代表例

- (1) 高圧蒸気滅菌
  - 1) 重力差空気除去滅菌  
方法：包装、時間：15分、温度：132℃
  - 2) 強制空気除去滅菌  
方法：包装、時間：3分、温度：132℃

### 【使用上の注意】\*

1. (1) 重要な基本的注意
  - ・本品は取り扱い（落下を含む）、洗浄・滅菌方法、保存状態により、腐食、損傷、破損、搔きキズ等を生じさせる恐れがあるので注意すること。又、異常が見られる状態（腐食、ひび、欠け、曲り、磨耗、折れ等）では使用しないこと。

### 【保守・点検に係る事項】\*

- ・日常点検及び使用前点検を行い、正常に作動していることを必ず確認すること。
- ・本品の使用後は血液、体液が乾燥する前に直ちに洗浄を行うこと。
- ・血液や残片物を取り除き、稼動部分が全て十分に洗浄されているかを確認すること。また、洗浄時に他の器具との接触による損傷をさせないように配慮すること。
- ・洗浄後は直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置しないこと。ステンレス鋼は錆びにくい材質ではあるが、保存条件によっては腐食が発生することがある。
- ・本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液にさらされた場合には、直ちに流水で洗浄すること。

この添付文書は、本品を安全にご使用いただくためのものです。  
この添付文書をよくお読みになり、内容を十分ご理解された上で  
ご使用ください。

機械器具 30 結紮器及び縫合器  
一般医療機器 結さつ器 12332000

## ドクターエス結紮鉗子

---

### 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売元〕

高砂医科工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-2

お問い合わせ窓口

TEL:03-3815-0156 FAX:03-3815-5361