

機械器具 39 医療用鉗子

一般医療機器 鉗子 10861001

S & T 鼻用鉗子

【形状・構造及び原理等】*

1. 形状*

(1) S & T Hartmann式鼻鉗子



20-200-16

商品名	商品コード
S&T Hartmann 式鼻鉗子	20-200-16
	20-200-20

(2) S & T Blakesley式鼻鉗子*

① S & T Blakesley式鼻鉗子プレミアム



20-215-00

商品名	商品コード	規格
S&T Blakesley 式 鼻鉗子 プレミアム	20-215-00	—
	20-215-01	—
	20-215-02	—
	20-215-03	—
	20-215-04	—
	20-215-10	—
	20-215-12	—
	20-215-14	—
	20-225-00	45°
	20-225-01	45°
	20-225-02	45°
	20-225-03	45°
	20-225-04	45°
	20-235-01	90°
	20-235-02	90°
	20-235-03	90°

② S & T Blakesley式鼻鉗子*



20-225-11

商品名	商品コード	規格
S&T Blakesley 式 鼻鉗子	20-225-11	45°
	20-225-12	45°
	20-225-14	45°
	20-240-01	左向き
	20-240-02	右向き
	20-240-11	左向き
	20-240-12	右向き
	30-350-00	—
	30-350-01	—
	30-350-02	—
	30-350-03	—
	30-352-00	45°
	30-352-01	45°
	30-352-02	45°
	30-354-01	90°
	30-354-02	90°
	30-358-00	—/切開用
	30-358-01	—/切開用
	30-358-02	—/切開用
	30-360-00	45°/切開用
	30-360-01	45°/切開用
	30-360-02	45°/切開用

③ S & T Blakesley式鼻鉗子切開用



30-340-01

商品名	商品コード	規格
S&T Blakesley 式 鼻鉗子 切開用	30-340-01	—
	30-340-02	—
	30-340-03	—
	30-342-01	45°
	30-342-02	45°
	30-342-03	45°
	30-343-01	—/1
	30-343-02	—/2
	30-343-03	—/3
	30-343-04	—/4
	30-343-11	45°/1
	30-343-12	45°/2
	30-343-13	45°/3
	30-343-14	45°/4

(3) S & T W i g a n d 式鼻鉗子



20-236-00

商品名	商品コード	規格
S&T Wigand 式鼻鉗子	20-236-00	60°
	30-330-01	—
	30-330-02	45°

(4) S & T S t r u e m p e l - V o s s 式鼻鉗子



商品名	商品コード
S&T Struempel-Voss 式鼻鉗子	20-238-00

(5) S & T T a k a h a s h i 式鼻鉗子

① S & T T a k a h a s h i 式鼻鉗子



20-245-01

商品名	商品コード	規格
S&T Takahashi 式 鼻鉗子	20-245-01	—/2.5mm
	20-245-02	30°/2.5mm
	20-245-11	—/2.5mm
	20-245-12	30°/2.5mm
	20-246-01	—/4.0mm
	20-246-02	30°/4.0mm

② S & T T a k a h a s h i 式鼻鉗子吸引機能付き



30-346-00

商品名	商品コード	規格
S&T Takahashi 式 鼻鉗子吸引機能付き	30-346-00	—
	30-346-30	30°

(6) S & T A n t r u m ポリープ把持鉗子 *



30-310-01

商品名	商品コード	規格
S&T Antrum ポリープ把持鉗子	30-310-01	90°
	30-310-02	115°



30-311-01

商品名	商品コード	規格
S&T Antrum ポリープ把持鉗子	30-311-01	先端回転 90°
	30-311-02	先端回転 115°

(7) S & T 切開用鼻鉗子

① S & T 切開用鼻鉗子



30-320-01

商品名	商品コード	規格
S&T 切開用鼻鉗子	30-320-01	—
	30-320-02	—
	30-321-01	60°
	30-321-02	60°



30-322-01

商品名	商品コード	規格
S&T 切開用鼻鉗子	30-322-01	曲
	30-322-02	曲

② S & T 切開用鼻鉗子吸引機能付き



30-344-00

商品名	商品コード	規格
S&T 切開用鼻鉗子 吸引機能付き	30-344-00	—
	30-344-45	45°

(8) S & T カップ鼻鉗子



商品名	商品コード
S&T カップ鼻鉗子	30-328-01

(9) S & T Herberhold式切開用鉗子



30-332-01

商品名	商品コード	規格
S&T Herberhold 式切開用鉗子	30-332-01	—
	30-332-02	—
	30-333-01	60°
	30-333-02	60°

(10) S & T Gru (``) nwald 式チューブ鉗子*



30-370-30

商品名	商品コード	規格
S&T Gru (``) nwald 式 チューブ鉗子	30-370-15	1.5mm
	30-370-20	2.0mm
	30-370-25	2.5mm
	30-370-30	3.0mm
	30-371-15	1.5mm
	30-371-20	2.0mm
	30-371-25	2.5mm
	30-371-30	3.0mm

商品名	商品コード	規格
S&T Gru(n)wald 式 チューブ鉗子	30-372-15	1.5mm
	30-372-20	2.0mm
	30-372-25	2.5mm
	30-373-15	1.5mm
	30-373-20	2.0mm
	30-373-25	2.5mm
	30-374-20	ストレート
	30-375-20	ライト
	30-376-20	レフト

(11) S & T 前頭洞鼻鉗子 *



30-401-01

商品名	商品コード	規格
S&T 前頭洞鼻鉗子	30-401-01	55° / 垂直
	30-401-02	55° / 水平
	30-402-01	90° / 垂直
	30-402-02	90° / 水平
	30-404-01	55° / 垂直
	30-404-02	55° / 水平
	30-405-01	70° / 垂直
	30-405-02	70° / 水平
	30-405-11	55° / 垂直
	30-405-12	55° / 水平
	30-407-01	90° / 垂直
	30-407-02	90° / 水平
	30-408-01	110° / 垂直
	30-408-02	110° / 水平
	30-410-01	70° / 垂直
	30-410-02	70° / 水平
	30-411-01	110° / 垂直
	30-411-02	110° / 水平


(12) S & T Binner 式ポリープ鉗子 *



30-415-01

商品名	商品コード	規格
S&T Binner 式ポリープ鉗子	30-415-01	45°
	30-415-02	80°

(13) S & T Draft 式篩骨鉗子



30-720-13

商品名	商品コード	規格
S&T Draft 式 篩骨鉗子	30-720-10	—
	30-720-13	—
	30-720-16	—
	30-720-19	—
	30-722-13	60°
	30-722-16	60°
	30-722-19	60°
	30-724-13	90°
	30-724-16	90°
	30-724-19	90°
	30-726-13	—
	30-726-16	—
	30-728-16	—
	30-729-16	—

2. 原材料（接触部の組成）

ステンレス鋼

3. 動作原理

開口部から先端部を挿入し、把手部を操作して鼻腔を開く等の目的の処置を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、鼻腔組織を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具である。本品は再使用可能である。

【使用方法等】 *

1. 使用前の確認

本品が十分に洗浄、滅菌されていることを確認すること。特に、初回使用時には、滅菌前に本品の洗浄を2回以上行うこと。

2. 準備・操作 *

- (1) 吸引機能がついている品目は、必要であればチューブ（一般汎用品）に接続する。
- (2) S & T Ant rumポリープ把持鉗子（先端回転 90° / 115°）は、つまみを動かして先端部を回転させ、適切な位置にして使用する。
- (3) 把手部を持ち、手に力を加えて先端部を操作し、処置をする。
- (4) 把持する手の力を弱め、先端部を開く。

3. 使用後 *

- (1) 吸引機能がついている品目は、接続部からチューブ（一般汎用品）を外す。
- (2) 【保守・点検に係る事項】 1～3 に示すように洗浄・滅菌する。

【使用上の注意】 **

1. 重要な基本的注意 **

- (1) 本品は未滅菌品であるので、必ず適切な滅菌を行い、滅菌されたことを確認してから使用すること。

- (2) 使用前に、破損・変形亀裂・傷・摩耗がないか、適切に機能するかどうかを点検すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (3) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。
- (4) 使用時に、破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。
- (5) 感電を防ぐため、電気メス等の電気手術器との接触を避けること。
- (6) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。
- (7) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

清潔な場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄方法

- (1) 血液、分泌物、組織、又は骨等の付着物を除去する。
- (2) 可視的な汚れがあれば流水下でブラッシングし、超音波トレイを用いて洗浄する。
- (3) 自動洗浄機を用いて洗浄後、乾燥させる。

2. 製造業者推奨洗浄方法

本品への分泌物等の付着物の固着を避けるため、使用後直ちに付着物を除去するか、適した洗浄液に浸し、付着物の乾燥を防ぐ。その後、以下のステップに従い洗浄、滅菌する。

<事前洗浄>

- (1) 本品全体を洗浄液に10分間浸す。
- (2) 柔らかいブラシ又はスポンジ等でブラッシングし、付着物を全て除去する。このとき、ワイヤブラシやスチールウールの使用は避ける。
- (3) ウォーターピストル(3.8bar 静圧)で20秒間洗い流す。
- (4) 洗浄液を用いた超音波トレイの中で、40℃で15分間洗浄する。
- (5) ウォーターピストル(3.8bar 静圧)を用いて、20秒間以上洗い流す。

<自動洗浄>

- (1) 洗浄機に詰め込み過ぎないようにし、洗浄機内でしっかりと固定されていることを確認する。
- (2) 洗浄機の使用方法に応じて、的確な手順で洗浄する。このとき、全ての洗浄プログラムが正常に行われていることを確認すること。

例) 推奨自動洗浄プログラム

種類	プロセス
Vario—TD プログラム	① 冷水による、4分間のプレ洗浄 ② 排水 ③ 40℃での洗浄剤の投与 ④ 55℃のアルカリ性洗浄剤または 45℃の酵素洗浄剤による5分間の洗浄 ⑤ 排水 ⑥ 3分間の中和 ⑦ 排水 ⑧ 2分間の中間すすぎ

	⑨ 排水
--	------

- (3) 乾燥させる。

3. 滅菌方法

高圧蒸気滅菌にて滅菌する。

例) 高圧蒸気滅菌推奨条件

温度	暴露時間	形式	乾燥時間
132℃以上	最低4分間 (フルサイクル)	プリバキューム	最低10分間

4. 使用者による保守点検事項

- (1) 本品は、使用前点検により、正しく組立が施されていること、可動部が正常に作動し、損傷、変形等がないことを確認すること。再使用時には、上記に示したように洗浄、滅菌したことを確認すること。
- (2) 使用後は速やかに洗浄液に浸漬させ、血液や組織等が乾燥し固着化することを避けること。
- (3) 目視にて残存物がないことを確認すること。特に、ジョイント箇所、及び凹凸箇所等細部の残存物に注意すること。
- (4) 目視にて残存物が確認された場合には、柔らかいブラシを使用し、残存物を完全に取り除くこと。
- (5) 表面の損傷原因となるため、スチール製ブラシ等の硬い素材のブラシ及びクレンザー（磨き粉）等の使用は避けること。
- (6) 超音波洗浄機及び自動洗浄装置の使用に際しては、各装置付属の使用説明書に順じて行うこと。
- (7) 本品が、漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素液に曝された場合、直ちに清水で洗浄すること。
- (8) 腐食を避けるため、消毒液又は洗浄液に長時間浸漬させないこと。また、浸漬後は、完全にすすぐこと。
- (9) 各施設において、本品の滅菌に関するバリデーションが適切に行われ、有効性が確認された滅菌サイクルにおいては、上述とは異なる滅菌条件で滅菌を行うことが可能であること。
- (10) 滅菌後は、滅菌処理が正確に行われたことを示すためにインジケーションを使用し、直射日光を避けて適切に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ユフ精器株式会社

〒113-0034

東京都文京区湯島2丁目31番20号

TEL: 03-3811-1131

FAX: 03-3811-1727

外国製造業者

シュピゲル ウント テイス メディツィンテヒニク
ゲーエムベーハー (ドイツ)

Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH (Germany)