


ポジボード

添付文書番号：0101

*【形状・構造及び原理等】

患者の体形に合わせアームホルダー及びアームサポートの位置を調整が可能。アームホルダーは位置調整が 3 段階、アームサポートは位置調整が 3 段階、角度調整の 5 段階が可能。



型番：

型番	型番	型番
MT400	106019	109030
102204	106024	109035
102205	106028	109040
106011	106046	109510
106012	106047	301008
106013	106049	301080
106015	109007	301081
106016	109010	301082
106017	109013	301083
106018	109020	301084

*・C-Qual プレストボード

型番	名称
MT40010	C-Qual 用リストサポート
MT40011	C-Qual 用アジャスタブルアームサポート左
MT40012	C-Qual 用アジャスタブルアームサポート右
MTM400	C-Qual M プレストボード（Monarch 腕上げ ポジショナー付）
OAP100	Monarch 腕上げポジショナー C-Qual 用
OAP110	Monarch 腕上げポジショナー Lok-Bar 用

【使用目的又は効果】

胸部放射線治療（体外照射）時における上腕の固定補助に使用する固定具。

【使用方法等】

本品を使用する前に、同封されている外国製造業者の取扱説明書（リファレンスガイド）をよくお読み下さい。

- 1.患者を本品の上に仰向けに寝かせる。
- 2.治療に合わせ、アームホルダーのハイタイプとロータイプ（アームサポート含む）を選択する。
- 3.患者の体形に合わせアームホルダー及びアームサポートの位置を調整する。（アームホルダーは位置調整が 3 段階、アームサポートは位置調整が 3 段階、角度調整の 5 段階が可能）
- 4.アームホルダー及びアームサポート調整後は、患者ごとに設定値の記録を取る。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1.磁気共鳴画像診断装置には使用しないこと。
- 2.本品又は本品と他の医療機器、構成部品と組み合わせて磁気共鳴画像診断装置(MRI)に使用する場合、本品又は組み合わせる他の医療機器、構成部品に次の材質が含まれていないか、よく確認をすること。

画像に写り込む恐れ	画像歪み、アーチフの発生の恐れ	発熱の恐れ
ABS 樹脂、金属	ABS 樹脂、金属、カーボンファイバー	金属、カーボン

本品についてのお問い合わせは、弊社までご連絡下さい。

- 3.磁気共鳴画像診断装置には使用しないこと。
- 4.患者の体形に合わせた設定値は記録し、他の患者と間違わないよう

にすること。治療の妨げになります。

【保管方法及び有効機関等】

1.保管方法

- 1) 斜めに立てかけて保管しないでください。
- 2) 水等のかからない場所に保管してください。
- 3) 高温高湿の場所、直射日光のあたる場所を避けて保管してください。

* 〔保守・点検に係わる事項〕

1.清掃

必要に応じて、清潔で柔らかい布又はワイフ等に、殺菌消毒剤（塩化ベンザルコニウムアルコール、消毒用アルコール等）を湿らせて、本品の表面を拭き清掃をしてください。（ご使用される洗浄剤及び殺菌剤の使用説明書等に記載された方法に従ってください。）

患者の体液等が本品に付着された恐れがある場合は、清潔で柔らかい布又はワイフ等に、タンパク質分解酵素が含まれた洗浄剤を湿らせて、体液等の付着部分を拭き清掃をしてください。

但し、化学薬品（アンモニア等が含まれる薬品、石油系薬品（トルエン、ラッカ等）が含まれる薬剤、洗浄剤及び殺菌剤等は使用しないこと。

2.殺菌：本品は滅菌処理をしないこと。

* 〔製造販売業者及び製造業者等の氏名または名称等〕

製造販売業者

東洋メディック株式会社

電話：03-3268-0021

FAX：03-3268-0264

製造元：CIVCO Medical Solutions Co., Inc.

シブコ メディカル ソリューションズ（アメリカ）