

ベリーボード

【形状・構造及び原理等】



- ・尾側の開口部 1. は恥骨の位置決めをする。
- ・装置の中心部 2. は小腸を大きい開口部 3. に向けて頭方向に圧迫する。

型番	型番	型番
125012	125051	125022

MRI 用ベリーボード

型番
126000

MRI 用ベリーボード クッション

型番	名称
301101	フラットクッション
301102	うつ伏せ胸部用クッション
301076	うつ伏せ胸部用クッション

ベリーボードフラット クッション

型番
301077

【使用目的又は効果】

放射線治療時に患者の腹部及び骨盤部を型取りして固定し、照射時の再現性を保つために使用する。

【使用方法等】

本品を使用する前に、同封されている外国製造業者の取扱説明書（リファレンスガイド）をよくお読み下さい。

1. 患者を本品の上にうつ伏せに寝かせる。
2. 頭部から始めて尾部方向にスライドする。
3. 尾側の開口部に恥骨の位置を決める。
4. 本品の装置底部の基準線を利用して患者の位置を確認する。

*【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

1. 磁気共鳴画像診断装置に使用する場合は、「MRI 用ベリーボード」を使用すること。
2. 本品又は本品と他の医療機器、構成品と組み合わせて磁気共鳴画像診断装置(MRI)に使用する場合、本品又は組み合わせる他の医療機器、構成品に次の材質が含まれていないか、よく確認をすること。

画像に写り込む恐れ	画像歪み、アーチファクトの発生の恐れ	発熱の恐れ
ABS 樹脂、金属	ABS 樹脂、金属、カーボンファイバー	金属、カーボンファイバー

本品についてのお問い合わせは、弊社までご連絡下さい。

3. 本品又は本品と他の医療機器、構成品と組み合わせて磁気共鳴画像診断装置(MRI)に使用する場合、本品又は組み合わせる他の医療機器、構成品に金属が含まれていないか、よく確認をすること。
[本品又は他の医療機器、構成品に金属が使用されている場合、金属が過熱されて火災の危険、熱傷等を引き起こす恐れがあります。]

本品についてのお問い合わせは、弊社までご連絡下さい。

4. 患者の体形に合わせた設定値は記録し、他の患者と間違わないようにすること。治療の妨げになります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 斜めに立てかけて保管しないでください。
- 2) 水等のかからない場所に保管してください。
- 3) 高温高湿の場所、直射日光のあたる場所を避けて保管してください。

【保守・点検に係わる事項】

1. 清掃

必要に応じて、清潔で柔らかい布又はワイプ等に、殺菌消毒剤（塩化ベンザルコニウムアルコール、消毒用アルコール等）を湿らせて、本品の表面を拭き清掃をしてください。（ご使用される洗浄剤及び殺菌剤の使用説明書等に記載された方法に従って下さい。）
患者の体液等が本品に付着された恐れが場合は、清潔で柔らかい布又はワイプ等に、タンパク質分解酵素が含まれた洗浄剤を湿らせて、体液等の付着部分を拭き清掃をしてください。
但し、化学薬品（アンモニア等が含まれる薬品、石油系薬品（トルエン、ラッカ等）が含まれる薬剤、洗浄剤及び殺菌剤等は使用しないこと。

2. 殺菌：本品は滅菌処理をしないこと。

***【製造販売業者及び製造業者等の氏名または名称等】

製造販売業者：

東洋メディック株式会社

電話：03-6825-3003

製造業者：

Medtec LLC dba CIVCO Radiotherapy

メドテック エルエルシー ディビーエイ

シブコ ラジオセラピー（アメリカ）