MES-CG08-088-03

＊＊２０１６年 ５ 月（第３版）
＊２０１６年 ２ 月（第２版）（新記載要領に基づく改訂）

製造販売届出番号：13B1X00306N10022

類別：機械器具（０１）手術台及び治療台
一般医療機器　一般的名称：手術台アクセサリー　JMDN コード：70469000

# 販売名：X線撮影用カセッテ格納枠

＊ **【禁忌・禁止】**
**１．商品名と異なる手術台で使用しないこと。［外形及びカセッテ孔の寸法が異なるため装着できません。］**
**２．カセッテ板をエタノール系の消毒液に長時間浸さないこと。［劣化の原因になります。］**

**【形状、構造及び原理等】**

**１．形状・構造**




＊図は 08-088-53：MOT-5700 用カセッテ格納枠

| 商品コード | 商品名 |
|---|---|
| 08-088-01 | カセッテ格納枠 ８２００標準用 Dタイプ |
| 08-088-02 | カセッテ格納枠 ８２００整形用 Bタイプ |
| 08-088-03 | カセッテ格納枠 １７００用 Dタイプ |
| 08-088-04 | カセッテ格納枠 ５６０１M用 Dタイプ |
| 08-088-05 | カセッテ格納枠 ５６０１ＳＲ用 Dタイプ |
| 08-088-06 | カセッテ格納枠 ５６０１ＥＢ用 Dタイプ |
| 08-088-07 | カセッテ格納枠 ５６０１ＳＲＥＢ用 Dタイプ |
| 08-088-09 | カセッテ格納枠 ７０００Ｎ＆７１００用 |
| 08-088-10 | カセッテ格納枠 5801S／3500シリーズ用 |
| 08-088-10-UE | カセッテ格納枠 ３５００シリーズ用（ＵＥ） |
| 08-088-14 | カセッテ格納枠 ５６００ＳＲＭＫ，Ｂ用 |
| 08-088-18 | カセッテ格納枠 ７２００用 Dタイプ |
| 08-088-20 | カセッテ格納枠 ＳＲＭ Dベーク板無 |
| 08-088-21 | カセッテ格納枠 １３００用 Dタイプ |
| 08-088-22 | カセッテ格納枠 ＳＰＬ－３３１型 |
| ＊ 08-088-28 | カセッテ格納枠 １６０２ＢＷ用 |
| ＊ 08-088-28-UE | カセッテ格納枠 １６０２ＢＷ／ＳＬ用(ＵＥ) |
| 08-088-45 | カセッテ格納枠 ８３００ スタンダード用 D |
| 08-088-46 | カセッテ格納枠 ８３００ 整形用 D |
| 08-088-47 | カセッテ格納枠 ８３００ スライド用 D |
| 08-088-53 | ＭＯＴ－５７００用カセッテ格納枠 |
| 08-088-54 | ＭＯＴ－１４００用Ｘ線カセッテ格納枠 |
| 08-088-55 | カセッテ格納枠 ＭＯＴ－５８０１Ｓ＆Ｗ（脚板一枚式）用 |
| 08-088-56 | カセッテ格納枠 ＭＯＴ－５８０１Ｓ＆Ｗ（脚板二枚式）用 |
| 08-088-57 | カセッテ格納枠ＭＯＴ－５８０１Ｓ＆Ｗ（脚板一枚式）用 脚板のみ |
| 08-088-58 | カセッテ格納枠ＭＯＴ－５８０１Ｓ＆Ｗ（脚板二枚式）用 脚板のみ |
| 08-088-59 | カセッテ格納枠 １３００用 Dタイプ ver.2 |
| 08-088-60 | カセッテ格納枠 MOT－６７０１ ４５ｃｍ幅用 |
| 08-088-61 | カセッテ格納枠 ５７０１用 |
| 08-088-62 | カセッテ格納枠 ３６００Ｂ用 脚板切込無 |
| 08-088-63 | カセッテ格納枠 ３６００Ｂ用 脚板切込有 |
| 08-088-68 | カセッテ格納枠 ８３００スライドテーブル用 Ｄ ＴＹＰＥ Ｆ |
| 08-088-90 | カセッテ格納枠用脚 |
| 08-089-10 | カセッテ格納枠 ３６００シリーズ用 |
| 08-089-10-UE | カセッテ格納枠 ３６００シリーズ用（ＵＥ） |
| 08-089-11 | カセッテ格納枠 ６７００シリーズ用 |
| 08-089-11-UE | カセッテ格納枠 ６７００シリーズ用(ＵＥ) |
| 08-089-12 | カセッテ格納枠 ６３００シリーズ用 |
| 08-089-12-UE | カセッテ格納枠 ６３００シリーズ用(ＵＥ) |
| ＊＊ 08-089-18 | カセッテ格納枠 ７３００用 |
| ＊ 08-089-15-UE | カセッテ格納枠 １６０２／１６０２Ｘ用(ＵＥ) |
| ＊ 5-010-26-B | カセッテ格納枠 １６０２／１６０２Ｘ用(ＵＥ) |
| ＊ 5-010-28-B | カセッテ格納枠 １６０２ＢＷ／ＳＬ用(ＵＥ) |

**２．材質**

＊① カセッテ板　　：熱硬化性樹脂積層板
＊② 取付用テープ　　：ナイロン
＊③ 皿小ねじ　　：十字穴付小ねじ
＊④ カセッテ格納枠用脚：炭素工具鋼鋼材
＊注：番号は１．形状・構造に示す外観図の番号に対応

**＊【使用目的又は効果】**

手術台に付属するアクセサリー。手術台のテーブル板に取付け、Ｘ線撮影用カセッテを格納。

＊【使用方法等】

＊１．カセッテ格納枠の組み立てかた




＊カセッテ板にカセッテ格納枠用脚を皿小ねじで取り付けます。

＊２．カセッテ格納枠の取り付けかた




＊テーブル板(ベーク板)のカセッテ差込孔に、カセッテ格納枠脚先端を合わせて、カセッテ板をまっすぐに差し込みます。

＊３．カセッテ格納枠の取り外しかた



＊カセッテ板をまっすぐに持ち上げます。

【使用上の注意】

１．警告

① 頭部板・脚板など、取外し可能なテーブル板を外すときは、必ず頭部板又は脚板等本体を持って外してください。
カセッテ格納枠を持って外した場合、取外し中にカセッテ格納枠から頭部板又は脚板等本体が外れて落下して、怪我又は破損するおそれがあります。

＊




＊




＊② 背板・腰板など、屈折機能を操作するときは、カセッテ格納枠の屈折部分に手やモノを入れないこと。怪我又は破損するおそれがあります。

＊２．重要な基本的注意

＊① カセッテ格納枠に脚を取り付けるとき、ねじを無理に締め付けないでください。カセッテ板にひびが入り破損するおそれがあります。



＊② 下記に示す取外しをしないこと。カセッテ板が破損するおそれがあります。



カセッテ板をひねるようにして外す。



手前に引くようにして外す。

＊【保管方法及び有効期間等】

＊1．保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

＊２．耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：７年（注）

［自己認証（弊社データ）による］

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＊＜使用者による保守点検事項＞

１．使用前・使用後の点検

使用前･使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

２．清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

３．故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＊＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者: ミズホ株式会社千葉工場

＊【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから１年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。