

\*\*2022年1月改訂(第3版)  
\* 2021年7月改訂(第2版)

類別 器 42 医療用剥離子  
一般的名称 へら JMDN 13645000  
一般医療機器

販売名 マーチン へら

**【禁忌・禁止】**

本製品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)することは、折損の原因となるので絶対に行なわないこと。

**【形状・構造及び原理等】****形状**

本品はへらの形状をしている。

**\*【使用目的】**

表面への物質の塗布、腔への物質の充填、組織の処置、表面又は血管からの物質の除去に用いる。

**使用目的又は効果に関連する使用上の注意**

製品に腐蝕、錆などが認められる場合は使用しないこと。

**【使用方法等】**

本品は、未滅菌品であるので、使用前に必ず洗浄・滅菌すること。オートクレーブを使用して蒸気滅菌する。

滅菌条件	121℃	20分間
	126℃	15分間
	134℃	5分間

**【使用上の注意】****\*その他の注意**

- 1) 使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)すること。
- 2) 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 3) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 4) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐蝕の原因になるのでできるだけ使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。

**【保管方法及び有効期間等】****保管方法**

- 1) 貯蔵・保管に当たっては、洗浄をした後、腐蝕を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。
- 2) 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。

**【取扱い上の注意】**

製品にキズがつかないように、注意すること。

**【保守・点検に係る事項】**

- 1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
- 3) 洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水(濾過、蒸留、脱イオン化等)を用いることを推奨する。
- 4) 洗浄後は、腐蝕防止のために、直ちに乾燥すること。
- 5) 使用(滅菌)前に、汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検をすること。
- 6) 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。

- 7) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。  
金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄の時、使用しないこと。

**【主要文献及び文献請求先】****文献請求先**

日本マーチン株式会社(下記)

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】****製造販売業者**

日本マーチン株式会社  
東京都文京区西片 1-15-15  
TEL03-3814-1431

**\*\*外国製造業者**

カール ライビンガー メディツィンテック有限  
合資会社  
Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG  
ドイツ連邦共和国