

類別 器 43 医療用つち  
一般医療機器 つち JMDN 11947010

## 販売名 マーチン マレット

### 【警告】

本品に傷及び錆などが見られる場合は使用しないこと。[術中に破損の危険がある。]

### 【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損の原因となるので絶対に行なわないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 形状

（代表例）



#### 原材料

ステンレス鋼、シリコン樹脂、ポリアセタール樹脂

### 【使用目的又は効果】

#### 使用目的

ヘッド部によって、目的物に打撃を与える。

### 【使用方法等】

#### 使用方法

ハンマーのハンドル部分を持ち、ハンマーヘッド部を目的の位置に配置し、目的物を打撃する。

本品は、未滅菌品であるので、使用前に必ず洗浄および消毒し、高圧蒸気滅菌で滅菌を行った後に使用すること。

滅菌条件	121℃	20分間
	126℃	15分間
	134℃	5分間

### 使用目的又は効果に関連する使用上の注意

製品に傷、腐蝕、錆などが認められる場合は使用しないこと。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- 1) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った滅菌方法を実施できないため、再使用せず、該当する法令及び条例に従って廃棄して下さい。
- 2) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡して下さい。

#### その他の注意

- 1) 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）すること。

- 2) 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐蝕を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥をすること。
- 2) 滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。
- 3) 大きな温度変化を避けて、機械的損傷が起きないように保護し保管すること。

### 【取扱い上の注意】

- 1) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- 2) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるのでできるだけ使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒すること。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 3) 洗浄装置（超音波洗浄装置等）で洗浄するときには、製品が全部浸されるようにし、他の製品と接触して損傷することがないように注意をすること。
- 4) 洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。
- 5) 洗浄後は、腐蝕防止のために、直ちに乾燥すること。
- 6) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検をすること。
- 7) 点検後、セット・包装をし、高圧蒸気滅菌をすること。なお、滅菌のためのセット・包装にあたっては、確実に滅菌できるよう配慮すること。
- 8) 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
- 9) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄の時、使用しないこと。

### 【主要文献及び文献請求先】

#### 主要文献

「手術器具を介するプリオン病二次感染予防策の遵守について」(医政総発 0713 第 1 号/医政地発 0713 第 1 号/健難発 0713 第 3 号/薬生機審発 0713 第 1 号/薬生安発 0713 第 1 号/薬生監麻発 0713 第 21 号：令和 3 年 7 月 13 日)

#### 文献請求先

K L S マーチンジャパン株式会社（下記）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 製造販売業者

K L S マーチンジャパン株式会社

東京都文京区西片 1-15-15

TEL03-3814-1431

#### 製造業者

KLS Martin SE & Co. KG

(ケーエルエス マーチン 欧州会社)

ドイツ