

医 04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

クリーンケース


再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号については本体の記載を確認すること。

**



** 材質: ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、シリコーン

【使用目的又は効果】

本品は術野、器具又は装置を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- ・本品は単回使用製品であり、再使用はできない。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・使用方法の指示に従って訓練された医師が使用すること。
- ・本品を改造しないこと。機器の安全性を損ない、医師又は患者が怪我をするおそれがある。
- ・本品は保護ケースとともに使用しないこと。
- ・非滅菌の使用者は無菌の使用者又はケースに接触しないこと。
- ・本品の取り出し時や汎用 IT 機器を挿入時、漏斗部の取り外し時や蓋を閉じる際に力を入れすぎないこと。デバイスの安全性が損なわれるおそれがある。

** ・使用後は感染防止に留意し、適切な方法で処分すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

有効期間

外箱に記載した表示を参照[自己認証による]。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ジンマー・バイオメット合同会社
電話番号 03-6402-6600 (代)
製造業者: 株式会社フジフレックス