



再使用禁止

ROSA 滅菌済ドレープ

【禁忌・禁止】



・再使用禁止

・併用医療機器

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと[相互作用の項参照]。

【形状・構造及び原理等】

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については本体の記載を確認すること。

形状	製品名
	ROSA ロボットアーム用ドレープ
	ROSA タッチスクリーン式コンソール用ドレープ
	ROSA 連結アーム用ドレープ
* 	ROSA ロボットユニット用ドレープ

材質：ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は術野、器具又は装置を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

- ・本品は単回使用製品であり、再使用はできない。
- ・詳細な使用方法については、必ず手術手技書を参照すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・外科開口部や創傷部位に接触させないこと。
- ・包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

* 2. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと〔専用品で

ないと設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある]。

3. その他の注意

- ・本品を高熱を発する医療機器等、又はその他火気に接触させないこと。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

有効期間

外箱に記載した表示を参照[自己認証による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社

電話番号：03-6402-6600（代）

主たる設計を行う製造業者：

MEDTECH S.A.、フランス

Microtek Medical, Inc.、米国

※本添付文書は予告なしに変更することがあります。

手術手技書を必ずご参照ください。