

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器

一般医療機器 歯科用ファイル 31878021

ベリファイヤ

【形状・構造及び原理等】

種類：1 2 種類

種類（φISO）		カラーコード
020	050	イエロー
025	055	レッド
030	060	ブルー
035	070	グリーン
040	080	ブラック
045	090	ホワイト

長さ(mm)：25

テーパー：04

材質：

本 体	柄 部
ニッケルチタン	耐熱プラスチック

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 本品は、清潔な場所に保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 スイス
製造業者 メルファー インストルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

電話番号 0120-789-123

【使用目的又は効果】

上下方向の往復運動又は引き上げ動作による切削・研磨で根管を拡大し、根管壁を平滑にするために用いる歯科手用器具である。

【使用方法等】

1. 材質、形状的に柔軟性がありますのでプリカービングの必要はありません。
2. ファイリングはKファイルの通法に従い行ってください。
3. サーマフィルを使用する前に本品をKファイルと同様の方法で作業長まで到達させます。
4. 本品の使用後は次の手順で、洗浄、滅菌してください。
 - (1)付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
 - (2)洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に除去し、消毒液に浸漬します。
 - (3)消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
 - (4)滅菌バッグに入れ、オートクレーブなどで滅菌してください。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 使用前、使用中に本品の損傷有無を確認すること。
2. 回転ファイリングは破折の原因になるので、通常は 1/2～1/4、曲がった根管の場合は 1/8～1/16 以内で小刻み運動で行うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
2. 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
3. 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
4. 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
5. 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
6. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕させる恐れがあるので使用を避けること。
また、金属たわし、クレンザーなどは本品の表面が損傷するので使用しないこと。