

機械器具60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用真空攪拌器 70742000

マルチバック コンパクト

【形状・構造及び原理等】

種類：2種類

ウォールタイプ

テーブルタイプ

寸法：ウォールタイプ505(H)×390(W)×315(D)mm

テーブルタイプ610(H)×390(W)×315(D)mm

重量：ウォールタイプ14.5kg

テーブルタイプ16.0kg

定格電圧：100～120V

最大消費電力：300W

ヒューズ：4A

【使用目的又は効果】

模型材、埋没材及び印象材の練和に用いる歯科用真空攪拌器

【使用方法等】

操作方法については、使用説明書「ユーザーマニュアル」をご参照ください。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 本機器には、純正部品、純正アクセサリ以外は使用しないこと。
2. 故障の原因になるので、フィルターを装着しないでバキュームを作動させないこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. テーブルタイプはしっかりした水平な台へ設置すること。また、ウォールタイプ（壁掛けタイプ）は落ちて故障やケガをすることがあるので、平らで強度が十分確保できる壁に設置すること。
2. ショートや感電の恐れがあるので、本機器に水をかけないこと。
3. 使用後は必ずメインスイッチを切り、長時間使用しない場合は、電源プラグを抜くこと。
4. 他の器具と併用すると、コンセントが異常に発熱したり、ブレーカーが作動することがあるので、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
5. 故障したときは勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は専門家にまかせること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対する安定状態に注意すること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
4. 本機器は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に使用説明書「ユーザーマニュアル」を必ずよく読むこと。

1. 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
2. しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社

製造国 ドイツ

製造業者 デグデント社

DeguDent GmbH

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

電話番号 0120-789-123

使用説明書を必ずご参照ください。