機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器　手術用ドリルアタッチメント　（37870001）
（一般医療機器　ドライバ及び抜出器　（11345000））

インスツルメントエクステンダー

【禁忌・禁止】
本品の成分及び類似成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

品番	原材料
68015197	ステンレス鋼

【使用目的又は効果】
本品は、手動式、動力式又はエア式のハンドピースに接続し、穿孔、リーミング、切削等を行うドリルを延長するために用いる器具である。また、外科手術時に歯科用インプラントを挿入又は除去する場合に組み合わせて用いるドライバーを延長する手術器具である。再使用可能である。

【使用方法等】
本品は未滅菌品のため、使用前に滅菌を行うこと。（【保守・点検に係る事項】参照）

本品は、RA 接続のインスツルメント（ドリルまたはインプラントドライバー）の長さを延長するために使用し、トルクを伝達する。
1.本品に各インスツルメントを装着する。
2.インスツルメントと組み合わせた本品をコントラアングルまたは外科用ドライバーハンドルに装着する。
3.インスツルメントと本品が完全に固定されていることを確認した後、使用する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]
接続部が確実に固定されているかどうか確認すること。

【使用上の注意】
[重要な基本的注意]
1.本品は未滅菌のため、使用前に推奨された方法で滅菌を行うこと。
2.誤嚥や嚥下を防ぐため、患者の体姿勢に注意すること。

[相互作用]
取扱説明書に規定されているインスツルメント及びコンポーネントとのみ併用すること。

[不具合・有害事象]
・材料に対するアレルギー反応または過敏反応
・コンポーネントの破折、破損

【保管方法及び有効期間等】
[保管の条件]
1.使用するまで元の包装のまま室温で保管すること。
2.直射日光にさらさないこと。
3.汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
4.歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
5.滅菌済みの製品は、室温かつ乾いた埃のない状態で保管すること。

【保守・点検に係る事項】
1.洗浄
分解可能な製品は分解してから行うこと。
1)手動による洗浄
使用後すぐに、目視できれいになるまで柔らかいナイロンブラシで汚れを取り除くこと。
2)超音波による洗浄
洗浄剤の製造元に指定された作用時間と濃度を遵守して行うこと。
3)洗浄器による洗浄
・効率的な洗浄のために、手動で事前に洗浄すること。
・適切な洗浄消毒剤、洗浄剤および中和剤を使用すること。
・洗浄器、洗浄剤および中和剤は製造元の指示に従って使用すること。
・熱消毒（A0≧3000）を伴う洗浄プログラムを推奨する。
2.滅菌
以下の条件で使用前後に滅菌を行うこと。

方法	滅菌サイクル	温度	保持時間※	乾燥時間
高圧蒸気滅菌	プレバキューム	134℃	3 分	20 分
		132℃	4 分	20 分
		135℃	3 分	20 分
	重力置換	121℃	30 分	20 分

※最短保持時間。動作時間は、滅菌器によって異なる可能性がある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：デンツプライシロナ株式会社
製造業者：シロナデンタルシステムズ
（Sirona Dental Systems GmbH）
デンツプライアイエイチエービー
（Dentsply IH AB）
製造国：ドイツ、スウェーデン

[問い合わせ窓口]
カスタマーサービス
電話番号 0120-461-868

取扱説明書を必ずご参照下さい。

AG137