

マルチタワー

【禁忌・禁止】

＜重要な基本的注意＞

本品のクランプ部は、すべて分解禁止なので厳守してください。[分解行為で破損したときは、操作不能になるので分解しないでください。特に、洗浄前の分解時には注意してください。]


【形状・構造及び原理等】



本品は、アーム 1 本(シングル)、又は 2 本(ダブル)で使用できます。

シングルアームで使用する場合

ダブルアームで使用する場合



構成部品 及び 原材料

- ① 先端クランプ: ステンレス鋼
 - ② アーム: ステンレス鋼・プラスチック
 - ③ アームクランプ: ステンレス鋼
 - ④ L 字支柱: ステンレス鋼
 - ⑤ レールクランプ: アルミニウム、ステンレス鋼
- (①②③は一体構造)

レールクランプは、手術台取付部の形状によって変更する。

【使用目的又は効果】

本品は、人工股関節手術において、手術台に取り付けて、患部開創用のレトラクターを把持するために用いる。

＊【使用方法等】

1. 本品は、未滅菌の状態で供給されるため使用前に必ず以下の方法等により滅菌した上で使用する。
2. 人工股関節手術において、手術台に取り付け、目的の位置に合わせて関節アームの角度を調整し、患部開創用のレトラクターを、手術に最適の位置で固定する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 使用前に損傷、変形等の異常がないか点検してください。
2. 適切に機能しない、損傷又は磨耗している場合は使用しないでください。
3. 生理食塩水に長時間浸けないでください。[腐食の原因となる]
4. 使用後はできるだけ早く洗浄してください。直ぐに洗浄できない場合には、付着した汚れが乾燥するのを防ぐため、適切な洗浄液に浸けるか、精製水で湿らせた布等をかけてください。

＊【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品は未滅菌の為、使用前に必ず洗浄・滅菌をしてください。「保守・点検に係る項参照」
2. ジョイントと先端クランプはネジ止めになっているので、使用前に締め直して下さい。[使用中緩むおそれがあります。]
3. 本品のクランプ部は、すべて分解禁止なので厳守してください。[分解行為で破損したときは、操作不能になるので分解しないでください。特に、洗浄前の分解時には注意してください。]
4. 本品を包装から取り出す際、及び使用後、洗浄・滅菌時には十分注意して取り扱ってください。
5. 本品の使用前に、汚れ、傷、変形、可動部の動き等に異常がないか及び不具合を確認の上使用してください。不具合を発見した場合は使用しないでください。[本来の性能を発揮できず、不具合の原因となるおそれがあります。]
6. 本品は、使用目的に合わせて繊細かつ精巧に作られているため、変形或いはキズをつける等の粗雑な取り扱いが器具の寿命を著しく低下させることがあります。
7. 異常に気づいた時は、直ちに使用を中止してください。
8. 手術台と取付クランプとの間にガタつきが有る場合は使用しないでください。[本品が手術台から外れる恐れがあります。]
9. 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品等が乾燥しないよう直ちに洗浄してください。その際は分解可能な部分を分解して、可動部を良く動かしながら洗浄してください。但し、本品のクランプ部は、すべて分解禁止なので厳守してください。
10. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けてください。使用中に付着したときは水洗いしてください。
11. 本品は金属であるため、度重なる使用や洗浄・滅菌により金属疲労により破損することがあります。
12. 錆取、熱ヤケ除去作用のある洗浄剤を使用すると、表面光沢が変化することがあります。

*【不具合・有害事象】

本品の使用により、次のような不具合・有害事象が起こる可能性があります。

1. 本品の適切な洗浄・滅菌を怠ったために起こる感染。
2. 手術従事者の皮膚の裂傷やグローブの破れ。
3. 本品の術中の破損により起こる患者や手術従事者の損傷または手術時間の延長および再手術。
4. 金属アレルギー
5. 周囲の神経障害

**【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

1. 本品は、高温・高湿を裂け、塵やほこりのない清潔な場所に貯蔵・保管してください。また、水漏れや直射日光は避けるよう細心の注意をしてください。
2. 本品は、貯蔵・保管の際、変形や損傷の原因となりうる硬い物への接触や、衝撃を避ける様、注意してください。
3. 長期間使用しない場合でも、金属疲労による破損が起こることがあります。

<有効期間>

1. 【保守・点検に係る事項】の(点検)に基づき点検した結果、不良箇所が認められた場合及び不良が疑われる場合は使用を中止すること。
2. 再使用可能な器械の製品寿命は、通常の使用で生じる磨耗又は損傷の程度によります。

**【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 本品は、日常点検を行い、器具が正常に動くことを確認してください。特に、変形や傷がないか充分点検をしてください。
2. 本品は、当社以外の修理業者に修理を依頼しないでください。
[正常な性能を発揮できないおそれがあります。]
3. 洗浄・滅菌について

(洗浄)

- 1) 使用後は、表面に付着している血液、体液、組織片及び薬品が乾燥しないように直ちに洗浄してください。
- 2) 洗浄前にアームの黒いダイヤルを締めてください。
- 3) 汚染除去に用いる洗浄は、医療用中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適切な濃度で使用してください。
- 4) 浸漬洗浄及び浸漬消毒は決して行わないでください。[本品の不具合等の原因となるおそれがあります。]
- 5) 洗浄装置(超音波洗浄装置)を使用するときには、接触して損傷することがないように注意してください。
但し、アームは超音波洗浄を行わないでください。[不具合の原因となるおそれがあります。]
- 6) 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取り扱い説明書を遵守し、器具の筒状部に異物等がないことが確認できるまで洗浄してください。
- 7) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥してください。
- 8) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けてください。洗浄には、やわらかいブラシ、スポンジ等を使用し、金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時に使用しないでください。
- 9) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けてください。使用中に付着したときは直ちに水洗いしてください。

(滅菌)

- 1) 本品は、未滅菌の状態出荷されます。すべての手術器械及び関連部品は、使用する前にパッケージから取り出し、洗浄を行った後、必ず滅菌してください。
- 2) 滅菌前にアームの黒いダイヤルを緩めてください。
- 3) 錆を防ぐ為、汚れが残った状態で滅菌・消毒を行わないでください。
- 4) エチレンオキサイド滅菌、フラッシュ滅菌、乾熱滅菌、放射線滅菌、ホルマリン滅菌、プラズマ滅菌及び低温滅菌等の方法を使用しないでください。[十分に滅菌が行えず、又本品の不具合の原因となるおそれがある。]
- 5) 医療機関において無菌保障水準(SAL 10⁻⁶)が得られる条件で滅菌してください。
- 6) 当社が推奨する滅菌方法及びパラメータは以下のとおりです。
- 7) いずれも無菌性保障レベル(SAL 10⁻⁶)を担保しています。
なお、温度は 137℃を超えないようにしてください。

オートクレーブによる高圧蒸気滅菌

サイクル	温度	曝露時間
プレバキューム	121℃	20 分
	132℃/134℃	5 分
	134℃	18 分*

*クロイツフェルト・ヤコブ病或いはスポンジ病の患者又は疑いのある患者に使用した場合(WHO 推奨)

<業者による保守点検事項>

点検項目	点検時期	点検内容
外観	年 1 回	むら、汚れ、傷等を 目視により確認

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名: 株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布3-6-4
TEL: 03-3403-5432 FAX: 03-3403-5433

製造業者名: オオタ株式会社