医4 整形用品 13705000 X線造影材入りスポンジ 一般医療機器

ハクジュウジNWオペゼXP

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止 / 体内に留置しないこと

X線造影系部分をつかまないこと / 布地やX線造影系に強い負荷がかからないように使用すること

（X線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある）

【形状・構造等】

セルロース100%不織布を数枚を重ね、綿100%の糸で縫製したもの

通常は4角形で、その1角に体内残留を防ぐ目的で綿テープを取りつけてあるものもある

体内残留防止のためX線造影用の糸を1本以上含有している

X線造影糸：硫酸バリウムを含有したポリプロピレン繊維の数十本を収束し、ポリエステルでラセン状にラッピングし糸状としたもの（わかりやすいように有色としてある）

【使用目的、効能又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする X線で検知可能な成分を含有する器具をいう

【操作方法又は使用方法】

衛生材料として適宜滅菌して使用すること

滅菌方法は、X線造影糸がポリプロピレンなので、エチレンオキサイドガス滅菌を推奨 蒸気滅菌の場合には、

135度以下で滅菌すること

電子線滅菌等のその他滅菌方法は、データ不足により不可

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること

ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある

【貯蔵方法及び使用期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

小児の手の届かないところに保管すること

【包装】

内容量および単位：パッケージに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910（休日・夜間 TEL 03-3987-6111）

製造業者 白十字株式会社