一般医療機器 医04 整形用品 13705000 X線造影材入りスポンジ

ハクジュウジNWオパーゼXP滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止 / 体内に留置しないこと
X線造影系部分をつかまないこと / 布地やX線造影系に強い負荷がかからないように使用すること
(X線造影系を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがある)

【形状・構造及び原理等】

セルロース100%不織布を数枚を重ね、綿100%の糸で縫製したもの

通常は4角形で、その一角に体内残留を防ぐ目的で綿テープを取りつけてあるものもある

体内残留防止のためX線造影用の糸を1本以上含有している

X線造影糸：硫酸バリウムを含有したポリプロピレン繊維の数十本を収束し、ポリエステルでラセン状にラッピングし糸状としたもの（わかりやすいように有色としてある）

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする X線で検知可能な成分を含有する器具をいう

【使用方法等】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに、1回限り使用する

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること

一度開封したものは、滅菌状態が保てないため、開封後は全量を消費すること

ごくまれに電気メス等の使用により引火することがある

【保管方法及び有効期間等】

*1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

*2. 有効期間

*本品の使用期限は包装に記載 [自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

*<http://www.hakujuji.co.jp/>

問い合わせ（お客様相談室） TEL 0120-01-8910 （休日・夜間 TEL 03-3987-6111）