＊2017 年 11 月 1 日改訂（第４版）
＊＊2018 年 3 月改訂（第５版）

届出番号：13B2X00231000028

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
送気送水チューブ　70356000　一般医療機器

ＩＭＧグリーン接続チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、送気装置と、内視鏡用処置具等との接続に用いるため、柔軟性のあるプラスチック製のチューブと、チューブ両端に接続のためのコネクターで構成されている接続チューブである。
チューブ各端のコネクターの形状、チューブの長さが 1.3m～3.3mの範囲によるバリエーションがある。
本品は、ＥＯＧ滅菌をしたものである。

１．形状及び寸法
１）全体の形状と寸法 ＊
メス-メスコネクターのタイプ



①チューブの断面



２）コネクター部の形状と寸法 ＊
②メスコネクターの端末部



【使用目的又は効果】＊

送水装置又は送気装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続に用いる柔軟性のあるチューブをいう。

【使用方法等】＊

１．本品のコネクター、チューブの長さ及び内径が、接続器具の形状や距離に適しているか確認する。
２．本品を包装袋より取り出す。
３．本品の２つのコネクターを、接続先端末にしっかりと接続し、容易に脱落しないかを確認する。
４．使用前及び使用中は、チューブの折れ曲がりや他のものから押さえられてチューブの閉塞がないことを確認する。
５．使用前及び使用中は、本品のコネクターが、抜けていないか又は抜けかかっていないかを確認する。また、装着者を移動させる際は、接続部分が外れないようにしっかりと固定すること。＊

【使用上の注意】

１．本品に傷・異物・劣化等を発見した場合は、使用しないこと。
２．刃物等鋭利なものに接触させないこと。［切断等により、空気が漏れる恐れがある］＊
３．接続チューブの取り外しは、チューブを持って引くなど、無理な力をかけないこと。［破損につながる恐れがある］＊
４．接続チューブに冷暖房の風が、直接あたらないようにする。［チューブの中に水滴が発生する恐れがある］＊
５．その他の注意 ＊
使用後は、医療機関、行政及び地方自治体の定める規則に従って、製品及び包装を廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】＊

１．保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。
２．使用期限
包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊

製造販売業者：eastsidemed 株式会社 ＊＊
東京都文京区本郷3-24-5
TEL 03-3815-0056　FAX 03-3818-4085