医療用具3手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDMコード70976000

ディスポーザブル検査・検診用ビニルグローブ ビニル手袋(左右共有タイプ)ノンパウダー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))を主材料とする手袋である。

形状:平手タイプ

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

●かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。またその後の仕様に関しては慎重を期すこと。

2. 重要な基本的注意

●刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

●薬品、薬剤等によっては、膨張したり浸透したりする場合があるので、確認の上、使用すること。

●油脂により材質が劣化する場合があるので、確認の上、使用すること。

●本品には、フタル酸系可塑剤を使用しており、特に油性または揮発性の液体に触れると、フタル酸系可塑剤は溶出する恐れがある。

●この手袋の素材であるポリ塩化ビニルは、60℃以上の熱に弱いいため熱いものに触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

●水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管すること。

●蛍光灯下やオゾンを発生する機会の周辺等に保管しないこと。

2. 有効期間

●製造年月日より3年[自己認証による]、製造年月日は欄外に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者

センシンメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目23番13号

電話番号: 03-5802-0560

製造業者

スーチョウ フル サン メディカル プロダクツ

(XUZHOU FULL SUN MEDICAL PRODUCTS LTD.)

国名: 中華人民共和国